

БАТЛАВ:

“УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-НИЙ
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР ТӨХК



Ц.МӨНХЖАРГАЛ

2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН
ТООЦООЛОГЧИЙН ТЕМПЕРАТУРЫН ДАТЧИК ШАЛГАХ ХАЛУУН УСАН ВАНН

2024-01-18

№	Тоноглолын нэр	Төрөл	Тоо хэмжээ	Фото зураг
1	ТООЦООЛОГЧИЙН ТЕМПЕРАТУРЫН ДАТЧИК ШАЛГАХ ХАЛУУН УСАН ВАНН	Thermo, Grant маягийн халуун ванн	1 ширхэг	

Тавигдах шаардлага:

1. Ажлын бие халаах температур $+0 \sim +90^{\circ}\text{C}$
2. 220В тэжээлтэй байх.
3. Ус халаах, усаа сэлгэж температураа тогтмол барих.
4. Температурын олон утганд тохируулах боломжтой байх
5. Засвар ашиглалтын заавар монгол хэл дээр байх
6. ISO9001 олон улсын чанарын стандарт шаардлага хангасан байх.
7. Зэвэрдэггүй ган байна.

Жич: Нийлүүлэгч компани нь угсралтын ажлыг хийх, мөн жилийн баталгаа өгөх

ХЯНАСАН:

Дотоод хяналт, аюулгүй ажиллагааны
хэлтсийн дарга:

БОЛОВСРУУЛСАН

Дулаан, даралтын хэмжих хэрэгслийн
лабораторийн эрхлэгч

/М.Доржпалам/

/Д.Бямбатер/

БАТЛАВ:

“УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-НИЙ
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Ш.МӨНХЖАРГАЛ

2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН

Пульс тоологч /Calibration counter H7CX/

2024-01-18

№	Тоноглолын нэр	Төрөл	Тоо хэмжээ	Фото зураг
1	ПУЛЬС ТООЛОГЧ	/Calibration counter H7CX/	1 ширхэг	

Тавигдах шаардлага:

1. Импульсийн сигнал тоолох пульс тоологчтой байх
2. 220V тэжээлтэй байх.
3. Хуурмаг зарцуулалт гаргах генераторын гаралттай байх /нэг зэрэг 5 тооцоологч шалгах холболтын утастай/.
4. Зарцуулалтын утгыг тохируулах боломжтой байх.
5. Унтраалга, импульсийн сигналийг тэглэх, эхлүүлэх /Start/ товчтой байх.
6. ISO9001 олон улсын чанарын стандарт шаардлага хангасан байх.

Жич: Нийлүүлэгч компани нь угсралтын ажлыг хийх, мөн жилийн баталгаа өгөх

ХЯНАСАН:

Дотоод хяналт, аюулгүй ажиллагааны
хэлтсийн дарга:

БОЛОВСРУУЛСАН

Дулаан, даралтын хэмжих хэрэгслийн
лабораторийн эрхлэгч

/М.Доржпалам/ -2

/Д.Бямбатөр/