

БАТЛАВ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН  
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН  
ГАЗРЫН ДАРГА

2024 оны 01 сарын 12-ны өдөр

Н.ХОНГОРЗУЛ

ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ  
ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЭМГЭГ СУДЛАЛ, ЭС СУДЛАЛЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

1. Эд эсийн дамжлагын боловсруулагч апарат - AUTOMATED TISSUE PROCESSOR) – 1 ширхэг
  - Ерөнхий үзүүлэлт
    - Эдийг усгүйжүүлж, тосгүйжүүлэх апарат.
    - Орчин үеийн, ашиглахад энгийн, ажиллагааг хянах боломжтой технологитой байх
  - Дамжлагын хэсэг
    - Cup number: 10 – аас багагүй байх
    - Урвалжийн cup: 8 – аас багагүй байх
    - Параффин cup: 2 – аас багагүй байх
    - Single cup багтаамж: 1 литрээс багагүй байх
    - Single cup processing хийх хугацаа: 0 – 24 цаг байх
    - Ажиллах давтамж: минутад багадаа 0 – 5 удаа буюу тохируулах боломжтой байх
    - Dripping time: 0 – 60 секунд буюу тохируулах боломжтой байх
  - Шаардлагатай бусад үзүүлэлт
    - Дэлгэц: 5.0 инчээс багагүй хэмжээтэй, мэдрэгчтэй байх
    - Программын багтаамж: 7 – оос багагүй байх
    - Аппаратын шуугиан: 58 дБ – ээс ихгүй байх
    - Аппаратын хэмжээ: 1.2 \* 0.6 \* 0.68 см - ээс ихгүй байх
    - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц, 600 Вт – аас илүүгүй чадалтай байх
    - Аппаратын жин: 90 кг - аас ихгүй байх
  - Дагалдах хэрэгслүүд:
    - Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
    - Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
  - Угралт, сууринуулалт
    - Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угралт, сууринуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
    - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанид үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
    - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
  - Сургалт
    - Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, технич нарт зориулан зохион байгуулах

- Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
- Баталгаат хугацаа:
  - 12 сар
- 2. ЭД ЭС ОРУУЛАХ СТАНЦ ХӨРГӨӨХ ТАВЦАНГИЙН ХАМТ (TISSUE EMBEDDING STATION & COOLING PLATE) – 1 ширхэг
  - Ерөнхий үзүүлэлт:
    - Программын удирдлагатай бүрэн автомат аппарат байх
    - Энерги бага зарцуулдаг түргэн хугацаанд халах боломжтой халаагч элементтэй байх
    - Бага зайд ажиллуулах боломжтой хөнгөн авсаархан байх
  - Cooling center:
    - Хөргөх температур: 6 – 26 °C байх
    - Хөргөх температурын зөвшөөрөгдхөх хэлбэлзэл: ±1°C
    - Хөргөх чадал: 280 Вт-аас багагүй
    - Аппаратын хэмжээ: 0.9 \* 1.2 \* 0.68 см - ээс ихгүй байх
    - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
    - Аппаратын жин: 83 кг - аас ихгүй байх
  - Embedding center:
    - Халаах температур: багадаа 78 °C хүртэл боломжтой байх
    - Халаах температурын зөвшөөрөгдхөх хэлбэлзэл: ±3°C
    - Хугацаа: 0 – 24 цаг байх
    - Халаах чадал: 1000 Вт – аас багагүй байх
    - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
  - Дагалдах хэрэгслүүд:
    - Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
    - Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
  - Угсралт, сууринуулалт
    - Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, сууринуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
    - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанид үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
    - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
  - Сургалт
    - Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техникч наарт зориулан зохион байгуулах
    - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
  - Баталгаат хугацаа:
    - 12 сар
- 3. ЭД ЭС ОРУУЛАХ СТАНЦ (TISSUE EMBEDDING STATION) – 1 ширхэг
  - Ерөнхий үзүүлэлт:

- Программын удирдлагатай бүрэн автомат аппарат байх
- Энерги бага зарцуулдаг түргэн хугацаанд халах боломжтой халаагч элементтэй байх
- Бага зайд ажиллуулах боломжтой хөнгөн авсаархан байх
- Халаах температур: 60 - 78 °C
- Халаах температурын зөвшөөрөгдөх хэлбэлзэл: ±3°C
- Хугацаа: 0 – 24 цаг байх
- Халаах чадал: 500 Вт – аас багагүй байх
- Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
- Дагалдах хэрэгслүүд:
- Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
- Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
- Угсралт, суурилуулалт
- Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, суурилуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
- Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанийд үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
- "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
- Сургалт
- Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техникч наарт зориулан зохион байгуулах
- Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
- Баталгаат хугацаа:
- 12 сар

#### **4. ПАРАФИНД ЦУТГАГЧ (PARAFFIN DISPENSER) – 1 ширхэг**

- Ерөнхий үзүүлэлт:
- Программын удирдлагатай бүрэн автомат аппарат байх
- Энерги бага зарцуулдаг түргэн хугацаанд халах боломжтой халаагч элементтэй байх
- Багтаамж 10 литрээс багагүй байх
- Температур: 100 °C хүртэл боломжтой байх
- Халаах температурын зөвшөөрөгдөх хэлбэлзэл: ±1°C
- Халаах чадал: 1000 Вт – аас багагүй байх
- Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
- Дагалдах хэрэгслүүд:
- Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
- Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
- Угсралт, суурилуулалт
- Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, суурилуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
- Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд

ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанийд үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.

- "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.

- Сургалт

- Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техникч наарт зориулан зохион байгуулах
  - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах

- Баталгаат хугацаа:

- 12 сар

- 5. МИКРОТОМ (ROTARY MICROTOM) – 1 ширхэг

- Ерөнхий үзүүлэлт:

- Хагас автомат аппарат байх
  - Бага зайд ажиллуулах боломжтой хөнгөн авсаархан байх
  - Эд нарийн зүсэлтийн зузаан: 0.5μm-с 5μm хүртэлх (нэг алхам 0.5μm)
  - Эд зузаан зүсэлтийн зузаан: 0μm-с 100μm (нэг алхам 5μm), 100μm-с 600μm (нэг алхам 50μm)
  - Хэвтээ тавцангийн хэмжээ: 30мм – ээс багагүй байх
  - Босоо тавцангийн хэмжээ: 70мм – ээс багагүй байх
  - Эд барилтын өнцөг: 0 – 8° X / Y тэнхлэг
  - Эд зүсэх хутганы өнцөг: гараар 0 – 15°, автоматаар 6 – 12°
  - Хэмжээ: 370x530x281 мм – ээс ихгүй байх
  - Аппаратын жин: 28 кг – аас ихгүй байх
  - Цахилгаан хангамж 220 В, 50 – 60 Гц

- Дагалдах хэрэгслүүд:

- Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
  - Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах

- Угсралт, суурилуулалт

- Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, суурилуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
  - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанийд үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
  - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.

- Сургалт

- Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техникч наарт зориулан зохион байгуулах
  - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах

- Баталгаат хугацаа:

- 12 сар

- 6. УСАН ВАНН (WATER BATH) – 1 ширхэг

- Ерөнхий үзүүлэлт:

- Бүрхүүл нь хүйтэн хавтангаар шүрших аргыг ашигладаг бөгөөд энэ нь бүхэл машины зэврэлтээс хамгаалах чадварыг сайжруулдаг.
  - Янз бүрийн хэмжээтэй туршилтын багаж хэрэгслийн хэрэгцээг хангахын тулд тохируулж болох цагираг таг.
  - Бодит цагийн температурын утyg харуулах, температурын нарийчлалыг хянах, цаг тоолох дэлгэцтэй
  - Удаан эдэлгээтэй байх
  - Материал: сайн чанарын 304 зэвэрдэгтүй гангаар хийгдсэн бөгөөд зэврэлтэнд тэсвэртэй байх
  - Байрлал: 4 байх
  - Температур: RT100 °C хүртэл боломжтой байх
  - Халаах температурын зөвшөөрөгдхөх хэлбэлзэл: ±0.5°C
  - Power: 1000W -аас ихгүй байх
  - Дэлгэц: LCD байх
  - Хэмжээ: 325x300x145 мм – ээс ихгүй байх
  - Аппаратын жин: 20кг – аас ихгүй байх
  - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
  - Дагалдах хэрэгслүүд:
    - Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
    - Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
  - Угсралт, суурилуулалт
    - Нийлуулэг нь санал болгох аппаратын угсралт, суурилуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
    - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлуулэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанид үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
    - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлуулэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлуулэгчийн итгэмжлэгдсэн төлеөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгох буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
  - Сургалт
    - Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техникич нарт зориулан зохион байгуулах
    - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
  - Баталгаат хугацаа:
    - 12 сар
7. ИНКУБАТОР (CONSTANT INCUBATOR) – 1 ширхэг

- Ерөнхий үзүүлэлт:
  - Багтаамж: 30 литр
  - Харьцангуй чийгшил: 5~30°C,
  - Температур: 90 °C хүртэл байх
  - Халаах температурын зөвшөөрөгдхөх хэлбэлзэл: ±0.2°C
  - Хэмжээ: 330x210x221 мм – ээс ихгүй байх
    - Хугацаа: 0~9999мин/цаг
    - Тавиур: 2 ширхэг

- Чадал: 150W – аас ихгүй байх
  - Хэмжээ: 370x410x310 мм – ээс ихгүй байх
  - Аппаратын жин: 50 кг – аас ихгүй байх
  - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
  - Дагалдах хэрэгслүүд:
    - Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
    - Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
  - Угсралт, суурилуулалт
    - Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, суурилуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
    - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанийд үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
    - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
  - Сургалт
    - Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техничк нарт зориулан зохион байгуулах
    - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
  - Баталгаат хугацаа:
    - 12 сар
8. ЭД БУДАГЧ АППАРАТ (AUTOMATED TISSUE STAINER) – 1 ширхэг

- Ерөнхий үзүүлэлт:
  - Cup дугаар: 14 ширхэг (1st is drying cup, 8th is washing cup)
  - Single cup багтаамж: 1.2 литр
  - Cup processing хугацаа: 0 – 59 мин байх
  - Dripping time: 0 – 30 секунд
  - Чадал: 1000W-аас барагүй байх
  - Слайдын багтаамж: 72
  - Дуу чимээ: 60dB(A) байх
  - Хэмжээ: 1500x830x78 мм – ээс ихгүй байх
  - Аппаратын жин: 120 кг – аас ихгүй байх
  - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
- Дагалдах хэрэгслүүд:
  - Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
  - Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
- Угсралт, суурилуулалт
  - Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, суурилуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
  - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанийд үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
  - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн

төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.

- Сургалт
    - Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техникч наарт зориулан зохион байгуулах
    - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
  - Баталгаат хугацаа:
    - 12 сар
9. ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТРИЙН НЭГДСЭН КАБИНЕТ (PHATOLOGY WORKSTATION) – 1 ширхэг

- Ерөнхий үзүүлэлт:
    - Single water sink, two-person operation
    - Үнэр арилгах функцтэй байх
    - Яндангийн агаарын систем: Өндөр хүчин чадалтай сорох төхөөрөмж, дуу чимээ багатай.
    - Халуун, хүйтэн усны тохируулга хийх боломжтой, нэмэлт ус халаагчтай.
    - Суурь шүүгээ нь дотогшоо хонхор хэлбэртэй, сууж ажиллахад тохиромжтой.
    - Нэмэлт нунтаглагч нь ус зайлцуулах хоолойг бөглөрөхөөс зайлсхийхийн тулд туршилтын явцад хог хаягдлыг бүрэн бутлах боломжтой.
    - Автомат угаах төхөөрөмж, бага зэрэг баруун талдаа налуу ажлын ширээ, хог хаягдлыг зайлцуулах, цэвэрлэхэд хялбар.
    - Материал: Зэвэрдэгтүй ган
    - Цахилгаан зарцуулалт: 300W – ээс багагүй байх
    - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
    - Аппаратын жин: 250 кг – аас ихгүй байх
  - Дагалдах хэрэгслүүд:
    - Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
    - Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
  - Угсралт, суурилуулалт
    - Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, суурилуулалт хийх 4-еес доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
    - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиян цахим системээс тухайн компанид үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лаалагааг заавал ирүүлэх.
    - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
  - Сургалт
    - Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техникч наарт зориулан зохион байгуулах
    - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
  - Баталгаат хугацаа:
    - 12 сар
10. МИКРОСКОП (MICROSCOPE) – 1 ширхэг
- Ерөнхий үзүүлэлт:

- Trinocular 10X, 300
  - Illumination: TL light Source, RL Light Source
  - Өсгөлт: 2Х-100ХО байх
  - Field of View: 23mm байх
  - Цахилгаан зарцуулалт: 100 VA -аас ихгүй байх
  - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
  - Дагалдах хэрэгслүүд:
    - Алларатыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
    - Алларатын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
  - Угсралт, сууринуулалт
    - Нийлүүлэгч нь санал болгох алларатын угсралт, сууринуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
    - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанид үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
    - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
  - Сургалт
    - Алларатын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техникч наарт зориулан зохион байгуулах
    - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
  - Баталгаат хугацаа:
    - 12 сар
- 11. БИО АЮУЛГҮЙН КАБИНЕТ (DUCTED PP FUME HOOD) – 1 ширхэг**
- Ерөнхий үзүүлэлт:
    - Ажиллах гадаргуу: 820мм байх
    - Агаарын хурд: 0.3-0.8м/с – аас ихгүй байх
    - Ледламп: 18Вт\*2
    - Цахилгаан зарцуулалт: 750Вт- аас ихгүй байх
    - Алларатын жин: 28 кг – аас ихгүй байх
    - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
  - Дагалдах хэрэгслүүд:
    - Алларатыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
    - Алларатын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
  - Угсралт, сууринуулалт
    - Нийлүүлэгч нь санал болгох алларатын угсралт, сууринуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
    - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанид үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
    - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
  - Сургалт
    - Алларатын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор.

- техникич нарт зориулан зохион байгуулах
  - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
- Баталгаат хугацаа:
  - 12 сар
- 12. АРИУТГАЛЫН КВАРЦЫН ШҮҮГЭЭ (UV STERILIZATION CABINET) – 1 ширхэг
  - Ерөнхий үзүүлэлт:
    - Багтаамж: 200 литр
    - PID тохиргоо автоматаар тохируулах функцтэй байх
    - Материал: Зэвэрдэгтүй ган
    - Кварцын гэрэлтэй байх
    - Чадал: 1300 ВТ-аас ихгүй байх
    - Хэмжээ: 520x530x778 мм – ээс ихгүй байх
    - Аппаратын жин: 28 кг – аас ихгүй байх
    - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
  - Дагалдах хэрэгслүүд:
    - Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
    - Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
  - Угсралт, суурилуулалт
    - Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, суурилуулалт хийх 4-өөс доoshгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
    - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доoshгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанид үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
    - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгох буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
  - Сургалт
    - Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техникич нарт зориулан зохион байгуулах
    - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
  - Баталгаат хугацаа:
    - 12 сар
- 13. УС ЦЭВЭРШҮҮЛЭГЧ (WATER PURIFIER) – 1 ширхэг
  - Ерөнхий үзүүлэлт:
    - Ус цэвэршуулэгч төхөөрөмж нь усан дахь элс шавар, зэв хөгц, эрдэс хатуулаг, давс хүжир, төмөр хар тугалга, хүнд металлууд, шохой хлорын үлдэгдэл, нян бактери зэргийг хэт нарийн шүүлтүүрээр шүүж цэнгэгжүүлнэ.
    - Бүрэн автомат аппарат байх
    - Багтаамж 500 литр/цаг байх
    - Эд нарийн зүсэлтийн зузаан: 0.5μm-с 5μm хүртэлх (нэг алхам 0.5μm)
  - Дагалдах хэрэгслүүд:
    - Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
    - Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
  - Угсралт, суурилуулалт
    - Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, суурилуулалт хийх 4-өөс доoshгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
    - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доoshгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд

ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанийд үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.

- "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгох буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.

- Сургалт

- Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, технич нарт зориулан зохион байгуулах
- Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах

- Баталгаат хугацаа:

- 12 сар

**14. ШЭЭСНИЙ ХАГАС АВТОМАТ ТУНАДАС УНШИГЧ АНАЛИЗАТОР (URINE SEDIMENT ANALYZER) – 1 ширхэг**

- Ерөнхий үзүүлэлт:

- Хагас автомат тунадас уншигч аппарат
- 1 цагт 60 тест унших боломжтой байх
- Шинжилгээний үзүүлэлтүүд: Red Blood Cells (RBC); White Blood Cells (WBC); WBC Clumps (WBCc); Hyaline Casts (HYA); Pathological Casts (PAT); Squamous Epithelial Cells (EPI); Non-squamous Epithelial Cells (NEC); Bacteria (BAC); Bacteria Rods (BACr); Bacteria Cocci (BACc); Yeast (YEA); Crystals (CRY); Calcium-oxalate monohydrate (CaOxm), Calcium-oxolate dihydrate (CaOxd), Uric acid (URI), Triple phosphate (TRI); Mucus (MUC); Sperm (SPRM)
- Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц

- Дагалдах хэрэгслүүд:

- Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
- Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах

- Угсралт, сууринуулалт

- Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, сууринуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
- Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголиа цахим системээс тухайн компанийд үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
- "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгох буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.

- Сургалт

- Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, технич нарт зориулан зохион байгуулах
- Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах

- Баталгаат хугацаа:

- 12 сар

**15. ШЭЭСНИЙ ХАГАС АВТОМАТ СТРИП УНШИГЧ АНАЛИЗАТОР (URINE SEDIMENT ANALYZER) – 1 ширхэг**

- Ерөнхий үзүүлэлт:

- Хагас автомат стрип уншигч аппарат байх
  - Цагт 500 хүртэл тест унших боломжтой.
  - Шинжилгээний үзүүлэлтүүд: Blood, Glucose, Spec. gravity, Bilirubinm, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leucocytes, Ketones, pH, Ascorbic Acid, Wavelength Red (R), Green (G) and Blue (B), Principle Reflectance photometer
  - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
  - Дагалдах хэрэгслүүд:
    - Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
    - Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
  - Угсралт, сууринуулалт:
    - Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, сууринуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
    - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголия цахим системээс тухайн компанийд үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
    - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлэгч гарын үсэг зурж, санал болгох буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
  - Сургалт
    - Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техник нарт зориулан зохион байгуулах
    - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
  - Баталгаат хугацаа:
    - 12 сар
- 16. ДЕНСИТОМЕТР (DENSITOMETER) – 1 ширхэг**
- Ерөнхий үзүүлэлт:
    - Зориулалт:
    - Эсийн концентрацийг (нянгийн ба мөөгөнцрийн эсүүдийг) тодорхойлох, бичил биетний антибиотикт мэдрэмтгий байдлыг илрүүлэх, төрөл бүрийн туршилтын системээр бичил биетнийг тодорхойлох
    - Гэрлийн эх үүсвэр: LED байх
    - Wavelenght: 565±15nm байх
    - Хэмжих хугацаа: 1 сек
    - Tube diameter - external diameter: 18 mm
    - Tube diameter - with D16 adapter: 16 mm
    - Сорьцийн хэмжээ: >2ml
    - Аппаратын жин: 1 кг – аас ихгүй байх
    - Цахилгаан хангамж: 220 В, 50 – 60 Гц
  - Дагалдах хэрэгслүүд:
    - Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
    - Аппаратын хүчин чадалд нийцүүлэн 1 ширхэг ухаалаг тог баригчийг дагалдуулах
  - Угсралт, сууринуулалт:
    - Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, сууринуулалт хийх 4-өөс доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
    - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголия цахим системээс тухайн компанийд үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.

Scanned with CamScanner


Scanned with CamScanner

- "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
  - Сургалт
    - Аппаратын ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техник нарт зориулан зохион байгуулах
    - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
  - Баталгаат хугацаа:
    - 12 сар
- 17. ЗӨӨВРИЙН АМЬСГАЛЫН АППАРАТ (PORTABLE VENTILATOR) – 1 ширхэг**
- Ерөнхий үзүүлэлт:
    - Овор багатай, хөнгөхөн жинтэй, хүнд өвчтөнг тээвэрлэх үед ашиглахад тохирсон, шаардлагатай амьсгалын горимуудтай байх
    - Өвчтөний төрөл: том хүн, хүүхэд
  - Шаардлагатай техник үзүүлэлтүүд:
    - Tidal volume (том хүн) 300 - 2000 mL – ээс багагүй байх
    - Tidal volume (хүүхэд) 100 - 400 mL – ээс багагүй байх
    - Inspiratory time 0.3 - 10 s – ээс багагүй байх
    - Respiratory rate, 2 - 50 breaths/min – ээс багагүй байх
    - IE ratio 1:4 to 4:1 – ээс багагүй байх
    - O<sub>2</sub> concentration up to 100 %
    - PEEP, багадаа 0 - 20 cmH<sub>2</sub>O байх
  - Амьсгалын горимууд:
    - VC-CMV
    - VC-AC
    - SPN-CPAP
  - Хүчилтөрөгчийн хангамж:
    - Эмнэлгийн үндсэн хийн шугам эсвэл аппаратанд тохирсон хийн боллон холбож ажиллуулах боломжтой байх
    - Хүчилтөрөгчийн хийн даралт – 39 – 87 psi – аас багагүй байх
    - Хүчилтөрөгчийн концентраци – 93 % - иас багагүй байх
  - Дэлгэцийн хяналт:
    - Тоон мэдээлэл харагдах боломжтой байх
    - Графикаар харуулах боломжтой байх
    - Trends
    - Тохиргооны хэсэг харагдах боломжтой байх
    - Дохиолол
  - Интерфейс:
    - USB
  - Дэлгэц:
    - TFT эсвэл дүйцэхүйц технологитой байх
    - 4.0 инч – ээс багагүй байх
  - Дуу чимээ:
    - 50 дБ – ээс хэтрэхгүй байх
  - Баттерейн ажиллагаа:
    - Төрөл – Lithium ion эсвэл дүйцэхүйц
    - Ажиллах хугацаа – хамгийн багадав 8 цаг
    - Цэнэглэх боломжтой байх
  - Цахилгаан хангамж

- Хүчдэл - 220В
- Давтамж – 50 – 60 Гц
- Дагалдах хэрэгслүүд:
  - Аппаратыг ажиллуулахад шаардлагатай хэрэгслүүдийг бүрэн дагалдуулах
  - Аппаратад бахлэгдэх боломжтой хүчилтөрөгчийн зөөврийн баллон
  - Аппаратыг зеөвөрлөхөд зориулсан цүнх
- Угсралт, суурилуулалт
  - Нийлүүлэгч нь санал болгох аппаратын угсралт, суурилуулалт хийх 4-еес доошгүй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженертэй байх
  - Инженер техникийн ажилтнууд нь ханган нийлүүлэгч компанийн үндсэн ажилтнаар сүүлийн 12-оос доошгүй сарын хугацаанд ажилласан байх бөгөөд ажилтан тус бүр имонголия цахим системээс тухайн компанид үндсэн ажилтнаар НДШ төлдөг болохыг нотлох лавлагааг заавал ирүүлэх.
  - "Үндсэн сэлбэг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, хэрэглээний материалын бэлэн байдлын тухай нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" -ийг нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд ашиглах/баталгаажуулах үнийн хамт заавал ирүүлнэ.
- Сургалт
  - Ашиглалт болон техникийн аюулгүй байдлын сургалтыг эмч, оператор, техничч нарт зориулан зохион байгуулах
  - Шаардлагатай тохиолдолд сургалтыг давтан зохион байгуулах
- Баталгаат хугацаа:
  - 12 сар

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН  
ЭМНЭЛЭГИЙН ДАРГА



У.ЭНХМАА