

БАТЛАВ:
ДАШБАЛБАР СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА Ж.ЁНДОНЖАМЦ

ДОРНОД АЙМГИЙН ДАШБАЛБАР СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
РЕНТГЕН АППАРАТ ХУДАЛДАН АВАХ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024-04-17

Дугаар ДООДБСЗДТГ/20240102024

Дашбалбар сум

	Рентген аппаратны техникийн тодорхойлолт боловсруулах үндэслэл	Монгол улсын стандарт "Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа" MNS5081:2013
Зөөврийн рентгений техник үзүүлэлтүүд:		
Ерөнхий		
1	Хүчдэл	110-240V~50/60Hz
2	Гаралт	120кVP / 0.1-250mAs
3	KV Range	40~120 KV, 51 step (KV Step)
4		330-2000mm FD
5	Бүх жин	53,5 кг, Хамгийн дээд өндөр 228,6см, 3 янзаар рентген туяа өгөх удирдлагатай, зөөврийн компьютер тавих суурьтай.
6	Цахилгааны залгуурын урт	5метр
7	Рентген туяа солигдох давтамж	100kHz
Коллиматор:		
1	Удирдлага	Гар ажиллагаатай 15,30,45,60 секундын лампын хугацаатай байх
2	Цахилгааны хэмжээ	12-45VDC, 30W
3	Хэмжээ / Жин	172*172*97мм /2,5кг
Зөөврийн тавиур:		
1	Control:	2 Point control(kV, mAs)
2	Control Display	LED (7-seg display&indicators)
3	Supported Function	APR~9 select&Save, Collimator Lamp, Focus selection, Infrared remote controller Enable
4	Maximum Focus to Floor	2008mm
5	Minimum Focus to Floor	385mm
MANO04336W:		
1	Flat Panel Detector	14*17 inch, Wireless, Portable, Csl- Утасгүй холбогдох боломжтой. Нөөц батарей болон цэнэглэгч дагалдана. Цээжний зураг авахад зориулагдсан детекторийн зөөврийн суурь дагалдана.
Зөөврийн компьютер:		
1	Үйлдлийн систем	Windows 11 Home
2	Процессор	AMD Ryzen-TM 7 , 5700U(up to 4.3 GHz max boost clock, 8 MB L3 cache, 8 cores, 16 threads)
3	Дэлгэц	39.6 см, (15.6") diagonal, FHD (1920*1080), micro edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
4	Шуурхай санах ой	8 GB, DDR4-3200 MHz RAM (1*8 GB)

Рентген аппаратны хамгаалалтын хувцасны иж бүрдэл:

- Цацрагийн хамгаалалтын хормогч – 1ш
- Бамбайн хамгаалалт – 1ш
- Хамгаалалтын малгай – 1ш
- Хамгаалалтын нүдний шил – 1ш
- Хамгаалалтын бээлий – 1ш

БОЛОВСРУУЛСАН:
ДАШБАЛБАР СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ДАРГА  Б.АЛТАНЦЭЦЭГ

ХЯНАСАН:
ЗДТГ-ЫН ДАРГА  Ү.БӨХЧУДУУН

