

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: термометр-чийглэг хэмжигчтэй
2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0317040103
3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Температур хэмжих хязгаар, °C	-10°C ~ 50°C		
2	Чийглэг хэмжих хязгаар, %	10% ~ 99%		
3	Температурын дэлгэцийн нарийвчлал	0,1°C		
4	Чийглэг хэмжилтийн нарийвчлал	± 5%		
5	Батерей	2 x AAA		
6	Дэлгэц	LCD		
7	Зориулалт	Тасалгааны		

4. Бүдүүвч зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	термометр-чийглэг хэмжигчтэй	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс	Л.Гантөгс	0317040103	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Амперклец
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0317040101
 3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Амперклец			UNI-T UT204A
2	Тогтмол хүчдэл DC, V	600V	±(1%+5) алдаа	
3	Хувьсах хүчдэл AC, V	600V	±(0.8%+1) алдаа	
4	Тогтмол гүйдэл DC, A	600A	±(2%+5) алдаа	
5	Хувьсах гүйдэл AC, A	600A	±(0.8%+10) алдаа	
6	Эсэргүүцэл, Ω	40MΩ	±(1%+2) Алдаа	
7	Конденсатор, F	100μF	±(4%+3) алдаа	
8	Давтамж, Hz	10 Hz ~20 MHz	±(0.5%+3) алдаа	
9	Температур°C	-40°C~1000°C	±(2.5%+30) алдаа	
10	Дэлгэцийн хэмжээ	36.5мм X 18мм	LCD	
11	Энергийн үүсгүүр	Батерей 9V	6F22	
12	Жин	260 грамм		
13	Дагалдах хэрэгсэл	Батерей, цүнх, туршилтын, температурын датчик		

4. Бүдүүвч зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	АМПЕРКЛЕЦ	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 0317040101	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Доргионы хэмжүүр-үзгэн
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0317050201
 3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Доргионы хэмжүүр-үзгэн			SMART SENSOR AR63C
2	хурдатгалаар хэмжих хүрээ /хязгаар/	0.1~199.9 m/s2		
3	хурдаар хэмжих хүрээ /хязгаар/	0.1~199.9 m/s		
4	шилжилтээр хэмжих хүрээ /хязгаар/	0.001~1.999 mm		
5	хурдатгалыг хэмжих давтамж /хязгаар/	10 Гц+ 1 кГц /бага/		
6		1 кГц + 15 кГц /их/		
7	хурдыг хэмжих давтамж /хязгаар/	10 Гц+ 1 кГц		
8	Нарийвчлал	± 5%		
9	Энергийн үүсвэр	Батерей 1,5 V x 2	AAA x 2	
10	Жин	60 гр		

4. Бүдүүвч зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-


	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ДОРГИОНЫ ХЭМЖҮҮР-ҮЗГЭН	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс		0317050201	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Электрон жин 0+150 кг
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0317060101
 3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Хэмжих хязгаар	0+150 кг		
2	Материал	Ган		
3	Энерийн үүсгүүр	~ 110-240V, 50 Hz Батерей	Цэнэглэдэг	
4	Хэмжих нэгж	Кг, Гр, OZ, CT, LB		
5	Холболт	RS 232C		
6	Дагалдах	Англи хэлтэй гарын авлага, адаптер		
7	Бусад функүүд:	Тоолох,		
		Хувь хэмжээ		
		Ачаалал ихтэйгээс хамгаалах		
		Тэглэх		
		Автоматаар унтрах Батарейн дохиолол		
8	Хэмжих хурд	≤ 2сек		
9	Дэлгэц	110x30 мм	LCD	

4. Бүдүүвч зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	Электрон жин 0+150	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар 0317060101	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс	Л.Гантөгс		Хуудасны тоо 1

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ


1. Бараа материалын нэр: Зай хэмжигч-лазер 50м
2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 317090101
3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Material	ABS & Rubber		
2	Size	100×32.5×22mm		
3	Functions	Measures distance / area / volume		
4	Measuring range	0.2-20m / 0.65-65.5ft		
5	Measuring accuracy	±2mm		
6	Measuring units	m / ft		
7	Battery type	2xAAA 1.5V		
8	Battery life	5000 measurements		
9	Backlight			

4. Бараа материалын техникийн хэмжээ

№	Бараа материалын нэр	Хэмжээ [мм]		Нөөцийн дугаар ДЦС-4
		d ₂	d ₃	
1	Лазер зай хэмжигч	100×32.5×22mm		317090101

5. Техникийн зураг:



6. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Ашиглах заавар болон баталгааны хуудас	Шаардлагатай


	Нэр	Албан тушаал	Гарын үсэг	ЛАЗЕР ЗАЙ ХЭМЖИГЧ	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 317090101	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ДХХА цехийн зас/инженер	Х.Зоригт			Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: лазеран тэгш ус /3 тэнхлэгт/
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0317090201
 3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Төрөл	3D	Өөрийгөө тэгшлэх горим	
2	Материал	Хуванцар		
3	Энерийн үүсгүүр, цэнэглэдэг LI-ion	1x2400 mAh		
4	Ажиллагааны горим	12 шугам		
5	Хэвтээ босоо нарийвчлал	±1мм / 5метр		
6	Хэмжилтийн алдаа	≥ ± 1.5 °C		
7	Ажиллах температур	0 + 40°C		
8	Лазер	Унтраах асаах товчтой		
9	Тусгал өнгө	ногоон		
10	Хамгаалалтын зэрэг	IP54		
11	Ажиллах орчин	Гадна, дотор		
12	Хайрцаг сав, баглаа боодол	Тийм		

4. Зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	лазеран тэгш ус /3 тэнхлэгт/	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс		0317090201	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Лазерин халуун хэмжигч
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0317090301
 3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Лазерин халуун хэмжигч	0 + +350°C		
2	Материал	ABS хуванцар		
3	Энергийн үүсгүүр	Батерей 1.5Vx2 AAA		
4	Хэмжих нэгж	Цельс, °C		
5	Хэмжилтийн тусгал	12:1		
6	Хэмжилтийн алдаа	≥ ± 1.5 °C		
7	Ажиллах температур	0 + 40°C		
8	Лазер	Унтраах асаах товчтой		
9	Хамгаалалтын зэрэг	IP54		
10	Дэлгэц	LCD/гэрэлтэй		

4. Зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	ЛАЗЕРИН ХАЛУУН ХЭМЖИГЧ	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат	орлогч Р.Ганбат	Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс	<i>(Signature)</i>	0317090301	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Тестер-мультиметр
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0317110101
 3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Тестер-мультиметр			UNI-T UT58E
2	Тогтмол хүчдэл DC, V	20mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.05%+3) алдаа	
3	Хувьсах хүчдэл AC, V	2V/20V/200V/1000V	±(0.5%+10) алдаа	
4	Тогтмол гүйдэл DC, A	2mA/200mA/20A	±(0.5%+5) алдаа	
5	Хувьсах гүйдэл AC, A	20mA/200mA/20A	±(0.8%+10) алдаа	
6	Эсэргүүцэл, Ω	200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/200MΩ	±(0.3%+1) Алдаа	
7	Конденсатор, F	2nF/20nF/2μF/20μF	±(3%+40) алдаа	
8	Давтамж, Hz	20 kHz	±(1.5%+5) алдаа	
9	Температур°C	-40°C~1000°C	±(1%+30) алдаа	
10	Дэлгэцийн хэмжээ	60мм X 54мм	LCD	
11	Энергийн үүсгүүр	Батерей 9V	6F22	
12	Жин	350 грамм		
13	Дагалдах хэрэгсэл	Батерей, хавтас, олон зориулалттай залгуур, туршилтын хавчаар, температурын датчик		

4. Бүдүүвч зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	-
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	-
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	-

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	Тестер-мультиметр	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс		0317110101	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Сүлжээний тестер
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0317110301
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Дотоод гадаад сүлжээнд

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Дэлгэц	2.0 inch дээш LCD		Uni-T UT681A
2	Тэжээл	Баттерей		
3	Порт	RJ-45 RJ-11		
4	Кабель дуудаж олох	Тийм	Дуут дохио	
5	Свич порт дуудах	Тийм	Анивчих	
6	Жин	200 гр ихгүй		
7	Хэл	Англи хэл		
8	Ажиллах температур	0 ~ 40°C		
9	Сав, баглаа боодол	Хайрцагтай		
10	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Хуурай		
11	Баталгаат хугацаа	1 жил		

4. Зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар, CD	Шаардлагатай
2	Тухайн үйлдвэрлэгчийн худалдааны тэмдэгтэй байх	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчээс хэлний сонголт өөрчлөх боломжтой	Шаардлагатай
4	Үйлдлийн системийг upgrade болон тохиргоо хийх бүрэн боломжтой байх	Шаардлагатай

	Нэр	Албан тушаал	Гарын үсэг	Сүлжээний тестер	
Баталсан	П.Болдбаатар	ЕИ		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	Б.Эрдэнэбилэг	СХА инженер		0317110301	Хуудасны тоо 1



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: IPC тестер
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0317110302
 3. Барааны ерөнхий шаардлага: Дотоод гадаад камерийн сүлжээнд

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Сүлжээний порт	10/100 auto, RJ45		IPC tester
2	Сертификат	Тийм		
3	WIFI	Built in WIFI, rate150M		
4	Video IN	Video BNC IN,PAL/NTSC		
5	Zoom image	4x zoom		
6	Дэлгэц	6 inch, touch		
7	PTZ control	Rate 600-115200bps 30protocols		
8	IP camea test	ONVIF, ONVIF PTZ, Dahua, Hikivision, Milsight, yomert		
9	Audio	Тийм		
10	Багтаамж	2gb		
11	Дата хяналт	USB		
12	Сүлжээ тест	IP scan link, monitor, ping		
13	Тэжээлийн адаптер	DC 5V (1.5A)		
14	Баттерей	3.7V battery, 6000mAh		
15	Тасралтгүй ажиллах цаг	8 цаг		
16	Ажиллах температур	-10~50 °C		
17	Тээвэрлэлт, хадгалалтын нөхцөл	Хуурай		
18	Баталгаат хугацаа	2 жил		

4. Зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар, танилцуулга /Монгол хэлээр/	Шаардлагатай
2	Тухайн үйлдвэрлэгчийн худалдааны тэмдэгтэй байх	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчээс техникийн өгөгдлийн сертификат байх	Шаардлагатай


	Нэр	Албан тушаал	Гарын үсэг	IPC тестер	
Баталсан	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	Б.Эрдэнэбилэг	СХА инженер		0317110302	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Мегаометр-электрон
2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4I/: 0317130104
3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Гаралтын хүчлэл	250/500/1000В ±10%		UNI-T UT501
2	Гаралтын гүйдэл	1мА ±10%		
3	Хөндийрүүлгийн эсэргүүцэл хэмжих хязгаар	3МОм.. 2000МОм		
4	Хавчих проводын хэмжээ	85-100мм ²		
5	Хүчдэлийн хэмжих хязгаар	Хувьсах 750В Тогтмол 1000В		
6	Шаардлагатай батерей	6ширхэг 1.5В (R14)		

4. Бүдүүвч зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	Шаардлагатай
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /дохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	Мегаометр-электрон	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар 0317130104	Хуудас № 1 Хуудасны тоо 1
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс	<i>[Signature]</i>		

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Мегаомметр 2500В
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0317130102
 3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Хийгдсэн материал	хувьцар		
2	Хүчдэл	2500 В		
3	Хэмжих хязгаар	0 + 2500		
4	Эргүүлэх хурд	120 эрг/мин		
5	Хөлбөгч үзүүр	2ш	Улаан/хар	
6	Ажлын температур	-25 + +40°C		

4. Зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	Шаардлагатай
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	Мегаомметр 2500В	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс		0317130102	Хуудасны тоо 1

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Бараа материалын нэр: Мегаомметр 1000В
 2. Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/: 0317130101
 3. Барааны ерөнхий шаардлага:

№	Техникийн өгөгдөл	Үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Хийгдсэн материал	хувицар		
2	Хүчдэл	1000 В		
3	Хэмжих хязгаар	0 + 1000		
4	Эргүүлэх хурд	120 эрг/мин		
5	Холбогч үзүүр	2ш	Улаан/хар	
6	Ажлын температур	-25 + +40°C		

4. Зураг:



5. Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Зураг, схем	Шаардлагатай
5	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	Мегаомметр 1000В	
Баталсан	ЕИО	Р.Ганбат		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс	<i>(Signature)</i>	0317120301	Хуудасны тоо 1

БАТЛАВ.

ДЦС-4 ТӨХК-ИЙН ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ГАНХУЯГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа материалын нэр: Металлын зузаан хэмжигч

Ерөнхий шаардлага:

д/д	Техникийн өгөгдөл	Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Хэмжих хязгаар	1,2 мм...225 мм		
2	Дэлгэц	4-digital LCD display		
3	Давтамж	5MHz		
4	Нарийвчлал	$\pm(1\%N+0.1)$ мм	Автоматаар унтрах горимтой	AS850 Ultrasonic Thickness Gauge
5	Хэмжих хоолойны хамгийн бага хязгаар	Ф20x3 мм (ган)	Автоматаар "0" шалгагчтай	
6	Дууны хурдны хязгаар	1000...9999 м/с	Хэмжээсийн нэгж шилжих боломжтой	
7	Ажиллах орчны температур	0°C...40°C	Батарейны үзүүлэлт заагчтай	

Нэмэлт мэдээлэл :

№	Өгөгдөл	Үзүүлэлт
1	Тэжээлийн эх үүсвэр	9V батарей
2	Бүтээгдхүүний цэвэр жин	210гр
3	Бүтээгдхүүний овор хэмжээ	150*80.5*34мм
4	Бүтээгдхүүний сав баглаа боодол	Зориулалтын хайрцаг
5	Түрхлэг	Гель хэлбэрийн түрхлэг 2сав нөөцтэй

Бодит зураг:



Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

1	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг: Ашиглалтын заавар зураг схемтэй
2	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг: Засварын заавар зураг схемтэй
3	Үйлдвэрлэгчийн баримт бичиг: Бүтээгдхүүний паспорт

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар: №1601033460	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Металлын зузаан хэмжигч	ДЦС-4 ТӨХК
	Л.Ганболд	Нэгжийн дарга			Хуудас № 1
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	Нэгжийн ЗИ		Хэмжүүр, түүний сэлбэг хэрэгсэл	Хуудасны тоо-1

Танилцсан:	Р.Ганбат	ЕИО		Нөөцийн дугаар: №1601033460	
Хянасан:	Ц.Амарбаясгалан	ЗА-ны дарга		Металлын зузаан хэмжигч	ДЦС-4 ТӨХК
	Л.Ганболд	Нэгжийн дарга			Хуудас № 2
Гүйцэтгэсэн:	О.Мөнхбат	Нэгжийн ЗИ		Хэмжүүр, түүний сэлбэг хэрэгсэл	Хуудасны тоо-1