



БАТЛАВ  
ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ


Х БАТБОЛД





ХОВД АЙМГИЙН БУЛГАН СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГТ  
ОЛГОХ УЯН ДУРАНГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ






2024.04.15.


**Ерөнхий шаардлага:**

1. Япон улсын Olympus, Fujinon уян дурангийн иж бүрдэлтэй дүйцэхүйц байх.
2. Олон улсын чанарын стандартын ISO, CE, FDA шаардлагын аль нэгийг хангасан байна.
3. Үйлдвэрлэгчийн Монгол улс дахь албан ёсны төлөөлөгч байх, гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар батлуулан ирүүлэх
4. Үйлдвэрлэгчээс олгох дурангийн засвар үйлчилгээ үзүүлэх эрхийн гэрчилгээ бүхий 2-оос доошгүй инженертэй байх, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулан хавсаргах
5. Монгол улсад засвар үйлчилгээ үзүүлдэг, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тусгай зөвшөөрөлтэй байх
6. Өмнө дуран угсарч суурилуулж, ханган нийлүүлж байсан туршлагатай байх
7. Нийлүүлсэн байгууллагын тодорхойлолт хавсаргасан байх

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Захиалагчийн техникийн үзүүлэлт	Тоо ширхэг
	Иж бүрдэл:		Ходоодны уян дуран	1
			Бүдүүн гэдэсний видео уян дуран	1
			Гэрэл үүсгэгчтэй видео процессор	1
			LCD дэлгэц	1
			Иж бүрдлийн тавиур	1
			Сорох аппарат	1
			Компьютерийн иж бүрдэл / дурангийн программтай /	1
			Өнгөт хэвлэгч	1
			Тог баригч	1
		Дурангийн угаалгын машин	1	
№	Иж бүрдлийн төрөл		Техникийн тодорхойлолт	Тайлбар
1	Ходоодны уян дуран, видео процессор гэрэл үүсгэгч		BLI, LCI, Wite light гэрлийн горимд ажилладаг байх 1. Харах талбай: 140 градус 2. Харалтын гүн: 2-100 мм 3. Эргэх өнцөг: Дээш 210, доош 90, баруун 100, зүүн 100 градус 4. Гадна диаметр: 9.2 мм 5. Уян хэсгийн диаметр: 9.3 мм 6. Ажлын сүвгийн диаметр: 2.8 м 7. Ажлын урт: 1100 мм 8. Нийт урт: 1400 мм	

		<p>9. Led байх  10. HD  11. Тэжээл -220В / 50Hz  12. Гаралт - HD-SDI (SMPTE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M) and DVI (WUXGA, 1080p or SXGA) аль нэг</p>	
2	Бүдүүн гэдэсний видео уян дуран	<p>-BLI, LCI, White light гэрлийн горимд ажилладаг байх  -Харах талбай 170°  -Харалтын гүн: 2-100мм  -Эргэх өнцөг: дээш 180°, доош 180°, баруун 160°, зүүн 160°,  -Гадна диаметр: 12.8  -Уян хэсгийн диаметр:12.8  -Ажлын сувгийн диаметр 2.8  -Ажлын урт 1520 мм</p>	
3	Гэрэл үүсгэгчтэй видео процессор	<p>-Хавдрыг эрт үед нь илрүүлэх тусгай гэрлийн шинжилгээний 2 функцтай  -Blue Light  -Linked color imaging (LCI)  -FICE, Multi Light технологитой байх,  -Дүрсийг 5 үе шатаар 200 хувь томруулж харах electronic zoom технологитой байх  -Чичиргээг 7 түвшнээр багасгах функцтэй байх  -Улаан, ногоон, хар, хрома өнгөний тохиргоо 9 алхмаар хийгддэг байх  -Freeze mode-той байх  45 өвчтөний мэдээлэл хадгалдаг байх  -Дотоод санах ой: 4GB-ээс багагүй байх  -Лампны төрөл: 3LED, 300Вт-аас багагүй  -Лампны ажиллах цаг: LED-10.000-цагаас багагүй байх  -Гэрлийн тодролыг автоматаар тохируулах функцтэй, гараар тохируулах боломжтой байх  -Үзлэгийн үед цус гарсан газар гэрлийн тодролыг авиоматаар тохируулах функцтэй  -Гэрэлтүүлгийн горим: YӨӨ/1/1/3 сонголттой  -Хүчдэл: 100-240V, 50/60Hz  -Хэмжээ: 395W*201H*485Dмм  -Жин: 15 кг</p>	
4	LCD дэлгэц	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хэмжээ: 24 инчээс багагүй байх</li> <li>• Цайралт: 300 nits</li> <li>• Өнгөт Full HD технологитой байх</li> <li>• Харалтын өнцөг: 85/85/80/80 градус</li> <li>• Ажиллах цаг: 40 000 цагаас багагүй байх</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хурууны болон бээлийтэй гарын мэдрэгчтэй</li> <li>• Нягтрал: 1920x1080 байх</li> <li>• Оролт: DVI-Dx1, HDMIx1, VGA x 1, Display</li> <li>• Хүчдэл: 100-240вольт, 50-60Hz, 2.5A</li> </ul>	
5	Иж бүрдлийн тавиур	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дурангийн иж бүрдлийг байрлуулахад зориулагдсан байх</li> <li>• Хэмжээ: 1412мм(Н) x 64мм(D) x 560(W) байх</li> <li>• Мониторт суурилсан байх үеийн өндөр: 1583мм</li> <li>• Цахилгааны нэгдсэн унтраалгатай</li> <li>• Оролт: AC220, 50Hz, 5.14 A</li> <li>• Гаралт: Үндсэн 3.1A Туслах 1.7A</li> </ul>	
6	Сорох аппарат	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дурангийн оношилгоонд ашиглах зориулалттай</li> <li>2. Багтаамж: 3 литрийн 2 савтай байх,</li> <li>3. Сав: Хэмжээсэн үзүүлэлттэй, өнгөгүй тунгалаг</li> <li>4. Сорох хүч: 740мм мөнгөн усны баганаас багагүй 50л/мин-аас багагүй</li> <li>5. Удирдлага: Хөл гишгүүрийн удирдлагатай</li> <li>6. Хүчдэл: 220v</li> <li>7. Давтамж: 50Гц</li> </ol>	
7	Компьютерийн иж бүрдэл	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU-3.0GHz-ээс доошгүй</li> <li>• RAM-2GB DDR-аас багагүй</li> <li>• HD-1 TB багагүй</li> <li>• 19 инчийн LCD дэлгэц</li> <li>• Өнгөт принтер, хулгана, гарын хамт</li> <li>• Үндсэн программ хангамж, вирусын программ</li> </ul>	
8	Өнгөт хэвлэгч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Боловсруулалт: Өнгөт зураг хэвлэх</li> <li>• Цаас түүний ашиглалт: A4, A5 цаасан дээр хэвлэх</li> <li>• Хэвлэх хугацаа: 1 мин-аас ихгүй</li> <li>• Өнгөний тохиргоо болон түүнийг хянах системтэй</li> <li>• Хүчдэл: 220v</li> <li>• Давтамж: 50Гц</li> </ul>	
9	Тог баригч	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Цахилгаан тасарсан үед төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах боломжтой</li> <li>2. Дурангийн иж бүрдлийг бүрэн даах 2KW-аас багагүй чадалтай</li> </ol>	

		байх, 3. 30-аас доошгүй минут ажиллах 4. LED дэлгэцтэй, ажлын горим бүх ажиллагааг заагчтай 5. Оролт: 220v/50Гц 6. Гаралт: 220v/50Гц	
10	Дурангийн угаалгын машин	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бүрэн автомат ажиллагаатай байх</li> <li>• Усны шүүлтүүртэй байх</li> <li>• Detergent бодисоо өөрөө халаадаг байх</li> <li>• Битүүмж шалгагчтай байх: дижитал агаарын горим болон ус оруулахгүй горимтой</li> </ul> Хугацааны тохиргоо: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Угаах хугацаа: 0 сек-61 мин</li> <li>• Ариутгах хугацаа: 0 сек-61 мин</li> <li>• Зайлах хугацаа: 0 сек-61 мин</li> <li>• Багтаамж:</li> <li>• Ус: 9 литр</li> <li>• Ариутгалын бодис: 1 литр</li> </ul> Хийлэгч: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Битүүмж шалгагч хийлэгчтэй, агаарын хийлэгчтэй, шавхах хийлэгчтэй, ариутгалын бодисын хийлэгчтэй байх</li> <li>• Цахилгааны чадал: 1500Вт</li> <li>• Цахилгааны тэжээл: АС 220-240В, 50Гц</li> </ul>	

ТАНИЛЦСАН:



С.ДОРЖ (НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН  
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ)

ХЯНАСАН:



П.БАТГЭРЭЛ (ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ,  
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН)

БОЛОВСРУУЛСАН:



Д.МӨНХБАЯР. (ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТ, ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ ХАРИУЦСАН  
МЭРГЭЖИЛТЭН)