

ТЕХНИК УЗУУЛЭЛТИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ/2024 УТХО-8.1 /1-ХЭСЭГ/

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, автомашин Дархан-Уул/

Хүүлийн дугаар: XVIII.3.16. Төслийн код: УТ2402002297

№		Бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн тодорхойлолт		
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бух бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.			
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна			
3	Mark				
4	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, автомашин /Дархан-Уул/ -р хэсэг /1.1/	Төсөвт өртөг /төг/	Зураг	
4.1	Копъюнкшоп	<p>Ерөнхий чург зөвлөлгөө</p> <p>Full HD Live дурс (16:9) гаргадаг байх</p> <p>Харьцуулсан зураг авах боломжтой байх</p> <p>USB2.0 PC Slave горимтой байх</p> <p>Камерын наягтрай: 1920x1080 (2,000,000 пиксэлтэй)</p> <p>Видео гаралт: HDMI, 1920x1080i60</p> <p>Компьютерийн интерфейс: USB 2.0 / Slave горимтой байх</p> <p>Дотод санах ой 32Gb байх</p> <p>Намзэтэр зураг хулах боломжтой (USB 2.0 memory stick /FAT32) оролттой байх</p> <p>Дурсийн хэлжээ болон чанар: 1920x1080 JPG File байх</p> <p>Хэрэглэгчийн тулхүүр интерфейс: 5 Чиглүүлэгч тулхүүртэй байх</p> <p>Гэрэл үүсгэгч: 18W LED лампийт байх</p> <p>Өнгөний температур 5K, гарлийн гаралтыг тохиуулсан боломжтой байх</p> <p>F-free хий болон зураг авах хөл педалтай байх.</p> <p>Кабелийн урт: 2M байх</p> <p>Тэжээл: 100-250V AC, 50/60 Hz, Дээд чадал 55Watt байх</p> <p>Урт 250мм ч Өргөн 209мм х Өндөр 101мм байх</p> <p>Дурсийн тохирагс: Brightness, Sharpness, Contrast, Gamma, Exposure эзрийг тохиуулдаг байх, Зургийг хувиргаж тохиуулах боломжтой байх</p> <p>(User 1/2/3 Default) Өнгөний горим сонгох боломжтой байх</p> <p>Хадгалсан зуруудыг хэрхэн тохиуулсан боломжтой байх</p> <p>Устгасан зуруудыг хэрхэн боломжтой байх</p> <p>Системийн цагийн тохиолдох хийх боломжтой байх.</p>	21,000,000.0		



<p>4.2</p> <p>Цусан бүтээгдэхүүн хадгалах хөргөгч</p> <p>Багтаамж : 356 л, Хэмийн хязгаар : $4\pm2^{\circ}\text{C}$, Хэмийн нарийвчлал : 0.1°C Удирдлагын систем Микропроцессорын удирдлагатай LED дэлгэцтэй Дохиолол : Өндөр эсвэл бага хэмийн үед, мэдрэгч ба системийн алдаа гарсан үед, хаалга дутуу Хаагдсан үед, цахилгааны гэмтлийн үед дутуу болон дурст дохиололт өгдөг байх Хөргөгч : R13za, CFC-түй байх Конденсатор ба уршуулалт ч. Өндөр бутгамжийг агаарын хөргөлтэй конденсатор, зэсээр хийгдсэн байх Гэсэгч. Хайддэгүй байх Бүтэц : Нэгдсэн бүтээгч, тус бүр угсардаг (хатуу полууретан тусгаарлагч материалаар хийгдсэн)</p> <p>Дотоод матери</p> <p>Гаднах материал : Зэвэрэдгүй ган</p> <p>Доторх материал : Бурчал зэвэрэдгүй ган</p> <p>Хаалга : Цахилгааныр хандаг, шилэн гадаргатай, акрилик дотор хаалгатай, гадна хаалга цроожтой</p> <p>Цахилгаан ашиглалт : 352W</p> <p>Цахилгааны тэжээд : AC220V±10%, 50Hz -60Hz</p> <p>Дугуй : Чиглүүлэгч 2 дугуй, түргээгэй 2 дугуйтай байх</p> <p>Тохиурлагатай тавиур : 5ш</p> <p>Carc : 15ш</p> <p>Цусны утг 195ш , 450мл</p> <p>Дагадаах хөрөгсэл : принтер, LED гарэл, хэм шалгах хайрцаг, датчик оролт, хаалганны тулхүүр, хэм бичигч</p> <p>Гадна хэмжээ 630x720x1886</p>	 <p>Багтаамж : 598 л, Хөргөлтийн хэм : 40°C~ -86°C, Тавиур : 3 ширхэг Хөргөлтийн төрөл: Шууд хөрөх, Гэсгээх төрөл: Гар удирдлага Хөргөтт: Холимог хөргөтт, СFC агуулалт Дуу чимээ: 55dB(A), Орчны хэм: 10~32°C Уршуулалт: Фөрт сууринлагдсан ороомог, зэс холой Конденсатор: Зэс холой ба хөнгөн цагаан Мэдрэгч: PTC, Термостат: Цахилгаан термостат Дэлгээч: LCD, Цахилгаан хангамж: 110~220V/50~60Hz Хүчин чадал: 1110W, Гүйдал: 5.1A Доторх материал: S.S. 304</p> <p>Гадна материал: Ган хавтан Хэмжүүр: Хөөснөн полууретан цилиндрентан</p> <p>Дохиолол : Өндөр эсвэл бага хэмийн үед, мэдрэгч ба системийн алдаа гарсан үед, хаалга дутуу хаагдсан үед, цахилгааны гэмтлийн үед дутуу болон дурст дохиололт өгдөг байх Цээр жин: 360 кг Дотор талын хэмжээ : 620x755x1280мм Гадна талын хэмжээ: 985x1146x1983мм</p>	 <p>2НР чаадалтай байх, Халтуун хийнээр узээдэг байх, Сэнсний хурд тохиргуулгатай байх Хүчтэй угзэх горимтой байх, Шинийн ажиллагааны горимтой байх, Автомат ажиллагаатай байх Хаплах хүчин чадал : 18500Вт -56м2, Нэмэлт халангчтай байх, Хөргөх хүчин чадал : 18000Вт -56м2 Дуу чимээ 42дБ, Дуу чимээ баатай байх, Сэлтэг агаарын хамжээ : 850м3/Чгт Хэрэглэх давталж: 50Гц, Дотор хамжээ : 957*302*213 мм Гаднах мотор хамжээ 770*555*300, Жин: 48,8 кг</p>
<p>4.3</p> <p>Гүн хөтөөгч</p> <p>Багтаамж : 356 л, Хэмийн хязгаар : $4\pm2^{\circ}\text{C}$, Хэмийн нарийвчлал : 0.1°C Удирдлагын систем Микропроцессорын удирдлагатай LED дэлгэцтэй Дохиолол : Өндөр эсвэл бага хэмийн үед, мэдрэгч ба системийн алдаа гарсан үед, хаалга дутуу хаагдсан үед, цахилгааны гэмтлийн үед дутуу болон дурст дохиололт өгдөг байх Цээр жин: 360 кг Дотор талын хэмжээ : 620x755x1280мм Гадна талын хэмжээ: 985x1146x1983мм</p>	 <p>2НР чаадалтай байх, Халтуун хийнээр узээдэг байх, Сэнсний хурд тохиргуулгатай байх Хүчтэй угзэх горимтой байх, Шинийн ажиллагааны горимтой байх, Автомат ажиллагаатай байх Хаплах хүчин чадал : 18500Вт -56м2, Нэмэлт халангчтай байх, Хөргөх хүчин чадал : 18000Вт -56м2 Дуу чимээ 42дБ, Дуу чимээ баатай байх, Сэлтэг агаарын хамжээ : 850м3/Чгт Хэрэглэх давталж: 50Гц, Дотор хамжээ : 957*302*213 мм Гаднах мотор хамжээ 770*555*300, Жин: 48,8 кг</p>	 <p>2НР чаадалтай байх, Халтуун хийнээр узээдэг байх, Сэнсний хурд тохиргуулгатай байх Хүчтэй угзэх горимтой байх, Шинийн ажиллагааны горимтой байх, Автомат ажиллагаатай байх Хаплах хүчин чадал : 18500Вт -56м2, Сэлтэг агаарын хамжээ : 850м3/Чгт Дуу чимээ 42дБ, Дуу чимээ баатай байх, Хэрэглэх хүчин чадал : 18000Вт -56м2 Хэрэглэх давталж: 50Гц, Дотор хамжээ : 957*302*213 мм Гаднах мотор хамжээ 770*555*300, Жин: 48,8 кг</p>
<p>4.4</p> <p>Айр Кондишинер</p>		





ЗАСАГ ДАРГА


Б.АЗЖАРГАЛ




ТЕХНИК УЗҮҮЛЭЛТИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 2024 УТХО-8 /2-ХЭСЭГ/

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, автомашин /Дархан-Уул/
Хүүлийн дугаар: XVIII. 3.16. Төслийн код: УТ2402002297

"Эмэгтэйчүүдийн хагалгааны иж бүрдлийн" техникийн тодорхойлолт

Техникийн узүүлэлт					
№	Нэр төрөл, узүүлэлт	Техникийн узүүлэлт	Техникийн узүүлэлт	Техникийн узүүлэлт	Зураг
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр загаагүй бол техник хэрэгсэл нь шинэ ашиглагдаагүй байна.			
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна			
3	Зориулалт	Эмэгтэйчүүдийн хагалгаанд шаардагдах тоног төхөөрөмж			
4	Нэр	Техникийн узүүлэлт	Техникийн узүүлэлт	Техникийн узүүлэлт	Зураг
4.1		HD-Цистоскоп Ø4мм, 30° харах өнцөтэй автоклавт ариутгах боломжтой.	Ø4мм, 30° харах өнцөтэй автоклавт ариутгах	1	
4.2		Дотор уян болон хагас хатуу баагж, Хэмжээ: 7Fr x 4мм, 12°/30° харах өнцөтэй	Дотор уян болон хагас хатуу баагж, Хэмжээ: 7Fr x 4мм, 12°/30° харах өнцөтэй	1	
4.3		Гадар уян болон хагас хатуу баагж, Хэмжээ: 7Fr x 4мм, 12°/30° харах өнцөтэй, Ø7.8мм голчтой	Гадар уян болон хагас хатуу баагж, Хэмжээ: 7Fr x 4мм, 12°/30° харах өнцөтэй, Ø7.8мм голчтой	1	
4.4		Биопсийн хамсаа зууван шүйтэй, давхар үйлдэлтэй, уян хатан, Хэмжээ: Ø7Fr, 400мм урттай.	Биопсийн хамсаа зууван шүйтэй, давхар үйлдэлтэй, уян хатан, Хэмжээ: Ø7Fr, 400мм урттай.	1	
4.5	Дуран, Хэрэгсэл	Хайч уян хатан, нэг үйлдэлтэй, Хэмжээ: 7 Fr, 40см урттай	Хайч уян хатан, нэг үйлдэлтэй, Хэмжээ: 7 Fr, 40см урттай	1	
4.6		Баридаг хамсаа матар эрүү, уян хатан, давхар үйлдэлтэй, Хэмжээ: Ø7 Fr, 400мм урттай.	Баридаг хамсаа матар эрүү, уян хатан, давхар үйлдэлтэй, Хэмжээ: Ø7 Fr, 400мм урттай.	1	
4.7		Товчлуурын электрод уян хатан, Хэмжээ: 7Fr, монополяр, 530мм урттай	Товчлуурын электрод уян хатан, Хэмжээ: 7Fr, монополяр, 530мм урттай	1	
4.8		Зүй электрод уян хатан, Хэмжээ: 7Fr, монополяр, 530мм урттай.	Зүй электрод уян хатан, Хэмжээ: 7Fr, монополяр, 530мм урттай.	1	



4.9	Хийлгэч төхөөрөмж /газ халаагчтай/	<p>Газ: Карбон ДиОксид /Эмнэлгийн зориулалттай/ Газын үргслат: 45л/мин Газ холболт: UNF 7/16" Дараалт: 0-30mmHg Хэмжээ: 355x105x253мм Жин: 6.7кг</p> 	
4.10		<p>Инсуффлаторт ашигладаг өндөр дараалтын хоолой, UNF-DIN, 1 метр</p> 	1
4.11	Угаах төхөөрөмж	<p>Сорох хүчин чадал: Вакум: -480mmHg+/-10%, Үргслалт /хамгийн ихдээ/: 22000ml/min Үргслалын хүрээ: 1000-22000ml/min, Дараалтын хүрээ: 300mmHg, Тэжээлийн хангамж: 100-240V/AC, 50-60Hz, Хэмжээ: 360x133x354мм, Жин: 9.8kg</p>	1
4.12	Гэрлийн эх үүсвэр	<p>LED Өнгөний температур: едрийн гэрлийн чанар 6500К Ажиллах нийт хугацаа: 30.000 цаг Гэрлийн холболт: STEMA, Storz, Wolf, Olympus, Оролт: M1 S-Bus Цахилгаан хангамж: 100-240 VAC, 50-60 Гц Эрчим хүчиний хэрэглээ: 300 Вт Хэмжээ: 295x130x355мм Жин: 8 кг Ангилал: 1/BF Стандарт: IEC 60601-1-1, IEC-60601-1-2</p> 	1
4.13	Тэрэг	<p>5 тавцантай, 143,7x61,4x62,5см Тавиурын өргөн: 500мм Кабельтэй газардуулсан 6 талын залгур тууз Камерын толгой тогтоогчтой Зөвөрлөхөд хялбар дугуйтай</p> 	<p>1 1 1 1</p> <p>440,000,000.0</p>



4.14	Дурс боловсруулагч	<p>Зургийн мэдрэгч: 1/3" 3CMOS Нарийвчлал: Full HD 1920x1080 Pixel Видео гаралт: 2xDVI (1080р), 2xHD-SDI (1080i) Оролтууд: MI S-Bus Удирдлагын гаралт: 2x3.5мм-ийн утасны үүрийн гаралттай. Удирдлагын оролт: 2x3.5мм-ийн утасны үүрийн оролттай Холболт: 2xUSB Тэжээлийн хангамж: 100-240VAC, 50/60 Гц, 0.8-0.4A Хэмжээ (төхөөрөмж): 295 x 100 x 355 мм (W+H+D) Жин: 4.39 кг Ангилалт: CF Сертификат: CE, EN 60601-1 (2 ба 3) Эрчим хүчиний хэрэглээ: 0.8-0.4A Онцлогууд: Цагаан өнгийн тэнцвэр, Дэлгэц дээрх цэс, дижитал томруулагч, хэрэлгэчийн 3 тохигоог хадгалах боломжтой.</p>
4.15	Камерын толгой	<p>Зургийн мэдрэгч: 1/3" 3CMOS Мэдрэгчийн нягтрал: Full HD 1920x1080 Pixel (50/60р) Функцийн товчлуурууд: Тус тусад нь програмчлах боломжтой, гэрэлтүүлэгтэй 3 функцийн товчлууртай. Дотор холбогч: Стандарт цроожлогчтой. Онцлогууд: Усанц орох боломжтой (STERRAD-д нийцэг) Томруулагч: F=14-28мм Холболтын залгуур: Усны хамгаалалттай камерын кабель: 3.5M Хэмжээ: 39x40x134мм /дотор холбогчтой хэмжээ/ Жин (кабельгүй): 210гр.</p>
4.16	Камерын ханцуй	<p>Камерын ханцуй, 250см, ариутгасан (100ш/хайрцаа)</p>
4.17	Дурангийн дэлгэц	<p>FSN 26" Full HD LED эмнэлгийн дэлгэц Дэлгээцийн хэмжээ: 26" Нарийвчлал: 3840x2160 Видео оролт: DVI/HDMI2.0/VGA/DP/USB</p>
4.18	Дурангийн дэлгэц тогтоогч	<p>20° хазайх, 170° эргүүлэх боломжтой VESA 75/100 стандарт бүхий хавтгай дэлгэц тогтоогч Даац: 14-18 кг</p>



4.19	Коагуляцын төхөөрөмж	Мэдрэгчтэй дэлгэцтэй. HF-цахилгаан мэс заслын төхөөрөмж, SDS хувилбар
5	Баталгаа	Тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж хулээлгэн өгч акт үйлдсэн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
6	Төсөвт өртөг	Тоног төхөөрөмжийн нийт төсөвт өртөг: 440,000,000.0 төг
7	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй
8	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил тестэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.

П.Батсүх


Б.Батсүх

Хянасан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч

Боловсруулсан:

Нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер

Б.Энх-Амгалан





БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГА
БАЗЖАРГАЛ


ТЕХНИК УЗҮҮЛЭЛТИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:2024 УТХО-8 /3.1-ХЭСЭГ/

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, автомашин /Дархан-Уул/

Хуулийн дугаар: XVIII.3.16, Төслийн код: УТ2402002297

№	Нэр төрөл, узүүлэлт	Техникийн узүүлэлт				
		Тодорхойлолт	Зураг	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ /төг/	Нийт үнэ /төг/
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол техник хэрэгсэл нь шинэ ашиглаадагүй байна.				
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна				
3	Зориулалт	"Амин холбоо" өрхийн эмнэлэгт нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмж				
4	Тоног төхөөрөмжийн нэр					
4.1	Гемотологийн аппарат	<p>H30 аппрattтай дүйцэхүйц, H-30 Гематологын автомат анализатор: (Үнэ: 13.5 сая) Багажийн дагавалдаж: 400 Хүний шинжилгээ хийх усмал Техникийн узүүлэлт: 20 узүүлэлт үздэг: WBC, LYM%, MID%, GRA%, LYM#, MID#, GRA#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT P-LCR Хэмжилт хийх аргачилал: Цианидгүй (No Cyanide) – шинжилгээний арга буюу цахилгаан гүйдлийн зэрэгүүчийн аргаар хэмжидэг. Хүчин Чадал: Цагт 60 сорьц шинжилгэх хүчин чадалтай. Сорьц сорох хэмжээ: Бүхэл цусанд 10 мкл Шингэлээн цусанд: 20 мкл Дэлгээ: 10.4 ичнийн өнгөт мэдрэгч дэлгээ Мэдээлэл хадгалах: 36,000 шинжилгээний хариу болон график 12 Чанарын хяналтын(12 – н нэг багц QC-д 100 чанарын хяналтын уншилт хадгалах боломжтой) үр дүнг хадгалах боломжтой. Оролт гаралт: 5 ширхэг USB порт, 1 ширхэг LAN порт Ажиллах орчин: 18 – с 32 0C, Харьцангуй чийгшил: < 80%, Агаарын даралт: 70 kPa – с 106 kPa Холбогдох боломжтой хэрэгзэл: Компьютерийн гар, бар код уншигч Ажиллах хүчдэл: 100 – с 240 VAC, 50Hz/60 Hz, 2A Овор хэмжээ: Урт(406 мм) Өргөн(430 мм) Өндөр(430 мм) Жин: 14 кг </p> 	1	12,000,000.0	12,000,000.0	
4.2	Шээний анализатор / H-III-B Загвар/	<p>Шинжилгээний нэрс: URO,BIL, KET,BLD,PRO,NIT,LEU,GLU,GS,Ph,VC,CR,CA,MA Дата хадгалах: 30000хариу хадгалана.</p> <p>Шинжилгээ хийх хурд: цагт 500тест Жин:6.5 кг Ажиллах орчин: 5-40C, 80% Чийгшэл Гал хамгаалагч-T2AL250V</p>		1	3,500,000.0	3,500,000.0
4.3	Лаборторийн урвалж хадгалах хөргөгч	68Л багтаамжтай, шилэн нүүртэй, хянах дэлгэцтэй, 2-8 градус		1	2,700,000.0	2,700,000.0
4.4	Эмийн хөргөгч	68Л багтаамжтай, шилэн нүүртэй, хянах дэлгэцтэй, 2-8 градус		1	2,800,000.0	2,800,000.0
4.5	Сушелка /шил сав хатаагч/	3D буюу 3 хэмжээд 10 градусын налуу үүсгэж холино. Хурдны хязгаар 10-70өргэлт, Лед дэлгэцтэй, Ажиллах чадал 20Вт, Ажиллах хүчдэл AC100-240V,50/60Гц Ажиллах цаг:1мин-99цан 59мин		1	900,000.0	900,000.0
4.6	УВЧ 60 Аппарат /Солонгос/	УВЧ Гаралтын чадал: 50Вт±20%, Хугацаа: 10, 15, 20, 25, 30мин Тэжээл: 220В, 50Гц Тасралтгүй 4 цаг ажиллах боломжтой.		1	9,360,000.0	9,360,000.0
4.7	Билиметр	Нярайн шарлалт хэмжих төхөөрөмж. Овор хэмжээ бага, зөөверлөхөд хялбар. Санах ойтой.		2	3,200,000.0	6,400,000.0
4.8	Лазер эмчилгээний аппарат	Хүчдэл:200-240В, Давтамж: 50-60Гц Ажиллах температур: +10,...,+35C, Хэмжээ: 275x 196 x 105 Давтамж тохицуулах чадал: 0.5 – 3000 Импульс давтамж: 10, 80, 600, 3000 Гц 2 сувагтай, Гэрэл өгөх хугацаа:1-90мин Хамгийн их чадал:28ВА, Жин:1,5кг		1	3,600,000.0	3,600,000.0



4.9	Нойрны аппарат	Стресс сэтгэл түгшил нойргүйдлийн эмчилгээнд хэрэглэдэг альфа стим аппарат.		1	2,200,000.0	2,200,000.0
4.10	УФО	Чих хамар хоолойн шарлага, Нэгэн зэрэг 2-4 утах боломжтой, Лампа: DRT-240, Хэмжээ 460*470*400, Цахилгаан тэжээл: 220/50/В/Гц		1	3,120,000.0	3,120,000.0
4.11	Гүйлтийн зам	Хурд: 1-12.8 км/цаг, Хэмжээ: 1480мм*650мм*1250мм, Жин: 38,5 кг/45 кг, Мотор: 2.5 морины хүчтэй, Дэлгэц: LED дэлгэц, Гүйлтийн талбай: 1000*400мм, Хөлжим сонсох боломжтой, Олон улсын чанаарын шаардлага хангасан байх, Даац: 120-150кг, Булчин суллах чичирхийлэл өгдөг төхөөрөмжтэй байх, гэдэсний татал өгөх төхөөрөмж нэмэлтээр суурилуулсан байх,		1	2,800,000.0	2,800,000.0
4.12	Суурин дугуй	180 кг даацтай, хяналтын дэлгэцтэй, зүрхний пульс мэдрэгчтэй, хүүхдийн гар орохгүй битүү хамгаалалттай, утас таблет болон ус гантель тавих тавиуртай байх. Хяналтын дэлгэц дээр нь хурд, хугацаа, шатаасан калори, туулсан зам, зүрхний пульс гэсэн мэдээллүүд гарна. Цагаан болон хар өнгөний сонголттай байж болно.		1	620,000.0	620,000.0
5	Баталгаа	Тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж хүлээлгэн өгч акт үйлдсэн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд чанаарын баталгаа шаардана.				
6	Төсөвт өртөг	Тоног төхөөрөмжийн нийт төсөвт өртөг: 50,000,000.0 төг				
7	Үрьдчилгаа	Санхүүжилтийн үрьдчилгaa олгохгүй .				
8	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.				

Зөвшөөрсөн: ХБТХОХ-ийн дарга

П.Батсүх

Хянасан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч


Б.Батсүх

Боловсруулсан:

Аминхолбоо өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга

Э.Сарангроо





БАТЛАВ


ЗАСАГ ДАРГА

БАЗЖАРГАЛ

ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:2024 УТХО-8 /3.2-ХЭСЭГ/


Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, автомашин /Дархан-Уул/

Хуулийн дугаар: XVIII.3.16, Төслийн код: УТ2402002297

№	Нэр төрөл, үзүүлэлт	Техникийн үзүүлэлт				
		Тодорхойлолт	Зураг	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ /төг/	Нийт үнэ /төг/
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол техник хэрэгсэл нь шинэ ашиглагдаагүй байна.				
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна				
3	Зориулалт	"Гос хот" өрхийн эмнэлэгт нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмж				
4	Тоног төхөөрөмжийн нэр					
4.1	Зөөврийн эхо	<p>15 инчийн LED дэлгэцтэй, Intel i5 процессор, 8GB ram, Хард диск: SSD 256GB PDI, PW, CW, 2D, 3D, 4D, TDI, Auto IMT/NT, Elastography, Puncture enhancement, Panoramic, Trapezoid imaging, Color M, Anatomical M mode and so on, Цэнэглэдэг батарейтай</p> <p>Бүтэн цэнэгээр 3 цаг, Оролт: 2 USB ports, S-video, HDMI, DICOM 3.0, LAN, AUDIO, MIC, Хэлний сонголт: Англи</p> <p>Хэмжээ: 71*47*61 см, Жин: 19.8 кг</p> <p>Датчикны төрөл:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гүдгэр датчик • Шугаман датчик • Утрезний датчик • Micro-convex датчик • Зурхний датчик • Хүүхдийн зүрхний датчик • 4D датчик 		1	23,200,000.0	23,200,000.0
4.2	MBJ20 шарлалт хэмжих аппарат БНХАУ	Билирубин тоологч буюу нярайн шарлалт үзэх аппарат		5	3,400,000.0	17,000,000.0
4.3	УВЧ- 60 /ОХУ-д үйлдвэрлэсэн байх/	<p>Гарал үүсэл: ОХУ</p> <p>Загвар: УВЧ-60, Цаг тохируулах хүрээ: 0-99 мин</p> <p>Цахилгаан соронзон долгионы давтамж: 27.12 ± 0.16 Мгц</p> <p>Гаралтын чадал: 10/15/20/30/40/50/60 Вт \pm 20%, Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц</p> <p>Чадал: 250 Вт, Хэмжээ : 421*285*170 мм</p> <p>Жин: 7.5 кг</p>		2	12,000,000.0	24,000,000.0
4.4	ИСКРА-1	<p>Гарах гүйдлийн дээд хэмжээ: 4 мА</p> <p>Аппарат ажиллахад бэлэн болох хугацаа: 3 минутаас ихгүй</p> <p>Дэглэм: 20 минут ажиллаад 10 минут заварлах</p> <p>Гаргах цахилгаан даралт: 0-3000В хүртэл тохируулж болдог.</p> <p>Гаргах цахилгаан урсгал: 6,5 мА+/- 10 %</p> <p>Овор хэмжээ: 380*300*160 мм</p> <p>Цагийн тохируулга: 0-99 минут</p> <p>Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц, Цэвэр жин: 7кг</p>		1	9,500,000.0	9,500,000.0
4.5	Өвчтөний хяналтын монитор	<p>Гарал үүсэл: БНСҮ үйлдвэрлэгдсэн байх,</p> <p>Загвар: BT-780, Техник үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ашиглахад хялбар мэдрэгчтэй дэлгэцтэй - 15.6 инчийн өндөр нягтралтай өнгөт TFT дэлгэц - Стандарт үзэлтүүд: ЭКГ, Температур, SpO2, NIBP даралт - Төв хяналтын системтэй холбогдох боломжтой (CMS) - Батареягаар 3 цаг хүртэл тасралтгүй ажиллах боломжтой - Дэлгэцийн VGA гаралттай - Цахилгаан тэжээл: 220В, 50Гц - Жин: 6 кг 		1	6,300,000.0	6,300,000.0
5	Баталгаа	Тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж хүлээлгэн ёгч акт үйлдсэн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.				
6	Төсөвт өртөг	Тоног төхөөрөмжийн нийт төсөвт өртөг: 80,000,000.0 төг				



7	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй.
8	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.

Зөвшөөрсөн: ХБТХОХ-ийн дарга  П.Батсүх

Хянасан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч

Боловсруулсан: "Гос хот" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга





ЗАСАГ ДАРГА
БАТЛАВ
Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 2024 УТХО-8 /3.3-ХЭСЭГ/

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, автомашин/Дархан-Уул/
Хуулийн дугаар: XVIII.3.16, Төслийн код: УТ2402002297

№	Нэр төрөл, үзүүлэлт	Техникийн үзүүлэлт					
		Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тодорхойлолт	Зураг	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ /төг/	Нийт үнэ /төг/
1	Материал		Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол техник хэрэгсэл нь шинэ ашиглагдаагүй байна.				
2	Стандарт		Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна				
3	Зориулалт		"Гэрэлтэй" өрхийн эмнэлэгт нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмж				
4							
4.1	Электрон өндөр, жин	3-200kg хүртэл жин, 195cm хүртэл өндөр үзэх боломжтой, Өндөр, жингийн нарийвчлал өндөртэй хэмжинэ, LCD дэлгэцтэй байх, Хэмжилтийн үр дүнг автоматаар давхар хэлэх тохигоотой, Биеийн таргалалтанд дүн шинжилгээ хийж биеийн жингийн индексийг тодорхойлоно, Цахилгааны залгуураар болон 4ш AAA батерийгаар ажиллах боломжтой байх		2	550,000.0	1,100,000.0	
4.2	УВЧ /ОХУ-д үйлдвэрлэгдсэн байх/	<ul style="list-style-type: none"> Цахилгаан соронзон долгионы давтамж: 27.12 ± 0.16 Мгц Хамгийн их гаралтын чадал: 1 алхам 10ватт \pm 2ватт 2 алхам 20ватт \pm 4ватт 3 алхам 30ватт \pm 6ватт Хэмжээ: 425*230*260 мм Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц Чадал: 160 Вт Жин: 13 кг 		2	11,000,000.0	22,000,000.0	
4.3	ЭХО Өнгөт допплер	<ul style="list-style-type: none"> Хэрэглээ: Хэвлэй, эх барих, эмэгтэйчүүд, зүрх, жижиг эрхтэн, урологи, судас, гэмтэл, мэдрэл, гэх мэт бүх төрлийн үзлэг хийх боломжтой. Дэлгэц: 15 ичнийн LCD дэлгэцтэй Датчикний ортолт: 3 Санах ойн багтаамж: 320гБ Холболт: Интернэт, дотоод сүлжээний холболт, USB холболт Цахилгаан хэрэглээ: 220–240в Давтамж: 50/60Гц <p>Зурлын чанарыг сайжруулах iBeam, iTouch программуудтай Мэдээлийн баазыг удирдах iStation™ программ сууриссан Хэрэглэгч өөрийн шаардлагад нийцүүлэн олон төрлийн датчик болон нэмэлт хэрэгсэлээс (ДАЙКОМ холболт, принтер, Хөл удирдлага,DVD бичигч, Батарей гэх мэт) сонгон авах боломжтой.</p>		1	26,900,000.0	26,900,000.0	
5	Баталгаа	Тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж хүлээлгэн өгч акт үйлдсэн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.					
6	Төсөвт өртөг	Тоног төхөөрөмжийн нийт төсөвт өртөг: 50,000,000.0 төг					
7	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй .					
8	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил тестэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.					

Зөвшөөрсөн: ХБТХОХ-ийн дарга

П.Батсүх

Хянасан: Аймгийн Ерөнхий эдийн/засагч

Б.Батсүх

Боловсруулсан: "Гэрэлтэй" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга

Л.Нямсүрэн



ЗАСАГ ДАРГА
БАЗЖАРГАЛ

ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: 2024 УТХО-8 /3.4-ХЭСЭГ/

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж: автомашин /Дархан-Уул/

Хуулийн дугаар: XVIII.3.16, Төслийн код: УТ2402002297

№	Нэр төрөл, үзүүлэлт	Техникийн үзүүлэлт				
		Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тодорхойлолт	Зураг	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ /төгрөг/
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол техник хэрэгсэл нь шинэ ашиглагдаагүй байна.				
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна				
3	Зориулалт	"МЭДС ТӨБ" өрхийн эмнэлэгт нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмж				
4	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тодорхойлолт	Зураг	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ /төгрөг/	Нийт үнэ /төгрөг/
4.1	Бодианализ аппарат	ACCUNIQ BC360 гол үзүүлэлт нь биед агуулагдаж буй ус, уураг, эрдэс бодис, өөхөн эд дотороо биед агуулагдаж буй гадар болон дотор өөхний эдийг хэмжинэ		2	1,500,000.0	3,000,000.0
4.2	УВЧ 60	<ul style="list-style-type: none"> Цахилгаан соронзон долгионы давтамж: 27.12 ± 0.16 МГц Хамгийн их гаралтын чадал: 1 алхам 10ватт \pm 2ватт 2 алхам 20ватт \pm 4ватт 3 алхам 30ватт \pm 6ватт Хэмжээ: 425*230*260 мм Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц Чадал: 160 Вт 		2	6,000,000.0	12,000,000.0
4.3	ЭКГ	<ul style="list-style-type: none"> 6/3 сувгийн бичлэг 110 мм хэмжээтэй бөөрөнхий цаас хэрэглэдэг. Дэлгэц: 7 инч , өнгөт, эвхэгддэг LCD дэлгэц; мэдрэгчтэй Мэдээлэлийн санах ой: Дотоод SD карт/гадаад USB санах ой, Мэдээллийн формат: HL7, XML,SCP.PDF.JPG.PNG.DICOM Бичлэг хийх хугацаа . Хамгийн ихдээ 10м Мэдээлэл хуулах: Хэмжилт хийсэн утгыг гар утас, таблет, компьютерт хуулж үзэх боломжтой Хэмжээ : 313x252x85мм Жин : 2.8 кг Баттерей: 2 * AAA шүлтлэг баттерей 		2	4,800,000.0	9,600,000.0
4.4	Цаг товтолын киоск аппарат	Сервис нь Windows Server 2012 дээш үйлдлийн систем, MSSQL 2016 дээш хувилбартай дээр холбогдон ажилладаг байх • HEIP бусад системүүдтэй холбогдон мэдээллийг илгээх, хүлээн авах боломжтой байх.		1	8,000,000.0	8,000,000.0
4.5	Судас тодруулагч	Захын судасыг тодоруулж хатгалт хийхэд хялбар Лед гэрэлзэр тодоруулдаг.		1	200,000.0	200,000.0
4.6	Дифибрилятор аппаратны суурь	Дугутай зөөхөд хялбар, даац сайтай байх		1	1,200,000.0	1,200,000.0




4.7	Дифибрилятор аппарат	Дэлгэц: 7 инч LCD Горим: Дефибрилятор, монитор, AED 2-360 Жоуль хүртэл механик сонголттой:	 дифибрилятор	1	8,000,000.0	8,000,000.0
4.8	Ухаалаг суурин цусны даралт хэмжих аппарат /Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн байх/	Дэлгэц: LCD эсвэл ФНД Хийлэх арга: микро удирдлагын автомат хийлэлт Даралтын бүртгэлт: хагас дамжуулагч ачаалал Хэмжилтийн хүрээ: оролт 30-300мм.муб Нэгж 30-200мин Даралтын хугацаа: ойролцоогоор 10 сек Хэвлэх: ёндөр хурдны дулааны принтер Цахилгаан хангамж: AC110/220В-230В Цахилгаан хэрэглээ: 30ВА		2	4,000,000.0	8,000,000.0
5	Баталгаа	Тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж хүлээлгэн өгч акт үйлдсэн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.				
6	Төсөвт өртөг	Тоног төхөөрөмжийн нийт төсөвт өртөг: 50,000,000.0 төг				
7	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй .				
8	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил тестэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.				

Зөвшөөрсөн: ХБТХОХ-ийн дарга

П.Батсүх

Хянасан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч

Боловсруулсан: "МЭДСТОВ" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга



Б.Батсүх

Ч.Энхтунгалаг



ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

Б.АЗЖАРГАЛ



ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: 2024 УТХО-8 /3.5-ХЭСЭГ/


Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, автомашин /Дархан-Уул/

Хуулийн дугаар: XVIII.3.16, Төслийн код: УТ2402002297

№	Нэр төрөл, үзүүлэлт	Техникийн үзүүлэлт				
		Тодорхойлолт	Зураг	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ /төг/	Нийт үнэ /төг/
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол техник хэрэгсэл нь шинэ ашиглагдаагүй байна.				
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна				
3	Зориулалт	"Түвшин холбоо" өрхийн эмнэлэгт нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмж				
4	Тоног төхөөрөмжийн нэр					
4.1	Биеийн бүтэц тодорхойлогч	ACCUNIQ BC360 гол үзүүлэлт нь биед агуулагдаж буй ус, уураг, эрдэс бодис, өөх тос, буличин, бүслхийн тойрог, өөхөн эд дотор биед агуулагдаж буй гадар болон дотор өөхний эдийг хэмжинэ		2	1,400,000.0	2,800,000.0
4.2	Олон үйлдэлт микроскоп	Загвар: BMM-1000 дүйцэхүйц Техникийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлт: • Толгой: Siedentopf нугасны, нүдний, харааны толгой, 30 ° налуутай, 360 ° эргэдэг, хүүхэн хараа хооронд 47 ~ 75 mm • Тодотогч шил: WF10x/18 • Дуран таталт: өнгөгүй дуран 4x, 10x, 40x, 100x • Линз сууринуулах хэсэг: 4 хос линз • Фокусыг тохируулах: Коаксиаль тохируулга, 22 mm, нарийн хуваагдал 0.002 mm • Тавцан хэмжээ: 132*142 mm, хөндлөн 75*40 mm • Конденсатор: Диафрагмын диафрагмтай Abbe конденсатор NA1.25 • Гэрэлтүүлэг: S-LED гэрэлтүүлэг, тохируулах боломжтой • Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц • Хэмжээ : 323*264*440 mm • Нийт жин: 6.5 кг		1	1,800,000.0	1,800,000.0
4.3	Биохимийн хагас автомат анализатор	Загвар: Silver Plus Техникийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлт: Инкубацаах байдал: 20 хүртэл инкубацаах хэмжээтэй Фотометрийн систем: Гэрлийн эх үүсвэр: 6В, 10Вт галоген чийдэн Шүүлтүүрүүд: 340 ,405, 492, 510, 546, 578, 620 nm, 2 нээлттэй шүүлтүүрийн байрлалтай, Долгионы нарийвчлал: ± 2 nm, Хэмжилтийн систем: Хэмжих хүрээ: 0 ~ 2.500 OD, Фотометрийн шугаман байдал: ± 2% - aac 0 - 2.000 OD, Фотометрийн нарийвчлал: ± 2% - aac 0 - 2.001 OD, Урсгал: < 0.005 OD Үргэлжлэх: ≤ 1%, Инкубаторын температурын хяналт: RT+25°C, 30°C, 37°C, Нарийвчлал: ± 0.1°C, Дэлгэц: Мэдрэгчтэй дэлгэцтэй, Хэвлэгч: Дулаанаар хэвлэгч Оролт: RS-232,USB Цахилгаан тэжээл: 220В, 50Гц Хэмжээ: 340*380*180 mm, Жин: 19 кг		1	8,000,000.0	8,000,000.0



4.4	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат 12 сувагт	Үйлдвэрлэгч: ICEN Гарал үүсэл: БНХАУ Загвар: EGG-12 Техник үзүүлэлт: 216 мм-ийн хэвлэх цаас ашиглааг, дулааны принтертэй 10,2 өнгөт мэдрэгчтэй дэлгэц, давхар товчлууран функцтэй Ашиглалтын горим: Гар/Автомат Шүүлтүүр: AC.EGG шүүлтүүр Оролтын систем: >50m Өвчтөний гүйдлийн алдагдал: <10μ A Хүчдэлийн тохируулага: 1 Мв Хүчдэлийн тэсвэр: 500Mв Тогтмол цаг: 3.2 сек Цаасны хурд: 25,50 мм/сек Мэдрэмж: 5. 10. 20 мм/Мв Батарей: Лион батарей (11.1V,3800mAцаг) Цахилгаан тэжээл: 110-230V,50/60Гц Хэмжээ: 360*250*68 мм		1	3,900,000.0	3,900,000.0
4.5	ИСКРА-1	Гарал үүсэл: ОХҮ Загвар: ИСКРА-1 Техник үзүүлэлт: Гарах гүйдлийн дээд хэмжээ: 4мА Аппарат ажиллахад бэлэн болох хугацаа: 3 минутаас ихгүй Дэглэм: 20 минут ажиллаад 10 минут засварлах Гарах цахилгаан даралт: 0-3000В хүртэл тохируулж болдог Гарах цахилгаан урсгал: 6,5 Ma+-10% Овор хэмжээ: 380x300x160мм Цагийн тохируулга: 0-99 минут Цахилгаан тэжээл: 220В, 50Гц Цэвэр жин: 7 кг		1	9,500,000.0	9,500,000.0
4.6	УВЧ-60	Гарал үүсэл: ОХҮ-д үйлдвэрлэсэн байх Загвар: УВЧ-60 Техник үзүүлэлт: Цаг тохируулах хүрээ: 0-99 мин Цахилгаан соронзон долгионы давтамж: 27:12±0.16 МГЦ Гаралтын чадал: 10/15/20/30/40/50/60 Вт±20% Цахилгаан тэжээл: 220В/50Гц Чадал:250 Ватт Хэмжээ:421x285x170 Жин:7,5кг		2	12,000,000.0	24,000,000.0
5	Баталгаа	Тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж хүлээлгэн өгч акт үйлдсэн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.				
6	Төсөвт өртөг	Тоног төхөөрөмжийн нийт төсөвт өртөг: 50,000,000.0 төг				
7	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй .				
8	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.				

Зөвшөөрсөн: ХБТХОХ-ийн дарга  П.Батсүх

Хянасан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч

Боловсруулсан: "Түвшин холбоо" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга

Б.Батсүх

Д.Даваахорол





ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛЛӨН №2024УТХО-8.1 /1.2 ХЭСЭГ/


Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж -автомашин /Дархан-Уул/
Хуулийн дугаар: XVIII.3.16, Төслийн код: УТ2402002297

2024ОН

Техникийн тодорхойлолт					
№	Бүтээгдэхүүний нэр				
1	Материал				
2	Стандарт				
3	Төсөл арга хэмжээний нэр				
№	Эд хогшил, тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Үзүүлэлт
1	Суурьтай унадаг дугуй /Спинниг дугуй/	2	460,000	920,000.0	Зураг
Ажиллагаа : суурин Даац : 120kg Хянах самбар : 1-5 араа Материал : төмөр Ажлуулах горим : хурдайн, удаан, өөх шатаах, тураах Өндөрийн хязгаар : 190см хүртэл өндөртэй хүн унах зориулалттай.					







2	Алхалтын урт зам /Гүйптийн зам /	2	2,500,000	5,000,0000	<p>Ажиллагаа : Автоматаар хурдаа тохируулах боломжтой.</p> <p>Тэжээл : 220v</p> <p>Даач : 110кг</p> <p>Дээд хурд : 14km/h</p> <p>Зориулалт : Алхах, Гүйх</p> <p>Хянах самбар : өнгөт, лед хянах</p> <p>самбартай байх</p>	
3	Гарын хуруу Тэнийлгэх, атгах хөдөлгөөний гарын dasgal	4	300,000	1,200,000.0	<p>Хэмжээ :</p> <p>S размер – 45-60кг</p> <p>M размер – 60-75кг</p> <p>L размер – 70-80кг</p> <p>XL размер – 90-110кг</p> <p>Зориулалт : Харвалтын дараах гар хурууны нөхөн сэргээх дасгал</p> <p>Горим : Автомат удирдлага</p>	
4	Нэг хаалгатай урт хувцасны шүүгээ/ Эмч Мэргэжилтнүүдийн эмнэлгийн хувцас/	5	540,000	2,700,000.0	<p>Материал : төмөр</p> <p>Хаалганды тоо : нэг хаалгатай</p> <p>Түгжээ : Автоматаар түгжигдэх боломжтой.</p> <p>Тавцан : 3 тавцантай</p> <p>Өнгө : Цагаан</p> <p>Зориулалт : албан байгууллага болон эмнэлэг, Оргөн 90см, өндөр 185см, гүн 45см багагүй байх, Төсрийн зузаан 0.7мм багагүй байх,</p>	

5	УВЧ-60 шарлагын аппарат	1	12,000,000	12,000,000	<p>Цаг тохируулах хүрээ: 0-99 мин Цахилгаан соронзон долгионы давтамж: 27.12 ± 0.16 МГц Гаралтын чадал: $10/15/20/30/40/50/60$ ВТ ± 20%</p> <p>Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц Чадал: 250 Вт Хэмжээ : $421*285*170$ мм Жин : 7.5 кг</p> 
6	Хэт улаан туюаны гэрэл	2	350,000	700,000.0	<p>Эмчилгээ хийх хугацаа: 5-60мин Улаан туюаны долгионы урт: 760-3000ним Гэрлийн эрчим: 0-250 Вт Цахилгаан хангамж: 220В, 50Гц Хэмжээ: $20*20*50$ мм</p> 
7	Үтлагын аппарат	2	150,000	300,000.0	<p>Цахилгаа хангамж: 220 В, 50 Гц Оролтын хүчдэл: ≤150 В Хамгийн их серөг дараалт: ≥0.15 МПа Агаарын урсгалыг шахах насос: ≥10 л/мин Мананцар уусгэх хамгийн их утга: ≥0.2 мл/мин Дуу чимээ: ≤55 дБ Хэмжээ: ≤19.8*19.5*10.5 см Жин : 2.1 kg Тасралтгүй ажиллуулах хугацаа: 24 цаг</p> 



				
8	Хэл гарын булчин сэргээх аппарат	2	1,200,000	2,400,000.0
				
9	Искра	1	9,500,000	9,500,000.0
				
10	Лазер /физик эмчилгээний аппарат	1	11,100,000	11,100,000.0
				



				Хэмжээ: 480*395*1130 ММ Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50/60 Гц Чадал: 50 Вт Жин: 17 кг
11	Зогсогч	2	2,000,000	4,000,000.0 Материал : төмөр Зориулалт : хэвтэх, сүүх, зогсох зориулттай. Гар тавих тавцантай Дугуйтай тул түрэх боломжтой. Арьсан зөвлөвлөвчтэй. Өндөрийн хязгаар : 190см
12	Тэнцвэрийн тавцан	2	100,000	200,000.0 Резин болон модон материалтай Даац 100кг
13	Баталгаа	Тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж хулээлгэн ёгч акт Үйлдсэн өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана		
14	Төсөвт өртөг	Тоног төхөөрөмжийн нийт төсөвт өртөг	50,000,000.0 төгрөг	
15	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй		
16	Туршлага	Энэхүү ажилттай ижил тестэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.		

Зөвшөөрсөн: ХБТХОХ-ийн дарга

Хянасан: аймгийн ерөнхий эдийн засагч

Боловсруулсан: Хөгжлийн бэрхшээлтэй, ингээдийн хөгжлийн төвийн дарга

Г.Батсүх

Б.Батсүх

Б.Буяндүүрэн

