

БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГА *[Signature]* Д.ГАЛХҮҮ

2024 оны 05 дүгээр сарын 01

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЦЭНХЭР СУМЫН ЭМТ-Д ХУДАЛДАН  
АВАХ ЭХО АППАРАТ БОЛОН БУСАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл:	Цэнхэр сумын 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн ИТХ-ын 07 дугаар тогтоолд тусгагдсан.	
2	Захиалагч:	Архангай аймгийн Цэнхэр сумын Засаг даргын тамгын газар	
3	Байршил:	Цэнхэр сум Тамир баг Эрүүл мэндийн төв	
	Худалдаж авах барааны хэмжээ, чанар, үзүүлэлт: Гарал үүсэл	Худалдаж авах барааны нэр, тоо ширхэг	Үзүүлэлт
		<b>ЭХО оношилогооны аппарат</b> - Хэт авиан зөөврийн болон суурин, өнгөт, 4D, болон түүнээс дээш эхо аппарат нэг ширхэг	- 21.5 инчийн LED дэлгэцтэй - 13.3 инчийн мэдрэгчтэй дэлгэц - 4D, 5D дүрслэл - Windows үйлдлийн системтэй - Дөрвөн датчикны оролттой - Олон төрлийн хэмжилтийн программтай - Трапец дүрслэл
		- Хаш чулуун ор нэг ширхэг	- Орны сунгасан хэмжээ 700x2016x450 мм - Орны хэмжээ 700x1258x450 - Чадал 360 ватт
		- Массажны сандал хоёр ширхэг	- 3D манипулятор массаж хийнэ - Бүтээгдэхүүний хэмжээ 1460x700x1150 мм - Цахилгаан тэжээл 220 В, 50Гц - Чадал 200 Ватт
		- Электрофорез нэг ширхэг	- Тохируулах гүйдлийн хязгаар 0-50 мА - Цахилгаан тэжээл 220В, 50 Гц - Чадал 11 Ватт - Хэмжээ 270x180x100 мм
		- Бумба халдваргүйжүүлэгч нэг ширхэг	- 68-88 литрийн хооронд
		- Толгойн массажны аппарат нэг ширхэг	- Хэмжээ 25x28x30 - Дотоод диаметр 54-68 см - Гаралт 6 В, 1А - Цахилгаан тэжээл 100-220 В 50/60 гц - Чадал 8 ватт
		- Бариа хийх ор хоёр ширхэг	- 185x70 харьцаатай ор - Нүүр гаргах зориулалттай

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цахилгаан зүүний аппарат нэг ширхэг</li> <li>- Лимфийн оймс нэг ширхэг</li> <li>- Искра нэг ширхэг</li> <li>- Тэргэнцэр нэг ширхэг</li> <li>- Хэт авиан эмчилгээний аппарат нэг ширхэг</li> <li>- Мөр массажны аппарат нэг ширхэг</li> <li>- Гар массажны аппарат нэг ширхэг</li> <li>- Чанар 2024 оны шинэ байна.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Хэмжээ 290x225x95 мм</li> <li>- Цахилгаан тэжээл 220в, 50гц</li> <li>- Чадал 7 ватт</li> <li>- Хөлийн даралттай массаж хийх</li> <li>- Гаргах цахилгаан даралт 0-1500 В хүртэл</li> <li>- Цахилгаан давтамж 50 гц</li> <li>-Цахилгаан тэжээл 220 в, 50 гц</li> <li>- Хэмжээ 450x670x900 мм</li> <li>- Хогийн савтай, 4-н дугуйтай, түгжигчтэй</li> <li>- Гаралтын горим 50,10,30 тасралтгүй ажиллах</li> <li>- Хугацаа 1-30 минут</li> <li>- Чадал 75 ватт</li> <li>- Эргономик U хэлбэртэй хүзүү мөрөнд сууж өгч бүрэн хүрч массажилна.</li> <li>- Булчин суллаж массаж хийх</li> </ul>
5	Төсөв:	- 50,000,0 /тавин сая төгрөг/	
6	Санхүүжилт	- Тоног төхөөрөмжийг бүрэн нийлүүлсний дараа орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжилтийг олгоно.	
6	Дээрх ажлыг гүйцэтгэх хугацаа:	2024.05.10-2024.06.20	

ХЯНАСАН:ЗДТГ-ЫН ДАРГА  
БОЛОВСРУУЛСАН: ЭМТ-ийн ИХ ЭМЧ



Э.БОЛОРЦЭЦЭГ  
С.ЯНЖМАА