



БАТЛАВ

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ  
ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ Ц.НАРАН-ЭРДЭНЭ

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ВАКУМ МЭС ЗАСЛЫН ӨРӨӨНД БАЙРЛАХ ТОНОГ  
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИК ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Техник тодорхойлолт	Тоног төхөөрөмжийн зураг ирүүлэх эсэх
1	Мэс заслын ор /Автомат/	3	БНСУ-ын тоног төхөөрөмжтэй дүйцэхүйц Техник үзүүлэлт: <ul style="list-style-type: none"><li>• Орны урт: 2000±50 мм байх</li><li>• Орны өргөн: 500±20 мм байх</li><li>• Платформын өндөр: (750~1000) ±50 мм байх</li><li>• Урагшаа: ≥25° байх</li><li>• Хойшоо: ≥35° байх</li><li>• Зүүн: ≥15° байх</li><li>• Толгойн тавцан дээшээ: ≥40° байх</li><li>• Толгойн тавцан доошоо: ≥90 байх</li><li>• Бүсэлхийн хэсгийг өргөх: ≥100 мм байх</li><li>• Нурууны хэсэг дээшээ : ≥45 байх</li><li>• Нурууны хэсэг доошоо: ≥20° байх</li><li>• Хөлний хэсэг доошоо: ≥90° байх</li><li>• Хөлний хэсэг гадагшаа: ≥90° байх</li><li>• Бүсэлхийн хэсгийн хаалт: ≥90° байх</li><li>• Цахилгаан тэжээл: 220В, 50Гц байх</li></ul> Оролтын хүчдэл: 300ВА байх	Тийм
2	Мэс заслын таазны гэрэл	3	БНСУ-ын тоног төхөөрөмжтэй дүйцэхүйц Техник үзүүлэлт: <ul style="list-style-type: none"><li>• Гэрэлтүүлэг: 120,000+120,000 люкс байх</li></ul>	Тийм

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лед гэрлийн тоо: 68+68=136 ширхэг байх</li> <li>• Өнгөний температур: 3,500-5,000 келвин байх</li> <li>• Гэрлийн тусгалын хэмжээ: 100-400 мм байх</li> <li>• Гэрлийн тодрол: 0%-100% байх</li> <li>• Сүүдэргүй харьцаа: 98% байх</li> <li>• Лед гэрлийн ашиглагдах хугацаа: &gt;50,000 цаг байх</li> <li>• Таазнаас доош ажиллах хэмжээ: 500-2,000 мм байх</li> <li>• Мэдрэгчтэй LED дэлгэцтэй байх</li> <li>• Аппарат суурилагдах таазны хамгийн бага хэмжээ: 2,600 мм байх</li> <li>• Цахилгаан тэжээл: 220В, 50Гц байх</li> <li>• Хэмжээ: 99*99*71см байх</li> </ul> <p>Нийт жин: 120кг байх</p>	
3	Сэрээх өрөөний функциональ ор	2	<p>БНСУ-ын тоног төхөөрөмжтэй дүйцэхүйц</p> <p>Техник үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хэмжээ ( Урт*Өргөн*Өндөр): 2160*970*540-790 мм байх</li> <li>• Матрасны хэмжээ (Урт*Өргөн*Өндөр): 1930*830*80 мм байх</li> <li>• Нурууны түшлэгийг тохируулах өнцөг: 0-75° байх</li> <li>• Хөлийн хэсгийг тохируулах өнцөг: 0-40° байх</li> <li>• Өндрийн тохируулга: 540-790 мм байх</li> <li>• Даац: 250 кг байх</li> </ul>	Тийм