

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Аппаратын нэр: Уураар ариутгагч автоклав.

2. Тоног төхөөрөмжийн зориулалт: Лабораториос үүсэх амьд үүсгэгч агуулсан өсгөвөр, тэжээлт орчинг өндөр хэмд автоклавт халдваргүйжүүлэх.

Техник үзүүлэлт:

д/д	Техник үзүүлэлт	
	Үндсэн үзүүлэлт	
1	Техникийн үзүүлэлт	<p>Хүчин чадал – 220Вт , 50/60 Hz багагүй эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байх.</p> <p>Халах хэмийн дээд хязгаар – 150°C багагүй эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байх.</p> <p>Ажиллах хэмийн хязгаар- 105°C -136°C багагүй эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байх.Төлөвлөсөн даралт – 0.28Мра багагүй эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байх.</p> <p>Тохирох ажлын даралт – 0.23Мра багагүй эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байх.</p> <p>Эзлэхүүн – 50 литр багагүй эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байх.</p> <p>Материал: Их бие – эпокси бүрсэн ган байх.</p> <p>Камер – зэвэрдэггүй ган 304 байх.</p> <p>Аюулгүй байдал – Safety Door Lock-той байх</p> <p>Цагийн хязгаар – 0-99минут багагүй эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байх.</p> <p>Усны хэрэгцээ- Нэрмэл ус байх</p> <p>Жин- 103кг багагүй эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байх.</p> <p>Хэмжээ - 645*610*810 мм багагүй эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц байх.</p> <p>Дотоод хэм, цаг, алдааны кодыг харуулдаг лед дэлгэцтэй байх</p> <p>Уурыг автоматаар гадагшлуулах функцтэй байх</p> <p>Үйлдэл: BIOSAFETY байх</p>
3	Нийт тоо	<p>Уураар ариутгагч автоклав – 1 ширхэг</p> <p>Дагалдах хэрэглэл – SS Cage – 1ш</p> <p style="text-align: center;">SS тавиур – 1ш</p>

3. Холбогдох бичиг баримтууд:

- Техникийн бичиг баримт
- Хэрэглэгчийн гарын авлага
- Ашиглалтын заавар
- Засвар үйлчилгээний гарын авлага дээрх бичиг баримтууд Монгол/Англи / хэл дээр байна.

4. Гүйцэтгэгчид тавигдах ажлын шаардлага, баталгаа:

- Гүйцэтгэгч тал нь тухайн аппаратыг суурилуулж, сургалт зохион байгуулж, туршилт, тохируулга хийж ашиглалтад оруулсан өдрөөс хойш 12 сараас багагүй

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер

хугацаанд баталгаа гаргана. Баталгаат хугацаанд аппаратанд хэрэглэгчээс хамааралгүй ямар нэгэн гэмтэл гарвал нийлүүлэгч компани хариуцна.

- Үйлдвэрлэгч компани, Ханган нийлүүлэгч компанийн инженер эцсийн хэрэглэгч эмнэлэгт ирж тухайн тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтыг хийж гүйцэтгэн, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний сургалтыг холбогдох эмч, инженер, мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулах, сургалтад захиалагч талын мэргэжилтнүүдийг хамруулсны дараа хэвийн ажиллагааг туршилтын хугацаанд ажиллуулан хүлээлгэн өгнө.
- Баталгаат хугацаа дууссаны дараа сэлбэг материалаар хангах боломжтой байх үнийн саналыг тоног төхөөрөмж тус бүр дээр дагалдуулсан байх

5. Тавигдах ерөнхий шаардлага:

- Бүрэн ажиллагааг хангахын тулд бараанд зайлшгүй шаардлагатай бүх нэмэлт ба дагалдах хэрэгслүүдийг хамтад нь санал болгох /Био тест, BOWIE-DISK /.
- Эмнэлгийн инженер болон ханган нийлүүлэх байгууллагын инженерийн ажил үүргийн жагсаалтыг ирүүлэх.

ХЯНАСАН:

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ ЗАХИРАЛ

Л.ТУУЛ

ЛАБОРАТОРИЙН ТАСГИЙН ЭРХЛЭГЧ

Б.ЦАНДМАА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Э. БИЛГҮҮНДАЛАЙ

МИКРОБИОЛОГИЧ

Б.БОЛОРТУНГАЛАГ