

БАТЛАВ:  
 СОНГИНОХАЙРХАН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН  
 ЗАХИРАЛ Ц.ОЛОНБАЯР



Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг)

№	Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл	Нэг бүрийн үнэ /тегрэг/	Тоо ширхэг	Нийт үнэ	Техник үзүүлэлт
1	Гемодиализ аппарат	73,000,000	8	584,000,000	<p><b>Цахилгаан хангамж</b> : 220V 50 Hz/60 Hz                      2.50KVA буюу түүнээс бага (AC220V, AC230V)  <b>Жин</b> : Ойролцоогоор 100кг  <b>Хэмжээ</b> ; 300өргөн х 490 урт х1480 өндөр мм  <b>Аюулгүй байдал</b> : Ангилал ба зэрэглэл                      Class I, Type B, хэрэглээний хэсэг (Hydraulic part)                      Type BF, хэрэглээний хэсэг (Cuff for BPM)                      Ус холилдох хамгаалалт : IPX1  <b>Ус /хэрэглэх RO ус/ :</b>                      Даралт - 0.05 аас 0.74 MPa                      Дундаж урсгал - 900 мл/мин буюу түүнээс дээш                      Усны чанар - Online HDF/давхар/эмчилгээ AAMI RD52: 2004                      заалтыг хангасан байх ёстой  <b>Аппаратны цэвэрлэлгээ ;</b>  <b>Төрөл</b> - Химийн/ Халуун / Хортой халуун                      - IHR (Бүрэн халуун цэвэрлэгээ)  <b>Нэмэлт сонголтууд :</b>                      NIBP – байх шаардлагатай                      Remote SW for NIBP - Алсын удирдлагатай                      ETRF урсгал шалгах нэгж (For CF1) - Үйлдвэрийн тохиргоотой                      Төв хангамжийн систем - A, B уусмлыг нэгдсэн системд холбох оролтын хоолойтой.                      Дулаан солилцуур - Үйлдвэрийн тохиргоотой                      Автомат дүүргэлт ба цусны түвшинг тохируулах үйлдэлтэй –                      Үйлдвэрийн тохиргоотой                      Автомат шингнээ хаях үйлдэлтэй - Үйлдвэрийн тохиргоотой                      Сувилагч дуудах - Өвчтөн сувилагч дуудах удирдлага                      Диализийн уусмалын тавиуртай                      Цэвэрлэгээний бодисоо /хороо/ байрлуулах тавиуртай байх шаардлагатай.</p>

2	Зөөврийн усны систем / Reverse osmos /	55,000,000	1	55,000,000	<p>Хэмжээ (W x H x D) 480 x 170 x 360 мм  Цэвэр жин 25 кг  Ажиллуулах үеийн жин : Max 35 кг 70 l/h 1,3,5  Диализын усны даралт : 3 bar / 0.3 Mpa &gt; 95 % NaCl  Тэжээлийн ус : Hose stem D8  Диализын ус : Nipple type 103DN6  Хаягдал ус : Hose stem D8  Цахилгаан хангамж : 230 V AC 50-60 Hz  Гал хамгаалагч : 16 A, RCD I□N = 30 mA  Чадал : 300 W  Аюулгүй байдлын ангилал : I анги  Хамгаалалтын төрөл : IPX4  Чанар : Үндны ус болон зөөлрүүлсэн ус  Хатуулаг 5.1.3 бүлгээс үзэх - &lt; 25 °dH / 4.45 mmol/l 2,4)  &lt; 15 °dH / 2.45 mmol/l 3,5)</p> <p>Блоклох индекс / SDI &lt; 3  Дамжуулах чадвар &lt; 2,000 µS/cm  Төмөр &lt; 0.05 mg/l  &lt; 0.1 mg/l</p> <p>Температурын утга 5 to 30 °C  6.5 to 8.5</p> <p>Чөлөөт урсгал тах : Төхөөрөмжийн дээд ирмэгээс 100см байх шаардлагатай.</p> <p>Хүрээлэн буй орчны нөхцөл :  -Тээвэрлэлт/хадгалах температур 1 to 45 °C  -Агаарын чийгшлэл х. 90 % RH, конденсацгүй  -Суурилуулалтын өндөр тах. 2,000 м дээш байх шаардлагатай.</p>
---	---	------------	---	------------	--

3	Өвчтний зөөлөн сандал	7,000,000	23	161,000,000	<p>Нийт урт 1950мм±20мм          Гарны түшлэг нийт өргөн 900мм±20мм          Суудлын өргөн 600мм±20мм          Тулгуурын урт 870мм±20мм          Суудлын урт 520мм±20мм          Хөлний урт 530мм±20мм          Суудлын өндөр 580мм ±20 мм          Гарын түшлэгийн хэмжээ L540*W190*D(40x2)mm±20mm          Гарын түшлэг ба суудлын өндөр 200~250мм±20мм          Явах эд ангийн хэмжээ 930мм×680мм±20мм          Тусдаа тоормостой 4хф10см хэмжээтэй эргэдэг дугуй          Дэр 400мм×230мм×80мм±20мм          Аюулгүй хамгийн их ачаалал 240кг ачаалал даах чадвартай          Жин 110KGS±3KGS          Хоолны ширээний хамгийн их ачаалал 10KGS          Арын түшлэгийн тохируулга(-12°~75°)±5°          Хөлний амраах тохируулга(-75°~12°)±5°          Цахилгаан хангамж AC100V-240V50/60Hz          Чадал 140 ~180WA          Дагалдах хэрэгсэл: 1ш дэр, 1хос гарын түшлэг, 1ш тавиур, 1ш IV шон, 1ш хөл , угааж цэвэрлэх боломжтой байх шаардлагатай.</p>
<b>НИЙТ ҮНЭ</b>					
800,000,000					

БОЛОВСРУУЛСАН :

Мэдээлэл технологи инженер техникийн  
 албаны дарга *С. Дав-Эрдэнэ* Г.Ган-Эрдэнэ