

Багц 1. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлын техникийн тодорхойлолт

2024 оны 05 дугаар сарын 21

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техник үзүүлэлт	Тоо хэмжээ (ш)	Тус бүрийн үнэ (төгрөг)
1	Элиза уншигч	LCD дэлгэцтэй Хэмжих суваг: Босоо 8 оптик суваг Долгионы урт: 400-800Нм Шүүлтүүр: 405, 450, 492, 630Нм стандарт долгионы урттай, долгионы уртыг 10 хүртэл сунгах боломжтой Унших хүрээ: 0.000-4.000 Шугаман хүрээ: 0.000-3.000 Давтагдах чадвар: CV≤1.0% Тогтвортой байдал: ≤±0.003 Шингээлтийн нарийвчлал: Шингээлтийн утга (0.0-1.0) алдаа ≤0.02 Долгионы урт давтагдах чадвар: ≤±1.5Нм Сувгийн ялгаа: ≤0.02 Чичиргээний хавтангийн функц: 3 төрлийн чичиргээний хавтангийн функц, тохируулж болох 0-255 сек Тэжээлийн хүчдэл: 220В, 50Гц Давтамж: 60 Вт Хэвлэгчтэй байх	1	8,000,000
2	Элиза угаагч	Лед дэлгэцтэй Микро хавтангийн төрөл: Бүх төрлийн микроплатад хэрэглэх боломжтой. Хавтгай ёроол, V хэлбэрийн ёроол, дугуй ёроол, U хэлбэртэй ёроол, дугуй ёроол, 96 хундага Угаах горим: Урвалын явцад хөндлөнгийн шингээлтийг багасгахын тулд 2 төрлийн автомат угаах, нэвт норгох, сэгсрэх, 0-999 секундын тохируулгатай. Дундаж үлдэгдэл: <1µl Бичил самбарын тоо: 1-12 эгнээ тохируулж болох Цэвэрлэгч толгой: 8 суваг, 12 суваг Шингэн сорох хугацаа: 0.1-9.9 секундыг тохируулж болох, 0.1 секундын интервалтай Угаах программууд: 100 хүртэл програмтай Дамжуулах хоолойн цаг: 0-240 секундыг тохируулж болох Шингэн тарилгын суваг: 3 Цэвэрлэх зүүний байрлал: 5 төрлийн тохируулгатай (хэвтээ, зүүн, төв, баруун, доод) Тэжээлийн хүчдэл: 220В, 50Гц	1	8,500,000
3	GeneExpert GX-IV R2 аппаратын шалгалт, тохиргоо хийх программ		1	2,500,000
НИЙТ ҮНЭ				19,000,000

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:
 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
 ИНЖЕНЕР


Н.Баяржаргал
 Б.БАЯРЖАРГАЛ

Багц 2. Урвалж, оношлуур худалдан авах ажлын техникийн тодорхойлолт

2024 оны 05 дугаар сарын 21

№	Оношлуурын нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо хэмжээ (савлагаа/ урвал)	Нэгж үнэ (төгрөг)	Нийт үнэ (төгрөг)
1	HBV PCR	HBV-ийн РНХ-ийг ПГУ-аар илрүүлэх, ачаалал тоолох шинжилгээнд хэрэглэх зориулалттай	2 савлагаа буюу 192 урвал	65,000	12,480,000
		ДЭМБ-ээс зөвлөсөн, ОУ-ын стандартыг хангасан CE-IVD бүтээгдэхүүн байх			
		Савлагаа: 96 урвал			
2	HCV PCR	HBV-ийн РНХ-ийг ПГУ-аар илрүүлэх, ачаалал тоолох шинжилгээнд хэрэглэх зориулалттай	2 савлагаа буюу 192 урвал	65,000	12,480,000
		ДЭМБ-ээс зөвлөсөн, ОУ-ын стандартыг хангасан CE-IVD бүтээгдэхүүн байх			
		Савлагаа: 96 урвал			
3	HDV PCR	HBV-ийн РНХ-ийг ПГУ-аар илрүүлэх, ачаалал тоолох шинжилгээнд хэрэглэх зориулалттай	139 ширхэг	65,000	9,040,405
		ДЭМБ-ээс зөвлөсөн, ОУ-ын стандартыг хангасан CE-IVD бүтээгдэхүүн байх			
		Савлагаа: 96 урвал			
НИЙТ					34,000,405

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:
 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
 ИНЖЕНЕР



Г. БАЯРЖАРГАЛ