

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

Ч.ЧИМЭД

Цагаанхайрхан сумын эрүүл мэндийн төвийн шүдний кабинетийн тоног  
төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт

№	Тоног, төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Үзүүлэлт
1	Шүдний суурин сандал	ширхэг	1 ш	<p><b>Стандарт хэрэгсэл:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•4 сувагтай өндөр хурдны өрөмийн агаарын турбины холбогч: 2ш</li> <li>•4 сувагтай бага хурдны өрөмийн агаарын турбины холбогч: 1ш</li> <li>•3 замтай шахуурга (халуун, хүйтэн) 1ш</li> <li>•Хүчтэй болон сул сорогч тус бүр 1ш</li> <li>•Толгой амраагчийн тохируулга 1ш</li> <li>•Хос гар амраагч 1ш</li> <li>•Өрөмнүүд, шахуурга, цэвэрлэгч гэх мэтийг байрлуулах 6 ширхэг суурь</li> <li>•LED мэдрэгчтэй ламп 1ш</li> <li>•Гар ламп 1ш</li> <li>•Загварт суурилагдсан харагч LED дэлгэц 1ш</li> <li>•Гарын систем 1ш</li> <li>•Туслах удирдлагын систем 1ш</li> <li>•Ус цэвэршүүлэх систем 1ш</li> <li>•Ус халаах систем 1ш</li> <li>•Автомат усан хангамжийн болон бохир зайлуулах систем 1 багц</li> <li>•Керамик шүлс хаях тосгуур 1ш</li> <li>•Олон үйлдэлт хөл педаль 1ш</li> <li>•Соленойд хавхлага 1ш</li> <li>•Эмчийн сандал 1ш</li> </ul> <p>Техникийн үзүүлэлт:</p> <p><b>Моторын хүчдэл:</b> DC24В</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Агаарын үүсгүүрийн даралт: &gt;0.55MPa</li> <li>•Усны үүсгүүрийн даралт: 0,2MPa-0.4MPa</li> </ul> <p><b>Цахилгаан хангамж:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•AC220/110V±10%, 50/60Hz</li> <li>•Багцын хэмжээ: (урт*өргөн*өндөр): 1700*1100*1200мм</li> <li>•Жин: 230кг</li> <li>•PU арьсан бүрээстэй сандал, галд</li> </ul>


				<p>тэсвэртэй</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Тохилог өнгөний сонголттой, уян хатан шинж чанартай, тэгш гадаргуутай бактерийн эсрэг ба ариутгахад хялбар</li> <li>•Салдаггүй гагнаасгүй дэрний загвар</li> <li>•3600 эргэх ба чөлөөтэй хөдөлнө</li> <li>•170 мм хүртэл өндрийг тохируулна <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хромоор бүрсэн суурь</li> <li>• Чулууны аппараттай</li> <li>• Компрессортой</li> </ul> </li> </ul> <p>Нэмэлтээр тахир наконечник – 1ш, Шулуун наконечник шилжүүлгийн хамт – 1ш, Турбины наконечник-1ш</p>
2	Ус нэрэгч	ширхэг	1 ш	<p>Ус нэрэгч /жижиг/ Загвар: Biobase, WD-A1 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц Нэрэх хугацаа: 1 цагт 1 литр Багтаамж: 5 литр Халах температур: 160 градус</p>
3	Кварц	ширхэг	1 ш	<p>Загвар: IN-T028 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц Их биеийн материал: Металл Долгионы урт: 253,7 нм Ариутгал хийх хугацаа: 0-120 мин Кварцын гэрлийн өнцөг: 30-180 градус, лампны тоо 2 ширхэг Цахилгаан тэжээл 220В, 50Гц</p>
4	Эмийн шкаф	ширхэг	2 ш	<p>Төмөр шүүгээ /шилэн нүүртэй/ Загвар: ICEN, IN-R088 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц Техник үзүүлэлт:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хэмжээ (Урт*Өргөн*Өндөр): 900*400*1800 мм</li> <li>• 2 шилэн хаалгатай</li> </ul> Сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн</p>
5	Яаралтай тусламжийн тэргэнцэр	ширхэг	1 ш	<p>Загвар: ICEN, IN-EM1 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц. Мэдрэгч: Электрохимийн биосенсор Хэмжээ: 710x480x950 мм Өндөр чанарын ABS материал 2 жижиг шүүгээ 2 дундаж шүүгээ нэмэлт 1 шүүгээ Хог хаягдлын савтай, дусал тогтоогчтой.</p>
6	3 дамжлагын угаалтуур	ширхэг	1 ш	<p>3 дамжлагын угаалтуур Техникийн үзүүлэлт:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хэмжээ (Урт*Өргөн*Өндөр):</li> </ul> </p>

				<p>1800*800*800 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Багтаамж зэвэрдэггүй ган</li> <li>• 3 дамжлагатай</li> <li>• Сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн</li> </ul>
7	Автомат автоклав	ширхэг	1 ш	<p>Загвар: Biobase, ORY эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</p> <p>Техникийн үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Багтаамж: 25 литр</li> <li>• Хугацааны тохируулга: 1-60 минут</li> <li>• Температурын тохируулга: 126-132C</li> <li>• Цахилгаан тэжээл: 220В, 50/Гц</li> <li>• Чадал: 2кВт</li> <li>• Ажлын даралт: Температурын өөрчлөлтөөс хамаарна</li> <li>• Аппаратын хэмжээ: 420*420*560мм</li> <li>• Дотор хэмжээ (chamber): 580*430*640мм</li> </ul> <p>Нийт жин: 10 кг</p>
8	Ломбоны гэрлийн аппарат	ширхэг	1 ш	<p>Техник үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хэмжээ (Урт*Өргөн*Өндөр): 90*40*180мм</li> </ul> <p>Сайн чанартай баталгаатай байх</p>
9	Үзлэгийн цомогны багажны ком	ширхэг	1 ш	<p>Техникийн үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хэмжээ 50, 50 ширхэг 2 багц багаж</li> <li>• Багтаамж зэвэрдэггүй ган</li> </ul> <p>Сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн</p>
10	Шүдний чулуу өнгөр цэвэрлэх аппарат	ширхэг	1 ш	<p>Техник үзүүлэлт: Сайн чанартай баталгаатай байх</p>
11	Багаж пакетлагч	ширхэг	1 ш	<p>Техник үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хэмжээ он сар дардаг</li> </ul> <p>Сайн чанартай баталгаатай байх</p>
12	Багаж хатаагч шүүгээ	ширхэг	1ш	<p>Biobase эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц</p> <p>Багтаамж 30 л, температурын хязгаар: 80-200, ажиллах хугацаа 1-999 минут, 2 ширхэг тариуртай, цахилгаан тэжээл: 220В, 50 гц, Чадал 550ВТ, жин 60 кг-аас ихгүй,</p>
13	Ультросоник	ширхэг	1ш	<p>Сайн чанарын баталгаатай байх</p> <p>багтаамж: 3-6 литр, 220-240V</p>
14	Нэмэлтээр сумын ЭМТ-д ашиглах анхан шатны багажны ком	Ком	1	<p>Өрмийн хошуу /тахир, шулуун/, Үзлэгийн төмөр толь, Штофер, Ус агаарын төмөр хошуу, Сэтгүүр, Гладилка, Экскаватор, Латошка,</p>


				Олон үйлдэлт штофер, Төсөр шпатель, Шүдний муляж, Спирт, перкись 3 сав, Ломбоны материалын сав, Бор, файлын сав, Эмийн сав \3 тасалгаатай\, Пакет, Үзлэгийн толь, Хөвөнгийн сав, Хамгаалах шил, Шпатель /төмөр/, Шпатель /хуванцар/, Спиртэн дэн, Нүүрний хамгаалалтын маск, Толь \нүүрний\, Бор угаах сав, Багаж угаах сав, Бор шүүх сав, Гадаргуугийн наалт
--	--	--	--	---

Хянасан: НБХ-ийн дарга

Боловсруулсан: НБХ-ийн мэргэжилтэн



О.Ганбат



Ц.Мэндбаяр