




Багц 53. Гэмтлийн хагалгааны хэрэгсэл/ хиймэл үе /

	<p>Өвдөгний арын холбоосыг тогтворжуулах PS хэлбэрийн хиймэл үе</p>		<p>Бүх суулгац МУ,АНУ(FDA), EX(CE)стандартыг хангасан. Металлын найрлага нь 6A-4V11. Д/чөмөгний хэсэг (femoral component)- Баруун, зүүн хэлбэртэй.М/L=55-80мм, А/P=53- 80mm 2. Шаант хэсгийн тавцан (Tibial tray)- М/L=63-88мм,А/P=41-56, жийргэвч түгжигч механизмтай, д/ч htvuttv хамаарч -;+ хэмжээстэй 3. Жийргэвч(Liner)- 10-30mm, антиоксидант (EXp)Вит Е бүрхсэн полиэтилен бүтэцтэй. 4. Тойг(patella) -1,3 товчтой антиоксидант (EXp)Вит Е бүрхсэн полиэтилен бүтэцтэй.Ш 7-11mm 5. Нэмэлт дунд чөмөг болон шилбэнд хэсэгт суулгах шилбэтэй- stem □ 10- 24mm, L=40,80,120mm Ясны дугмагшил нөхөх блок-Tibial block 1- 10mm зузаантай</p>	<p>АНУ, EX-ны стандартыг хангасан. Сүүлийн үеийн дэвшилтэт ололтыг агуулсан Zimmer иж бүрдэл суурь багажинд таарахиуц</p> 
--	---	---	--	---

	Түнхний бүтэн хиймэл үе		<p>Бүх суулгац МУ,АНУ(FDA), EX(CE)стандартыг хангасан. Металлын найрлага нь 6A-4V1.</p> <p>1. Сүүжний тогоо- shell ш46-72mm,гадаргуу нь титан плазма бүрэгдсэн,жийргэвчийг түгжиж сулагч механизмтай,тогоог бэхлэх 3 дээш шураг бүрэн суудаг нүхтэй</p> <p>2.Тогооны жийргэвч-liner ProAg полиэтилен эсвэл керамикар хийгдсэн,тогооны хэмжээндээ бүрэн суудаг ,10° налуутай "юүдэн" хэлбэртэй</p> <p>3. Толгой head ш22-36мм, -5с +10,5 CoCr Biolox delta Ceramic</p> <p>4. Хүзүү-шилбэ-stem $\angle 128^{\circ}-135^{\circ}$, L=110-145mm,rev/stem L=240-400mm Ш10-24mm,хүзүүний урт 34мм</p>	<p>АНУ, EX-ны стандартыг хангасан. Сүүлийн үеийн дэвшилтэт ололтыг агуулсан zimmer иж бүрдэл суурь багаж таарахуйц</p> 
--	-------------------------	--	---	--