

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДЭЭР ТӨУГ-ЫН

БАТЛАВ
ЭРДЭНЭТ МЕДИКАЛ ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Сувдаа
П. СУВДАА
20...ОН ...сар... өдөр
24 05 30

1. Үйлчилгээний нэр

Лабораторийн анализаторын засвар үйлчилгээ

2. Үйлчилгээний зориулалт:

Лабораторийн анализаторын тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах

3. Техник үзүүлэлт:

д/д	Хийгдэх үйлчилгээ	
1	Vitek 2 compact анализаторт	Жилд 2 удаа инженерийн үйлчилгээ Жилд 1 удаа PM kit уншуулах үйлчилгээ Эвдрэл гэмтэл гарсан үед сэлбэг хэрэгслийг үнэгүй солих үйлчилгээ
2	Vidas PC анализаторт	Жилд 2 удаа инженерийн үйлчилгээ Жилд 1 удаа PM kit уншуулах үйлчилгээ Эвдрэл гэмтэл гарсан үед сэлбэг хэрэгслийг үнэгүй солих үйлчилгээ
3	CFX96 Dx анализаторт	Жилд 4 удаа инженерийн үйлчилгээ
4	Bact alert анализаторт	Жилд 1 удаа инженерийн үйлчилгээ
5	Maglead анализаторт	Жилд 1 удаа инженер үйлчилгээ
6	Genexpert анализаторт	Процессор холбогчийн хамт солих
	Processor-ийн техник үзүүлэлт	
6.1	Техникийн үзүүлэлт	<ul style="list-style-type: none">- PORCESSOR 12th Gen эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц- Intel® Core (TM) i3-12100 (8 CPUs) – эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц- 3.3GHz, 8192 MB RAM, Intel UHD Graphics family,- CABLE, DISPLAY PORT TO VGA- Window 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit, display memory 128mb, shared memory 3940MB, current display mode 1280*1024(32 bit)(60Hz) эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц

4. Холбогдох бичиг баримтууд:

- Техникийн бичиг баримт
- Хэрэглэгчийн гарын авлага
- Ашиглалтын заавар
- Засвар үйлчилгээний гарын авлага дээрх бичиг баримтууд Монгол/Англи / хэл дээр байна.

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер *shg*

5. Гүйцэтгэгчид тавигдах ажлын шаардлага, баталгаа:

- Гүйцэтгэгч тал нь тухайн процессорыг суурилуулж, тохируулга хийж ашиглалтад оруулсан өдрөөс хойш 24 сараас багагүй хугацаанд баталгаа гаргана. Баталгаат хугацаанд процессороос хэрэглэгчээс хамааралгүй ямар нэгэн гэмтэл гарвал нийлүүлэгч компани хариуцна.
- Үйлдвэрлэгч компани, Ханган нийлүүлэгч компанийн инженер эцсийн хэрэглэгч эмнэлэгт ирж тухайн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний сургалтыг холбогдох эмч, инженер, мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулах.
- Анализаторт гэмтэл эвдрэл үүссэн тохиолдолд ажлын 3 хоногт багтаан шийдвэрлэж үйл ажиллагааны тасалдалгүй байдлыг хангана. Сэлбэг хэрэгсэл солих үед сэлбэг бэлэн биш бол үйлдвэрлэгч рүү захиалга хийж сэлбэг ирэх хугацааг хэрэглэгчид мэдэгдэнэ.

ХЯНАСАН:

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ ЗАХИРАЛ

ЛАБОРАТОРИЙН ТАСГИЙН ЭРХЛЭГЧ - 2

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР


Л.ТУУЛ


Б.ЦАНДМАА


Э. БИЛГҮҮНДАЛАЙ

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер
