


Багц 1. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлын техникийн тодорхойлолт

2024 оны 05 дугаар сарын 21

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техник үзүүлэлт	Тоо хэмжээ (ш)	Тус бүрийн үнэ (төгрөг)
1	Элиза уншигч	LCD дэлгэцтэй	1	8,000,000
		Хэмжих суваг: Босоо 8 оптик суваг		
		Долгионы урт: 400-800Нм		
		Шүүлтүүр: 405, 450, 492, 630Нм стандарт долгионы урттай, долгионы уртыг 10 хүртэл сунгах боломжтой		
		Унших хүрээ: 0.000-4.000		
		Шугаман хүрээ:0.000-3.000		
		Давтагдах чадвар: CV≤1.0%		
		Тогтвортой байдал: ≤±0.003		
		Шингээлтийн нарийвчлал: Шингээлтийн утга (0.0-1.0) алдаа ≤0.02		
		Долгионы урт давтагдах чадвар: ≤±1.5Нм		
		Сувгийн ялгаа: ≤0.02		
		Чичиргээний хавтангийн функц: 3 төрлийн чичиргээний хавтангийн функц, тохируулж болох 0-255 сек		
		Тэжээлийн хүчдэл: 220В, 50Гц		
		Давтамж: 60 Вт		
Хэвлэгчтэй байх				
2	Элиза угаагч	Лед дэлгэцтэй	1	8,500,000
		Микро хавтангийн төрөл: Бүх төрлийн микроплатад хэрэглэх боломжтой. Хавтгай ёроол, V хэлбэрийн ёроол, дугуй ёроол, U хэлбэртэй ёроол, дугуй ёроол, 96 хундага		
		Угаах горим: Урвалын явцад хөндлөнгийн шингээлтийг багасгахын тулд 2 төрлийн автомат угаах, нэвт норгох, сэгсрэх, 0-999 секундын тохируулгатай.		
		Дундаж үлдэгдэл: <1µl		
		Бичил самбарын тоо: 1-12 эгнээ тохируулж болох		
		Цэвэрлэгч толгой: 8 суваг, 12 суваг		
		Шингэн сорох хугацаа: 0.1-9.9 секундыг тохируулж болох, 0.1 секундын интервалтай		
		Угаах программууд: 100 хүртэл програмтай		
		Дамжуулах хоолойн цаг: 0-240 секундыг тохируулж болох		
		Шингэн тарилгын суваг: 3		
		Цэвэрлэх зүүний байрлал: 5 төрлийн тохируулгатай (хэвтээ, зүүн, төв, баруун, доод)		
Тэжээлийн хүчдэл: 220В, 50Гц				
3	GeneExpert GX-IV R2 аппаратын шалгалт, тохиргоо хийх программ		1	2,500,000
НИЙТ ҮНЭ				19,000,000

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:
 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
 ИНЖЕНЕР Г.БАЯРЖАРГАЛ




Багц 2. Урвалж, оношлуур худалдан авах ажлын техникийн тодорхойлолт

2024 оны 05 дугаар сарын 21

№	Оношлуурын нэр	Техникийн тодорхойлолт	Тоо хэмжээ (савлагаа/ урвал)	Нэгж үнэ (төгрөг)	Нийт үнэ (төгрөг)
1	HBV PCR	HBV-ийн РНХ-ийг III У-аар илрүүлэх, ачаалал тоолох шинжилгээнд хэрэглэх зориулалттай ДЭМБ-ээс зөвлөсөн, ОУ-ын стандартыг хангасан CE-IVD бүтээгдэхүүн байх Савлагаа: 96 урвал	2 савлагаа буюу 192 урвал	65,000	12,480,000
2	HCV PCR	HBV-ийн РНХ-ийг III У-аар илрүүлэх, ачаалал тоолох шинжилгээнд хэрэглэх зориулалттай ДЭМБ-ээс зөвлөсөн, ОУ-ын стандартыг хангасан CE-IVD бүтээгдэхүүн байх Савлагаа: 96 урвал	2 савлагаа буюу 192 урвал	65,000	12,480,000
3	HDV PCR	HBV-ийн РНХ-ийг III У-аар илрүүлэх, ачаалал тоолох шинжилгээнд хэрэглэх зориулалттай ДЭМБ-ээс зөвлөсөн, ОУ-ын стандартыг хангасан CE-IVD бүтээгдэхүүн байх Савлагаа: 96 урвал	139 ширхэг	65,000	9,040,405
НИЙТ					34,000,405

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ИНЖЕНЕР



Г. БАЯРЖАРГАЛ