


БАТЛАВ  
 “ЭРДЭНЭТ МЕДИКАЛ ЭМНЭЛЭГ” ХХК-ИЙН  
 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ  
 ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  
 ..... П. СУВДАА  
 2024 оны ... сарын ...-өдөр



**1. Аппаратын нэр:**

Уурын автоклавны аппаратын сэлбэг

**2. Тоног төхөөрөмжийн зориулалт:**

Багажын ариутгал

**3. Техник үзүүлэлт:**

д/д	Үндсэн үзүүлэлт	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Сэлбэгийн нэр	Тоо ширхэг
1	Техникийн үзүүлэлт	Уурын автоклав Udono BU-80	Тень LAGK890 380V 8ф 8kW L=450	4ш
			Process valve "VND 2000 15A-L Main press: 0-1 Mpa Pilot press: 0.3-0.7MPa"	2ш
			/Electric valve VXZ242FZ2D AC200V9.5VA	2ш
			Induction motor 15-LPM50A 380V50Hz0,63A	1ш
			Цэвэр усны хоолойн филтер	3 Багц
5	Үйлдвэрлэсэн огноо	Өмнө хэрэглэгдээгүй шинэ байх		

ХЯНАСАН:

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН  
 ОРЛОГЧ ЗАХИРАЛ

Л. ТУУЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ  
 ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР:

Э. БИЛГҮҮНДАЛАЙ