


ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР  
ОРЛОН ГҮЙЦЭГЧ Б.БАТБИЛГҮҮН


БАТЛАВ



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ШААРДАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН  
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ /УЛСЫН ТӨСӨВ/


2024-06-15

д/д	Тоног төхөөрөмжийн төрөл	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг
1	Бүлэгнэлтийн шинжилгээний бүрэн автомат анализатор	1	65 сая	65,000,000 төг	<ul style="list-style-type: none"><li>Ажиллагаа: Бүрэн автомат</li><li>Хэмжих зарчим: Механик арга болон оптик арга (575nm)</li><li>Хүчин чадал: PT: 200 шинжилгээ/цаг, D-dimer: 52 шинжилгээ/цаг</li><li>Шинжилгээний үзүүлэлтүүд: PT, APTT, Fib, TT, D-Dimer, FDP, Factors II, V, VII, X, XI, XII, vWF</li><li>Сорьцын тавиур: LED индикатор бүхий 61 сорьцын тавиуртай</li><li>Урвалжийн тавиур: 11 урвалжийн тавиуртай, үүнээс 10 нь LED индикатортой, 2 нь холих системтэй.</li><li>Кювет ачаалах багтаамж: 1000 кювет</li><li>Сорьцын систем: Сорьц болон урвалж сорох тусдаа зүүтэй, Сорох зүү бүр нь шингэн мэдрэгчтэй, Урвалж сорох зүү нь халаах системтэй</li><li>Хэмжээ: 583мм*691мм*589мм</li><li>Жин: 62кг</li><li>Нэмэлт дагалдах хэрэгслүүд: Компьютер болон Тог баригч, принтертэй байх.</li><li>Нийлүүлэхээр санал болгосон аппаратын урвалж бодисыг ханган нийлүүлэх боломжтой, Урвалж, оношлуур импортлох, ханган нийлүүлэх тусгай</li></ul>	

					<p>зөвшөөрөлтэй байх.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ажиллагаа: Бүрэн автомат байх</li> <li>• Шинжилгээний зарчим:</li> <li>• Тунадасны шинжилгээ: Machine vision technology (Digital imaging technology)</li> <li>• Хуурай химийн шинжилгээ: Photoelectric colorimetry, Refractometry, Nephelometry</li> <li>• Тунадасны шинжилгээний 31 үзүүлэлт: RBC, Mac-RBC, Mic-RBC, Cre-RBC, App-RBC, Aca-RBC, Hpd-RBC, Jag-RBC, Gho-RBC, Fra-RBC, Oab-RBC, Ani-RBC, WBC, WBCC, BACT, BACTc, BACTr, YST, SEC, NEC, CRY, HYAC, UNCC, MUC, SPRM, URA, TRP, Саохм, Саохд</li> <li>• Химийн шинжилгээний 14 үзүүлэлт: GLU, PRO, BLD, BIL, pH, KET, VitC, URO, NIT, LEU, S.G., MCA, CRE, CA</li> <li>• Хүчин чадал: Хосолсон болон Тунадас шинжлэх горим: <math>\geq 100</math> шинжилгээ/цаг</li> <li>• Химийн горим: <math>\geq 160</math> шинжилгээ/цаг</li> <li>• Автомат фокус тохируулдаг</li> <li>• STAT шинжилгээний горимтой</li> <li>• Туузан оношлуур ачааллах багтаамж: 200 туузан оношлуур</li> <li>• Интерфэйс: LAN порт, Bi-directional LIS дэмждэг байх</li> <li>• Хэмжээ: 600мм×770мм×530мм ээс ихгүй байх /эсхүл түүнтэй дүйцэх/</li> <li>• Жин: <math>\leq 71.5</math>кг</li> <li>• Нэмэлт дагалдах хэрэгслүүд: Тог баригч, компьютер, принтертэй байх.</li> <li>• Нийлүүлэхээр санал болгосон аппаратны урвалж бодисыг ханган нийлүүлэх боломжтой, Урвалж, оношлуур импортлох, ханган нийлүүлэх тусгай</li> </ul>
				<p>90,000,000 төг</p>	
				<p>90 сая</p>	
				<p>1</p>	
<p>2</p>					<p><b>Шээсний шинжилгээний бүрэн автомат анализатор</b></p>



					<p>зөвшөөрөлтэй байх.</p> <p>Загвар: BT-400</p> <p>Гарал үүсэл: Солонгос улс</p> <p>Дэлгэрэнгүй үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хэмжээ: 34×21×7.5 см</li> <li>• Жин: 3.6 кг</li> <li>• Ашиглалтын температур: 10-40°C</li> <li>• Ашиглалтын чийгшил: 5-85 % конденсаций.</li> <li>• 2.4 инчийн TFT өнгөт LCD дэлгэц.</li> <li>• Оролт: 100-240 В, 50 / 60 Гц</li> <li>• LED ламп ашиглалтын хугацаа: 100000 цаг</li> <li>• Долгионы урт: дээд хэмжээ 450 - 465 нм</li> <li>• Эрчимтэй хэлбэлзэл: ± 10% (6 цагаас дээш)</li> <li>• Нэг жигд тархалтын эрчим: бага 20 - 35uW / см 2 / нм ± 10%</li> <li>• Өндөр (40см-т) өндөр: 35 - 55uW / см 2 / нм± 10%</li> </ul>	 <p><b>bistos</b> Biosis Co., Ltd</p> <p>МОНГОЛ</p>
3	Нярайн шарлалтын аппарат	29	3,0 сая	87,000,000 төг		
4	3,4,5 D өнгөт суурин ЭХО аппарат	3	60,0 сая	180,000,000 төг	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21.5 инчийн LED дэлгэц+13.3 инчийн мэдрэгчтэй дэлгэцтэй байх.</li> <li>• Windows 8 үйлдлийн системтэй.</li> <li>• Дөрвөн датчигний оролттой байх.</li> <li>• Олон төрлийн программ хангамжтай байх.</li> <li>• 4D+Real skin функцтэй байх.</li> <li>• Трапедын дүрслэл, Импульсийн автомат хэмжилтийн функцтэй байх.</li> <li>• Өнгөт принтер холбох боломжтой байх.</li> <li>• CD drive-тай.</li> <li>• Өөр дээрээ суурилагдсан 128Гб батаамжтай hard drive-тай</li> <li>• Зөөвөрлөхөд тохиромжтой дугуйтай байх</li> <li>• Жин: 130кг-аас багагүй байх.</li> <li>• Дагалдах датчигны төрөл.</li> </ul> <p>1. Гүдгэр датчик-1</p> <p>2. Эмэгтэйчүүдийн датчик- 1</p>	

					<p>3. Phased-аггау датчик-1</p> <p>4. 4D/5D датчик-1 ширхэг тус тус байх.</p>	
5	УВЧ-30.01 шарлагын аппарат	5	6.6 сая	33,000,000 төг	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гарал үүсэл :ОХУ</li> <li>• Дэлгэрэнгүй үзүүлэлт:</li> <li>• Цаг тохируулах хүрээ: 0-99 мин</li> <li>• Цахилгаан соронзон долгионы давтамж: 27.12 ± 0.16 Мгц</li> <li>• Гаралтын чадал: 10/15/20/30/40/50/60 Вт ± 20%</li> <li>• Цахилгаан тэжээл: 220 В,50 Гц</li> <li>• Чадал: 250 Вт</li> <li>• Хэмжээ : 421×285×170 мм</li> <li>• Жин : 7.5 кг</li> </ul>	
6	Биохимийн бүрэн автомат анализатор	19	23,0 сая	437,000,000 төг	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бүрэн автомат ажиллагаатай байх</li> <li>• Шинжилгээний аргачлал: End point, Fixed time, Kinetic байх.</li> <li>• Хүчин чадал: 100 шинжилгээ/цагаас доошгүй шинжилгээ хийдэг байх.</li> <li>• Хэрэглэхэд хялбар программ хангамжтай байх.</li> <li>• Нэг зэрэг 9-өөс доошгүй сорьц байрлуулах боломжтой байх.</li> <li>• 80-аас дээшгүй урвалын куветтэй байх.</li> <li>• 45-аас доошгүй урвалжийн тавиуртай байх.</li> <li>• Сорьц сорох хэмжээ: 2-50мкл 0.1 мкл алхамтай байх.</li> <li>• Шинжлэх сорьцын төрөл: Бүхэл цус, ийлдэс, плазм, шээс байх.</li> <li>• 24 цаг тасралтгүй ажиллах хөргөлтийн системтэй байх.</li> <li>• Урвалжийн QR код унших боломжтой</li> </ul>	

				<p>байх.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>37 \pm 1^\circ\text{C}</math> инкубаторын системтэй байх.</li> <li>• 340~700nm бүхий 9 долгионы урттай байх.</li> <li>• Absorbance range 0~4.8abs байх.</li> <li>• Дэлгэц: 10.4 инчийн өнгөт мэдрэгчтэй дэлгэцтэй байх.</li> <li>• Зүү нь автомат шингэн мэдрэх болон урвалж холих, мөргөлтөөс хамгаалах системтэй байх.</li> <li>• Шинжилгээ бүрийн урвалын муруйг хадгалах системтэй байх.</li> <li>• Урвалжаар тасралтгүй хангах боломжтой</li> <li>• Урвалж, оношлуур нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх.</li> <li>• Өөр дээрээ компьютер, болон дулааны принтертэй байх. Тог баригчтай байх.</li> <li>• Жин: 35кг-аас ихгүй байх.</li> </ul>	
<p>Дээрх 6 төрлийн 58 ширхэг тоног төхөөрөмж 892.000.000 төгрөг</p>					

БОЛОВСРУУЛСАН:  
НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОДЛОГО  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН  О.ДАГИЙМАА