

БАТЛАВ: ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Б.ХИШИГЖАРГАЛ

Рентген хамгаалалтын хувцасны техникийн тодорхойлолт

1. Ангиографийн хэсэгт ашиглах рентген хамгаалалтын хувцас- 6 иж бүрдэл

Ерөнхий шаардлага

- IEC 61331-1:2014 стандарт хангасан байх
- Стандарт хэмжээтэй
- Нийлүүлэх бүтээгдэхүүн бэлэн байвал давуу тал болно

Хантааз

- Нурууны давхар бүслүүртэй, хэрэглэгчийн хөдөлгөөний үл хориглосон, хамгийн хөнгөн байх (хэрэглэгч нь удаан цаг тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд нуруу болон бусад тулгуур эрхтэнд хамгийн баг ачаалал өгдөг байх)
- Хөдөлгөөн хязгаарладгүй байх
- Урд талын хамгаалалт 0,50mm хамгийн багадаа
- Хойд талаас хамгаалалт 0,25mm хамгийн багадаа

Банзал

- Ташааны бүслүүртэй
- Урд талаас 0,50mm хамгийн багадаа
- Хойд талаас 0,25mm хамгийн багадаа
- Рентген хамгаалалттай хамгийн хөнгөн байх

Бамбайн хамгаалалт

- Хантаазтай бэхлэгддэг байх
- Бамбай болон хүзүүний хэсгийн бүрэн хамгаалах
- Хамгаалалтын хэмжээ 0,50mm хамгийн багадаа
- Бусад хувцаснуудтай ижил материалаар хийгдсэн байх

Малгай

- Хувцаснуудтай ижил материалаар хийгдсэн байх
- Толгойн хэсгийг рентген цацрагаас хамгаалдаг байх
- Хамгаалалтын хэмжээ 0,50mm хамгийн багадаа

Хэмжээ

- XL, L, M, хэмжээтэй (тендерт оролцогч нь шалгарсан тохиолдолд хэрэглэгчээс тодруулга авах)

Нүдний шил

- Хамгаалалтын хэмжээ 0,50mm ба түүнээс дээш
- Нүдний 2 талаас хамгаалах боломжтой
- Толгойд бэхэлдэг бэхэлгээтэй байх
- Хадгалах савтай байх

2. Рентген хэсгийн хамгаалалтын хувцас – 18 иж бүрдэл

Ерөнхий шаардлага

- IEC 61331-1:2014 стандарт хангасан байх
- Стандарт хэмжээтэй
- Нийлүүлэх бүтээгдэхүүн бэлэн байвал давуу тал болно

Хормогч

- Нурууны давхар бүслүүртэй, хэрэглэгчийн хөдөлгөөнийг үл хориглосон, хамгийн хөнгөн байх
- Хөдөлгөөн хязгаарладгүй байх
- Урд талын хамгаалалт 0,50mm ба түүнээс дээш
- Хойд талаас хамгаалалт 0,25mm ба түүнээс дээш

Бамбайн хамгаалалт

- Хантаазтай бэхлэгддэг байх
- Бамбай болон хүзүүний хэсгийн бүрэн хамгаалах
- Хамгаалалтын хэмжээ 0,50mm ба түүнээс дээш

Хэмжээ

- XL, L, M, хэмжээтэй (тендерт оролцогч нь шалгарсан тохиолдолд хэрэглэгчээс тодруулга авах)

Хянасан: Халдварын сэргийлэлт хяналтын албаны даргаа  Б.Намуун

Нэгтгэсэн: ИБА-ны инженер



Ц.Эрдэнэбулган