

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

№	Барааны нэр	Техникийн тодорхойлолт	Нийт
Багц 1. Мэс заслын даавуу			
1	Мэс заслын гарын алчуур	Мэс заслын зориулалтаар гар угааж, гараа арчих алчуурын өргөн нь 30см-ээс багагүй, урт нь 40см багагүй хэмжээтэй, өнгө нь цагаан байна, ус сайн авдаг, хөвөн даавуун синтетик биш материалтай, агшдаггүй, заагдсан хэмжээнд тохирсон байна, Автоклавт ариутгаж хэрэглэнэ.	200
2	Мэс заслын цонхтой, карматай даавуу	Мэс заслын зориулалтаар хэрэглэх цонхтой, карматай даавууны цонхны хэмжээ нь өргөн 20см, урт нь 30см хэмжээтэй бөгөөд цонхны 2 талд оноотой, карма нь зүүн талд байрлах бөгөөд өргөн 20см, өндөр нь30см даавуу урт 350 см өргөн нь 230 см байна. ISO стандартын шаардлагыг хангасан. Заасан хэмжээнд хүрэхүйц, 134 хэм 2 атм даралт, бага хэмийн устөрөгчийн хэт ислийн уурын ариутгалд тохирсон, амархан урагддаггүй, цоорч гэмтээгүй, сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал нь алдагдаагүй байна. Нэг даавууны жин нь 20-40 гр/м кв-аас багагүй байна.ногоон өнгөтэй, (43A047) өнгөний кодтой, цахилгаанжихгүй материал бүхий байна.	150
3	Мэс заслын шарх хязгаарлагч даавуу	Мэс заслын зориулалтаар хэрэглэх шарх хязгаарлагч даавууны хэмжээ өргөн 60 см, урт нь 90см 4 талыг утас ил гаргахгүйгээр /хэрээслэн/ оёсон байна. ISO стандартын шаардлагыг хангасан. Заасан хэмжээнд хүрэхүйц, 134 хэм 2 атм даралт, бага хэмийн устөрөгчийн хэт ислийн уурын ариутгалд тохирсон, амархан урагддаггүй, цоорч гэмтээгүй, сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал нь алдагдаагүй байна. Нэг даавууны жин нь 20-40 гр/м кв-аас багагүй байна.ногоон өнгөтэй, (43A047 өнгөний кодтой), цахилгаанжихгүй материал бүхий байна.	150

4	Мэс заслын даавуу /м/	Мэс заслын ширээ болон өвчтөнг хучих зориулалтаар хэрэглэх даавууны өргөн 150см, урт 200см байна. ISO стандартын шаардлагыг хангасан. Заасан хэмжээнд хүрэхүйц, 134 хэм 2 атм даралт, бага хэмийн устөрөгчийн хэт ислийн уурын ариутгалд тохирсон, амархан урагддаггүй, цоорч гэмтээгүй, сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал нь алдагдаагүй байна. Нэг даавууны жин нь 20-40 гр/м кв-аас багагүй байна.ногоон өнгөтэй, #43A047 өнгөний кодтой, цахилгаанжихгүй материал бүхий байна.	350
5	Цуу янбуу даавуу /м/	Цуу ямбуу даавуу 70*80 хэмжээтэй, ногоон өнгөтэй, (43A047 өнгөний кодтой), цэвэр даавуун материалтай байх, Угаалга, ариутгалын эдэлгээ даах, амархан цоорч урагдахгүй материал бүхий байх	400
Багц 2. Мэс заслын өмд цамц, халад			
6	Мэс заслын халад	Халад нь мэс заслын зориулалтаар өмсдөг, урд ар талдаа бүчтэй 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь ногоон байна. (43A047 өнгөний кодтой,) Урт ханцуйтай, ханцуй нь бугүй бүрэн далдалсан, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй, халадны урт нь өвдөгнөөс доош 1-2 сантиметр байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Мэс заслын халадны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. /S, M, L, XL, XXL/ Автоклавт ариутгаж хэрэглэнэ.	400
7	Мэс заслын цамц, өмд	Мэс засалд өмсөх зориулалтай цамц, өмд нь карматай 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +-2, Формальдегид-75, өнгө нь ногоон (127CC1 өнгөний кодтой) богино ханцуйтай, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. Европ размертэй дүйцэхүйц, өмсгөл сайтай байна. Хувцасны хэмжээг стандарт хэмжээсээр авна. (S, M, L, XL, XXL)	230

8	Өвчтөний хувцас /нөмрөг/	Мэс заслын тусламж үйлчилгээ авах өвчтөнд өмсүүлэх зориулалттай. Өвчтөний хувцас нөмрөг нь 45%-иас ихгүй полистер, 55%-иас багагүй хөвөн даавуун материалтай PH4.8-7.5 байна. Будгийн тогтвор 3-4 болон түүнээс дээш, агшилт, суналт нь +2, Формальдегид-75, өнгө нь цайвар тохирсон байна. Угаахад хялбар, будаг гардаггүй, хөвөн даавуун материалтай, нийлэг эдийн агууламжгүй, энгэр битүү, ханцуйгүй, урт өвдөгнөөс дээш 2 см байна. хөлс сайн нэвтрүүлдэг, бариу биш, нэвт гэрэлтдэггүй, ухлаадас нь эгэмнээс доошгүй байна. бэхэлгээ наадаг зангуутай өмсөж тайлахад хялбар байна.	120
Багц 3. Мэс заслын углааш			
9	Матрас /зузаан/	5-8 см зузаан, зөөлөвчтэй, цус биологийн шингэнээр бохирлогдсон тохиолдолд халдваргүйжүүлэх болохуйц, ус шингэн нэвтрэхгүй, хулдаасан материалаар бүрэгдсэн, удаан хугацаанд үргэлжилсэн мэс засалд чийг татахгүй, ариутгал цэвэрлэгээний эдэлгээний шаардлага хангасан байх	50
10	Мэс заслын углааш	Мэс засал, эрүүл мэндийн ажилтанд зориулагдсан, урдуураа битүү, зүү, хурц ирмэгтэй зүйл нэвтрэхээргүй өсгий нь 5 см-ээс багагүй, угааж халдваргүйтгэх боломжтой, чийг татдаггүй байна. (2E7D32 өнгөний кодтой байна)	170
Багц 4. Мэс заслын хулдаас			
11	Мэс заслын хулдаас /м/	Мэс заслын багажны ширээн дээр шингэн нэвтрэх, халдвараас сэргийлэх зорилгоор хэрэглэдэг. Өргөн нь 80 см-ээс багагүй, зузаан 0.2 см-ээс багагүй, Өнгө нь бор хүрэн өнгөтэй байна. Автоклавт ариутгаж хэрэглэнэ.	240
Багц 5. Цэвэрлэгээний даавуу			
13	А даавуу	Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, ус сайн шингээх чадвартай, цэвэр даавуун материалтай, бат бөх, эсгэж оёход хүндрэлгүй, автоклавт ороход агшиж, сунахгүй, бөөсрөхгүй, нягтрал сайтай, зөөлөн байх. өргөн 50 см-ээс багагүй. Загвар дээж ирүүлэх	6,000
14	Тод цэнхэр алчуур	Ус шингээлт сайн, агшихгүй, эдэлгээ даахуйц, будаг гарахгүй, хэт үсэрхэг биш, Хэмжээ 35*40 см. Загвар дээж ирүүлэх	300
15	Цайвар цэнхэр алчуур		300
16	Улаан алчуур		125
17	Шар алчуур		300