

Хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт

| д/д | Эмнэлгийн хэрэгслийн нэршил | Тодорхойлолт | х/н | нийт тоо |
|---|-----------------------------|---|-----|----------|
| Багц-1 Ангиографийн ажилбарын хэрэгслүүд | | | | |
| 1 | Microcatheter | <p>Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 1.9Fr ~ 2.0Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,019инч, урт 110 см-130 см сонголттой, 0,014 ~ 0,016 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, hydrophilic бүрээстэй, катетерын их бие PTFE нэхмэл угастай, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.2Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,021инч, урт 110 см-130 см сонголттой, 0,018 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, катетерын их бие PTFE нэхмэл угастай, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.4Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,022инч, урт 130 см-150 см сонголттой, 0,016 - 0,018 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.6Fr ~ 2.7Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,025~0.027инч, урт 105 см - 150 см сонголттой, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, 0,021 инчийн чиглүүлэгчийн хамт Соxial микрокатетерын иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.7Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr, урт 110 см - 150 см сонголттой, 45 градусын angled tip үзүүртэй, 3,5мм х 10мм тэлэгч баллоонтой, 0,014 инчийн чиглүүлэгчтэй хослон ажилладаг микрокатетерын иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 1.7 Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, урт 105 см-150 см сонголттой, 0,012 ~ 0,016 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, зөөлөн /soft/ straigh ба зөөлөн /soft/ angled tip -ийн сонголттой, hydrophilic бүрээстэй, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p> | шир | 35 |
| 2 | Чиглүүлэгч | <p>radifocus guidewire M standart Angled Үндсэн пластмас чиглүүлэгч 0.035 ~ 0.038 инчийн диаметртэй, 150см ба 180см уртын сонголттой, angled tip-тэй, hydrophilic бүрээстэй, судасны хана гэмтээх эрсдэл бага, X-ray –д тод харагддаг, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Үндсэн төмөр чиглүүлэгч 0.035 ~ 0.038 инчийн диаметртэй, 80см уртын сонголттой, J эсвэл Straight tip-тэй, төмөр PTEF бүрээстэй, X-ray –д тод харагддаг, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p> | шир | 35 |
| 3 | Дамжуулагч гуурс | <p>Гуяны дамжуулагч гуурс пластик 4F диаметртэй, 10см урттай, интродюсер, 0.035-0.038 инчийн *45cm урттай чиглүүлэгчтэй, 2,5 мл тариуртай , 18G хурц зүүтэй, иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх, Гуяны дамжуулагч гуурс пластик 5F диаметртэй, 10см урттай, интродюсер, 0.035-0.038 инчийн *45cm урттай чиглүүлэгчтэй, 2,5 мл тариуртай, 18G хурц зүүтэй иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх, мөн судасны нүх бөглөгчтэй хослон ажиллахад хүндрэл үүсдэггүй байх шаардлагатай</p> | шир | 35 |

| | | | | |
|--|--|---|-----|-----|
| 4 | Үндсэн гуурс | <p>1. RH хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 5Fr диаметртэй, 80см урттай, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 5Fr дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p> <p>2. Cobra хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 5Fr диаметртэй, 80см урттай, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 5Fr дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p> <p>3. Yashiro хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 4Fr диаметртэй, 70см урттай, үзүүрээс 45см хэсэг hydrophilic бүрээстэй, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 4Fr гуяны дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p> <p>4. Yashiro хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 5Fr диаметртэй, 70см урттай, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 5Fr гуяны дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг, байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p> | шир | 35 |
| 5 | Бичил чиглүүлэгч | <p>Бичил чиглүүлэгч 0.010~0.012 инч, 0.014 инч диаметртай, 180см, 190см, 200см уртын хэмжээсийн сонголттой, J tip болон 45 градусын angled tip shapeable үзүүрийн сонголттой, hydrophilic бүрээстэй, 1.7Fr, 1.9Fr, 2.0Fr диаметртэй, 110см - 130см урттай Бичил гуурс катетертай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p> <p>Бичил чиглүүлэгч 0.016 инч диаметртэй, уртын хэмжээ 165см, 180см, 200см гэсэн сонголттой, J tip, 45 ба 90 градусын angled tip гэсэн сонголттой, hydrophilic +nitinol, Slip - Coat бүрээстэй, 1.9Fr, 2.0Fr, 2.2Fr, 2.4Fr диаметртэй, 110см -150см урттай Бичил гуурс катетертай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p> <p>Бичил чиглүүлэгч 0.018 inch диаметртай, 180см урттай, straight tip -тэй hydrophilic, Slip - Coat бүрээстэй, 2.4Fr, 2.6Fr –ийн 130см урттай Бичил гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p> <p>Бичил чиглүүлэгч 0.021 inch /0,53мм диаметртэй, үзүүрийн 3см gold coil -тай, hydrophilic бүрээстэй, 2.4Fr ба 2.7Fr –ийн 105см -150см урттай Бичил гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p> | шир | 40 |
| 6 | K-Drainage catheter | 8.5fr*34cm*1cm tegumo эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц | шир | 4 |
| Багц-2 MRI, CT туслах хэрэглэгдэхүүн, биопсийн зүү | | | | |
| 7 | Хоёр замт уртасгуур гуурс /компьютер томиграфи / | Ү эсвэл T -type psi 300 даралт шахах, 150 см дээш урттай, FDA болон ISO стандартыг хангасан байх | шир | 960 |
| 8 | Biopsybell 16*150 | 16g-150 mm ховил 19мм нэг удаагийн ариун зүү эд авах , Promag biopsy needle со axial introducer-тэй дүйцэхүйц. | шир | 12 |
| 9 | Biopsybell 18*150 | 18g-150 mm ховил 19мм нэг удаагийн ариун зүү эд авах , Promag biopsy needle со axial introducer-тэй дүйцэхүйц. | шир | 24 |

| | | | | |
|---|---|---|-----|-----|
| 10 | Автомат тариур | 1.Компьютер томографын инжекторын тариур 200мл - 2ширхэг, Y -хэлбэрийн холбогч гуурс 180см - 1ш, filling device - 2 ширхэг орсон иж бүрдэл , тариурын хошуу люэр түгжээтэй Union medical shenzhen Co Ltd, RayGuard SYW102 Модел эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц/ -100 ширхэг 2.Соронзон үелзүүр томографийн инжекторын тариур 115мл - 1 ширхэг, тариур 65 мл - 1ширхэг, Y -хэлбэрийн холбогч гуурс 250 см - 1ш, filling device - 2 ширхэг орсон иж бүрдэл , тариурын хошуу люэр түгжээтэй Union medical shenzhen Co Ltd, RayGuard SYW102 Модел эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц, MRI-300 ширхэг 2 ширхэг дээж авна. СТ дээжийг Ray guerd Dual head injector Model PT-200Pro -дээр тохируулж үзнэ. Дээж нэг удаа хэрэглэх ариун савлагаатай тул ашигласан дээжийг буцаан олгохгүй. | шир | 400 |
| Багц-5 Мэс заслын нэг удаагийн хэрэгсэл | | | | |
| 11 | Abdominal trocar 10mm /дурангын трокар/ | 10 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц | шир | 100 |
| 12 | Abdominal trocar 06mm /дурангын трокар/ | 6 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц | шир | 8 |
| 13 | Abdominal trocar 12mm /дурангын трокар/ | 12 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц | шир | 4 |
| 14 | Abdominal trocar 5mm /дурангын трокар/ | 5 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц | шир | 90 |
| 15 | Endo bag | Tissue extraction endo bag ф10х250мл уутны хэлбэр нь зуйван хэлбэртэй, FDA стандартыг хангасан байх, Tonglu Qianyan medtech Co ltd endobag дүйцэхүйц Дээж 2 ширхэг авна, дээжийг дурангаар цөсний хүүдий авах хагалгаанд хэрэглэх үед хэрэглэнэ. Тухайн бүтээгдэхүүн нэг удаагийн ариун хэрэгсэл тул ашигласан дээжийг буцаан олгохгүй. Мөн дээрх дүйцүүлэх хэрэгсэлтэй харьцуулж үзнэ. | шир | 144 |
| 16 | Endo loop | Vicryl Endoloop Ligature, Size 0, 18", FDA стандартыг хангасан байх | шир | 30 |
| 17 | Mesh / Ивэрхийн тор / | 10х15 см , Polypropylene mesh - FDA стандартыг хангах johnson, ethicon брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 5 |
| 18 | Vacuum drainage | J-VAC™ Reservoir 150 ml , johnson ethicon үйлдвэрлэгч, эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц | шир | 0 |
| 19 | Дурангын угааж соруулах гар / Багаж / | 6mm х 33cm 8 Vent, соруулгын хошуу, гуурстай иж бүрэн байх FDA шаардлага хангах, олон удаа ашиглагдах | шир | - |
| 20 | Цээжний хөндийн трокартай гуурс | 24fr, LA-med Healthcare фермийн цээжний гуурстай дүйцэхүйц | шир | 8 |
| 21 | camera cover sleeve | 15:150см, Дурангийн гадуур бүрэн хамгаалах, уян хатан урагдахгүй, ариун байх | шир | 645 |
| 22 | Мэс заслын хутганы ир № 15 | нэг удаагийн, карбон ган, хурц иртэй байх, Япон feather брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 366 |
| 23 | Мэс заслын хутганы ир №11 | нэг удаагийн, карбон ган, хурц иртэй байх, Япон feather брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 505 |

| | | | | |
|--|------------------------------|--|-----|-------|
| 24 | Мэс заслын хутганы ир №12 | нэг удаагийн, карбон ган, хурц иртэй байх, Япон feather брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 0 |
| 25 | Anal sponge roll | 80*30мм, Шамбарамын хагалгааны цус тогтоох чихээс хийх зориулалттай ариун | шир | 50 |
| 26 | Ligating clip титан | L green, ethicon LT 300 эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц | шир | 40 |
| 27 | Skin marker | 0.5 - 1mm , тод гаргацтай, хүний биед харшил өгөхгүй, арилахгүй байх | шир | 70 |
| 28 | Suction tube янкаар гуурс | 12-18g 2.5m урт гуурстай, FDA стандартыг хангасан байх | шир | 50 |
| 29 | Вереш зүү | 10/150mm, MEDICALExpo, Manhua Biomedical брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 130 |
| 30 | Гар угаагч губка | Хлоргексидин ба иод агуулсан сойз, FDA стандартыг хангасан байх | шир | 2,920 |
| 31 | Ивэрхийн тор | 15*15мм, Polypropylene mesh - FDA стандартыг хангах johnson, ethicon брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 10 |
| 32 | Полимер клип hemolock | L purple, Судсанд тавьдаг хуванцар хавчаар FDA стандартыг хангах johnson, ethicon брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 215 |
| 33 | Резин урсгуур | 0.25-1 inch, Soft PVC corrugated drainage sheet SYMON"S брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 12 |
| 34 | Түлэгч электрод /залгууртай/ | монополяр нэг удаагийн, гэрэл анивчих гар контрол товчтой, зүсэх түлэх хутга, залгууртай | шир | 244 |
| 35 | Угааж соруулах гар (буу) | 5mm x 33cm 8 Vent, соруулгын хошуу, гуурстай иж бүрэн байх FDA шаардлага хангах , нэг удаагийнх Easypulse Disposable Pulse Lavage Type EP18-1 дүйцэхүйц | шир | 40 |
| 36 | Уушиг самбар | 2 л, thoracic Drainage System, Redax draintech брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 15 |
| 37 | Цээжний гуурс | 28Fr, LA-med Healthcare фермийн цээжний гуурстай дүйцэхүйц | шир | 8 |
| 38 | Цээжний хатгалтын сет | Seldinger type set 14 F; 29 см, non-toxic, medical grade PVC Used for post-operative drainage after cardio thoracic surgery | шир | 10 |
| 39 | Шархны вакум дренаж гуурс | 200 мл FR 14, вакуумын гранат хэлбэртэй, ISO9001 стандарттай, зөөлөн силикон гуурстай | шир | 20 |
| Багц-7 Урологийн мэс заслын ажилбарт хэрэглэх нэг удаагийн хэрэгсэл | | | | |
| 40 | Урологийн хагалгааны хутга | bipolar, 30 градус, 24fr, Нарийслийг зүсэгч цүдгэр ба хурц иртэй металл хутга. Карл штроцын аппаратад тохирох, | шир | 2 |
| 41 | Stone basket | Nitinol Tipless Stone Extractor helical, flatwire , tipless, Утасны материал нь бат бөх нитинол материалтай, тор нь эрчлээстэй мяндсан утсаар хийгдсэн, нэг удаагийн хэрэглээний, торны диаметр 1.5Fr, урт-115см, urotech, cook-тэй дүйцэхүйц, | шир | 17 |
| 42 | Guidewire | Nitinol core Wire Guide, Бөөр шээсний замд байрлуулдаг, нитинол уян чиглүүлэгч, нэг удаагийн хэрэглээний, диаметр нь 0.038 инч, урт -150см, шулуун үзүүр нь 3см, urotech, cook-тэй дүйцэхүйц, | шир | 63 |
| 43 | Turp irrigation tube | Y shape, Түүрүү булчирхайн хагалгааны угааж соруулах гуурс, Urotech брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 30 |
| 44 | Turp электрод | bipolar degree 30 Resection electrodes rolled plain, COOK-тэй дүйцэхүйц, нэг удаагийн хэрэглээний | шир | 18 |
| 45 | Urethral cathether 6fr | 6fr, 50-60см, удаан хугацааны, urotech, cook брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 10 |

| | | | | |
|---|--|--|-----|-------|
| 46 | Uretral stent | 7f/24 удаан хугацааны нэг удаагийн хэрэглээний, 6-7 Fr, уртын хэмжээ 22-26см, стентний үзүүр нь 360 градус эргэлттэй байх, гуурсны 2 талын төгсгөл онгорхой, нүхтэй байх, богино хугацаанд хэрэглэх /6-12 сар хүртэл/, стент гуурс нь рентгенд тодордог, urotech, cook-тэй дүйцэхүйц | шир | 10 |
| 47 | Uretral stent 6fr | 6fr/24 богино хугацааны, нэг удаагийн хэрэглээний, 6Fr, уртын хэмжээ 22-26см, стентний үзүүр нь 360 градус эргэлттэй байх, гуурсны 2 талын төгсгөл онгорхой, нүхтэй байх, богино хугацаанд хэрэглэх /3-6 сар хүртэл/, urotech, cook-тэй дүйцэхүйц | шир | 7 |
| 48 | Катетр 22FR | 22fr, Бөөрний шээлгүүрийг тэлэх зориулалттай баллонтой шээлгүүрийн катетр. 6/28см, 6/26см, 6/24см, 7/28см, 7/26см, 7/24см, Urovision visiocath ballonkatheter/-тай дүйцэхүйц | шир | 46 |
| 49 | Катетр 3 замтай силикон Fr-22 | 22fr urovision 3way urotech эсхүл дүйцэхүйц | шир | 10 |
| Багц-9 Хиймэл болорууд , ажилбарт хэрэглэх хэрэглэгдэхүүн | | | | |
| 50 | Нүдний 15 градус хугтаны ир | 15 градус, налуу иртэй нимгэн хавтгай зэвэрдэггүй ган хутга | шир | 93 |
| 51 | Нүдний Crescent хугтаны ир | 2.6mm өргөнтэй хурц ган хутга | шир | 175 |
| 52 | Нүдний Keratome хугтаны ир | 2.2-2.8 мм өргөнтэй хажуу ирмэгээрээ иртэй хурц хутга | шир | 93 |
| 53 | Нүдний болор | Оптик диаметр- /мм/ 6.00, нийт урт - / мм/ 13.0. Болрын диоптрын хэмжээ +0,5 диоптрээр хэлбэлзэнэ. Уян шар, хортой хөх туяаг шүүнэ.Акрил, гидрофобик материалаар хийгдсэн. | шир | 83 |
| 54 | Нүдний хаалт Drape | 100см:70 см, сормуус наагчтай augolab эсхүл дүйцэхүйц | шир | 171 |
| Багц-11 Чих хамар хоолойн үзлэг болон мэс засалд хэрэглэх хэрэгслүүд | | | | |
| 55 | отоскопийн 1 удаагийн хошуу | хүүхдийн бүх хэмжээ, хүүхдийн чихний үзлэгт ашиглана | шир | 2,000 |
| 56 | хамрын толь | хүүхдийн, хүүхдийн чихний үзлэгт ашиглана | шир | 300 |
| 57 | Чихний sponge / Хэнгэргэн хальс нөхөх хагалгаанд / | ear sponge, gelfoam size 50cm 8*6.25 prizer-тай дүйцэхүйц | шир | 3 |
| 58 | Чихний титан протез | middle ear implants , size totle porp , төмөр материалтай | шир | 3 |
| 59 | Nasal sponge | 10*2*1.5 mm, Хамрын цус тогтоогч чихээс /цус тогтоогч бодисгүй | шир | 120 |
| 60 | Silastic sheet /Septum splint endo/ | хамрын таславч хагалгаа зузаан нь 2-3mm, уян хатан , силикон , FDA шаардлага хангасан | шир | 60 |
| 61 | Наалдуулагч лент | 6.30 x 4.20 x 2.00 Inch ба 2.5 x 9.1 см, 3M micropore брэндтэй дүйцэхүйц | шир | 86 |
| 62 | Хамрын гипс | /Septum splint extra/ | шир | 60 |
| 63 | чихний лүүнз /хүүхэд/ | трапец, Хамрын гоо сайхны хагалгаанд хэрэглэх, гадна гипс 70-80 градус усанд зөөлрөх, хуванцар, трапец хэлбэртэй. | шир | 10 |
| Багц-14 Шүдний пломбын материал, хэрэгслүүд | | | | |
| 64 | Absorbable Gelatin Sponge Наемостат /цус тогтоогч/ | 90pcs Surgispon® Gelatin Sponge Haemostatic, sterile hemostatic absorbable gelatin sponge made of pure pharmaceutical gelatine (lyophilized hydrolyzed collagen) foam, which gives it a uniform porosity & reacts neutrally Ultradent компани болон дүйцэхүйц | фл | 1 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|------|----|
| 65 | Absorbent Paperpoint | №200 15-40 , GAPADENT China дүйцэхүйц | шир | 10 |
| 66 | Zinc Oxid Cement | Zinc Oxid Cement 10 ml 80g of powder and 55 g of liquid, AdhesorTm Tokyo Хятад GC Corporation компани болон дүйцэхүйц | фл | 2 |
| 67 | Boost | The powerful 40% hydrogen peroxide gel Delivery Form(s): • 1.2 ml Delivery Syringe • Recommended delivery Ti, шүд цайруулалтанд хэрэглэх Ultradent компани болон дүйцүүлэх | шир | 2 |
| 68 | Dam | a thin, 6-inch (150 mm) square sheet, DermaDam™ дүйцэхүйц | шир | 2 |
| 69 | Гоёлын шигтгээ, №10 | шүдний гоо сайханд хэрэглэх тогтоц сайтай | хайр | 3 |
| 70 | Шилэн штивт, №100 | шүдний эмчилгээнд хэрэглэгдэх, чанарын шаардлага хангасан | хайр | 2 |
| 71 | Amelogen A1 | 1x2.5g syringe, Ultradent компани болон дүйцүүлэх | шир | 5 |
| 72 | Amelogen A2 | 1x2.5g syringe,Ultradent компани болон дүйцүүлэх | шир | 5 |
| 73 | Any-flow | урсдаг ломбо, MDCLUS co.ltd компанийхтай дүйцэхүйц | шир | 3 |
| 74 | Any-per | 2.2g syringe,MDCLUS co.ltd компанийхтай дүйцэхүйц | шир | 3 |
| 75 | Charisma A-1 | 4g syringe, Герман KULZER брэндийнхтэй дүйцэхүйц | шф | 5 |
| 76 | Charisma A-2 | 4g syringe, Герман KULZER брэндийнхтэй дүйцэхүйц | шф | 5 |
| 77 | Dentin shade | powder 3г, Ultradent брэндийнхтэй дүйцэхүйц | фл | 4 |
| 78 | Depulpin Зөөлц /үрэвсэлд эм тавьдаг/ | 1x3g syringe, Шүдний үрэвсэлд сувагт тавих. ОХУ-ын Владмира брэндийнхтэй дүйцэхүйц | шир | 0 |
| 79 | endo prep cream EDTA | MDCLUS co.ltd /Korea/ компанийхтай дүйцэхүйц | шир | 0 |
| 80 | Eucalyptol | гутаперч зөөллөгч тос /eucalyptus oil 100%/ | фл | 1 |
| 81 | Fine etch-37% Phosphoric gel | хүчил /суваг угаах/, MDCLUS co.ltd /Korea/ компанийхтай дүйцэхүйц | фл | 8 |
| 82 | Fujii 9 | хүүхдийн пломбо 15г +6.4мл, Токио Хятад GC Corporation компани болон дүйцүүлэх | фл | 2 |
| 83 | Gutta perch №100 | 20,25,30,15 /тус бүр 2 хайрцаг/GAPADENT /China/ брэндтэй дүйцэхүйц | хайр | 4 |
| 84 | Micro hybrid A-2 | 4.5g , DENTAL ADVISOR компанийхтай дүйцэхүйц | хайр | 2 |
| 85 | Nano hybrid A-2 | 4.5g , DENTAL ADVISOR компанийхтай дүйцэхүйц | хайр | 2 |
| 86 | Nanoceram Flow /шүд/ | 3ml, DENTAL ADVISOR компанийхтай дүйцэхүйц | хайр | 2 |
| 87 | Neofil B-1 /ломбоны материал/ | 4.5 g, ломбоны материал, DENTAL ADVISOR компанийхтай дүйцэхүйц | хайр | 5 |

| | | | | |
|-----|--|---|-------|-----|
| 88 | Permaseal | 1.2g , Ultradent /Америк/ брэндтэй дүйцэхүйц | хайр | 5 |
| 89 | Primer | 3g , Ultradent /Америк/ брэндтэй дүйцэхүйц | хайр | 5 |
| 90 | Tetric N-cream A-1 | 3.5g, Германы Ivoclar vivadent брэндтэй дүйцэхүйц | хайр | 7 |
| 91 | Tetric N-cream A-2 | 3.5g, Германы Ivoclar vivadent брэндтэй дүйцэхүйц | хайр | 7 |
| 92 | Tetric N-cream A-3 | 3.5g, Германы Ivoclar vivadent брэндтэй дүйцэхүйц | хайр | 7 |
| 93 | Ultracal XS /Кальци паст/ | 1.4g, Сувагт тавих ломбо, Ultradent компанийхтай дүйцэхүйц | шир | 6 |
| 94 | Бонд universeal / шф/ | 1.2g/3ml Ultradent компани болон дүйцэхүйц /Америк/ | фл | 9 |
| 95 | Буйлны утас | №1.0 - 1ш, №0.0 - 1ш8 ULTRAPAK-E компанийхтай дүйцэхүйц | шир | 2 |
| 96 | Ломбо /Beatiful A3/ | 3.5g, BENDECHK /Korea/ дүйцэхүйц | хайр | 2 |
| 97 | Ломбо /Zircos A2/ | 3.5g, MANI японы үйлдвэрийнхтэй дүйцэхүйц | хайр | 7 |
| 98 | Матриц | хуванцар, өнгөгүй, 10-15м ОХУ-ын TOP BM болон дүйцэхүйц | рулон | 2 |
| 99 | Матриц | төмөр, хайрцагтай, №100 Хуйлаастай, Төмөр, Маш сайн чанартай байх | ком | 1 |
| 100 | Матриц | төмөр, дамартай, 3-5м, Spota Dental ОХУ дүйцэхүйц | рулон | 2 |
| 101 | МТА 0,5 гр №1 | Spota Dental ОХУ үйлдвэрийнхтэй дүйцэхүйц | шир | 1 |
| 102 | Пульпэкстратор /Barbed broaches - 0-000 12*6 | MANI японы үйлдвэрийнхтэй дүйцэхүйц | хайр | 100 |
| 103 | Төмөр штивт /№120/ | Long, XL, Short, Medium 8 Нэг хайрцагтаа 120 ширхэгээр савлагдсан. United Dental Group /АНУ/ компанийхтай дүйцэхүйц | хайр | 1 |
| 104 | Түр ломбоны материал /дентин/ | 50g, ОХУ-ын Владиватай дүйцэхүйц | шир | 0 |
| 105 | Фиссури /Enamel pit and fssure sealant | 1.5g, OPAQUE /АНУ/ компанийхтай дүйцэхүйц | фл | 3 |
| 106 | Фтор/tastytooth/ | 25мл, Шүдний цоорлоос урьдчилан сэргийлэх зориулалтаар хэрэглэнэ. Хүүхэд, том хүний шүдийг калциар хангана. | фл | 2 |
| 107 | Хазалтын цаас №300 | 1 хайрцагтаа 12 ширхэгээр савлагдсан. Хятад Hydrophilic type брэндтэй дүйцэхүйц | хайр | 3 |
| 108 | хар зүү | № 1,2,3 , MANI японы үйлдвэрийнх | шир | 284 |
| 109 | Шүдний багс №100 | Өнгө, өнгөөрөө өөр өөр хэмжээтэй байх. Нэг удаагийн хэрэглээнийх, ISO13485 хангасан байх | хайр | 6 |
| 110 | Шүдний диск №100 | Корпорация Медторг ОХУ эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц | хайр | 2 |

| | | | | |
|--|---|--|------|-------|
| 111 | Шүдний ёзоорын ариутгал эмчилгээ перидон | 2g, Японд үйлдвэрлэсэн эм хэрэгсэлтэй дүйцэхүйц, сувгийн мэдрэлийг борцлон хатаах | хайр | 2 |
| 112 | Шүдний зүү №100 | 30G/16mm, СК DENMALco.ltd /Korea/ компанийнхтай дүйцэхүйц, ISO13485 хангасан байх | хайр | 11 |
| 113 | Шүдний зүү №100 | 27G, СК DENMALco.ltd /Korea/ компанийнхтай дүйцэхүйц, ISO13485 хангасан байх | хайр | 13 |
| 114 | Шүлс сорогч хошуу | Зөөлөн, уян, хүний аманд хийхэд ам гэмтээхээргүй | шир | 2,000 |
| 115 | Шүлсний хөвөн /зуйван/ | 100% cotton Зуйван хэлбэртэй, шүлс урсахаас хамгаалах, DENTAL COTTON ROLL брэндтэй дүйцэхүйц | хайр | 35 |
| 116 | Бор /дусал хэлбэрийн/ | Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах | шир | 30 |
| 117 | Каналнапилнатель /суваг дүүргэгч/ | Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах | шир | 20 |
| 118 | накнечикны тос | Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах | шир | 2 |
| 119 | Өнгөлгөөний резин | Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах | шир | 30 |
| 120 | Өнгөлгөөний Чулуу | Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах | шир | 30 |
| 121 | Электрочиский Бор /Precision Cut Carbides | Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах | шир | 30 |
| 122 | Бөөрөнхий бор | Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах | шир | 150 |
| 123 | Шүдний тольны толгой | Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах | шир | 50 |
| Багц-17 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн туслах хэрэглэгдэхүүн | | | | |
| 124 | ЭЭГ гель / тархины цахилгаан бичлэг/ | NeuGel 1000ml Deumed, үүнтэй дүйцэхүйц | фл | 7 |
| 125 | Соруулгын шилэн сав Шилэн сав /suction/ | elite suction dry аппаратад тохирох | шир | 11 |
| 126 | хөх гэрлийн зүү | Аппарат для внутривенного облучения крови /соларис -г тохирох/ | шир | 800 |
| 127 | Эмэгтэйчүүдийн мазетын электрод , хошуу | сет Mazet sante эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц | ком | 25 |
| 128 | Iric care | iric hook | шир | 5 |
| 129 | Коагуляци (5-20)*130мм /loop electrod/ | 5*130mm loop bipolar electrod | шир | 15 |
| 130 | Коагуляци (Ф3-Ф5)*130мм /ball electrod/ | ball 130mm | шир | 15 |
| 131 | Хайч | зэвэрдэггүй ган, тахир болон шулуун гэсэн сонголттой | шир | 13 |
| Багц-18 Эмнэлгийн хийн системийн туслах хэрэгслүүд, тослох тоснууд | | | | |
| 132 | Багажны тос | карл шторц, фүжинан гэх мэт тоног төхөөрөмжийн зориулалтын, 10гр | сав | 10 |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----|--------|
| 133 | ханын отсосны холбогч гуурс | ханын системд тохирох том хүний соруулга хийх гуурс | шир | 6 |
| 134 | ханын отсосны холбогч гуурс | эрдэнэт медикал эмнэлгийн ханын системд тохирох хүүхдэд соруулга хийх гуурс | шир | 2 |
| 135 | AED-ийн наалт | Фибриллятор JPAD CU-SP1 моделд тохирох | шир | 8 |
| 136 | fujifilm forceps valve FOV-DV7 | фужинан дурангийн резинэн хар таг | ш | 10 |
| 137 | соруулах төхөөрөмж отсосны сав | MS 700 загварын отсос аппаратад тохирох | ш | 2 |
| 138 | усны памп | Fujifilm JW-2 загварын усны памп | ш | 1 |
| 139 | Fujifilm Silicon Oil | Fuji SL-2000, үүнтэй дүйцэхүйц | фл | 5 |
| 140 | Ханын хүчилтөрөгчийн бобров | | шир | 10 |
| Багц-21 Дотоодын үйлдвэрийн бараа /тариур, самбай / | | | | |
| 141 | Тариур 1 гр | 1.0 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх | шир | 10,890 |
| 142 | Тариур 10 гр | 10 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх | шир | 12,805 |
| 143 | Тариур 20 гр | 20 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх | шир | 9,267 |
| 144 | Тариур 3 гр | 3 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх | шир | 3,887 |
| 145 | Тариур 5 гр | 5 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх | шир | 7,458 |
| 146 | Ариун бинт 7*14 м | 7*14 м, шингээлт сайн, нэхээсний хэмжээ 28x17 меш. Стандарт: ISO:9001, ISO:13485 чанарын шардлага хангасан | шир | 1,178 |
| 147 | Марль №20 10*10 | 10x10 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх | шир | 1,140 |
| 148 | Марль №20 10*20 | 10x20 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх | шир | 100 |
| 149 | Марль №20 15*15 | 15x15 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх | шир | 6,668 |
| 150 | Марль №5 20*40 | 20x40 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх | шир | 10 |
| 151 | Марль №5 30*40 | 30x40 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх | шир | 960 |
| 152 | Марль №5 30*50 | 30x50 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх | шир | 2,558 |
| 153 | Марль №5 80*50 | 80x50 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх | шир | 352 |
| Багц-22 Эмнэлгийн нэг удаагийн туслах хэрэглэгдэхүүн | | | | |
| 154 | Систем | IV set зүү хэмжээ 20-22G, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх | шир | 18,266 |
| 155 | Зүү /нэг удаагийн/ | 20G, тариурын зүү, ариун нэг удаагийн MNS ISO 7886-1:2000 хангасан байх | шир | 248 |

| | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|-------|
| 156 | Зүү /нэг удаагийн / | 23G, тариурын зүү, ариун нэг удаагийн MNS ISO 7886-1:2000 хангасан байх | шир | 1,940 |
| 157 | Тариур 50 гр | 50 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх | шир | 1,132 |

Жич: Номер 10, 15 бараануудад дээж авна. Бараа болгоны техникийн тодорхойлолтодхэдэн ширхэг дээж авах, хэрхэн турших талаар заасан