

Батлав: Ерөнхий захирлын албан зургийг
түр орлон гүйцэтгэгч



Л.Бямбасүрэн

~~УЯН ДУРАНГИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕР~~

Багц 2. Уян дурангийн шаардлагатай засварын жагсаалт

2024.09.23

№	Загвар	Гэмтэл	Шаардлагатай засвар
1	Ходоодны уян дуран	C-cover түлэгдсэн	C-cover шинээр солих
		Нугаралтын тросс хэвийн хэмжээнээс хэтэрсэн	Тросс тохиргоо
		Нугаралтын резиний цавуу хууларсан, цоорсон	Нугаралтын резин шинээр солих
2	Ходоодны уян дуран	Нугаралтын тросс хэвийн хэмжээнээс багассан	Тросс тохиргоо
		Нугаралтын резиний цавуу хууларсан	Нугаралтын резин шинээр солих
3	Ходоодны уян дуран	Нугаралтын тросс хэвийн хэмжээнээс багассан	Тросс тохиргоо
		Нугаралтын резиний цавуу хууларсан	Нугаралтын резин шинээр солих
4	Уушгины уян дуран	Нугаралтын резиний цавуу хууларсан	Нугаралтын резин шинээр солих
		Удирдлагын товчлуурууд гэмтсэн	Удирдлагын товчлууруудыг солих
		Нугаралтын тросс хэвийн хэмжээнээс багассан	Тросс тохиргоо
		Ажлын суваг цоорсон	Ажлын суваг солих

Хянасан: Техникийн албаны дарга

С.Учрал

Нэгтгэсэн: Техникийн албаны инженер

Д.Магина

Д.Магина