

ЭМТ ДАРГА *Б. Гансэлэм* Б. ГАНСЭЛЭМ

**ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТОНХИЛ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН  
БИОХИМИЙН АНАЛИЗАТОР АВАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**



№	Хийгдэх ажлын нэр	Бүрдүүлэх баримт, гарах үр дүн	
1.	Эрүүл мэндийн төвд биохимийн хагас автомат анализатор авах		
2.	Байршил хамрах хүрээ	Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын ард иргэд	
3.	Захиалагч байгууллага	Тонхил сумын Эрүүл мэндийн төв	
4.	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан	
5.	Хэрэгжүүлж гүйцэтгэх ажил	Биохимийн автомат анализаторыг тендер зарлан худалдан авч Эрүүл мэндийн төвд хүлээлгэн өгөх	
6.	Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах шаардлага	Техник тодорхойлолт	
		Урвалжийн систем:	Гар ажиллагаа шаарддаггүй хуурай урвалжийн системтэй байх
		Сорьц:	Сийвэн, Ийлдэс
		Параметр:	Glu, UA, T-Cho, TG, BUN, T-Bil, Ca, TP, Alb, GOT, GPT, LDH, CPK, Amy, GGT, ALP, Cre, HDL-C, FRA, IP, Mg
			Нэг зэрэг хамгийн байгадаа 9 хүртэлх үзүүлэлт хэмжих боломжтой байх Паратетрүүдийг нэг нэгээр болон багц параметр хэмжих боломжтой байх
		Хэмжих зарчим:	Гэрлийн тусгалын эрчмийн оптик хэмжилт
		Хүчин чадал:	Цагт 63 үзүүлэлт түүнээс их
		Сорох хэмжээ:	нэг үзүүлэлтэнд 4-6 uL түүнтэй дүйцэхүйц
		Калибрац:	Магнетик карт ашиглан богино хугацаанд калибраци хийдэг байх
		Асаад бэлэн болох хугацаа:	хамгийн ихтэй 10 мин
		Гэрлийн үүсгүүр:	Хугацаат солих шаардлаггүй LED гэрэл + Interference filter
		Детектор:	Silicon photodiode
		Хэмжилтийн долгион:	405, 550, 575, 610, 820 nm
Урвалын температурын хяналт:	37±0.1		
Жин:	6кг-аас ихгүй байх		

		Бусад:	Өөр дээр жижиг центрифугтай байх
			Дотоод сүлжээнд холбогддог байх
			Зөөвөрлөх боломжтой байх
			Засвар үйлчилгээ шаардахгүй байх
			Өр дээр хэвлэгчтэй байх
			Монгол Улсад өргөн хэрэглэдэг байх
			Монгол Улсад албан ёсны дистрибьютертэй байх
			Ажлын байран дээр сургалт явуулан хүлээлгэн өгч суурилуулах
		Баталгаат хугацаа:	2 жил
7.	Ажлын хугацаа	2024 оны 11 дугаар сарын 09-ны дотор	
8.	Багцын ажлын үнэ	25.000,000 төгрөг	

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

ЛАБОРАНТ *Б. Долгосүрэн* Б. ДОЛГОРСҮРЭН