

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ТӨВИЙН ДАРГА И.БАТЗАЯА

2024 оны 1-дугаар сарын 15,

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- 1. Дэлгэц:** 8инчээс ихгүй байх хэмжээтэй өндөр нягтралтай, өөнгөт мэдрэгчтэй, ашиглахад хялба, зөөвөрлөн ашиглах боломжтой дэлгэцтэй
- 2. Баттерей:** Цэнэглэх боломжтой лити-ионы баттерейгаар тэжээгддэг байх Баттерейны хүчдэл 8с ихгүй
- 3. Сувагийн тоо:** 6/9/12 холболтоор зүрхний цахилгаан бичлэг хийх боломжтой, зүрхний цахилгаан бичлэгийг freeze хийх боломжтой
- 4. Формат:** Carewell ECG, PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP зэрэг олон форматын хэлбэрээр мэдээллийг боловсруулдаг шилжүүлдэг
- 5. Үйлчлүүлэгчийн өгөгдлийг хадгалах, урьдчилан харах, хянах, засах, экспортлох, байршлуулах, хэвлэх боломжтой байх**
- 6. WIFI сүлжээнд холбогддог байх.**
- 7. Бичлэгийн төрөл:** 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+1R, 12x1 байх
- 8. Компьютертэй холбогддог USB оролттой байх**
- 9. Багтаамж:** 20ГБ-с дээш, монгол keyboard-тай байх
- 10. Цахилгаан тэжээл:** 220В, 50гц, байх

Дагалдах хэрэгсэл:

- Өвчтөний кабель: 1 иж бүрдэл
- 4 мөчний электрод: 1 иж бүрдэл
- Цээжний бөмбөлгөн электрод: 1 иж бүрдэл бш
- Бичлэгийн цаас: 2ширхэг / олдоц сайтай цаастай байх/
- Зөөвөрлөх боломжтой цүнхтэй байх-1 ширхэг
- Англи монгол гарын авлагатай байх
- Аюулгүй ажиллагааны заавартай байх
- 2-3 жилийн баталгаатай байх