

Эрүүл мэндийн сайдын 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 9/153 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Ниит үнэ
1	Шүдний кабинетийн тоног төхөөрөмж /дагалдах хэрэгсэл, багажийн хамт/	1	260,000,000.0	260,000,000.0
	Нийт дүн			260,000,000.0

ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тавигдах ерөнхий шаардлага:

- Тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт, сургалтын төлөвлөгөөг хийх.
- ЭТТ-ийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний сургалтыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулах
- Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нь технологийн хувьд орчин үеийн, дэвшилтэт технологи байхын сацуу ашиглахад энгийн ажиллагааг хянах боломжтой, олон улсын бүтээгдэхүүний чанарын CE, FDA, ISO, TUV зэрэг стандартуудын аль нэгийг хангасан байх
- Бүрэн ажиллагааг хангахын тулд бараанд зайлшгүй шаардлагатай бүх нэмэлт ба дагалдах хэрэгслүүдийг хамтад нь санал болгох /үнэ, part number/
- Баталгаат хугацаа 2 жилээс багагүй байх ба баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч компани хариуцаж баталгаат засварын гэрээг хүлээн авагч байгууллагатай тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөх үед байгуулна.
- Баталгаат хугацаа дууссаны дараа сэлбэг материалаар хангах боломжтой байх үнийн саналыг тоног төхөөрөмж тус бүр дээр дагалдуулсан байх.
- Техникийн үзүүлэлтэнд дурьдсан дагалдах хэрэгслийг 1 тоног төхөөрөмжинд байхаар тооцож бичсэн болно.
- Ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний дараах гарын авлагыг англи, монгол хэл дээр тухайн аппарат, тоног төхөөрөмжийг дагалдуулж өгөх

- ✓ хэрэглэгчийн гарын авлага
- ✓ засвар үйлчилгээний гарын авлага
- ✓ баталгаат хугацаанд хийх техник үйлчилгээний график /өдөр тутам, 7 хоног, сарын, шалгах хуудас
- ✓ Эрүүл мэндийн сайдын тоот тушаалаар томилогдсон техникийн комиссоор хяналт хийлгэж "Техникийн урьдчилсан дүгнэлт" гаргуулах

ИЖ БҮРЭН ШҮДНИЙ КРЕСЛО

- Хөтлөгч 24вт – н тогтмол гүйдлийн мотороор ажилладаг бөгөөд давхар гарын амраагчтай ба баруун гар амраагч нь чөлөөтэй эргэдэг.
- Автоматаар шүршиж угаах, аяга дүүргэгчийг хянах системтэй
- 3 программын түгжээг хянах систем (нэгдсэн хэлхээний самбар) – тэй
- Агаарын тоормостой багажны тавиуртай
- Эргэдэг гар хийцийн бариултай
- Эвхэгддэг толгойн түшлэгтэй
- Олон үйлдэлт хөлийн удирдлагатай
- Өндөр даралтын сорогч ба шүлс зайлуулах системтэй
- Ус гадагшлуулах савтай
- Усны хоолой/хийн хоолойн шийдэлтэй
- LED 1 удирдлагатай гэрэлтэй
- 3 талын тариур (халуун хүйтэн)
- Шүдний креслийн өндөр намыг тохируулах боломжтой, сандалын хамгийн намхан болох хэмжээ 390 мм – с бага, сандалын хамгийн өндөр болох хэмжээ 800 мм – с их байна.

Дагалдах зүйлсүүд:

- Хурдан эргэлттэй наконечник -19 ширхэг
- Удаан эргэлттэй наконечник -19 ширхэг
- Шүдний өнгөр, чулуу арилна- 5 сет
- Рентген хальс харагч хавтан - 1 ширхэг
- Хүүхдийн хөдөлгөөн хязгаарлагч хүлэгч бүстэй байна - 2 ширхэг
- Ариутгал, угаалга, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийн чанарыг шалгах тестер - 1 ширхэг
- Ус нэрэгч аппарат, ус нэрэгч нь 10 литрээс багагүй багтаамжтай байна - 1 ширхэг
- Сувгийн уртыг хэмжигч автомат төхөөрөмж - 2 ширхэг
- Ломбо хатууруулагч - 6 ш
- Тосгүй компрессор -1
- Сувилагчийн сандал-2 ширхэг
- Шүдийг тусгаарлагч резинэн иж бүрдэл /маш чухал/-5 сет
- Үндсэн үзлэгийн багаж / сайн чанарын зэвэрдэггүй гэн материалтай байх/
 - Dental mirrors - 60 ширхэг
 - Dental explorers - 60 ширхэг
 - Dental tweezers -50 ширхэг
 - Dental excavators - 42 ширхэг
 - Dental stoper - 30 ширхэг
 - Dental carvers - 30 ширхэг
- Цахилгаан тэжээл: 220В, 50Гц
- Усны даралт: 0.2 мПа
- Агаарын даралт: 0.75 мПа
- Агаарын гаралтын хэмжээ: 100 л/мин
- Шүдний креслотой хамт ашиглаж болохуйц материал холих, сэгсрэх зориулалт бүхий амалгаматор төхөөрөмж - 2 ширхэг
- Санал болгож буй шүдний креслотой ашиглах боломж бүхий эндомотортой байна- 2 ширхэг
- Наконечник буюу өрмийн бариул ариутгах автоклав-1 ширхэг
 - Чамберийн хэмжээ: 260 x 160 x 30 мм – с багагүй
 - Танкны багтаамж: 4 литрээс багагүй
 - Цахилгаан хангамж: 220В
 - Чадал: 1.6 Кв

- Шүдний багаж хэрэгсэл ариутгах зориулалтын автоклав- 2 ширхэг
 - Автоклав нь уураар ариутгадаг байна
 - Эзэлхүүн 15 литрээс их байна
 - Нийт хэмжээ 600 x 600 x 500 мм – с томгүй байна
 - Ариутгах камерын хэмжээ 200 x 300 мм – с том байна
- Багаж уутлагч, зүсэгч, наагч машин-2 ширхэг
 - 5 инчээс багагүй өнгөт дэлгэцтэй байх
 - Наах хэсгийн хэмжээ: 0 – 30 мм – с багагүй байх
 - Өөр дээрээ суурилсан хэвлэгчтэй байх
- Багаж халдваргүйжүүлэх чичиргээт машин-2 ширхэг
 - Багтаамж: 18 литрээс багагүй байна
 - Дан фазын ажиллагаатай
 - Дижитал дэлгэцтэй
- Шүдний рентген төхөөрөмж Рапо + Серп-1 ширхэг
 - Зураг авалтын горим: Рапо + Серп
 - Зураг авах хугацаа: Рапо горимд 20 секундаас бага байх, Серп горимд 15 секундаас бага байх
 - Тубийн хүчдэл: 60 – 90 кв байх
 - Тубийн гүйдэл: 2 – 10 Ма байх
 - Фокал спот: 0.5 x 0.5 мм байх
 - Филтрашн чадал: 2.0 ммАл – с их байх
 - Жин: 280 кг – с бага байх
 - Цахилгаан хангамж: 230 ±10%, 50-60Гц
- Шүдний жижиг рентген аппарат-1 ширхэг
 - Тубийн хүчдэл: 65 кв – с ихгүй байх
 - Тубийн чадал: 3 Ма – с ихгүй байх
 - Тубийн фокус: 0.4 мм x 0.4 мм эсвэл 0.5 мм x 0.5 мм байх
 - Давтамж: 40КГц – с ихгүй байх
 - Зураг авах зай: 120 – мм – с их байх
 - Баттерей: DC Төрлийн 2000 mAh – с их чадал бүхий баттерейтэй байх
- Шүдний рентген сенсор- 2 ширхэг
 - 20 x 30, 24 x 33 мм – н хоёр сенсортой байх