

Техникийн тодорхойлолт

Санал болгох бараа нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. Хуулийн 26.8-д зааснаар эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэсэн техникийн тодорхойлолтод өөр бараа санал болгосон оролцогч техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэх болохыг ТШЗ 20.2-т заасан баримт бичгээр нотолсон бол техникийн тодорхойлолтыг хангасан гэж үзнэ.

Барааны нэр: Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	<ul style="list-style-type: none"> - 7 инчээс ихгүй хэмжээтэй өндөр нягтралтай, өнгөт, мэдрэгчтэй, ашиглахад хялбар, зөөвөрлөн ашиглах боломжтой LCD өнгөт мэдрэгчтэй дэлгэцтэй байх -Цэнэглэх боломжтой лити-ионы баттерейгаар тэжээгддэг байх. Баттерейны хүчдэл 8-оос ихгүй, - Батериа багтаамж нь 5000mAh багагүй байх, - 6/9/12 холболтоор зүрхний цахилгаан бичлэг хийх боломжтой байх, - Зүрхний цахилгаан бичлэгийг FREEZE хийх боломжтой байх, - Carewell ECG, PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP зэрэг олон форматын хэлбэрээр мэдээллийг боловсруулдаг шилжүүлдэг байх, - Үйлчлүүлэгчийн өгөгдлийг хадгалах, урьдчилан харах, хянах, засах, экспортлох, байршуулах, хэвлэх боломжтой байх, - Wifi сүлжээнд холбогддог байх, - USB оролттой байх, - Багтаамж 20Гб-с дээш байх 		

БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат	24	Ширхэг	БГДЭМТ	Гэрээ байгуулснаас хойш 10 хоногийн дотор нийлүүлнэ.	