



БАТЛАВ
 ЦОНХЭР СҮМЧИН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
 ДАРГА *Б.Ринчиндорж*
 0458 900 002
 2024 оны // сарын // өдөр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Шүдний тоног төхөөрөмж

Нийлүүлэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

A. Техникийн ерөнхий шаардлага

		Багцын дугаар	Багцын нэр	Техникийн ерөнхий шаардлага
1	Оношилогооны тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Тухайн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар Үйлчилгээний сургалтыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулах ✓ Эмнэлгийн инженер техникийн болон компанийн инженеруудийн хийх ажил ширгийн жагсаалтыг ирүүлэх ✓ Бараа нь технологийн хувьд орчин үеийн, дэвшилтэт технологи байхын сацуу ашиглахад энгийн, ажиллагааг хянах боломжтой, олон улсын бүтээгдэхүүний чанарын CE,FDA,ISO,TUV зэрэг стандартуудын аль нэгийг хангасан байх ✓ Бүрэн ажиллагааг хангахын тулд бараанд зайлшгүй шаардлагатай бүх нэмэлт ба дагалдах хэрэгслүүдийг хамтад нь санал болгох ✓ Баталгаат хугацаа 2 жилээс багагүй байх ба баталгаат хугацааны засвар Үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч компани хариуцаж баталгаат засварын гэрээг хупээн авагч байгууллагатай тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөх үед байгуулна. ✓ Баталгаат хугацаа дууссаны дараа сэлбэг материалыар хангах боломжтой

		<p>байх үнийн саналыг тоног төхөөрөмж тус бүр дээр дагалдуулсан байх.</p> <p>✓ Техникийн үзүүлэлтэнд дурьдсан дагалдах хэрэгслийг 1 тоног төхөөрөмжинд байхаар тооцож бичсэн болно.</p> <p>✓ Ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний дараах гарын авлагыг англи, монгол хэл дээр тухайн аппарат, тоног төхөөрөмжийг дагалдуулж өгөх</p> <ul style="list-style-type: none"> - хэрэглэгчийн гарын авлага - засвар үйлчилгээний гарын авлага - баталгаат хугацаанд хийх техник үйлчилгээний график /өдөр тутам, 7 хоног, сарын, шалгах хуудас/
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б. Техникийн тусгай шаардлага

№	Барааны нэр, товч тодорхойлолт	Хэмжих нэгж /ширхэг/	Техник чанарын үзүүлэлт	Дүйцэх барааны гарал, үүсэл, үйлдвэрлэгч улс
1	2	3	<p>4</p> <p>1. Шүдний суурин сандал: + камера + суурин чулгуу авагч 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эргономик синхрончлогдсон байрлал • Импортнын бууруулах хавхлага • Салгаж болдог шүлсний сав • Эргулж болдог шүлсний сав • Хажуугийн хайрцааг • Цутгах хавтан, хатуу, найдвартай хялбар • Зөвлөн силикон дэвсгэртэй тавиур, арчиж цэвэрлэхэд • 1.2л хоёр ширхэг сав • Импортнын ороомог хавхлага 	<p>5</p> <p>БНХАУ, БНСҮ дүйцхийц</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Ус, агаарын нэгдсэн үндсэн унтраалга • Нейлон ус ба агаарын хоолой <p>Цахилгээн хийгээдэж: $220V \pm 10\% / 50Hz$.</p> <p>Агаарын даралт: 0.55Мпа ~0.8Мпа.</p> <p>Усны даралт: 0.2Мпа~0.4Мпа.</p>	
2. Шудний үзлэгийн багажны иж бүрдэл	<ul style="list-style-type: none"> • Зонд: 10ш • Толь: 10ш • Экскаватор: 10ш • Штопфер: 10ш • Эм зуурах шпатель: 2ш • Пинцет – 5ш 	<p>БНХАУ, БНСУ</p> <p>Дүйцхүйц</p>
3. Шудний хагалгааны иж бүрдэл	<ul style="list-style-type: none"> • Дээд арааны бахь: Зэрэхгүй, эдэлгээ даах никель • Материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод арааны бахь: Зэрэхгүй, эдэлгээ даах никель • Материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Дээд үүдэн шудний бахь: Зэрэхгүй, эдэлгээ даах никель • Материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод үүдэн шудний бахь: Зэрэхгүй, эдэлгээ даах никель • Материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Дээд агааны бахь: Зэрэхгүй, эдэлгээ даах никель • Материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод агааны бахь: Зэрэхгүй, эдэлгээ даах никель • Материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Дээд ёзоорны бахь: Зэрэхгүй, эдэлгээ даах никель • Материалаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Доод ёзоорны бахь: Зэрэхгүй, эдэлгээ даах никель 	<p>БНХАУ, БНСУ</p> <p>Дүйцхүйц</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Элеватор шулуун: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх нийт 5ш • Элеватор тахир: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх нийт 10ш • Мэс заслын хутга: Зэврэхгүй, эдэлгээ даах никель материалыаар хийгдсэн байх нийт 5ш 	
4. 38 литрийн компрессор	<ul style="list-style-type: none"> - Хүчдэл: 220VAC 50Hz - Гүйдэл: 3.7A - Чадал: 840W - Давтамж: 105л/мин - Схлэх дараалт: 0.5Mpa - Даралтын багтаамж: 0.8Mpa - Агаарын танкны багтаамж: 38л - Дуу чимээ: 58-64dB - Жин: 32кг - Хайлцалтын хэмжээ: 46*46*74cm 	 <p>БНХАУ, БНСҮ дүйцхүйц</p>
5. Ондөр хурдны өрөм	<ul style="list-style-type: none"> - Хурд: 300,000 – 350,000 - Толгойн хэмжээ: ф11.45*Н14.30мм - 5LED гэрэлтэй 	<p>БНХАУ, БНСҮ дүйцхүйц</p>
6. Бага хурдны өрөм:	<ul style="list-style-type: none"> - Е type air turbine - Дуу чимээ: ≤70 дб - Хурд: 200000-300000 	<p>БНХАУ, БНСҮ дүйцхүйц</p>
7. Ломбо хатуруулагч	<ul style="list-style-type: none"> - Дахин цэнэлгэдэг баттерейтай: 1500mA/h3.7V 	<p>БНХАУ, БНСҮ дүйцхүйц</p>

- Цэнэглэгчийн оролтын хүчдэл: AC 100-240V, 50/60Hz Респонсын урт: 420-480nm Заралдах хурд: 1600шагналт/с/мм Хатууруулах цаг болон түн: 5s/3mm Удаан зогсолтын хугацаа: 90 хоногос дээш Нэг удаагийн цэнэглэлтээр 500 удаа 10 сек хугацаагаар ашиглана.	- Том 4.5 инчийн ёнгөт LCD дэлгэц, мэдрэгчтэй товчлууртай 3.7V/2000mAh ёндөр хүчин чадалтай цэнэглэдэг баттерейтай Жин: 446 грамм Хэмжээ: 131x75x105mm	БНХАУ, БНСҮ Дүйцхүйц	
8. Шудний суваг Хэмжигч	1	* Материал/дотор тал: Зэвэрдэгтүй ган * Хаалга хамгаалалтын давхар шилтэй • Багтаамж: 27л • Долгионы урт: 253.7nm	БНХАУ, БНСҮ Дүйцхүйц
9. Ариун багаж хадгалах шүүгээ	1	- 1. Уян хатан хөдөлнө 2. 2 ширхэг UV гарлээр ариутгана 3. Зэвэрдэгтүй ган хүрээтэй 4. Эмнэлгийн болон ариутгалын журмаар ашиглагдах хос трубка бүхий UV ариутгалын гэрэл.	БНХАУ, БНСҮ Дүйцхүйц
10. Ариутгальын гэрэл	1		

	<p>БНХАУ, БНСҮ ДҮЙЦХҮЙЦ</p>	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Хүчдэл: 220В 50Гц • Чадал: ЗУВА х2 • Гол түүрэнчийн урт: 253.7мм • UV гарэлтүүлэг: ≥ 100mJ/m² 	<p>Анхаарах зүйлс:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тэжээлийн хурээ 5%-аас илүү хэлбэл зурахгүй байнаар ошигийн насжилт уртасна. • 2 салаа гэрэлтүүлийн ёнцгийг тус бүрт нь тааруулна. • Кварцан гэрлийн гадаргууг цэвэрхэн байлгана. • Цахилгаганы гэмтлээс сергийлж ашигласны дараа засавал залгуураар унтраана. • Хуурай, цэвэрхэн орчинд хадгална • Кварцын гэрэлтүүлэг 70%-аас доошлох юмуу ажилласан цаг 200 хүрэхэд лампыг солино
1		<p>БНХАУ, БНСҮ ДҮЙЦХҮЙЦ</p>
	<p>11. Багаж халдвартай жүүлэгч Ультрасоник Машин</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Уртасгасан танк 2. Радиаторын сэнс 3. Илүү хүчтэй дамжуулагч 4. Усны хамгаалалттай РСВ 5. 5 цикл дижитал цаг 6. 3 тусдаа залтууртай 7. Халаагчтай 8. Үйлдвэрийн IC-тай 9. Хэлхээний хамгаалагч 10. Бат бөх хуванцар их бие Жин: 4 кг байх

		- Цахилгаан хүчдэл: AC220В, 50Гц о Хамгийн их сөрөг дараалт: >80кПа о Ажиллах чимээ: <60дб [A] о Оролтын хүчдэл: 180VA о Хамгийн дээд урсгалын хурд: 20Л/мин [Савтай] о Шингэн цуглуулах сав: 2500МЛ/рс, 2 сав Савлагаа: 1ширхэг/хайрцааг Жин/Цэвэр жин: 19.5/17кг Хэмжээ: 44.5*40*86см	БНХАУ, БНСҮ дүйцхүйц
12. Шүлс соруулагч вакуум памп	1		



Боловсруулсан:

О.Удаанжаргал (дотрын их эмч)