

Батлав: Ерөнхий захирлын албан үүргийг  
түр орлон гүйцэтгэгч



Л.Бямбасүрэн

Хугацаат сэлбэг хэрэгсэл

№	Сэлбэг хэрэгслийн нэр	Тоо	Тодорхойлолт
<b>Багц 1. Нурууны койл</b>			
1	MRI аппаратны нурууны койл	1	16 сувагтай /Sense Spine-16/, 2015 онд үйлдвэрлэсэн Multiva 1.5T соронзон резонанст томографи аппаратанд таарах
	<b>Нийт</b>	<b>1</b>	
<b>Багц 2. Хяналтын мониторийн батерей болон мотор</b>			
1	Хяналтын мониторийн даралтын мотор	7	DC 12V, ePM12 загварын аппаратанд таарах
2	Хяналтын мониторийн даралтын мотор	3	DC 6V, uMEC загварын аппаратанд таарах
3	Хяналтын мониторийн батерей	10	DC 10.95V, 2600mAh, 28.47Wh, ePM12 хяналтын мониторт таарах
4	Хяналтын мониторийн батерей	5	DC 11.1V, 2500mAh, 27.75Wh, uMEC хяналтын мониторт таарах
5	Дефибрилляторын батерей	2	DC14.8V, 3000mAh, 44.4Wh үзүүлэлттэй, Beneheart D3 маркийн аппаратанд таарах
	<b>Нийт</b>	<b>27</b>	
<b>Багц 3. Амьсгалын аппаратны батерей</b>			
1	Амьсгалын аппаратны батерей иж бүрдэл (гадна батерей)	5	DC 12V, 17Ah, /Batteryset PS500 буюу иж бүрдэл/ Savina 300 Select аппаратад таарах
	<b>Нийт</b>	<b>5</b>	
<b>Багц 4. Унтуулгын аппаратны сэлбэг /Fabius GS premium маркийн аппаратанд таарах/</b>			
1	Жийрэг	5	O-Ring 105 x 4, код:8604831
2	Жийрэг	5	O-ring, код:U04314
3	Диафрагм	5	Piston diaphragm, cap, код:2600650
4	Диафрагм	5	Diaphragm, код:8603780
5	Диафрагм	5	Diaphragm, код:8410181
6	Жийрэг	5	Sealing washer, код:M23225
7	Диск	5	Ventilteller, код:M23225
8	Жийрэг	5	gasket, код:8603781
9	Жийрэг	5	O-Ring 105 x 4, код:8604831
10	Хүчилтөрөгчийн мэдрэгчийн жийрэг	3	O'ring, код:8604369



11	Унтуулгын аппаратын батерей	3	Free lead acid battery, DC 12V, 3.2 Ah-3.7 Ah, 3.54" x 2.76" x 4.02 хэмжээтэй, цэнэглэгддэг байх ба Fabius GS premium аппаратанд таардаг байх
<b>Нийт</b>		<b>51</b>	
<b>Багц 5. Сенсор</b>			
1	Унтуулгын аппаратын хүчилтөрөгчийн сенсор	4	Fabius GS premium загварын аппаратанд таарах, үйлдвэрлэснээс хойш 2 жилийн хугацаатай байх
2	Унтуулгын болон амьсгалын аппаратны урсгалын сенсор	40	Fabius GS premium, Atlan, Savina 300 Select, Savina 300 аппаратуудад таарах
3	Амьсгалын аппаратны хүчилтөрөгчийн сенсор	10	Savina 300 Select, Savina 300 загварын аппаратанд таарах, үйлдвэрлэснээс хойш 2 жилийн хугацаатай байх
4	Амьсгалын аппаратны хүчилтөрөгчийн сенсор	2	Shangrila 590 аппаратанд таарах
<b>Нийт</b>		<b>56</b>	
<b>Багц 7. Хэт авиан аппаратны датчик</b>			
1	Шулуун датчик /Liner/	2	7-18 МГц хооронд давтамжтай, судас, булчин харах боломжтой, Chison брендийн Ebit-50 аппаратанд таарах
<b>Нийт</b>		<b>2</b>	
<b>Багц 8. Кабель болон ламп</b>			
1	Холтер кабель	6	7 кабельтай, 3 сувагтай, 1 газардуулга бүхий Kenz Cardy 304 маркийн холтер бичигч аппаратанд таарах
2	Холтер цүнх	4	Kenz Cardy 304 бичигч аппаратыг хийж өвчтөнд зүүлгэж явуулах зориулалтын оосортой цүнх байх
3	Хелон ламп	2	120V, 180W, аяган цартай, өөрөө дээрээ 5 холболттой, шаазан хүрээтэй, S88 аппаратанд таарах
4	Микроскоп ламп	2	12V, 100W-ийн аяган цартай, Zeiss-ийн universal S3 болон S88 аппаратанд таарах
5	Сатурацын датчик	25	Бөөрөнхий оролттой, 7 шүдтэй, 1 чиглүүлэгчтэй, 2 талдаа түгжээтэй, хуруунд хавчиж хийдэг байх ба ePM12 болон uMEC12 аппаратанд таарах
6	Температурын датчик	25	Бөөрөнхий оролттой, 2 шүдтэй, 1 чиглүүлэгчтэй, биеийн гаднаас температур үзэх зориулалттай байх ба ePM12 болон uMEC12 аппаратанд таарах

7	ЭКГ кабель	8	Бөөрөнхий оролттой, 12 шүдтэй, 1 чиглүүлэгч, 2 ховилтой түгжигчтэй, холболтын 5 сувагтай байх ба ePM12 болон uMEC аппаратуудад таардаг байх.
8	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппаратны кабель	3	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппаратанд таарах стандарт оролттой байх
	<b>Нийт</b>	<b>75</b>	

Хянасан:

Эмнэлгийн хэрэгсэл аж ахуй,  
үйлчилгээ хангамж, түгээлтийн  
албаны дарга

Боловсруулсан:

Техникийн албаны дарга

Техникийн албаны инженер




Л. Бямбадорж

Б.Тэлмэн

С.Учрал

Л.Бямбадорж