

## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

### Багцын нэр: №29 Рентгений багц

№	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Томографи тодосгогч бодис - Харшил өгөхгүй, ионы бус, мономер усанд уусдаг, рентген тодосгогч бэлдмэл хөнгөн полимер савалгаатай байх 300мг иод/мл -100мл агуулсан		
2	Томографи холбогч шприц Тодосгогч бодис болон аппаратанд тохирох холбогч тариур байх		

### Багц 33 Урологи ,дурангийн хагалгааны багаж болон утас

№	<b>Хэрэгсэлийн нэр</b>	<b>Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт</b> <i>(Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)</i>	<b>Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт</b> <i>(захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)</i>	<b>Тайлбар</b> <i>(дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)</i>
1	Түрүү булчирхайн гуурс,3 замтай 22fr	3 замтай, 22fr, 40cm урт, 70 мл баллонтой. Силикон материалтай, латекс бүрхүүлтэй. Төгсгөл нь уутны холбогчид найдвартай бэхлэгддэг.		
2	Бөөрний хатгалтын зүүтэй сет	Нефростомын иж бүрдэл нь pigtail гуурс, метал каннюл, уян каннюл, тэлэгч, 18G зүү, 0.035"*90cm чиглүүлэгчтэй, Катетер нь 6/8/1012fr		

		сонголттой.		
3	Урологийн уян чиглүүлэгч	1. Нитинол материалтай 2. Гидрофил бүрхүүлтэй 3. Үзүүр нь шулуун, уян хэсэг нь 3см, 4. Их бие нугаларахгүй (stiff), 5. Гогцоорохгүй 6. Рентгенд тодордог 150см, 0,038”0,97мм		
4	Бөөрний сувгаас чулуу татагч /Дорма/	1. Тор нь бат бөх нитинол материалтай, эрчлээстэй мяндсан утсаар хийгдсэн 2. Хөндлөн 3,4,6 утастай 3. Торны төгсгөл нь мухар tipless/helical		
5	Бөөрний чиглүүлэгчтэй богино хугацааны сет /JJ сет/ 6Fr-22см	1. Polyurethane материалтай Гуурсны 2 талын төгсгөл нүхтэй. 2. Стент гуурс байршуулагч нь түгжигддэг. 3. HybridPro технологиор хийгдсэн тул биед байршмагцаа хүний биеийн температурт зөөлрөх шинж чанартай,		
6	Бөөрний чиглүүлэгчтэй богино хугацааны сет /JJ сет/ 6Fr-24см	ус хүрэхэд гулсамтгай болдог, уян 4. 6 сарын турш биед байршуулах боломжтой. 5. Стент гуурс нь рентгенд тодордог		
7	Бөөрний чиглүүлэгчтэй богино хугацааны сет /JJ сет/ 6Fr-26см			
8	Шээсний силикон гуурс 2 замтай	100% силикон материалтай. 2 замтай сүвний гуурс (шээсний силикон гуурс). Шээсний уутанд найдвартай холбогддог. 14 хоногт солигдоно.		
9	Трокар 5mm	Гадна амсрын клапан сайн, ир сайтай, амархан мохохгүй, арьсийг бага гэмтээх, гулгахгүй, эрчлээстэй, хүний биед харшил өгөхгүй, тунгалаг материалтай.		
10	Трокар 10mm			
11	Дурангийн камерийн уут	Нэг удаагийн ариун савлагаатай, polyethylene материалтай, Уутны диаметр 150мм, Урт 2500мм, бүх төрлийн дурангийн толгойд таарна.		
12	Верешийн зүү			
13	Дурангийн гогцоо Endoscopy loop	Дурангийн хагалгааны үед олгой боох утасBlue, Polypropylene, USP #2-0		
14	Хийлэгч уут	• DEHP агуулаагүй эмнэлгийн чанартай материалаар хийгдсэн.		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мембранаар хийсэн шүүлтүүр: 0.02 микрон өндөр чанартай шүүлтүүр (99.9999%)</li> <li>• Хоолойн хатуулаг чанар нь гулзайлгахаас хангалттай сэргийлнэ</li> <li>• Зургаан өөр төрлийн холбогчтой тул ихэнх тоног төхөөрөмжид тохирно.</li> </ul>		
15	Цөсний Т гуурс 10*30cm 10fr 12Fr	Latex T-tube 10fr 15*30cm, Цөсний хүүдийн урсгуур сувагт тавих гуурс		
16	Викрил №1-0	зүү 1/2 эргэлттэй 36мм диаметртэй 75 см урттай бөөрөнхий зүүтэй хайлдаг герман викрилтэй дүйцэхүйц		
17	мэс заслын PDS утас 4.0	1/2 20мм 70см бөөрөнхий зүүтэй хайлдаг		