

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2019 оны өндөр өртөг бүхий эмнэлгийн хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт, нийлүүлэлтийн хуваар

/НӨӨТ орсон үнэ байна/

Багц №1

Мэс заслын оёгч 1

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр		Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Савлалт	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0051	Шулуун оёж тайрах хэрэгсэл	Шулуун оёж тайрах хэрэгсэл цэнэгийн хамт	Linear Cutter	4-6 эгнээ оёдолтой, 3.8-4.8мм - ийн үдээстэй, автомат оёж тайрах шугаман аппарат цэнэгийн хамт. Тайралтын зузааныг аппаратаар тохируулдаг (эдийг 1.5-2.0мм зузаантай оёдог) сонголттой бол давуу тал болно. Баркодны наалттай байх.	70-80мм урттай	Ариутган савласан, Дээж ирүүлэх	36		
	S0052		Цэнэглэгч үдээс	Linear Cutter Cartridge	Цэнэглэгч үдээс - 3.8-4.8мм хэмжээтэй үдээс бүхий, 4-6 эгнээ оёдог, эдийг 1.5-2мм зузаантай оёно (эсхүл түүнтэй дүйцэх). Баркодны наалттай байх	70-80мм урттай		14		
2	S0051	Шулуун оёж тайрах хэрэгсэл	Шулуун оёж тайрах хэрэгсэл цэнэгийн хамт	Reloadable Staplers (TX/TA)	TA /Covidien/ эсвэл TL /Ethicon/ загвартай дүйцэхүйц, 2-3 эгнээ оёдолтой, хутгагүй, шулуун оёгч аппарат цэнэгийн хамт. Тайралтын зузааныг аппаратаар тохируулдаг (эдийг 1.0-2.5мм зузаантай оёдог) сонголттой бол давуу тал болно. Баркодны наалттай байх.	60 мм	Ариутган савласан, Дээж ирүүлэх	12		
	S0052		Цэнэглэгч үдээс	Reloadable Stapler Reloads	Цэнэглэгч үдээс, эдийг 1.0-2.5мм хэмжээгээр, 2-3 эгнээгээр оёно. Баркодны наалттай байх.	60 мм		5		

Багц №2

Мэс заслын оёгч 2

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр		Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0054	Дурангийн судас, эд оёгч аппарат		Articulating endoscopic stapler	4-6 эгнээ оёдолтой, 45 градусаар хазайдаг, тэнхлэгээрээ 360 гардусаар эргэдэг, өөрөө оёх системтэй, батерейтай дурангийн хагалгааны автомат	60×2.5мм	14		
	S0054					60×4.5мм	5		

	S0054	Дурангийн эд судас оёгч, тайрагч			оёж тайрагч аппарат цэнэгийн хамт. Баркодны наалттай байх.	60x3.8мм	6		
2	S0055		Цэнэглэгч үдээс	Articulating Reload	Цэнэглэгч үдээс 4-6 эгнээ үдээстэй дундаа автомат зүсэгчтэй, цэнэгийнхээ төгсгөлд баруун зүүн тийш хазайдаг, аппаратандаа хэмжээгээрээ таарах. Баркодны наалттай байх.	60x2.5мм	5		
	S0055					60x4.5мм	36		
	S0055					60x3.8мм	48		

Багц №3 Мэс заслын оёгч 3

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр		Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0053	Геморройн цагираг оёгч аппарат РРН	Цагираг оёгч хэрэгсэл	Hemorrhoidal Circular Stapler	2 эгнээ үдээстэй, цагираган оёж - огтлох аппаратны иж бүрдэл : Лонго-ийн аргаар Геморройдыг эмчлэх эсвэл ректоцелийг эмчлэхэд хэрэглэнэ. Ариутган савласан. Баркодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	33 мм диаметр	Англи, АНУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	8		
2	S0050	Цагираг оёгч аппарат	Цагираг оёгч хэрэгсэл	Curved circular stapler	Титан үдээстэй, 2 эгнээгээр оёж огтлох цагираг оёгч аппарат. 1.0-2.5 мм хүртэл хэмжээгээр зузааныг тохируулж болдог бол давуу тал болно. Ариутган савласан. Баркодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	25мм диаметр	Англи, АНУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	10		
	S0050					28-29мм диаметр		2		
	S0050					31-33мм диаметр		5		

Багц №4 Дурангийн мэс заслын хэрэгсэл/ трокар/

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
-----	-----	--------------------	-------------------	------------------------	--------	-------------	--------------	-------------	----------

	S0244	Дурангийн портууд (Трокар)	Laparoscopic trocar	<p>1. Гадна амсрын клапан сайтай, удаан орох хагалгаанд хий сийгэхгүй, битүүмж сайтай байх</p> <p>2. Шөвөг нь ир сайтай /оптик хяналттай тавьж болох/, амархан мохохгүй байх. Бар кодны наалттай байх</p> <p>3. CO2 ыг гадашлуулах гуурстай байх</p> <p>4. CO2 ыг шүүх шүүлтүүр дагалдах, шүүлтүүр нь трокартай холбогдож, салдаг байх</p> <p>5. шаардлагатай тохиолдолд тагийг нээж хатсан эдийг гаргаж авах боломтой</p> <p>6. Трокарны их бие гулгахгүй, эрчлээстэй байх</p> <p>7. Халдвараас сэргийлсэн бүрээстэй байх</p> <p>8. Яаралтай үед CO2-ыг гадагшлуулах товчлууртай байх</p> <p>9. Ариутган савласан.</p>	Хэвлийн 12мм	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүй ц	1200		
1	S0244	Дурангийн портууд (Трокар)	Laparoscopic trocar	<p>1. Гадна амсрын клапан сайтай, удаан орох хагалгаанд хий сийгэхгүй, битүүмж сайтай байх</p> <p>2. Шөвөг нь ир сайтай /оптик хяналттай тавьж болох/, амархан мохохгүй байх.</p> <p>3. Бар кодны наалттай байх</p> <p>4. Шаардлагатай тохиолдолд тагийг нээж хатсан эдийг гаргаж авах боломтой</p> <p>5. Трокарны их бие гулгахгүй, эрчлээстэй байх</p> <p>6. Халдвараас сэргийлсэн бүрээстэй байх</p> <p>7. Яаралтай үед CO2-ыг гадагшлуулах товчлууртай байх</p> <p>8. Ариутган савласан.</p> <p>9. Дээж ирүүлэх</p>	Хэвлийн 10мм	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүй ц	1200		

	S0245	Дурангийн портууд (Трокар)	Laparoscopic trocar	<p>1. Гадна амсрын клапан сайтай, удаан орох хагалгаанд хий сийгэхгүй, битүүмж сайтай байх</p> <p>2. Шөвөг нь ир сайтай /оптик хяналттай тавьж болох/, амархан мохохгүй байх.</p> <p>3. Бар кодны наалттай байх</p> <p>4. Шаардлагатай тохиолдолд тагийг нээж хатсан эдийг гаргаж авах боломтой</p> <p>5. Трокарны их бие гулгахгүй, эрчлээстэй байх</p> <p>6. Халдвараас сэргийлсэн бүрээстэй байх</p> <p>7. Яаралтай үед CO2-ыг гадагшлуулах товчлууртай байх</p> <p>8. Ариутган савласан. 9. Дээж ирүүлэх</p>	Хэвлийн 5мм	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүй ц	2400		
--	-------	----------------------------	---------------------	--	----------------	---	------	--	--

Багц №5 Дурангийн мэс заслын хэрэгсэл-1

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0237 S0242	Хемолок үдээс /Дурангийн мэс заслын судасны үдээс/	16	Чернилен ягаан өнгөтэй, large хэмжээтэй, түгжээтэй, полимер, хайлдаггүй, судасны үдээс 1 картилаж, 1 ширхэг клипапликатор дагалдах. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	1 картрижэд 6 клиптэй, картрижээр	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүй ц	30		
2	S0238	Дурангийн мэс заслын клип	Ligating clip stainless Steel	LS - 300 medium large титанин үдээс, чанар сайтай, амархан хугардаггүй байх, зөрж хавчдаггүй, хавчихад мултардаггүй байх. 10мм-4 ширхэг, 5мм-1 ширхэг клипапликатор дагалдах. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	1 картрижэд 6 клиптэй, картрижээр	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүй ц	1200		

3	S0197	Микроскопны уут /Дурангийн мэс заслын /	Medical dress	Дурангийн мэс заслын камерийн кабелийн гадуур нь углаж хэрэглэх 1 удаагийн гялгар цаасан уут /Disposable drape for medical handpieces and hoses/. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	10см×220 см	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	1200		
4	S0361	Хэвлийн вакуум гуурс	Jackson Pratt tube	16 размерийн силикон нэг удаагийн ариутгасан вакуум сорогчтойгоо, хэвлийн гуурс нь 4 каналтай, хэвлийд тавих зориулалттай зөөлөн гуурс байх. Бар кодны наалттай байх.	№16	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	600		
5	S0361	Хэвлийн вакуум гуурс	Jackson Pratt tube	16 размерийн силикон, нэг удаагийн ариутгасан, вакуум сорогчтойгоо, хэвлийн гуурс нь олон жижиг нүхтэй, хэвлийд тавих зориулалттай зөөлөн гуурс байх. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	№16	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	250		
6	S0246	Шарх тэлэгч	Wound retractor	силикон, 2 үзүүртээ дугуй цагирагтай, хэт нимгэн бус, амархан урагдахгүй байх, hand assisted laparoscopic surgery-ийн үед ашиглах боломжтой хий алдахгүй байх. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	large	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	20		
7	S0079	Эрхтэн гаргах уут	Disposable Endo - Bag	Extraction bag, амархан урагдахгүй, металл түгжээтэй, материал сайтай байх. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	400мл багтаамжтай	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	720		
					800мл багтаамжтай		96		

Багц №6 Дурангийн мэс заслын хэрэгсэл-2

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Тайлбар	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
-----	-----	--------------------	-------------------	------------------------	-------------	--------------	---------	-------------	----------

1	S0078	Угааж соруулах гар	Disposable suction irrigation system	Нэг хэрэглээний, угаах болон соруулах гар, 2 ширхэг гуурстай дурангийн хагалгааны соруулга, сайн чанарын, товчлуур гацдаггүй байх. Соруулсан агуулагдахуунаа буцааж алддаггүй байх, сорогч гуурс нь түлэгчийн дэгээ хэлбэрийн хошуутай байх, Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх.	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	480	Дээж ирүүлэх		
---	-------	--------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	-----	--------------	--	--

Багц №7 Мэс заслын хэрэгсэл

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0239	Өвдөлт намдаах Эпидураль хөндийн гуурсны иж бүрдэл	Continious Epidural Catheter tray	17-19 Ga. x 3½ in. (90 mm) Tuohy needle, Epidural Catheter, 5 mL Glass Luer Slip LOR Tray (Kit), гуурс нь нугалардаггүй, өвчтөний биед тасарч үлддэггүй, бактер вирусг 99% шүүдэг филтертэй, зүү сайн чанарын хурц, тусгай үзүүртэй, В/BRAUN тай дүйцэхүйц. Ариутган савласан. Дээж ирүүлэх	17-19 Ga. x 3½ in. (90 mm) Tuohy needle, Epidural Catheter, 5 mL Glass Luer Slip LOR Tray (Kit)	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	120		
2	S0032	Цус тогтоогч губка		Торон хэлбэртэй, хайлдаг, хэвлийн хагалгаанд хэрэглэх. Бар кодны наалттай байх. Ариутган савласан. Дээж ирүүлэх	5×35 мм	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	120		
	S0061			Square loop with safe T gauge. Бар кодны наалттай байх. Ариутган савласан. Дээж ирүүлэх	10×10мм, 11см Shaft	Англи,	40		

4	S0061	Loop гогцоо	Leep	Round loop with safe square gauge. Бар кодны наалттай байх. Ариутган савласан. Дээж ирүүлэх	15мм × 12мм , 11cm Shaft	АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	40		
	S0061			Ball electrode. Бар кодны наалттай байх. Ариутган савласан. Дээж ирүүлэх	5мм diameter 11cm Shaft		40		
5	S0262	Давсаг сойх тор	TOT mesh	полипролеин шимэгдэхгүй монофиламент тор. Бар кодны наалттай байх. Ариутган савласан. Дээж ирүүлэх		Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	150		
7	S0387	Ивэрхийн тор	Hernia mesh	Nonabsorbable polypropylene monofilament mesh, non-lightweight. Бар кодны наалттай байх. Ариутган савласан. Дээж ирүүлэх	15x15cm	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	48		
4	S0081	Цээжний хөндийн гуурс	Chest drain tube	26-28 размерийн шөвөгтэй гуурс, хэт зөөлөн бус, соруулахад шалчийдаггүй байх. Бар кодны наалттай байх. Ариутган савласан. Дээж ирүүлэх	№26-28	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	60		
5	S0080	Цээжний шингэн цуглуулах сав	Pleur - Evac	High capacity dry thoracic drainage system, A - 6000 - 0,8 LF. Бар кодны наалттай байх. Ариутган савласан. Дээж ирүүлэх	2000мл-с багагүй багтаамжтай	Англи, АНУ, ХБНГУ, БНСУ-тай дүйцэхүйц	48		

Багц №8 Хармоник

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
-----	-----	--------------------	-------------------	------------------------	--------	-------------	--------------	-------------	----------

1	S0236	"Хармоникийн гар" хэт авиагаар түлэх скальпель хутга	Хэт авиан давтамжаар түлж тайрах дурангийн гар	Harmonic scalpel	Хэт авиан давтамжаар ажилладаг, диаметр 5мм. суурь аппарат /G11 генератор/ дагалдуулах. Бар кодны наалттай байх. Ариутган савласан. Дээж ирүүлэх	36см	АНУ-тай дүйцэхүйц	48		
	S0236		Хэт авиан давтамжаар түлж тайрах дурангийн гар		Хэт авиан давтамж, биполяраар эдийг түлж тайрдаг гар, диаметр 5мм. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	36-45см		12		
	S0236		Хэт авиан давтамжаар түлж тайрах нээлттэй мэс заслын гар		Хэт авиан давтамжаар ажилладаг, Диаметр 5мм, 23см урттай. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	23см		12		
	S0236		Хэт авиан давтамжаар түлж тайрах нээлттэй мэс заслын гар		Хэт авиан давтамжаар ажилладаг (Harmonic Focus), 17см урттай, өөртөө тохирсон кабель дагалдах. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	17см		3		

Багц №9 Биполяр

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр		Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0236	Судас болон эдийг түлж тайрах дурангийн гар	Биполяраар түлж тайрах дурангийн гар	Advanced Bipolar tissue sealer and cutter	Биполяраар ажилладаг, диаметр 5мм, тэнхлэгээрээ 360 градус эргэдэг, sealing length-25mm-ээс дээш, суурь аппарат /генератор/ дагалдуулах.Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	36см урттай	АНУ-тай дүйцэхүйц	48		
	S0236		Биполяраар түлж тайрах нээлттэй мэс заслын гар		Диаметр 5мм, тэнхлэгээрээ 360 градус эргэдэг, sealing length-25mm-ээс дээш. Ариутган савласан. Бар кодны наалттай байх. Дээж ирүүлэх	24см урттай		12		

Багц 10 Өвдөгний үе

Д/д	Код	Бүтээг- дэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Савлалт	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0082	Өвдөгний хиймэл үе	Tricompart- mental knee arthroplasty implants	1.Титанаар буюу түүнтэй дүйцэхүйц физик чанартай хайлшаар хийгдсэн байх 2.Хагалгааны тусгай болон ерөнхий багаж, хөрөө, дрилл, tourniquet (мөчдийн автомат чангалуур) хамт дагалдуулах 3.Surgical film (loban түүнтэй дүйцэх сайн наалддаг, амархан салдаггүй байх), хөрөөний ир, эпидураль катетр, пампын хамт, Helmet system дагалдуулах, 4.Шаардлагатай үед Revision буюу хүндрэлтэй үеийн хагалгааны имплантыг хангах шаардлагатай 5.Металын харшилтай үед хэрэглэх сонголттой байх 6.Дунд чөмөгний имплантын хэмжээний хувьд 6-аас дээш, шилбэний имплант 6-аас дээш, жийргэвчний хэмжээ 8-20мм сонголттой байх 7.Fixed bearing, Cemented design-тай 8.Ясны дутмагшил нөхөхөд нэмэлт блок, уртасгах stem-тэй байх		Ариутган савласан	АНУ-ын стандартад нийцсэн байх. Дээж ирүүлэх	120		
2	S0314	Нэг удаагийн багц	Knee arthroplasty Surgical drape pack	Өвдөгний үе солих хагалгааны нэг удаагийн хэрэглээний багц даавуу: том ширээ даавуу-1, өвчтөн бүтээх-1, хулдаас (наалддаг ирмэгтэй)-1, халад 4, гар арчих алчуур-4, туслах ширээний даавуу-1, жижиг уут-1. Чанар сайтай, амархан урагдахгүй, ус нэвтрүүлэхгүй,		Ариутган савласан		120		
3	S0292	Ясны цавуу	Bone cement	Антибиотиктой, Methylmethacrylate and Polymethylmethacryla te (PMMA) агуулсан найрлагатай.	40гр-аас дээш	Ариутган савласан		120		

4	S0344	Даралттай шарх угаагч	Pulsed Lavage System	Нэг удаагийн хэрэглээний, автомат, даралттай усаар шүрших, сорох шарх угаах систем. 4-12psi даралттай. Тусгай хошуу, адаптерийн хамт.	1 багц	Ариутган савласан	Европын болон	120		
5	S0285	Соруулга гуурс	Closed wound drainage system	№10-14 размерийн силикон, нэг удаагийн ариутгасан, вакуум сорогчтойгоо (400мл), олон нүхтэй гуурс.	№10	Ариутган савласан		120		
6	S0286	Шарх оёгч үдээс	Disposable skin stapler	Арьс үдэх металл үдээстэй, 35-с дээш үдээстэй, гацахгүй, харшил өгөхгүй байх.		Ариутган савласан		120		

Багц №11 Түнхний хиймэл үе

Д/д	Код	Бүтээг-дэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Савлалт	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
-----	-----	---------------------	-------------------	------------------------	--------	---------	-------------	--------------	-------------	----------

1	S0083	Түнхний бүтэн хиймэл үе	Total hip Replacement implants	<p>1.Титанаар буюу түүнтэй дүйцэхүйц физик чанартай хайлшаар хийгдсэн байх</p> <p>2.Хагалгааны тусгай болон ерөнхий багаж, хөрөө, дрилл хамт дагалдуулах</p> <p>3.Surgical film (loban түүнтэй дүйцэх сайн наалддаг, амархан салдаггүй байх), хөрөөний ир, эпидураль катетр, пампын хамт, Helmet system дагалдуулах,</p> <p>4.Шаардлагатай үед Revision буюу хүндрэлтэй үеийн хагалгааны имплантыг хангах шаардлагатай</p> <p>5. Харшил хамгийн бага өгөх</p> <p>6.Сүүжний тогоо shell 44-70mm хэмжээтэй, бэхлэх шураг суух нүхтэй, гадаргуу нь титан-плазмаар бүрэгдсэн</p> <p>7.Жийргэвч - liner полиэтилен эсвэл керамик бүтэцтэй, 10 градус налуутай бол сайн</p> <p>8.Толгой-head 28-32мм хэмжээтэй, металл болон керамик бүтэцтэй</p> <p>9.Stem - L=110-170mm, өнцөг 128-135°, tapered design, гадаргуу нь яс төлжилтийг дэмждэг бүрэлттэй бол давуу.</p>	Ариутган савласан	Европын болон АНУ-ын стандарт ад нийцсэн	6		
2	S0083	Түнхний 2 туйлт хиймэл үе	Bipolar hip Replacement implants	<p>1.Титанаар буюу түүнтэй дүйцэхүйц физик чанартай хайлшаар хийгдсэн байх</p> <p>2.Хагалгааны тусгай болон ерөнхий багаж, хөрөө, дрилл хамт дагалдуулах</p> <p>3.Surgical film (loban түүнтэй дүйцэх сайн наалддаг, амархан салдаггүй байх), хөрөөний ир, эпидураль катетр, пампын хамт, Helmet system дагалдуулах,</p> <p>4.Шаардлагатай үед Revision буюу хүндрэлтэй үеийн хагалгааны имплантыг хангах шаардлагатай</p> <p>5. Харшил хамгийн бага өгөх</p> <p>6. Cup 38-60см хэмжээтэй</p> <p>7.Толгой-head 22-28мм хэмжээтэй</p> <p>8.Stem - L=110-170mm, өнцөг 128-135°, tapered design, гадаргуу нь яс төлжилтийг дэмждэг бүрэлттэй бол давуу.</p>	Ариутган савласан		24		
3	S0314	Нэг удаагийн багц	Hip arthroplasty Surgical drape pack	Түнхний үе солих хагалгааны нэг удаагийн хэрэглээний багц даавуу: том ширээ даавуу-1, өвчтөн бүтээх-1, хулдаас (наалддаг ирмэгтэй), халад 4, гар арчих алчуур-4, туслах ширээний даавуу-1, жижиг уут-1. Чанар сайтай, амархан урагдахгүй, ус нэвтрүүлэхгүй,	Ариутган савласан		36		

4	S0344	Даралттай шарх угаагч	Pulsed Lavage System	Нэг удаагийн хэрэглээний, автомат, даралттай усаар шүрших, сорох шарх угаах систем. 4-12psi даралттай. Тусгай хошуу, адаптерийн хамт.		Ариутган савласан	36		
5	S0285	Соруулга гуурс	Closed wound drainage system	№10-14 размерийн силикон, нэг удаагийн ариутгасан, вакуум сорогчтойгоо (400мл), олон нүхтэй гуурс.	№10	Ариутган савласан	36		
6	S0286	Шарх оёгч үдээс	Disposable skin stapler	Арьс үдэх металл үдээстэй, 35-с дээш үдээстэй, гацахгүй, харшил өгөхгүй байх.		Ариутган савласан	36		

Багц №12 Өвдөгний дуран

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Савлалт	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0310	Үений дурангийн хусагчийн хошуу	Arthroscopic shaver blade	Диаметр 4.2 мм, урт 13см-ээс дээш, минутанд дээд тал нь 6000 удаа эргэлт хийх чадалтай, зөөлөн эд болон яс хусах зориулалттай full radius resector	13cm, 4.2mm	Ариутган савласан		12		

2	S0311	Үений дурангийн түлэгчийн хошуу	Arthroscopic Ablator	Monopolar, NaCl болон Рингерийн уусмалд ажилладаг, ажлын урт 135мм- ээс дээш, диаметр 4мм, 90 градус өнцөгтэй толгойтой, соруулах боломжтой, гар удирдлагатай, түлэх 50ватт, зүсэх 200 ватт чадалтай	d=4mm, length= 135mm	Ариутган савласан		12		
3	S0312	Титан шураг	Adjustable Loop Buttons	Чагган холбоос сэргээхэд холбоосыг дунд чөмөгний кортикалд бэхлэх товчин шураг (титан), Hi-Fi утсан гогцоотой. ACL сэргээх хагалгааны багажны сетийг дагалдуулах	14x4.5мм	Ариутган савласан		12		
4	S0313	Жийрэг сэргээх оёгч	Meniscal repair device	Sequential Meniscal Running Stitch, урагдсан менискийг оёх зориулалттай, тахир зүүтэй, дотроо 7 ширхэг суулгацтай, нэг удаагийн хэрэглээний оёдол таслагчийн хамт	7 имплант-тай	Ариутган савласан	Европын болон АНУ-ын стандарт ад нийцсэн, Дээж ирүүлэх	5		

5	S0306	Био шураг	Bioabsorbable interference screw	MicroTCP болон PLA холимог бүтэцтэй, холбоосыг шилбэний ясанд бэхлэх био шураг. Диаметр 5-11мм, урт 15-35мм хэмжээний сонголтуудтай байх. ACL сэргээх хагалгааны багажны сөтийг дагалдуулах	диаметр 5-11мм, урт 15-35мм	Ариутган савласан		14		
6	S0314	Нэг удаагийн багц	Knee arthroscopy surgical drape pack	Өвдөгний үений дурангийн хагалгааны зориулалтын нэг удаагийн хэрэглээний багц даавуу, ус тосох уут, гоожуулах гуурстай байх: том ширээ даавуу-1, өвчтөн бүтээх-1, шилбэнд өмсгөх уут-1, халад 4, гар арчих алчуур-4, туслах ширээний даавуу-1, багажны уут-1. Чанар сайтай, амархан урагдахгүй, ус нэвтрүүлэхгүй	1 багц	Ариутган савласан		12		

Багц №13 Урологи

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Савлалт	Гарал үүсэл	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
-----	-----	--------------------	-------------------	------------------------	--------	---------	-------------	--------------	-------------	----------

1	S0248	Шээлгүүрийн гуурс	Ureteral catheter (Open-End Flexi-Tip® Ureteral Catheter)	0.038 inch/.97mm, стандарт, Уян зөөлөн үзүүртэй, нэг удаагийн	6.0 fr, 70см урттай,	Ариутган савласан	ХБНГУ-тай дүйцэхүйц, Дээж ирүүлэх	12		
2	S0055	Уян чиглүүлэгч	Guide wire	нитинол материалтай, гогцоорохгүй, гидрофилик бүрхүүлтэй, шулуун үзүүртэй,	0.35" 150cm	Ариутган савласан		18		
3	S0259	Цистостом гуурсны иж бүрдэл	Supra-fix puncture set with pigtail	Полиуритан(PUR) материалаар хийгдсэн, уян pigtail үзүүртэй, уут холбох адаптортой, Тэмдэглэгээтэй	14 Fr	Ариутган савласан		12		
4	S0235	Эдийн цавуу	Fibrin sealant	green plast -- fibrin glue,	2 ml	Ариутган савласан		2		
5		Зүсэгч электрод/би поляр/- Түрүү булчирхайн дурангийн мэс засалын	Bipolar resectoscope Loop	1. 26Fr Karl Storz bipolar cutting loop	27040 GP1	Ариутган савласан		12		
		Зүсэгч электрод/би поляр/- Давсагт дурангаар хийх мэс заслын	Bipolar resectoscope Loop	4. 26Fr Karl Storz bipolar cutting loop	27040 NB	Ариутган савласан		6		
6		Гемодиализ эмчилгээний Тунель гуурс	Long-Term Hemodialysis Catheter			Ариутган савласан	2			

7	S0140	Судасны мэс заслын эдийн цавуу				Ариутган савласан		2		
		Шулуун политетрафторэтилен хиймэл судас				Ариутган савласан		2		

Багц №14 Салст болон салстын доод давхаргыг хуулах хэрэгслүүд

//

№	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Тайлбар	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0098	Цус тогтоох хавчаар /Hemostasis clip/	Hemostasis clip	Цус тогтоох хавчаарын дэлгэмэл хэмжээ - 16мм-ээс багагүй байх, хавчаарыг агуулсан катетерын диаметр - 7Fr байх, уртын хэмжээ - 230см-ээс багагүй байх, хавчаарын эргэлт-360° эргэлддэг байх. Хавчаарын өнцөг 90° ба 135°, хэмжээ Large буюу L	НХ-610-135L хэмжээтэй хайрцагтаа 40 ширхгээр савласан	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		11		
					НХ-610-90L, хэмжээтэй хайрцагтаа 40 ширхгээр савласан	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		9		
2	S0107	Хоол боловсруулах дээд замын эрт үеийн салст хуулах багажны иж бүрдэл	EMR kit complex	Хоол боловсруулах дээд замын эрт үеийн салст хуулах багажны иж бүрдэл	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц	нд дээж, Каталог ирүүлэх	3		
3	S0107	Хоол боловсруулах доод замын эрт үеийн салст хуулах багажны иж бүрдэл	EMR kit complex	Хоол боловсруулах доод замын эрт үеийн салст хуулах багажны иж бүрдэл	3.2 мм ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		2		

4	S0108	Цус тогтоогч түлэгч хавчаар	Coagrasper	Цус тогтоогч түлэгч хавчаар	2.8 мм ажилбары н сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН- той дүйцэхүй ц	Бүх бүтээгдэхүүн	2		
5	S0422	IT хутга	IT knife	IT хутга	2.8 мм ажилбары н сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН- той дүйцэхүй ц		3		
6	S0423	Хутга	needle knife, duol knife	Endoscopic submucosal dessection ажилбарын зориулалттай, зүсэлт хийхээс гадна ажилбарын явцад шууд салстын доор тарилгын уусмал шахах injection хийдэг хоёр төрлийн зориулалттай хутга	2.8 мм ажилбары н сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН- той дүйцэхүй ц		3		
8	S0097	Хий дамжуулагч аппаратны нэг удаагийн гуурс	Argon plasm coagulation tube	хий дамжуулагч аппаратны нэг удаагийн гуурс	2.8 мм ажилбары н сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН- той дүйцэхүй ц		12		

Багц №15 Хоол боловсруулах замын цус алдалтыг тогтоох, хавдар хөнгөвчлөх хэрэгслүүд

№	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Тайлбар	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0093	Улаан хоолойн өргөссөн судсанд тавих боолт	Endoscopic variceal band ligator	1 иж бүрдэл дотроо 6 ширхэг резин болон чиглүүлэгч бусад иж бүрдэл	дунд /6 ширхэг /	АНУ, ЯПОН- той дүйцэхүй ц		60		
2	S0095	Ходоодны ёроолын өргөссөн судсанд тарих	Histoacryl-N- butyl cyanoacrylate - glue	Хайрцаган дотроо 0,5 мл бүхий савлалттай 5 ширхэг эдийн цавуу	0,5 мл	АНУ, ЯПОН- той дүйцэхүй ц		5		

3	S0094	Дурангаар тариа хийх зүү /Endoscopic injector/	Endoscopic injector	Дурангаар тариа хийх зүүний диаметрийн хэмжээ - 23 байх, зүүний үзүүр хэсгийн уртын хэмжээ - 4мм-ээс ихгүй, зүү агуулагч катетерын диаметр - 7Fr, уртын хэмжээ - 220см-ээс багагүй байх, катетер тунгалаг байх, катетерын дотор гадар нь льюр цоожтой байх. Зүүний шприцтэй холбогдох хэсэг метал байх	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН- той дүйцэхүйц
4				Дурангаар тариа хийх зүүний диаметрийн хэмжээ - 23 байх, зүүний үзүүр хэсгийн уртын хэмжээ - 4мм-ээс ихгүй, зүү агуулагч катетерын диаметр - 7Fr, уртын хэмжээ - 220см-ээс багагүй байх, катетер тунгалаг байх, катетерын дотор гадар нь льюр цоожтой байх. Зүүний шприцтэй холбогдох хэсэг хуванцар байх	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН- той дүйцэхүйц
5	S0098	Цус тогтоох хавчаар /Hemostasis clip/	Hemostasis clip	Цус тогтоох хавчаарын дэлгэмэл хэмжээ - 16мм-ээс багагүй байх, хавчаарыг агуулсан катетерын диаметр - 7Fr байх, уртын хэмжээ - 230см-ээс багагүй байх, хавчаарын эргэлт-360° эргэлддэг байх. Нэг удаагийн хэрэглээнд бариулын хамт	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН- той дүйцэхүйц
6	S0330	Ур авах уурга	Polypectomy snare	Ургацаг авах уурганы катетерын диаметр - 7Fr байх, уртын хэмжээ - 240см-ээс багагүй байх, уурганы хэмжээ - 25мм хүртэл байх, уурганы төрөл - бөөрөнхий, зургаан өнцөгт, хагас дугуй, гэх мэт сонголттой байх. Уурга, гарын хамт байх	2.8 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН- той дүйцэхүйц

Бүх бүтээгдэхүүнд дээж, Каталог ирүүлэх

60		
120		
120		
48		

7	S0426	Улаан хоолойн металл тэлэгч стент	Esophageal metal stent	Улаан хоолойн металл тэлэгч стент	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц	2		
8	S0451	Бүдүүн гэдэсний металл тэлэгч	Colonic metal stent	Бүдүүн гэдэсний металл тэлэгч	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц	2		
9	S0428	Цөсний замын металл тэлэгч стент	Biliary metal stent	Цөсний замын металл тэлэгч стент	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц	2		

Багц №16 Цөс нойр булчирхай сэтгүүрдэх ажилбарын хэрэгслүүд

	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Гарал үүсэл	Тайлбар	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0070	ЭРСП Чиглүүлэгч	ERCP guidewire	Чиглүүлэгчийн диаметр - 0.35" инчээс багагүй, уртын хэмжээ - 480см-ээс ихгүй, Чиглүүлэгч нь гидрофилик бүрээстэй үзүүр хэсэг махир, болон шулуун байж болно, рентген туяанд харагдах тэмдэглэгээтэй, тэмдэглэгээний хэмжээ 5см-ээс багагүй байх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах 0.35" инч	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		120		
2	S0073	Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч хутга	/Triple lumen sphincterotome/	Катетер 3 сувагтай байх, хутга бэхлэгдсэн катетерын диаметр - 7Fr-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 200см-ээс багагүй, үзүүр хэсэг нь мохоо байх, зүсэгч хутганы урт - 25мм-ээс багагүй байх, зүсэгч хутга эрчлээгүй ганц утаснаас бүрдэх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц		120		

3	S0074	Гурван сувагтай хөхлөг зүсэгч зүүтэй хутга	/Triple lumen needle knife/	Катетер 3 сувагтай байх, катетерын диаметр - 5Fg, 7Fg-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 200см байх, үзүүр хэсэг нь дугуй хэлбэртэй байх, зүсэгч зүү хэлбэрийн хутгыг зүсэлтийн үед хэмжээг тохируулж хэрэглэх боломжтой байх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц
4	S0085	Гурван сувагтай цөсний сувгаас чулуу татагч баллон	Triple lumen extraction balloon	3 сувагтай цөсний замаас чулуу авагч тэлэгч баллоны катетерын диаметр - 5Fg, 7Fg-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 200см-ээс багагүй, тэлэгч баллоны диаметр - 12мм, баллоны эзэлхүүний хэмжээ - 3сс-ээс багагүй байх, баллоны урт хэсэгт тодосгогч бодис шахагдах оролттой байх, рентген туяаны тэмдэглэгээтэй	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц
5	S0086	Цөсний сувгаас чулуу татагч тор	Extraction basket	Цөсний замаас чулуу татах ERCP ажлбарын үед хэрэглэгддэг баскет буюу тор	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц
6	S0088	Цөсний сувагт тавих урсгуур	Biliary stent	Цөсний сувгийн урсгуур стентийн диаметр 7-11.5 Fg хүртэл, уртын хэмжээ - 5см- 18см хүртэл байх, урсгуур стентийн үзүүр хэсэг мохоо байх, хуванцар буюу пластик, 2 талын үзүүр хэсэгтээ сэртэнгэртэй байх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц
7	S0089	Цөсний сувагт урсгуур тавигч	Stent introducer	Цөсний сувагт урсгуур стент тавигч катетерын диаметр - 8.5Fg, 10Fg, 11Fg-ээс ихгүй, чиглүүлэгч катетерын диаметр - 5Fg, 6Fg байх, чиглүүлэгч катетерын уртын хэмжээ - 205см, 318см, 320см-ээс багагүй байх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц

10		
120		
24		
48		
48		

Бүх бүтээгдэхүүнд дээж, Каталог ирүүлэх

8	S0327	Цөсний сувагт тавих хамрын урсгуур	Nasal biliary drainage set	Цөсний ерөнхий сувагт тавин хамраар гарч ирсэн урсгуур. Комплект иж бүрдэлтэй, 5-7Fr хэмжээтэй, альфа үсгийн нугалаатай, гахайн сүүл хэлбэрийн төгсгөл нь цөсний замд тавигддаг.	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц	12		
9	S0091	Нойр булчирхайн сувгийн урсгуур	Pancreatic stent	Цөсний сувагт тавих урсгуур стентийн диаметр - 5Fr, 6Fr, 7Fr-ээс ихгүй, уртын хэмжээ - 3см, 4см, 5см, 7см, 9см, 10см, 12см, 15см-ээс ихгүй, цөсний сувгийн стент нь үзүүртээ цөсийг гадагшлуулах зориулалттай олон тооны нүхтэй, махир гахайн сүүл хэлбэртэй байх, стентийг цөсний сувагт байрлуулахад махир хэсгийг шулуун болгох катетер нь стентийн хамт савлагдсан байх. шулуун болгогч катетерын урт - 170см-ээс багагүй байх	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц	12		
10	S0092	Нойр булчирхайн сувгийн урсгуур тавигч	Pancreatic stent introducer	Нойр булчирхайн сувагт стент тавих катетер нь 5-7 Fr хэмжээтэй стентийг тавих боломжтой байх, катетерын уртын хэмжээ - 230 см-аас багагүй	3.2 mm ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц	12		
11	S0105	Улаан хоолойн, нарийн, бүдүүн гэдэс, цөсний замын тэлэгч баллон	esophageal -pyloric - colonic, biliary balloon	Тэлэгч баллон нь диаметр - 0.35" инчээс багагүй чиглүүлэгч орох боломжтой, 3-н хэмжээгээр 1 дор тэлдэг	2.8 мм ажилбарын сувгаар багтах	АНУ, ЯПОН-той дүйцэхүйц	36		

Багц №17 ЧХХ- Суулгац

Д/Д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Савлалт	Гарал үүсэл	Тайлбар	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
-----	-----	--------------------	-------------------	------------------------	--------	---------	-------------	---------	--------------	-------------	----------

1	S0484	Дунгийн суулгац	Chohlear implant	24 түүнээс дээш электродтой, MRI шинжилгээнд тэсвэрлэх Хүчин чадал 3 Tesla, Гадна процессор утасгүй дан байх, Дотор суулгац хүний биед харшилдаггүй титан болон цагаан алтаар хийгдсэн, Электрод урт 28мм дээш, 1 секундэд 50,704 пульс дамжуулна. Пульс дамжуулах хүрээ 2.1-425,	Ариутган савласан	Европын болон АНУ-ын стандартад нийцсэн	Дээж ирүүлэх /багажнаас бусад хэрэгсэлд заавал/	10		
2	S0268	Ясан гүүрний суулгац (bonebridge)	Bone bridge	Гадна процессор утасгүй дан байх, Дотор суулгац хүний биед харшилдаггүй титан болон цагаан алтаар хийгдсэн, имплантын дотор байрлах хэсэг нүдэнд ил харагдахгүй байна.	Ариутган савласан			1		

Багц №18 ЧХХ- Хэрэгсэл

Д/Д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Савлалт	Гарал үүсэл	Тайлбар	Захиалах тоо	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S067	Титан түбе	Titan tube	Титан болон түүнтэй дүйцэхүүц материалаар хийгдсэн, хүний биед нийцэмжтэй.	1 ширхэг	Ариутган савласан		бусад хэрэгсэлд заавал/	6		
2	S073	Бичил чичиргээнт хошуу (Microdebide er)	Microdebide	Хошуу 20° 60° 0°-тай сонголтой байна. Хамар дайварын мэс засалд хэрэглэх 1 удаагийн хошуу.	1 багц	1 багц			40		

3	S0062	Дунд чихний протез	Middle Ear Prosthesis	Титан болон түүнтэй дүйцэхүүц материалаар хийгдсэн, хүний биед нийцэмжтэй, MRI шинжилгээнд нийцэмжтэй.	1 ширхэг	Ариутган савласан	Европын болон АНУ-ын стандартад нийцсэн	Дээж ирүүлэх /багажнаас	12		
4	S0272	Соруулгатай өрөмдөгч	suction borie	Түлэгчийн хошууны нийт урт 8 см-с багагүй. Түлэх үед соруулах боломжтой.	1 ширхэг	Ариутган савласан			240		

Багц 19 Дүрсийн хянагатай мэс ажилбар

Д/д	Код	Бүтээгдэхүүний нэр	Олон улсын нэршил	Техникийн тодорхойлолт	Хэмжээ	Тайлбар	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	S0380	Өндөр давтамжит түлэлтийн зүү	REA эмчилгээний зүү /түлэх/	Cool type VCT	1 багц	Дээж ирүүлэх	50		
2	S0378	Гахайн сүүл гуурс	Pic Tail гуурс иж бүрдэл	8-10 Fr	1 багц		30		
3	S0374	Судас бэхлэгч /Introducer/	Судас бэхлэгч интродусер иж бүрдэл	5 Fr	1 багц		50		
4	S0377	Чиглүүлэгч	Үндсэн чиглүүлэгч	J type	1 багц		50		
5	S0375	Үндсэн гуурс /RH, Yashiro, Cobra/	Үндсэн катетр	5 Fr /RH/	1 багц		50		