



НИЙСЛЭЛИЙН
ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /УЛААНБААТАР
ХОТ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ/ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ**

Тендер шалгаруулалт/ Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж
гэрээний нэр: /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/ нийлүүлэх
Дугаар: НХААГ-20/0086

Улаанбаатар хот
2020 он

ГАРЧИГ

ХЭСЭГ 1 – ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

Бүлэг I. Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа (ТОӨЗ)

Энэ бүлэг нь тендер бэлтгэхэд шаардлагатай бүх мэдээллийг тендерт оролцогчдод өгнө. Тендер ирүүлэх, тендер нээх, үнэлж шалгаруулах болон гэрээ байгуулах эрх олгохтой холбоотой мэдээлэл, мөн хамгийн сайн тендерийг шалгаруулах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, аргачлал болон тендерт оролцогч тухайн гэрээг гүйцэтгэх чадвартай эсэхийг тогтоох чадварын шалгуур үзүүлэлт, түүнд тавигдах чадварын доод шаардлагууд энд бичигдсэн байна. Нэгдүгээр бүлэг дэх зүйл заалтуудыг захиалагч өөрчлөхгүйгээр ашиглах ёстой.

Бүлэг II. Тендер шалгаруулалтын өгөгдөлийн хүснэгт (ТШӨХ)

Энэ бүлэг нь тухайн худалдан авах ажиллагаа бүрт тохирсон онцлог заалтуудыг агуулах бөгөөд эдгээр нь нэгдүгээр бүлгийн холбогдох зүйл заалтуудыг тодруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ.

Бүлэг III Тендерийн үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт

Энэ хэсэг нь ТОӨЗ-ны бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд үүнд захиалагч “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдэх тендерийг шалгаруулахад мөрдөх нэмэлт шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлно.

Бүлэг IV. Тендер шалгаруулалтын маягт

Энэ бүлэгт тендер ирүүлэх маягт, үнийн хуваарийн хүснэгт, тендерийн баталгааны маягт болон үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлийн маягт зэрэг тендерт оролцогчоос өөрийн тендерийн хамт бөглөж ирүүлэх шаардлагатай маягтууд багтана.

ХЭСЭГ 2 –НИЙЛҮҮЛЭЛТЭНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Бүлэг V. Техникийн тодорхойлолт болон бусад шаардлага

Энэ бүлэгт худалдан авах бараа болон түүнийг дагалдах үйлчилгээний жагсаалт, тэдгээрийг захиалагчид хүргэх хуваарь, техникийн тодорхойлолт болон дагалдах үйлчилгээг тайлбарласан, дүрсэлсэн зураг зэрэг мэдээлэл багтана.

ХЭСЭГ 3 – ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Бүлэг VI. Гэрээний ерөнхий нөхцөл (ГЕН)

Энэ бүлэг нь захиалагч байгууллагаас бараа болон түүнийг дагалдах үйлчилгээг худалдан авах гэрээний харилцааг зохицуулсан ерөнхий нөхцөл, заалтуудыг агуулна. ГЕН-ийн заалтуудын үг, үсэг, агуулгыг өөрчилж үл болно.

Бүлэг VII. Гэрээний тусгай нөхцөл (ГТН)

Энэ бүлэгт тухайн худалдан авах барааны онцлогт тохируулан гэрээний ерөнхий нөхцөлийн холбогдох зүйл заалтыг тодруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөс бүрдэнэ..

Бүлэг VIII. Гэрээний маягт

Энэ бүлэгт гэрээний маягт болон захиалагч шаардсан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгогдсоны дараа шалгарсан тендерт оролцогчийн бөглөж ирүүлэх гүйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягтууд багтана.

Хавсралт: Тендерийн урилга

Тендерийн урилгын маягыг энэхүү тендерийн баримт бичгийн төгсгөлд жишээ болгон оруулав.

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

ГАРЧИГ

А. Ерөнхий зүйл

1. Тендерийн цар хүрээ
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр
3. Залилан мэхлэх болон авилгын үйлдэл
4. Эрх бүхий тендерт оролцогч
5. Эрх бүхий бараа
6. Түншлэл

Б. Тендерийн баримт бичиг

7. Тендерийн баримт бичгийн агуулга
8. Тендерийн баримт бичгийг тодруулах
9. Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

В. Тендер бэлтгэх

10. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал
11. Тендерийн хэл
12. Тендерийн иж бүрдэл
13. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь
14. Хувилбарт тендер
15. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт
16. Тендерийн валют
17. Тендерт оролцогч эрх бүхий эсэхийг нотлох баримт
18. Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг нотлох баримт
19. Нийлүүлэх бараа нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох

баримт

20. Тендер хүчинтэй байх хугацаа
21. Тендерийн баталгаа
22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах

Г. Тендер ирүүлэх

23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа
25. Хугацаа хоцорсон тендер
26. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх
27. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах

Д. Тендерийг нээх, үнэлэх

28. Тендерийг нээх
29. Нууцлал
30. Тендерийн тодруулга
31. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцэх эсэхийг тогтоох
32. Алдааг залруулах
33. Нэг валютэд хөрвүүлэх
34. Дотоодын тендерт оролцогчид давуу эрхийн зөрүү тооцох
35. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах
36. Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах
37. Аливаа тендерийг сонгох, эсвэл тендерүүдээс татгалзах

захиалагчийн эрх

Е. Гэрээ байгуулах эрх олгох

38. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур
39. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл
40. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед тоо хэмжээг өөрчлөх
41. Гэрээнд гарын үсэг зурах
42. Гүйцэтгэлийн баталгаа

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- 1. Тендерийн цар хүрээ**
 - 1.1. Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт/ТШӨХ/-д тодорхойлсон захиалагч (цаашид “захиалагч” гэх) нь энэ тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ болон техникийн тодорхойлолтод заасан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авах тухай гэрээ байгуулахаар энэхүү тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна.
 - 1.2. Тендер шалгаруулалт нь ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд нэг багцтай байна.
 - 1.3. Олон багцтай тендер шалгаруулалтын тендерийн баримт бичгийг багц тус бүрээр үнэлж зарахыг хориглоно.
 - 1.4. Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн барааг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанд, газарт хүргэх үүрэгтэй.
- 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр**
 - 2.1. Захиалагч дээр дурдсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ТШӨХ-д тодорхойлсон эх үүсвэрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.
- 3. Залилан мэхлэх болон авилгын үйлдэл**
 - 3.1. Төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч, гэрээ хэрэгжүүлэгч бүр худалдан авах ажиллагаанд оролцожгэрээг хэрэгжүүлэхдээ ёс суртахууны өндөр хэм хэмжээг сахин биелүүлэх ёстой.
 - 3.2. Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч нь Авлигын эсрэг хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд заасан авлигал, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон талаар бодитой мэдээлэл байгаа бол холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад зохих ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй.
- 4. Эрх бүхий тендерт оролцогч**
 - 4.1. Тендерийн урилга нь сонирхосон этгээд бүрт нээлттэй. хуулийн 9 дүгээр 9.3 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч болон түүний түншлэлийн гишүүн бүр нь аль ч улсын харъяалалтай байж болно.
 - 4.2. Дараах тохиолдолд тендерт оролцогч (түншлэлийн гишүүн бүрт нэгэн адил хамаарна)-ийг эрх бүхий бус гэж үзнэ. Үүнд:
 - 4.2.1. Төлбөрийн чадваргүй болсон, татан буугдаж байгаа, дампуурлаас зайлсхийх зорилгоор зээлдүүлэгчтэй тохиролцсон, бизнесийн үйл ажиллагааг нь зогсоосон, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу дээр дурдсантай адилтгах нөхцөлд байгаа;
 - 4.2.2. Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлөөгүй;

4.2.3.Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд нь бүтэц, зохион байгуулалт болон санхүүгийн хувьд захиалагчаас хараат байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг бол;

4.2.4.Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, эрх бүхий байгууллага тогтоосон;

4.2.5.Тендерт оролцогч (туслан гүйцэтгэгч бүрийг оролцуулан) нь бараа, ажил, үйлчилгээний зураг төсөл, техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой;

4.2.6.Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий байгууллага тогтоосон;

4.2.7.Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Авлигын эсрэг хууль, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрүүгийн хуульд заасан авлигын, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, айлган сүрдүүлэх үйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон болохыг шүүх тогтоосон;

4.2.8.Энэхүү тендер шалгаруулалтад оролцож байгаа хоёр буюу түүнээс дээш тооны тендерт оролцогчийн хууль ёсны төлөөлөгч нь нэг этгээд бол;

4.2.9.Энэхүү тендерийн баримт бичгийн ТООЗ-ны 14 дүгээр зүйлд хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд тендерт оролцогч нэгээс дээш тендер ирүүлсэн бол; (Гэвч энэхүү заалт нь аливаа этгээдийг нэгээс дээш тендерт туслан гүйцэтгэгчээр оролцохыг, эсхүл нэг тендер шалгаруулалтад нэгээс олон багцад тендер ирүүлэхийг хязгаарлахгүй)

4.3. Тендерт оролцогч 4.2.1 - 4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр гаргаж өгөх үүрэгтэй. Эдгээр нөхцөл үүссэн эсэхийг магадлах зорилгоор захиалагчаас тавьсан шаардлагын дагуу тендерт оролцогч холбогдох баримт, нотолгоог захиалагчид ирүүлнэ.

5. Эрх бүхий эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

5.1. Гэрээгээр нийлүүлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно. Захиалагч төлбөрийг зөвхөн ТООЗ-ны 1.1-д дурдсан барааг худалдан авснаар төлнө.

5.2. Энэхүү зааварчилгааны 5.1-д дурдсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийн гарал үүсэл гэдэгт тухайн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг олборлосон, ургуулсан, бойжуулсан, эсхүл хийж бүтээсэн улс орон буюу газар нутгийг хэлнэ. Хийж бүтээсэн гэж үйлдвэрлэсэн, боловсруулсан, эсхүл эд ангиудын

дийлэнхийг угсарч, энэ эд ангиудын үндсэн шинж чанар, зориулалт, эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр арилжааны шинэ эм, эмнэлгийн хэрэгсэл гаргаж ирэхийг хэлнэ.

6. Түншлэл

- 6.1. Хоёр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр нэг тендерт оролцогч /цаашид талуудыг хамтад нь “түншлэл” гэх, тус бүрийг нь “түншлэлийн гишүүн” гэх/ болж тендер ирүүлэх тохиолдолд ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй бол дараах шаардлагыг хангасан байна:
- (а) түншлэлийн бүх гишүүдийн хувьд тендер хүчин төгөлдөр байхаар тендерт гарын үсэг зурсан байх;
 - (б) ТООЗ-ны 1.1-д заасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх гэрээг хэрэгжүүлэхэд бүх гишүүн хамтран болон тус тусдаа хүлээх хариуцлагыг тодорхойлж хамтран ажиллах гэрээнд тусгасан байх;
 - (в) түншлэлийн аль нэг болон бүх гишүүний нэрийн өмнөөс үүрэг хүлээх, зааварчилгаа хүлээн авахад тэдгээрийг төлөөлөх эрх бүхий нэг гишүүн томилох;
 - (г) нийт гэрээний гүйцэтгэл, түүний дотор төлбөр тооцоог зөвхөн төлөөлөх эрх бүхий гишүүнтэй харилцаж, гүйцэтгэхийг хамтран ажиллах гэрээгээр зохицуулсан байх;
 - (д) түншлэлийн гэрээний хувийг тендерийн хамт ирүүлэх.

Б. ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

7. Тендерийн баримт бичгийн агуулга

- 7.1. Тендерийн баримт бичиг нь дор дурдсан бүлгүүдийг агуулсан 3 хэсэг баримт бичиг болон ТООЗ-ны 9 дүгээр зүйлийн дагуу хийсэн нэмэлт өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:

I ХЭСЭГ

- Бүлэг 1. Тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа
- Бүлэг 2. Тендерийн өгөгдлийн хүснэгт
- Бүлэг 3. Тендерийн үнэлгээнд мөрдөх шалгуур үзүүлэлтүүд
- Бүлэг 4. Тендер шалгаруулалтын маягт
 - Тендерийн маягт
 - Үнийн хуваарь
 - Тендерийн баталгааны маягт
 - Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн зөвшөөрлийн маягт

II ХЭСЭГ

- Бүлэг 5. Нийлүүлэлтэд тавигдах шаардлага, техникийн тодорхойлолт

III ХЭСЭГ

- Бүлэг 6. Гэрээний ерөнхий нөхцөл

Бүлэг 7. Гэрээний тусгай нөхцөл

Бүлэг 8. Гэрээний маягт

- Гэрээний маягт
- Гүйцэтгэлийн баталгааны маягт
- Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны маягт

Хавсралт: Тендерийн урилга

7.2. Захиалагчийн нийтэлсэн тендерийн урилга нь тендерийн баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

7.3. Тендерт оролцогч тендерийн баримт бичиг дэх бүх зааварчилгаа, нөхцөл, маягт болон техникийн тодорхойлолтыг нягталж үзэх нь зүйтэй. Тендерийн баримт бичигт шаардсан мэдээлэл, баримт материалыг ирүүлэхгүй байх, маягтыг дутуу бөглөн ирүүлэх нь тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болж болно.

8. Тендерийн баримт бичгийг тодруулах

8.1. Тендерт оролцохыг сонирхогч нь тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтээ бичгээр гаргаж шуудан, эсхүл утсан холбоо ("утсан холбоо"-нд зөвхөн телекс болон факсыг хамруулна)-гоор ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар ирүүлнэ. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ТШӨХ-д заасан хоногийн өмнө хүлээн авсан хүсэлтэд хариу өгнө. Хүсэлтийн агуулга, түүнд өгөх захиалагчийн хариуг хүсэлтийн эх сурвалжийг дурдалгүйгээр тендерийн баримт бичиг худалдан авсан бүх тендерт оролцогчид бичгээр, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ.

8.2. Тухайн тодруулгын үр дүнд захиалагч тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү ТӨӨЗ-ны 9 дүгээр зүйл, 20.2 дахь хэсэгт заасан журмыг баримтална.

9. Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

9.1. Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

9.2. Ийнхүү хийсэн аливаа нэмэлт өөрчлөлт нь тендерийн баримт бичгийн салшгүй хэсэг болох бөгөөд түүнийг захиалагчаас тендерийн баримт бичиг шууд худалдан авсан бүх тендерт оролцогчид бичгээр, эсхүл утсан холбоогоор нэгэн зэрэг мэдэгдэнэ. Тендерт оролцогч нэмэлт өөрчлөлт тус бүрийг хүлээн авсан тухайгаа захиалагчид утсан холбоогоор мэдэгдэх үүрэгтэй.

9.3. Тендерийн баримт бичигт орсон нэмэлт өөрчлөлтийн улмаас тендер зайлшгүй өөрчлөгдөх ба уг өөрчлөлтийг бэлтгэхэд шаардагдах хангалттай хугацаа тендерт оролцогчид олгох шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч 24.2-т заасны дагуу тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгаж болно.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

10. Тендер

10.1. Тендерт оролцогч тендер бэлтгэх, захиалагчид ирүүлэхтэй

шалгаруулал -тад оролцох зардал	холбогдон гарах бүх зардлыг өөрөө бүрэн хариуцах бөгөөд захиалагч ямар ч нөхцөлд энэхүү зардалтай холбогдох хариуцлага хүлээхгүй.
11. Тендерийн хэл	<p>11.1. Тендер, түүнчлэн тендертэй холбоотойгоор захиалагч тендерт оролцогчийн хооронд харилцаж буй албан бичиг, захидлууд болон бусад баримт материалыг тендерт оролцогчид өгсөн зааварчилгааны дагуу бэлтгэх ба холбогдох бүх баримт бичиг нь монгол хэл дээр, гадаадын этгээд худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхтэй бол тэдгээр нь ТШӨХ-д заасан хэл дээр байна. Тендерийн барим бичгийн монгол хэл дээрх хувь гадаад хэл дээрхтэй зөрчилдвөл монгол хэл дээр бэлтгэсэн ТББ-ийн заалтыг баримтална.</p> <p>11.2. Аливаа тендерийг дагалдах баримт бичиг, хэвлэмэл материал нь өөр хэл дээр байж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тэдгээрийн тендерт холбогдох хэсгийг ТООЗ-ны 11.1-д заасан хэл рүү хөрвүүлсэн орчуулгыг тендерт оролцогч давхар бэлтгэж ирүүлэх бөгөөд уг орчуулгыг тендерийг хянан үзэх, үнэлэхэд харгалзана.</p>
12. Тендерийн иж бүрдэл	<p>12.1. Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> (а) ТООЗ-ны 13, 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн тендерийн маягт болон үнийн хуваарь; (б) захиалагч шаардсан бол ТООЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу ирүүлэх тендерийн баталгаа; (в) тендерт оролцогчийг төлөөлж ТООЗ-ны 22 дугаар зүйлд заасны дагуу тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн гарын үсгийг баталгаажуулж гаргасан итгэмжлэл; (г) тендерт оролцогчийг тухайн тендерт оролцох эрх бүхий гэдгийг тогтооход шаардлагатай ТООЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд (д) тендерт оролцогч нь тухайн гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай болохыг тогтооход шаардлагатай ТООЗ-ны 18 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд; (е) нийлүүлэх бараа болон түүнийг дагалдах үйлчилгээ нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг баталгаажуулсан ТООЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан нотлох баримт; (ё) ТШӨХ-д шаардсан ТООЗ-ны дагуу бэлтгэж ирүүлэх бусад материал.
13. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь	<p>13.1. Тендерт оролцогч нь Бүлэг 4-т заасан тендерийн маягтыг бөглөж ирүүлнэ. Энэхүү маягтыг бөглөхдөө түүний агуулгыг өөрчлөхгүй-гээр түүнд шаардсан бүх мэдээллийг тусгана.</p> <p>13.2. Тендерт оролцогч нь нийлүүлэх бараа болон түүнийг дагалдах үйлчилгээний үнийн хуваарийг бэлтгэн ирүүлнэ. Үнийн хуваарийг 4 дүгээр бүлэгт заасан тендер шалгаруулалтын маягтаас тохирох маягтыг ашиглан бэлтгэнэ.</p>

14. Хувилбарт тендер

14.1. ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогч тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн зөвхөн нэг тендер ирүүлэх ба хувилбарт тендер ирүүлэхийг үл зөвшөөрнө.

15. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт

15.1. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь дахь тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнэ болон, үнийн хөнгөлөлт нь дор тодорхойлсон шаардлагад нийцсэн байна.

15.2. Үнийн хуваарьт бүх багц болон нэр төрлийг үнэ тус бүрээр нь тусад нь жагсааж ирүүлнэ.

15.3. Тендерийн маягтад тусгасан үнэ нь аливаа үнийн хөнгөлөлтийг тооцоогүй тухайн тендерийн нийт үнэ байна.

15.4. Тендерт оролцогч нь аливаа нөхцөлт бус үнийн хөнгөлөлт болон түүнийг хэрэглэх аргачлалыг тендер ирүүлэх маягтад тусад нь тусгасан байна.

15.5. Олон улсын худалдааны EXW, CIP болон ижил төстэй бусад нөхцөлийг хэрэглэхдээ ТШӨХ-д дурдсан, Олон улсын худалдааны танхимаас эрхэлэн гаргасан Incoterms-ийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг удирдлага болгоно.

15.6. Нийлүүлэх барааны үнийг тендерийн маягт (Бүлэг 4)-д заасан үнийн хуваарь бүрээр гаргаж ирүүлнэ. Ингэхдээ тендерт оролцогч нь гэрээний дагуу нийлүүлэх барааны нэгж үнэ, тухайн нэр төрлийн нийт үнэ, нийт дүн, барааны гарал үүслийн улсын нэрийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан нэр төрөл бүрээр холбогдох үнийн хуваарьт тусгаж ирүүлнэ. Үнийн задаргааны агуулга нь захиалагчаас тендерийг харьцуулж үнэлэх зорилгоор шаардагдана. Энэ нь санал болгосон аливаа нөхцөлөөр гэрээ байгуулах захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.

15.7. Гэрээ болон бусад үндэслэлээр гүйцэтгэгчийн төлөх ёстой бүх татвар хураамжийг тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанаас 14 хоногийн өмнө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг үндэслэн тендерийн үнэд багтаасан байна.

15.8. Барааг багцалсан эсэх талаарх мэдээллийг ТООЗ-ны 1.2 дахь заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-ийн заалтаас үзнэ үү. Хэрэв багцалсан бол тендерт оролцогч нэг, эсхүл түүнээс олон багцад тендерувилбарХхылбо ирүүлэх эрхтэй. Аливаа багцыг хувааж дэд багц болгон тендер ирүүлэхийг хориглоно.

15.9. Үнийн хуваарьт дараах зүйлсийг тусад нь бичиж харуулна. Үүнд:

(а) Монгол Улсад үйлдвэрлэгдсэн барааны хувьд:

1. барааны EXW үнэ (үйлдвэрийн, агуулахын, эсхүл лангууны үнийн аль тохирохыг). Энэ үнэд барааг үйлдвэрлэх, угсрахад ашигласан үйлдвэрийн, эсхүл лангууны үнээр үнэлэгдсэн эд анги, түүхий эд, үйлдвэрлэлийн бусад өртөг багтана;
2. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор дотоодын бүтээгдэхүүнд ногдуулдаг нэмэгдсэн өртгийн болон бусад адилтгах албан татвар;

3. барааг ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.

(б) Монгол Улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд импортоор орж ирэх барааны хувьд:

1. ТШӨХ-д захиалагчийн нэрлэсэн хилийн боомт хүртэлх СИФ/CIF/ үнэ, эсхүл захиалагчийн нутаг дэвсгэр дэхь нэрлэсэн байрлал хүртэлх СИП /CIP/ үнэ;

2. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж ирэх бараанд ногдох гаалийн, нэмэгдсэн өртгийн болон бусад албан татвар;

3. барааг орох боомтоос буюу нэрлэсэн байрлалаас ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.

(в) Монгол Улсын гадна үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд өмнө нь импортоор орж ирсэн барааны хувьд:

1. барааны үнэ буюу импортоор анх орж ирсэн тухайн барааны үнэ дээр үнийн нэмэгдэл /эсхүл хөнгөлөлт/, дотоодод гарсан аливаа нэмэлт өртөг, тухайн бараанд төлсөн эсхүл төлөгдөх гаалийн болон импортын бусад татваруудыг тооцсон үнэ;

2. импортлогдсон бараанд урьд төлсөн(нотлох баримтыг хамт ирүүлэх шаардлагатай), эсхүл төлөгдөх гаалийн болон импортын бусад татварууд;

3. тухайн барааг олж авахад зарцуулсан өртөг буюу энэ заалтын 1 болон 2 –ын ялгавар;

4. гэрээ байгуулах эрх олгогдсоноор импортоор орж ирсэн бараанд ногдох нэмэгдсэн өртгийн болон бусад албан татвар;

5. барааг ТШӨХ-д заасан эцсийн цэгт хүргэхэд шаардлагатай хуурай газрын тээвэр, даатгал болон дотоодод гарах бусад зардал.

15.10.ТШӨХ-д гэрээний үнийг тохируулах нөхцөлтэй байхаар тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерт оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байна. Тендерийн үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад тохируулж өөрчилөхөөр санал болгосон аливаа тендерийг ТООЗ-ны 31 дүгээр зүйлд заасны дагуу үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж, уг тендерээс татгалзана. Гэвч ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан нөхцөлд тогтмол үнэ санал болгосон тендерээс татгалзахгүй бөгөөд түүний үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэг (0)-тэй тэнцүү байна гэж үзнэ.

- 15.11.ТШӨХ-д үнэ тохируулахаар заасан бол үнэ тохируулах нөхцөл, аргачлалыг гэрээний тусгай нөхцөлд тусгана.
- 16. Тендерийн валют**
- 16.1. Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 4.2 дах хэсэгт заасны дагуу тендерийн үндсэн валют нь төгрөг байна.
- 17. Тендерт оролцогч эрх бүхий эсэхийг нотлох баримт**
- 17.1. Тендерт оролцогч нь эрх бүхий эсэхийг дараах мэдээлэл, нотлох баримтад үндэслэн тогтооно. Үүнд:
- (a) хуулийн этгээдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбар,
 - (б) тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурсан этгээдийн итгэмжлэл;
 - (в) ТШӨХ-д шаардсан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл;
- 18. Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг нотлох баримт**
- 18.1. Тендерт оролцогч нь гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан захиалагчийн шаардсан чадварын шаардлагыг хангасан гэдгийг харуулах дараах мэдээллийг нотлох баримт болгон ирүүлнэ. Үүнд:
- (a) Хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол тендерт оролцогч өөрөө үйлдвэрлээгүй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл тендерт санал болгох тохиолдолд уг эм, эмнэлгийн хэрэгслийг Монгол Улсад нийлүүлэх эрх олгосон тухай үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлийг 4 дүгээр бүлэг дэх тохирох маягыг ашиглан ирүүлнэ;
 - (б) санхүүгийн чадавхийг харуулах сүүлийн ТШӨХ-д заасан тоо бүхий жилийн баталгаажсан санхүүгийн тайлан;
 - (в) гэрээг гүйцэтгэх удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл;
 - (г) тухайн тендерт оролцогчийн туршлагыг харуулах сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй гэрээний талаарх мэдээлэл;
 - (д) Хэрэв ТШӨХ-д шаардсан бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй тендерт оролцогч гэрээний дагуу хийгдэх засвар үйлчилгээ, техникийн тодорхойлолтод заасан сэлбэг хэрэгслийг нийлүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тухайн этгээд өөрөө гүйцэтгэх, эсхүл уг тендерт оролцогчийн Монгол Улсад байгуулсан, эсхүл байгуулагдах төлөөлөгч биелүүлэх тухай баримт;
 - (e) гэрээг гүйцэтгэхэд эргэлтийн хөрөнгө хүрэлцээтэй эсэхийг нотолсон бичиг баримт (үүнд зээл авах болон санхүүгийн бусад эх үүсвэрийн боломжийг оролцуулж болно);
 - (ё) захиалагч тендерт оролцогчийн харилцагч банкнаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт

оролцогчийн мэдэгдэл;

(ж) одоогийн ба сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талаарх мэдээлэл;

(з) гэрээний үнийн 10-аас дээш хувьтай тэнцэх дүнтэй ажлыг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэх бол түүний чадварын талаарх мэдээлэл.

18.2. Тендерт оролцогч ТӨӨЗ-ны 1.1-д заасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тухай гэрээг хэрэгжүүлэхийн тулд дор дурдсан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна: Үүнд:

(а) сүүлийн 5 жилийн аль нэг жилд гүйцэтгэсэн борлуулалтын хэмжээ нь ТШӨХ-д заасан дүнгээс багагүй байх;

(б) сүүлийн [ТШӨХ-д заасан тоо] жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн тухайн гэрээтэй ижил төстэй, доод тал нь нэг бараа нийлүүлэх үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан туршлага;

(в) ТШӨХ-д заасан үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг цаг хугацаанд нь (өөрийн, түрээслэх, хөлслөн авах г.м.) бэлэн байлгах санал;

(г) бусад гэрээт ажилд ашиглагдах буюу ашиглаж буй хөрөнгө болон энэ гэрээний дагуу хийгдэж болох урьдчилгаа төлбөрийг оролцуулахгүйгээр түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь ТШӨХ-д дурдсан дүнгээс багагүй байх.

(д) сүүлийн ТШӨХ-д дурдсан жилийн хугацаанд ашигтай ажилласан байх.

18.3. Тендерт оролцогч 18.2(а) ба (г)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмнэ.

Гэхдээ гишүүн тус бүр 18.2 (а), (г) -д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийн доод тал нь 25 хувийг, төлөөлөх эрх бүхий гишүүн доод тал нь 40 хувийг хангасан байна. Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд түншлэлийг тухайн чадварын шаардлагуудыг хангаагүй гэж үзэж тендерээс нь татгалзана.

ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй тохиолдолд тендерт оролцогч чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлоход түүний туслан гүйцэтгэгчийн ажлын туршлага, нөөц бололцоог харгалзан үзэхгүй.

Тендерт оролцогч 18.2(б) ба (в)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмж тооцно.

18.4. ТШӨХ-д тусгайлан заасан бол Монгол Улсын гарал үүсэлтэй эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд 10 хувийн давуу эрх олгоно. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлж буй тендерт оролцогч

давуу эрх эдлэх хүсэлтэй бол энэ тухайгаа нотлоход шаардлагатай баримт, материалыг тендертэй хамт ирүүлэх үүрэгтэй.

19. Нийлүүлэх бараа нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох баримт

19.1. ТООЗ-ны дагуу тендерт оролцогч гэрээний дагуу нийлүүлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь захиалагчийн шаардлагад нийцэх тухай нотлох баримтуудыг тендерийн хамт ирүүлнэ.

19.2. Нийлүүлэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь эрх бүхий болохыг нотлох баримт болгож санал болгож буй барааны гарал үүслийг үнийн хуваарьт дурдах бөгөөд бараа тээвэрлэх үед гарал үүслийн сертификат эсхүл барааны гарал үүслийг нотлох бусад баримт бичиг ирүүлнэ.

19.3. Нийлүүлэх бараа тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох баримт нь тухайн барааны дээж, нийтлэл, зураг, өгөгдлийн хэлбэрээр байж болох ба дараах мэдээллийг агуулна. Үүнд:

(а) барааны техникийн болон ажиллагааны шинж чанарын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт;

(б) нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцэхийг зүйл, заалт бүрээр нотлон харуулсан тайлбар, эсхүл тус тодорхойлолтын аль нэг зүйл, заалтыг орхигдуулсан, зөрсөн тухай мэдэгдэл;

(в) ТШӨХ-д заасны дагуу бусад шаардагдах баримт

19.4. Гэрээний дагуу нийлүүлэх эм нь Монгол улсын эрх бүхий байгууллагад бүртгэгдсэн байна. Эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд түүний сертификатыг хавсаргасан байна.

19.5. Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материалын стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд түүгээр хязгаарлагдахгүйг тендерт оролцогч анхаарч ТООЗ-ны 19.3 (б)-ийн дагуу тайлбар ирүүлнэ. Тендерт өөр стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаарыг орлуулан хэрэглэж болох бөгөөд орлуулах зүйл нь техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэхүйц, эсхүл түүнээс илүү шаардлага хангасан гэдгийг тендерт оролцогч захиалагчид нотлон харуулна.

20. Тендер хүчинтэй байх хугацаа

20.1. Тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь хуульд заасан хүчинтэй байх хугацаанаас богино байх тохиолдолд захиалагч түүнийг үндсэн шаардлага хангаагүй тендер гэж үзэж, татгалзана.

21. Тендерийн баталгаа

21.1. Тендерт оролцогч нь ТШӨХ-д заасан үнийн дүнтэй тэнцэх тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

21.2. Тендер шалгаруулалт олон багцтай бол нэг тендерийн баталгаа гаргаж, түүнд багц тус бүрээр тодорхойлж ирүүлнэ.

21.3. Захиалагч тендерийн баталгааны хэмжээг багц тус бүрийн төсөвт өртгийн 1-2 хувиар тооцож ТШӨХ-д заана.

21.4. Тендерийн баталгаа нь Монгол Улсын, эсхүл гадаадын нэр хүндтэй банкны гаргасан баталгаа, Засгийн газрын бонд эсхүл Засгийн газраас хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр

байж болно. Тендерийн баталгааг 4 дүгээр бүлэг дэх маягтаар, эсхүл тендер хүлээн авахаас өмнө захиалагч урьдчилан хүлээн зөвшөөрсөн маягтаар ирүүлнэ. Тендерийн баталгаа нь тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.

- 21.5. Тендерийн баталгааны эх хувийг ирүүлэхдээ захиалагчийн ТШӨХ-д заасан хоног (он, сар, өдөр)-оор тооцож ирүүлнэ.
- 21.6. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- 21.7. Энэ зүйлд шаардсаны дагуу хүлээн зөвшөөрөхүйц тендерийн баталгаа ирүүлээгүй аливаа тендерээс захиалагч үндсэн шаардлага хангаагүй гэж үзэж татгалзана.
- 21.8. Тендер нь шалгараагүй оролцогчийн тендерийн баталгааг 20.1-д заасан тендер хүчинтэй байх хугацаанаас хойш 28 хоногт багтаан хүчингүй болгоно.
- 21.9. Тендер нь шалгарсан оролцогчийн тендерийн баталгааг ТООЗ-ны 41 дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зурж, ТООЗ-ны 42 дүгээр зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлсэн тохиолдолд хүчингүй болгоно.
- 21.10. Тендерийн баталгааг дараах тохиолдолд улсын орлого болгоно. Үүнд:
 - (а) тендер нээсний дараа тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан, эсхүл буцааж авахыг бичгээр мэдэгдсэн;
 - (б) тендерт оролцогч 32.2-ын дагуу тендерийн үнэд хийсэн залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бөгөөд ТООЗ-ын 38.2-т заасан нөхцөл үүссэн бол;
 - (в) шалгарсан тендерт оролцогч заасан хугацаанд багтаан:
 - (1) ТООЗ-ны 41 дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зураагүй;
 - (2) ТООЗ-ны 42 дугаар зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй.
 - (г) тендерт оролцогчийн гаргасан гомдлыг төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн.

22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах

- 22.1. Тендерт оролцогч 12 дугаар зүйлд заасан тендерийн бүрдэл баримт бичгийн эх хувиудыг бэлтгэн хавтаслаж, түүнд “ЭХ ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Тендерт оролцогч үүнээс гадна ТШӨХ-д заасан тоо ширхэг бүхий тендерийн хуулбар хувийг бэлтгэн хавтаслаж “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн тодорхой бичиглэл хийнэ. Эх хувь болон хуулбар хувиуд хоорондоо зөрчилдсэн тохиолдолд эх хувийг баримтална.
- 22.2. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг хэвлэж (компьютер, бичгийн машин гэх мэт), эсхүл арилдаггүй бэхээр бичиж,

тендерт оролцогчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Тендерт оролцогчийн боловсруулсан тендерийн агуулга, үнэтэй холбоотой бүх хуудсанд төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурна. Хэвлэмэл танилцуулга, тайлан болон бусад байгууллагын гаргасан албан ёсны мэдээлэл зэрэг бичиг баримт үүнд хамаарахгүй.

- 22.3. Тендер ирүүлэхээс өмнө захиалагчийн гаргасан зааварчилгаатай нийцүүлэх, эсхүл тендерт оролцогч өөрийн алдааг зайлшгүй шаардлагаар засахаас бусад тохиолдолд тендерт ямар нэг засвар, нэмэлт бичилт хийхгүй ба засвар, нэмэлт бичилт хийсэн тохиолдолд зөвхөн дээрх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар тэдгээр засвар өөрчлөлтийг хүчинтэйд тооцно.
- 22.4. Тендерт оролцогч тендерийн материалд Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь хавтаслаж ирүүлнэ. Тус хавтасны эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн итгэмжлэгдсэн этгээд гарын үсгээр баталгаажуулна. Эрх бүхий тендерт оролцогч болохыг нотлох ТШӨХ-д заасан баримт бичиг, тендерийн баримт бичигт заасан маягтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.

Г. ТЕНДЕР ИРҮҮЛЭХ

23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх

- 23.1. Тендерт оролцогч өөрийн тендерийг шуудангаар, эсхүл өөрийн бие төлөөлөгчөөр захиалагчид хүргүүлнэ.
- 23.2. Тендерийн эх болон хуулбар хувиудыг тус тусад нь “ЭХ ХУВЬ”, “ХУУЛБАР ХУВЬ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйнд хийж битүүмжлэн тэдгээрийг дахин давхар нэг дугтуйнд (гаднах) хийж битүүмжилнэ. Тендерээ дугтуйлж, битүүмжлэхдээ ТООЗ-ны 23.3, 23.4 –т заасныг баримтална.
- 23.3. Доторх ба гаднах дугтуйнууд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
- (а) тендерт оролцогчийн нэр, хаягтай байх;
 - (б) ТШӨХ-д заасан хаягаар ТООЗ-ны 1.1-т заасан захиалагчийн нэр дээр хаяглах;
 - (в) тендер шалгаруулалтыг таних, ялгах тэмдэг болгож ТООЗ-ны 1.1 болон ТШӨХ-д тодорхойлсон тендер шалгаруулалтын нэр/дугаарыг тодорхой бичсэн байх;
 - (г) ТООЗ-ны 28.1-т заасан хугацаанаас өмнө “НЭЭЖ ҮЛ БОЛНО” гэж тэмдэглэгдсэн байх.
- 23.4. Хэрэв бүх дугтуйг 23.3-т заасан шаардлагын дагуу битүүмжилж, бичиглэл хийгээгүй нөхцөлд уг тендер буруу хаягаар хүргэгдсэн, эсхүл тендер нээхээс өмнө битүүмжлэл задарсан тохиолдолд захиалагч хариуцлага хүлээхгүй.
- 23.5. ТООЗ-ны 23.1-т зааснаас өөр хэлбэрээр ирүүлсэн аливаа тендерийг захиалагч хүлээж авахгүй бөгөөд түүнийг хаягаар нь буцаана.

- 24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**
- 24.1. Захиалагч тендерүүдийг ТШӨХ-д заасан захиалагчийн хаягаар, ТШӨХ-д заасан огноо, цагаас өмнө хүлээн авна.
- 24.2. Захиалагч ТООЗ-ны 9 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулсны улмаас тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгасан тохиолдолд захиалагч болон тендерт оролцогчийн эрх, үүрэг сунгасан хугацааны туршид хэвээр хадгалагдана.
- 25. Хугацаа хоцорсон тендер**
- 25.1. Захиалагч ТООЗ-ны 24 дүгээр зүйлд заасан тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш ирүүлсэн аливаа тендерийг “хугацаа хоцорсон” гэж зарлан түүнээс татгалзаж, нээлгүйгээр буцаана.
- 26. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх**
- 26.1. Аливаа этгээд дангаараа, эсхүл хамтран ажиллах гэрээний үндсэн дээр түншлэл болж тендер шалгаруулалтад оролцохдоо зөвхөн нэг тендер ирүүлнэ. Тендерт оролцогч болон түншлэлийн гишүүд нэгээс дээш тендер ирүүлсэн, бол түүний ирүүлсэн бүх тендерээс татгалзана.
- 27. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах**
- 27.1. Тендерт оролцогч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид бичгээр мэдэгдэл өгсний үндсэн дээр өөрийн тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, солих, эсхүл түүнийг буцааж авах эрхтэй.
- 27.2. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, тендерийг солих эсвэл буцааж авах мэдэгдлийг 22, 23 дугаар зүйлийн дагуу бэлтгэн, битүүмжилж, бичиглэл хийхийн хамт доторх ба гаднах дугтуй дээр “НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ”, “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ”, эсхүл “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн бичиглэл хийнэ. Тендерийг буцааж авах мэдэгдлийг утсан холбоогоор ирүүлж болох ба энэ мэдэгдэл хүчин төгөлдөр болохыг батламжилж гарын үсэг, тамга бүхий эх хувийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө заавал ирүүлнэ.
- 27.3. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа өнгөрснөөс хойш аливаа тендерт ямар нэг нэмэлт өөрчлөлт хийх, солих, эсвэл буцааж авахыг зөвшөөрөхгүй.
- 27.4. ТООЗ-ны 27.2-т заасны дагуу тендерээ буцааж авах тухай хүсэлт ирүүлсэн оролцогчийн үндсэн тендерийг нээлгүйгээр буцаан олгоно.
- 27.5. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас тендер хүчинтэй байх хугацааны хооронд тендерийг буцааж авах нь 21 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгох үндэслэл болно.

Д. ТЕНДЕРИЙГ НЭЭХ, ҮНЭЛЭХ

- 28. Тендерийн нээлт**
- 28.1. Захиалагч тендерийн нээлтийг ТШӨХ-д заасан огноо, цагт, заасан хаяг бүхий газарт зохион байгуулна. Тендер нээх үед тендерт оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч болон сонирхсон бусад этгээд байлцах эрхтэй ба байлцсан бол тендерийн нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсгээ зурна.

- 28.2. Захиалагч эхлээд “ТЕНДЕРИЙГ БУЦААЖ АВАХ ТУХАЙ” гэсэн бичиглэл бүхий дугтуйг нээж, зарлах бөгөөд энэ хүсэлтийг ирүүлсэн оролцогчийн үндсэн тендерийг нээлгүйгээр буцаана. Дараа нь “ТЕНДЕРИЙГ СОЛИХ ТУХАЙ” бичиглэл бүхий тендерийг нээж зарлах бөгөөд уг тендерийг ирүүлсэн оролцогчийн урьд ирүүлсэн тендерийг нээлгүйгээр түүнд буцаан олгоно. “ТЕНДЕРТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ” бичиглэл бүхий дугтуйг түүнд харгалзах үндсэн тендерийн хамт нээж нийтэд зарлана.
- 28.3. Тендерийг нээх үед тендерт оролцогчийн нэр, тендерийн үнэ, санал болгосон бол үнийн хөнгөлөлт, хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд түүний үнэ, тендерийн баталгаа байгаа эсэх, оролцогч өөрийн тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бол уг нэмэлт өөрчлөлтийг болон захиалагч шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээллийг зарлаж, тэмдэглэл үйлдэнэ. Тендер нээх үед зарлагдаагүй тендерийн үнэ, үнийн хөнгөлөлт болон хувилбарт тендерийг үнэлгээнд харгалзахгүй.
- 28.4. Захиалагч тендерийн нээлтийн тэмдэглэлийг хөтлөх бөгөөд уг тэмдэглэл нь дараах мэдээллийг заавал агуулсан байна. Үүнд:
- (а) тендерт оролцогчийн нэр болон тухайн тендерт оролцогч тендерээ буцааж авсан, эсхүл тендерт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан буюу тендерээ сольсон эсэх;
 - (б) тендерийн үнэ болон санал болгосон үнийн хөнгөлөлт (зөвшөөрсөн бол хувилбарт тендерийн үнэ). Нэгээс дээш багцтай тендер шалгаруулалтын үед эдгээр мэдээллийг багц тус бүрээр гаргах;
 - (в) захиалагч тендерийн баталгаа шаардсан бол түүнийг ирүүлсэн эсэх.

29. Нууцлал

- 29.1. Тендерийг хянан үзэх, тодруулах, үнэлэх, харьцуулах болон гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжтэй холбогдсон мэдээллийг гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэлх хугацаанд тендерт оролцогчид болон тухайн тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаатай албан ёсоор холбогдолгүй аливаа этгээдэд задруулахыг хориглоно.
- 29.2. Захиалагч тендерийг хянан үзэх, үнэлэх, харьцуулах явцад, эсхүл гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрт тендерт оролцогчоос нөлөөлөх гэсэн аливаа оролдлого нь тухайн оролцогчийн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.
- 29.3. Тендерийн нээлт хийснээс хойш гэрээ байгуулах эрх олгох хүртэл хугацаанд захиалагч болон тендерт оролцогчид хоорондоо зөвхөн бичгээр харилцана.

30. Тендерийн тодруулга

- 30.1. Тендерийг хянан үзэх, үнэлэх болон харьцуулах явцад тендерийг үнэлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бол захиалагч тендерт оролцогчоос түүний ирүүлсэн тендерийн талаар тодруулга ирүүлэхийг хүсч болно. Энэ хүсэлт болон түүний хариултыг бичгээр үйлдэнэ.

Гэхдээ 31 дүгээр зүйлийн дагуу тендерийг хянан үзсэний

үндсэн дээр захиалагчийн илрүүлсэн арифметик алдааг залруулахаас бусад тохиолдолд тендерийн үнэ болон агуулгад ямар нэг өөрчлөлт хийхийг хүсэх, санал болгохыг зөвшөөрөхгүй.

31. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох

31.1. Аливаа тендерийг нарийвчлан үнэлэхээс өмнө дараахь шаардлагыг хангаж буйг хянан үзнэ. Үүнд:

- (а) ТООЗ-ны 4 дүгээр зүйлд заасан эрх бүхий тендерт оролцогч байх шаардлагыг хангасан эсэх;
- (б) тендерт зохих ёсоор гарын үсэг зурж баталгаажуулсан эсэх;
- (в) зөвшөөрөгдсөн маягтын дагуу захиалагчийн шаардлагад нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлсэн эсэх;
- (г) тендерийн баримт бичигт тавигдсан бусад шаардлагад нийцсэн эсэх;
- (д) тендерт оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадварыг хангасан эсэх.

31.2. ТООЗ-ны 31.1 дэх заалтын (а) - (д)-д заасан заалт тус бүрийг хангаж буй тохиолдолд шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ.

31.3. Шаардлагад нийцсэн тендер гэж тендерийн баримт бичгийн бүх нөхцөл болзол, ялангуяа тендерт оролцогчийн үйлдвэрлэлийн чадвар, санал болгосон бараа нь ТООЗ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан нөхцөл болон техникийн тодорхойлолтыг материаллаг зөрүүгүйгээр биелүүлсэн тендерийг хэлнэ. Дор дурдсан зүйлсийг материаллаг зөрүү гэж үзнэ:

- (а) техникийн тодорхойлолт болон гэрээний нөхцөлд тодорхойлсон барааны хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр бол;
- (б) гэрээнд заасан захиалагчийн эрх, тендерт оролцогчийн үүрэгт тендерийн баримт бичигтэй үл нийцэх зарчмын хязгаарлалт оруулсан бол;
- (в) зөрүүг хүлээн зөвшөөрч засварлах буюу залруулах нь шаардлагад нийцсэн бусад тендерийн өрсөлдөөнд шударга бусаар нөлөөлөх бол.

31.4. Захиалагч шаардлагад үл нийцсэн гэж тогтоогдсон тендерээс татгалзана. Харин тендерт оролцогч түүнд засвар хийж шаардлагад нийцсэн болгож болохгүй.

32. Алдааг залруулах

32.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн гэж тодорхойлогдсон тендерийн арифметик алдааг шалгаж дараах байдлаар залруулна:

- (а) тоо болон үсгээр илэрхийлэгдсэн дүн хоорондоо зөрсөн бол үсгээр илэрхийлэгдсэнийг зөв гэж үзэж тоог засварлах;

(б) нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэр нь тендерийн маягтад заасан тендерийн нийт үнээс зөрвөл нэр төрлийн нийт үнийн нийлбэрийг үндэслэн тендерийн нийт үнийг залруулах;

(в) нэр төрлийн нийт үнэ нь түүний нэгж үнийг тоо ширхэгээр үржүүлэхэд гарсан үнээс зөрвөл нэр төрлийн нэгж үнийг үндэслэн түүний нийт үнийг залруулна. Гэхдээ захиалагчийн үзэж байгаагаар нэгж үнэд аравтын орны таслалыг андуурсан болох нь илэрхий байвал тухайн мөр дэх нийт дүнг зөв гэж үзэн холбогдох нэгж үнийг залруулна.

32.2. Захиалагч, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийн үнэнд залруулга хийхээр байвал энэ талаар тухайн тендер оролцогчид мэдэгдэж, хүлээн зөвшөөрсөн эсэхийг бичгээр баталгаажуулж авна.

33. Нэг валютад хөрвүүлэх

33.1. Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол банкнаас албан ёсоор зөвшөөрсөн тохиолдол ТООЗ-ны 16 дугаар зүйлд зааснаас өөр валютаар тендерийн үнийг илэрхийлж болно. Ийм тохиолдолд захиалагч тендерийн үнэлгээ, харьцуулалтыг хийхдээ тендерийн үнийг тендер зарласан өдрийн Монголбанкны ханшаар төгрөгт хөрвүүлнэ.

34. Дотоодын тендер оролцогчид давуу эрх

34.1. Захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд тендерүүдийг үнэлж харьцуулахдаа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл санал болгосон тендер бусад гарал үүсэлтэй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл санал болгосон тендертэй харьцуулахад давуу эрхийн зөрүү олгохгүй.

35. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах

35.1. Захиалагч зөвхөн 31 дүгээр зүйлийн дагуу шаардлагад нийцсэн гэж тогтоогдсон тендерийг үнэлж, харьцуулна.

35.2. Захиалагч тендерийг үнэлэхдээ дараах байдлаар тендерийн үнэд залруулга хийж, тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлно:

(а) 32 дугаар зүйлийн дагуу арифметик алдааг тооцож тендерийн үнийг залруулах;

(б) 31 дүгээр зүйлийн дагуу томоохон зөрүү гэж тооцоогүй бага хэмжээний орхигдуулсан зүйл буюу тоо хэмжээний зөрүүг тооцож, үнэд залруулга хийх;

(в) тендер оролцогчийн санал болгосон нэмэлт өөрчлөлт буюу үнийн хөнгөлөлтийг тусгах;

(г) Захиалагч энэ ТББ-ийн 3 дугаар бүлэг буюу үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг холбогдох аргачлалын дагуу тооцож тендерийн үнэд тусгах;

(д) ТШӨХ-д зөвшөөрснөөр дотоодын давуу эрхийн зөрүү олгох бол холбогдох аргачлалын дагуу тооцох.

35.3. Шаардлагад нийцсэн тендерүүдийг 35.2-т заасны дагуу үнэлгээ хийж тендер тус бүрийн харьцуулах үнийг тогтооно. Хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендер 70 оноо

(S_{max}) өгч, бусад тендерт оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараахь томъёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендер оролцогчийн үнэ

P_x – Тухайн тендерт оролцогчийн үнэ

S_x – Тухайн тендерт оролцогчийн оноо

S_{max} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендер оролцогчийн оноо

35.4. Чанарын үнэлгээг дараахь шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ.

35.4.1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол:

Тухайн багцын:

$0 \leq 50\%$ - 0 оноо;

$50 \leq 60\%$ - 1 оноо;

$60 \leq 70\%$ - 2 оноо;

$70 \leq 80\%$ - 3 оноо;

$80 \leq 90\%$ - 4 оноо;

$90 \leq 100\%$ - 5 оноо;

35.4.2. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь хатуу зохицуулалттай орны эрх бүхий байгууллагын гэрчилгээтэй бол (SRA):

Тухайн багцын:

$0 \leq 50\%$ - 0 оноо;

$50 \leq 60\%$ - 1 оноо;

$60 \leq 70\%$ - 2 оноо;

$70 \leq 80\%$ - 3 оноо;

$80 \leq 90\%$ - 4 оноо;

$90 \leq 100\%$ - 5 оноо;

35.4.3. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь чөлөөт худалдааны гэрчилгээтэй бол:

Тухайн багцын:

$0 \leq 50\%$ - 0 оноо;

$50 \leq 60\%$ - 1 оноо;

$60 \leq 70\%$ - 2 оноо;

$70 \leq 80\%$ - 3 оноо;

$80 \leq 90\%$ - 4 оноо;

$90 \leq 100\%$ - 5 оноо;

35.4.4. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь Англи, Америк, Европын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол:

Тухайн багцын:

$0 \leq 50\%$ - 0 оноо;

$50 \leq 60\%$ - 1 оноо;

$60 \leq 70\%$ - 2 оноо;

$70 \leq 80\%$ - 3 оноо;

$80 \leq 90\%$ - 4 оноо;

$90 \leq 100\%$ - 5 оноо;

35.4.5. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг тендерт оролцогч

үйлдвэрлэдэг бол:
Тухайн багцын:
 $0 \leq 50\%$ - 0 оноо;
 $50 \leq 60\%$ - 1 оноо;
 $60 \leq 70\%$ - 2 оноо;
 $70 \leq 80\%$ - 3 оноо;
 $80 \leq 90\%$ - 4 оноо;
 $90 \leq 100\%$ - 5 оноо;

35.4.6. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд тендерт оролцогч импортлодог бол:

Тухайн багцын:
 $0 \leq 50\%$ - 0 оноо;
 $50 \leq 60\%$ - 1 оноо;
 $60 \leq 70\%$ - 2 оноо;
 $70 \leq 80\%$ - 3 оноо;
 $80 \leq 90\%$ - 4 оноо;
 $90 \leq 100\%$ - 5 оноо;

35.5. Дотоодын үйлдвэрлэгч 35.4.2, 35.4.3 дахь хэсэгт заасан гэрчилгээ-тэй гэж үзэн харгалзах оноог өгнө.

35.6. Чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноог 35.3, 35.4-д заасны дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноо бүхий тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер гэж үзнэ.

$$V_x = Q_x + S_x$$

V_x – Тухайн тендерт оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

Q_x – Тухайн тендерт оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

35.7. ТШӨХ-д заасны дагуу хувилбарт тендер ирүүлэхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн үндсэн тендерийн хувилбарт тендер үндсэн тендерээс илүү нөхцөл хангасан бол хувилбарт тендерийг шалгаруулна.

35.8. Барааг ТООЗ-ны 1.2 дахь хэсэгт хоёр буюу түүнээс дээш багцад хуваасан бол захиалагч үнэлгээг багц тус бүрт хийх бөгөөд харин гэрээ байгуулах эрх олгохдоо нэг багц, хэд хэдэн багц, эсхүл бүх багцын аль үр ашигтай хувилбарыг сонгож болно.

35.9. Олон багцтай тендер шалгаруулалтад “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийг шалгаруулж, тэдгээрт гэрээ байгуулах эрх олгох хамгийн үр ашигтай хувилбарыг сонгохдоо захиалагч 3 дугаар бүлэг буюу үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт дэх олон багцтай тендерийг үнэлэх тухай тусгайлан заасан аргачлалыг мөрдөнө.

36. Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах

36.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай эсэхийг дахин магадлаж болно.

36.2. Тендерт оролцогчийн чадварыг тодорхойлохдоо ТООЗ-ны 18.1-д заасны дагуу тендерт оролцогчийн ирүүлсэн чадварыг нотлох баримт болон ТООЗ-ны 30 дугаар зүйлийн

дагуу хийсэн шаардлагатай нэмэлт тодруулгад үндэслэн ТӨӨЗ-ны 18.2–т заасан чадварын шаардлагыг хангасан эсэхийг тодорхойлно. Захиалагч 18.2 болон тендерийн үнэлгээнд харгалзах чадварын шалгуур үзүүлэлтэд заагаагүй бусад шалгуур үзүүлэлтийг тендерийг хянан үзэх, тендерт оролцогчийн чадварыг тогтооход ашиглахгүй.

36.3. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг дахин магадлаад, шаардлага хангасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгоно. Хэрэв шаардлага хангахгүй бол уг тендерээс татгалзан сайн гэж үнэлэгдсэн дараагийн тендерт оролцогчийн чадварыг мөн адил зарчмаар магадлана.

37. Аливаа тендерийг сонгох, эсхүл тендерүүдээс татгалзах

37.1. Захиалагч тендер шалгаруулалтыг үндэслэлгүйгээр хүчингүй болгохыг хориглоно.

Е. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ

38. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур

38.1. Захиалагч шаардлагад нийцсэн бөгөөд 35.6-д заасны дагуу “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн тендерт оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгоно.

38.2. “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогч ТӨӨЗ-ны 32 дугаар зүйлийн дагуу захиалагчийн залруулсан арифметик алдааг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж тооцож, тендерээс татгалзах бөгөөд 21.9(б)-д заасны дагуу тендерийн баталгааг улсын орлого болгоно.

39. Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл

39.1. Захиалагч нь гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрийг тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө гаргаж тендер нь шалгарсан оролцогч болон бусад тендерт оролцогчид нэгэн зэрэг бичгээр хүргүүлнэ.

39.2. Шалгарсан тухай мэдэгдэлд гэрээнд заасны дагуу нийлүүлэгдэх бараанд төлөх мөнгөн дүн буюу гэрээний үнийг заана. Гэрээний үнэ нь залруулга болон үнийн хөнгөлөлтийг (түүний дотор нөхцөлт үнийн хөнгөлөлт) тооцсон тендерийн үнэ байна.

39.3. Захиалагч засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас www.e-procurement.mn вэб сайтад тендерийн нэр болон багцын дугаарыг дараахь мэдээллийн хамтаар гэрээ байгуулах эрх олгосон даруй нийтэлнэ:

- (1) Тендер ирүүлсэн оролцогч бүрийн нэр;
- (2) Тендерийн нээлтэнд зарлагдсан үнийн саналууд;
- (3) Нарийвчлан үнэлэгдсэн тендерийн нэр, үнийн санал;
- (4) Тендерээс нь татгалзсан оролцогчийн нэр, татгалзсан шалтгаан;
- (5) Тендер нь шалгарсан оролцогчийн нэр, түүний

санал болгосон тендерийн үнэ, гэрээний үнийн дүн.

39.4. Тендер нь шалгарсан оролцогч ТООЗ-ын 42 дугаар зүйлийн дагуу гаргасан гүйцэтгэлийн баталгаа болон гэрээний маягтанд гарын үсэг зурж ирүүлсний дараагаар захиалагч ТООЗ-ын 21.8-д заасны дагуу тендерийн баталгааг хүчингүй болгож байгаа тухай шалгараагүй бусад тендерт оролцогч нарт мэдэгдэнэ.

40. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед тоо хэмжээг өөрчлөх

40.1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээний үед захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед үнэ, бусад нөхцөл болзлыг үл өөрчлөн техникийн тодорхойлолтод дурдсан барааны тоо ширхэгийг ТШӨХ-д заасан хувиар өөрчлөх эрхтэй.

41. Гэрээнд гарын үсэг зурах

41.1. Захиалагч нь гэрээний маягт болон талуудын хооронд тохирсон бүх нөхцөлийг тусгасан тохиролцоог гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийн хамт шалгарсан тендерт оролцогчид илгээнэ.

41.2. Шалгарсан тендерт оролцогч нь гэрээний маягтыг хүлээн авснаас хойш ажлын 6-аас дээш хоногийн дараа ТШӨХ-д тусгайлан заасан хоногийн дотор түүнд гарын үсэг зурж захиалагчид хүргүүлнэ.

41.3. Захиалагч шалгарсан тендерт оролцогчийг гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлсний дараа ТООЗ-ны 39.2-т нийцүүлэн гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

42. Гүйцэтгэлийн баталгаа

42.1. Гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтаан, ТШӨХ, гэрээний тусгай нөхцөлд тусгайлан заасан хэлбэр, дүнгээр ирүүлнэ.

42.2. Шалгарсан тендерт оролцогч ТШӨХ-д тусгайлан заагаагүй тохиолдолд гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэхгүй байж болно.

42.3. Шалгарсан тендерт оролцогч ТООЗ-ны 42.1-д заасан шаардлагыг биелүүлээгүй нь гэрээ байгуулах эрхийг хүчингүй болгох болон тендерийн баталгааг гүйцэтгүүлэх үндэслэл болно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ

Худалдан авах эм, эмнэлгийн хэрэгсэл талаарх дор дурдсан өгөгдлүүд нь тендерт оролцогчид өгөх зааварчилгаа /ТӨӨЗ/-ны холбогдох зүйл, заалтын мэдээллийг гүйцээх, нэмэлт оруулах, эсхүл өөрчлөх зорилготой. Хэрэв ТӨӨЗ-ны зүйл, заалттай зөрчилдвөл энэхүү хүснэгт дэх мэдээллийг зөв гэж үзнэ.

ТӨӨЗ-ны холбогдох заалт	А. Ерөнхий зүйл
ТӨӨЗ 1.1	Захиалагч нь: Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
ТӨӨЗ 1.1	Нээлттэй тендер шалгаруулалтын нэр болон ялгагдах дугаар: Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/ нийлүүлэх НХААГ-20/0086
ТӨӨЗ 1.4	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн барааг гэрээ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанд Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв
ТӨӨЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: Улсын төсвийн хөрөнгө Нийт төсөвт өртөг – 3,000,000,000 /Гурван тэрбум/ төгрөг 2020 онд санхүүжих: 2,000,000,000 /Хоёр тэр бум/ төгрөг
ТӨӨЗ 4.2.2	Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. <ul style="list-style-type: none">• Татварын тодорхойлолт ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд Захиалагч цахим системээр дамжуулан тендерт оролцогчдын татвар төлөлтийн мэдээллийг тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байхаар тооцож шалгана.• Харьяа нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт ирүүлнэ.• Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт ирүүлнэ. Дээрх тодорхойлолтуудыг тендер зарлагдсан өдрөөс хойш авсан байх ба тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байна.
ТӨӨЗ 4.2.4	Захиргааны хэргийн шүүхийн тодорхойлолт ирүүлэх, /Энэхүү тодорхойлолтод Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.4 дэх заалтын талаар тусгасан байх
ТӨӨЗ 4.3	ТӨӨЗ-ны 4.2.1-4.2.9-д дурьдсан нөхцөл үүссэн эсэх тухай мэдэгдэл ирүүлнэ.
	Б. Тендерийн баримт бичиг
ТӨӨЗ 6.1	Түншлэлийн гишүүд дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байх ёстой. Үүнд: <ol style="list-style-type: none">1. Түншлэлийн гэрээ /Түншлэлийн гэрээнд түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн болон түншлэлийн гишүүдийг тодорхойлж, бүх гишүүн хамтран болон тус тусдаа хүлээх хариуцлагыг тодорхойлж хамтран ажиллах гэрээнд тусгасан байх, түншлэлийн гишүүд тус бүрийн гүйцэтгэх ажил, үнийн дүн, хувийг тодорхой тусгасан байна./2. Цахим системд нэвтрэх эрх, тоон гарын үсэг авсан тендерт оролцогч нь журмын 5.1-д заасны дагуу тендерийн баримт бичгийн үнийг төлснөөр

	<p>цахим худалдан авах ажиллагаанд дараах байдлаар оролцоно.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тендерт оролцогч нь түншлэлээр оролцох бол талууд цахим системээр дамжуулан гэрээ байгуулсан байх; • Тендерт оролцогч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө тендерээ электрон хэлбэрээр буюу “PDF” форматаар гаргацтай, тод хөрвүүлж илгээх, ингэхдээ өөрийн санал болгож буй тендерийн үнэ, хүчинтэй хугацаа болон холбогдох бусад мэдээллийг системийн холбогдох талбарт бүрэн оруулсан байх зэрэг хуулийн 53.5.4-т заасны дагуу мэргэжлийн байгууллагаас тогтоосон бусад аргачлал, зааврыг баримталж тендер илгээх; • Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө илгээсэн тендертээ засвар, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, буцаан авах.
ТОӨЗ 8.1	<p>Захиалагчаас тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга авах хаяг:</p> <p>Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хүсэлтийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдээр дамжуулан хүлээн авна. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мишээл салбар: Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Мишээл барилгын их дэлгүүрийн баруун жигүүр Б Блок, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв /Мишээл салбар/ Холбоо барих утас: 75751200 2. Дүнжингарав салбар: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо, Дүнжингарав худалдааны төвийн D2 блок, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв /Дүнжингарав салбар/ Холбоо барих утас: 75751200 3. Драгон салбар: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо, Драгон төвийн зүүн жигүүр Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв /Драгон салбар/ Холбоо барих утас: 75771200 4. Оргил салбар: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 14 дүгээр хороо, 6 буудал, Оргил худалдааны төвийн байр /Оргил салбар/ Холбоо барих утас: 75851300 <p>Тодруулгын хариуг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д байрлуулна.</p>
ТОӨЗ 9	<p>Захиалагч тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.</p> <p>Тендерийн баримт бичигт орсон нэмэлт өөрчлөлтийн улмаас тендер зайлшгүй өөрчлөгдөх ба уг өөрчлөлтийг бэлтгэхэд шаардагдах хангалттай хугацаа тендерт оролцогчид олгох шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч 24.2-т заасны дагуу тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг сунгаж болно.</p>
	В. Тендер бэлтгэх
ТОӨЗ 11.1	Тендерийн хэл нь: Монгол хэл байна.
ТОӨЗ 11.2	<p>Тендерийн дагалдах баримт бичиг, хэвлэмэл материал нь өөр хэл дээр байж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тэдгээрийн тендерт холбогдох хэсгийг ТОӨЗ-ны 11.1-д заасан хэл рүү хөрвүүлсэн орчуулгыг тендерт оролцогч давхар бэлтгэж ирүүлэх бөгөөд уг орчуулгыг тендерийг хянан үзэх, үнэлэхэд харгалзана.</p> <p><i>Баримт бичгүүд нь Монгол хэлнээс бусад хэл дээр байгаа тохиолдолд баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулга хийлгэн тухай бүрт хавсарган ирүүлнэ. Ирүүлээгүй нь татгалзах үндэслэл болно.</i></p>
ТОӨЗ 12.1 (a) – (ё)	<p>12.1 (a) - (ё)-д заасан баримт бичгээс гадна дараах материалыг нэмж бүрдүүлнэ:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь; (б) Тендерийн баталгаа;

	<p>(в) Тендерт гарын үсэг зурах этгээдийн гарын үсгийг баталгаажуулж гаргасан итгэмжлэл;</p> <p>(г) ТООЭ-ны 17 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд</p> <ul style="list-style-type: none"> • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ; • Тусгай зөвшөөрөл; <p>(д) ТООЭ-ны 18 дугаар зүйлд заасан нотлох баримтууд;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл; • Гэрээг гүйцэтгэх удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл; • Хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй гэрээний талаарх мэдээлэл; • Гологдол гарсан тухай бүрт яаралтай дутагдалыг арилгах; • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө; • Харилцагч банкнаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн мэдэгдэл; • Тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талаарх мэдээлэл; • туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэх бол түүний чадварын талаарх мэдээлэл; <p>(е) ТООЭ-ны 19 дүгээр зүйлд заасан нотлох баримт;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Барааны техникийн болон ажиллагааны шинж чанарын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт; • Нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцэхийг зүйл, заалт бүрээр нотлон харуулсан тайлбар, эсхүл тус тодорхойлолтын аль нэг зүйл, заалтыг орхигдуулсан, зөрсөн тухай мэдэгдэл; <p>(ё) ТООЭ-ны дагуу бэлтгэж ирүүлэх бусад материал.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Харилцагч банкны хугацаа хэтэрсэн зээл, зээлийн хүүгийн өргүй тухай тодорхойлолт ирүүлнэ. • Тендерийн баримт бичиг, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн албан мэдэгдэл ирүүлнэ. • Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтааж бараа захиалагчид нийлүүлэх баталгаа бичгээр ирүүлнэ. • Харьялагдах татвар, нийгмийн даатгал, шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон холбогдох эрх бүхий байгууллагуудаас тодруулга авахад татгалзах зүйлгүй тухай албан бичиг ирүүлнэ. • Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн саналыг олон нийтэд мэдээлэхэд татгалзах зүйлгүй тухай тендерт оролцогчийн албан мэдүүлэг ирүүлнэ. <p>Дээрх баримт бичгүүдийг PDF хэлбэрт шилжүүлэн тод гаргацтай ирүүлнэ. Уг шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>
<p>ТООЭ 13.1</p>	<p>Тендерт оролцогч нь Бүлэг 4-т заасан тендерийн маягт №ТШМ-1-ийг бөглөж ирүүлнэ.</p> <p>Тендерийн маягтын үг, өгүүлбэрийг өөрчлөх буюу орхигдуулбал тендерээс</p>

	татгалзах үндэслэл болно.										
ТӨӨЗ 13.2	Тендерт оролцогч нь нийлүүлэх бараа болон түүнийг дагалдах үйлчилгээний үнийн хуваарийг бэлтгэн ирүүлнэ. Үнийн хуваарийг 4 дүгээр бүлэгт заасан тендер шалгаруулалтын маягтаас тохирох маягтыг ашиглан бэлтгэнэ.										
ТӨӨЗ 14.1	Хувилбарт тендер ирүүлэхийг “зөвшөөрөхгүй” .										
ТӨӨЗ 15.5	Олон улсын худалдааны Incoterms/Инкотермс-ийн хувилбар: “Incoterms 2010”										
ТӨӨЗ 15.9 (а) (3);(б)(3) болон (в)(5)	“Бараа хүргэгдэх эцсийн цэг (Захиалагчийн агуулах, эсхүл барааг эцсийн хэрэглэгчид хүргэх байршил)”: Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад										
ТӨӨЗ 15.9 (б) (1)	Монгол Улсын хилээс гадна үйлдвэрлэгдэх барааг нийлүүлэх үнэ нь ТӨӨЗ-ны 15.9.(б).(1) дэх хэсэгт заасан СІР үнээс гадна дараах үнээр санал болгож болно. Үүнд: Энэ үнэнд НӨАТ, Гаалийн татвар, даатгал, тээврийн зардал багтсан байна.										
ТӨӨЗ 15.10	Тендерт оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад “тохируулахгүй тогтмол байна.”										
ТӨӨЗ 16.1	Тендерийн валют: Төгрөг байна.										
ТӨӨЗ 17.1 (а)	Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбарыг ирүүлнэ.										
ТӨӨЗ 17.1 (б)	Тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэлийг бүлэг 4-т заасан маягтын дагуу гаргаж ирүүлнэ.										
ТӨӨЗ 17.1 (в)	Уг барааг нийлүүлэхэд тусгай зөвшөөрөл зайлшгүй шаардлагатай эсэх: Эрүүл мэндийн яамнаас олгодог. Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж импортлох, ханган нийлүүлэх, худалдах										
ТӨӨЗ 18.1 (а)	Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл: “шаардлагатай” /Маягт №ТМ-4-ийн дагуу байх бөгөөд ирүүлэх он, сар, өдөр нь энэ худалдан авалтад зориулан ирүүлсэн байна./										
ТӨӨЗ 18.1 (б)	Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 оны аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй, үнийн дүнтэй ижил төстэй эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн байх.										
ТӨӨЗ 18.1 (в)	Дараах хүснэгтэд үзүүлсэн голлох болон инженер техникийн ажилтныг ажиллуулна. <table border="1" data-bbox="446 1680 1452 1904"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Албан тушаал</th> <th>Хүний тоо</th> <th>Мэргэжлээрээ ажилласан жилийн туршлага</th> <th>Мэргэжил</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер</td> <td>1</td> <td>2 болон түүнээс дээш</td> <td>Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер</td> </tr> </tbody> </table> - Дээрх ажилтнуудын сургууль төгссөн диплом, иргэний үнэмлэхний өнгөт хуулбарыг ирүүлнэ. - Тухайн ажилтны ажлын туршлагыг баталгаажуулахын тулд нийгмийн	№	Албан тушаал	Хүний тоо	Мэргэжлээрээ ажилласан жилийн туршлага	Мэргэжил	1	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер	1	2 болон түүнээс дээш	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер
№	Албан тушаал	Хүний тоо	Мэргэжлээрээ ажилласан жилийн туршлага	Мэргэжил							
1	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер	1	2 болон түүнээс дээш	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер							

	даатгалын дэвтрийн даатгуулагчийн ажил, албан тушаалын өөрчлөлтийн тэмдэглэл, шаардагдсан жилийн нийгмийн даатгал төлсөн хэсгийн хуулбарыг ирүүлнэ.															
ТӨӨЗ 18.1 (г)	<p>Нийлүүлсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийт мөнгөн дүнг жил, жилээр харуулсан жагсаалт ирүүлэх шаардлагатай жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 онуудад хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалтыг ирүүлнэ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Гэрээний нэр</th> <th>Захиалагч байгууллагын нэр, хаяг, холбоо барих, утас/факс</th> <th>Төсөвт өртөг</th> <th>Дууссан, эсхүл дуусах хугацаа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№	Гэрээний нэр	Захиалагч байгууллагын нэр, хаяг, холбоо барих, утас/факс	Төсөвт өртөг	Дууссан, эсхүл дуусах хугацаа	1					2				
№	Гэрээний нэр	Захиалагч байгууллагын нэр, хаяг, холбоо барих, утас/факс	Төсөвт өртөг	Дууссан, эсхүл дуусах хугацаа												
1																
2																
ТӨӨЗ 18.1 (ё)	Харилцагч банкнаас тодорхойлолт хүсэхэд татгалзах зүйлгүй тухай мэдэгдэл ирүүлэх															
ТӨӨЗ 18.1 (ж)	Одоогийн ба сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тендерт оролцогчийн оролцсон аливаа шүүхийн зарга, маргааны талаарх мэдээлэл: Шаардлагатай: Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт ирүүлнэ.															
ТӨӨЗ 18.1 (з)	Тендерт оролцогч туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж болох хувь хэмжээ нь гэрээний үнийн дүнгийн 10 хүртэл хувь байна. Үүнээс дээш хувийг гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлэх бол түншлэлийн гэрээ байгуулж тендерийн хамт ирүүлэх ба түншлэлийн гишүүн нь ТӨӨЗ-нд дурдсан бусад шалгуурыг хангасан байх шаардлагатай.															
ТӨӨЗ 18.2	<p>Тендерт оролцогчийн гэрээг хэрэгжүүлэх чадварыг нотлох баримт: Дараах баримт бичгүүдийг тендерт заавал хавсаргана. Тендер нь шалгарсан тохиолдолд тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг үнэлэхэд дараах нөхцөл байдлыг нотлох баримт бичиг шаардагдана:</p> <p>(i) Хэрэв тендерт оролцогч нь гэрээний дагуу өөрийн үйлдвэрлэсэн барааг нийлүүлж буй бол:</p> <p>(а) тендерт оролцогч нь бараа үйлдвэрлэгдсэн улсад үйл ажиллагаа явуулдаг;</p> <p>(б) тухайн орны эрх бүхий байгууллагаас тухайн барааг нийлүүлэх эрхийг авсныг;</p> <p>(в) тендерийн баримт бичигт заагдсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 2-оос доошгүй жил, ижил төрлийн барааг 5-аас доошгүй жил үйлдвэрлэж, борлуулсныг;</p> <p>(г) ДЭМБ-ын GMP-ийн сертификат эм, эмнэлгийн хэрэгслийг олон улсад худалдаанд гаргах эрхийг тухайн орны зохицуулах эрх бүхий этгээдээс авсан, эсхүл PIC-ийн гишүүн орны эрх бүхий этгээдээр баталгаажсан бөгөөд тендер ирүүлэх хүртэлх сүүлийн 2 жилд чанарын стандартын шалгалт хийгдсэнийг;</p> <p>(ii) Хэрэв тендерт оролцогч нь нийлүүлж буй бараагаа өөрөө үйлдвэрлээгүй бол,</p> <p>(а) Тендерт оролцогч нь барааг нийлүүлэх зөвшөөрлийг үйлдвэрлэгч эсхүл гэрээт борлуулалгчаас албан ёсоор авсан буюу Монгол улсад тухайн барааг нийлүүлэх шалгууруудыг хангасныг нотлох баримтийг ирүүлэх;</p> <p>(б) Шаардлагатай бол GDP (Good Distribution Practice)-ийн сертификат авсныг нотлох баримтийг ирүүлэх.</p> <p>Тендерт оролцогч нь дараах нэмэлт мэдээллийг хавсаргана:</p> <p>(а) Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын мэдээлэл;</p> <p>(в) Газар дээр нь хийгдсэн чанарын хяналтын байгууламж</p>															

	<p>үйлчилгээний үзүүлэлтийн талаарх мэдээлэл, болон хийгдсэн шинжилгээний цар хүрээ;</p> <p>(г) Тендерт оролцогчийн үйлдвэрлэсэн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт гэрчилгээний хамт /Тусгай зөвшөөрлийн дугаар, огноо/;</p> <p>(д) ДЭМБ-ын журмын дагуу барааны нэр төрөл тус бүрд авсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийн сертификат.</p> <p>Санамж: Хэрэв тендер шалгаруулалт нэгээс дээш багцтай бол тодорхой багцад эсхүл олон багцад тавигдах чадварын шалгуурыг шаардлагатай бол тусгайлан заана.</p>
ТӨЭЗ 18.2 (а)	<p>Борлуулалтын орлогын хэмжээ:</p> <p>Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.</p>
ТӨЭЗ 18.2 (б)	<p>Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 оны аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй, үнийн дүнтэй ижил төстэй тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн байх. Нийлүүлсэн гэрээ болон захиалагчийн тодорхойлолтыг хавсаргана. Ижил төстэй ажилд: эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн туршлагыг авч үзнэ.</p>
ТӨЭЗ 18.2 (г)	<p>Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:</p> <p>Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.</p> <p>Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл [1] болон [2] дахь заалтын нийлбэрээр тус тус тодорхойлно. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Байгууллагын дансны үлдэгдэл /Харилцагч банкны/ 2. Арилжааны банкны зээлийн авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт /Банкны судлан үзэж зээл олгох боломжтой гэсэн тодорхойлолтыг үнэлгээнд харгалзахгүй/. 3. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүнг Сангийн сайдын 2015 оны 343 дугаар тушаалаар батлагдсан “Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн загвар”-ын 3.2.2 /е/-д “Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө = Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө + Санхүүгийн хөрөнгө + Дансны авлага гэсэн үзүүлэлтүүдээр дүгнэнэ” гэж заасны дагуу тодорхойлно.
ТӨЭЗ 18.3	<p>Тендерт оролцогч 18.2(а) ба (г)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмнэ.</p> <p>Гэхдээ гишүүн тус бүр 18.2 (а), (г) -д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийн доод тал нь 25 хувийг, төлөөлөх эрх бүхий гишүүн доод тал нь 40 хувийг хангасан байна. Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд түншлэлийг тухайн чадварын шаардлагуудыг хангаагүй гэж үзэж тендерээс нь татгалзана.</p> <p>ТШӨХ-д өөрөөр заагаагүй тохиолдолд тендерт оролцогч чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлоход түүний туслан гүйцэтгэгчийн ажлын туршлага, нөөц бололцоог харгалзан үзэхгүй.</p> <p>Тендерт оролцогч 18.2(б) ба (в)-д заасан чадварын доод шалгуур үзүүлэлтийг хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд түншлэлийн гишүүн тус бүрийн үзүүлэлтийг хооронд нь нэмж тооцно.</p>
ТӨЭЗ 18.4	<p>Дотоодын давуу эрхийн зөрүү: Тооцно.</p> <p>“Тендерт оролцогч нь давуу эрх эдлэх хүсэлтэй бол албан хүсэлт болон Давуу эрх тооцуулах материалуудыг хавсарган ирүүлэх ба Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 болон 10¹ дугаар зүйл, Засгийн газрын 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 90 дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 58 дугаар тушаалын хавсралтад заасан “Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал”-ын дагуу тооцно.”</p>
ТӨЭЗ 19.1	<p>Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж техникийн болон үйл ажиллагааны шинж чанарын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт: Шаардлагатай.</p>

	<p>Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан байдлаар хүснэгтээр бэлтгэж баталгаажуулан ирүүлнэ.</p> <p>Нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нь техникийн тодорхойлолтод нийцэхийг зүйл, заалт бүрээр нотлон харуулсан тайлбар, эсхүл тус тодорхойлолтын аль нэг зүйл, заалтыг орхигдуулсан, зөрсөн боловч захиалагчийн тогтоосон техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг үндсэнд нь хангаж байгааг нотолсон мэдэгдэлийг баталгаажуулан ирүүлнэ.</p> <p>Нийлүүлэх тоног төхөөрөмж нь техникийн тодорхойлолтоос зөрсөн тохиолдолд тухайн тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>
ТӨӨЗ 19.2	<p>1. Тендерт оролцогч нь үйлдвэрлэгч орны зохицуулагч эрх бүхий этгээдээс эмнэлгийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх эрхийг баталгаажуулсан гэрчилгээг хавсаргаж ирүүлнэ.</p> <p>Монгол Улсад нийлүүлэх эрх олгосон тухай үйлдвэрлэгчийн /Маягт ТМ-4-ийн дагуу/ болон гэрээт борлуулагчийн зөвшөөрөл /Гэрээт борлуулагч нь тухайн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэхээр үйлдвэрлэгчээс авсан албан ёсны зөвшөөрлийн хамт/ ирүүлнэ.</p> <p>Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нь техникийн тодорхойлолтод тусгайлан заагдсан стандартуудыг болон ДЭМБ-ын GNP, ISO шаардлагыг аль нэгийг хангасан байна.</p>
ТӨӨЗ 19.4	<p>1. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн үнийн болон нийлүүлэлтийн шаардлагын хуваарийг баталгаажуулан ирүүлнэ.</p> <p>2. Нийлүүлэх эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн бүтээгдэхүүний сертификат /Маягт №ТМ-6-ийн дагуу/</p> <p>Импортын лиценз, үйлдвэрлэгчтэй хийсэн гэрээ, гэрээний хавсралтын /нэр төрөл, үйлдвэрлэгч болон үнийн дүнгээр/ хуулбаруудыг ирүүлнэ.</p>
ТӨӨЗ 20.1	<p>Тендер нээснээс хойш 30 хоногийн туршид хүчинтэй байна.</p>
ТӨӨЗ 21	<p>Тендерийн баталгааны үнийн дүн: 30,000,000 (гучин сая) төгрөг</p> <p>Хүчинтэй байх хугацаа: 2020 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдрийг дуустал хүчинтэй байна.</p> <p>Тендерийн материалд цахим тендерийн баталгааг хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим систем тендерийн баталгаа гаргагч арилжааны банкны мэдээллийн сангаас тендерт оролцогчийн тендерийн баталгааны талаарх мэдээллийг шалгана.</p> <p>Тендерийн баталгааг дараах тохиолдолд улсын орлого болгоно. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ тендер нээсний дараа тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан, эсхүл буцааж авахыг бичгээр мэдэгдсэн; ○ тендерт оролцогч 32.2-ын дагуу тендерийн үнэд хийсэн залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бөгөөд ТӨӨЗ-ын 38.2-т заасан нөхцөл үүссэн бол; ○ шалгарсан тендерт оролцогч заасан хугацаанд багтаан: <ul style="list-style-type: none"> (1) ТӨӨЗ-ны 41 дүгээр зүйлийн дагуу гэрээнд гарын үсэг зураагүй; (2) ТӨӨЗ-ны 42 дугаар зүйлийн дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй. ○ тендерт оролцогчийн гаргасан гомдлыг төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн. <p>Тендерийн баталгааг улсын орлого болгох дээд хэмжээ 20 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.</p> <p>Сангийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 255 дугаар тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам”-ын 2.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Захиалагч тендерийн баталгааг хуулийн 20.6-д зааснаар «хамгийн сайн» үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн</p>

	<i>оролцогчтой гэрээ байгуулсны дараа цахим системээр хүчингүй болгоно.</i> Мөн тус журмын 2.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хэд хэдэн багцтай тендер шалгаруулалтын баталгааг багц тус бүрээр гаргах бөгөөд цахим системээр гаргаж буй тендерийн баталгааг тендерт оролцогч бичгээр гаргуулах, үнэт цаасан дээр хэвлүүлэх шаардлагагүй.
ТӨӨЗ 22.4	Тендерт оролцогч тендерийн материалд Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын нууцын тухай хуулиудаар ил болгохыг хориглосон мэдээллийг тусад нь хавтаслаж ирүүлнэ. Тус хавтасны эхэнд тэдгээр мэдээллийг нууцлах үндэслэлийг бичгээр тайлбарлаж, тендерт оролцогчийн итгэмжлэгдсэн этгээд гарын үсгээр баталгаажуулна. Эрх бүхий тендерт оролцогч болохыг нотлох ТШӨХ-д заасан баримт бичиг, тендерийн баримт бичигт заасан маягтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.
	Г. Тендер ирүүлэх
ТӨӨЗ 23.3 (б)	Тендер хүлээн авах захиалагчийн хаяг: Тендер хүлээн авах этгээд: Тендерийн материалыг цахим худалдан авах ажиллагааны систем www.tender.gov.mn хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн нууцлалын кодыг ашиглан нэвтэрч цахим хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ. Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn -ээр банкны меркантын системийг ашиглан төлнө.
ТӨӨЗ 23.3 (в)	Тендерт оролцогч нь тендерийн иж бүрдэл, баримт бичгийг бэлтгэн электрон хэлбэрт /Adobe PDF/ шилжүүлж, цахим хэлбэрээр ирүүлнэ. Нэр, дугаарыг гаргацтай тэмдэглэнэ: Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар хот, Согинохайрхан дүүрэг/ нийлүүлэх НХААГ-20/0086 Жич: Баримт бичгүүдийг PDF хэлбэрт шилжүүлэн тод гаргацтай ирүүлнэ. Уг шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд тухайн баримт бичгийг үнэлгээнд харгалзан үзэхгүй.
ТӨӨЗ 24.1	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: Огноо: 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Цаг: 10 цаг 00 минут Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ийн серверийн цагаар тооцогдох тул хугацаа хоцорсон тохиолдолд тендерийн материал хүлээн авах боломжгүй. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусахаас өмнө илгээсэн тендерийн материалаа буцаан засварлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхтэй.
	Д. Тендерийг нээх, үнэлэх
ТӨӨЗ 28.1	Тендерийн нээлт хийх газрын хаяг нь дор өгөгдөв. Үүнд: Байшин, гудамжны нэр: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж, Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр, 10 дугаар давхар, Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар. Давхар болон ерөөний дугаар: 1012 тоот өрөө. Аймаг, хот: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг. Улс: Монгол Улс Тендерийн нээлт хийх огноо, цаг нь: Огноо: 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Цаг: 10 цаг 20 минут
	Е. Гэрээ байгуулах эрх олгох
ТӨӨЗ 31.2	ТӨӨЗ-ны 31.1 дэх заалтын (а) - (д)-д заасан заалт тус бүрийг хангаж буй тохиолдолд шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ.
ТӨӨЗ 35.3	Шаардлагад нийцсэн тендерүүдийг 35.2-т заасны дагуу үнэлгээ хийж тендер

	тус бүрийн харьцуулах үнийг тогтооно
ТОӨЗ 35.6	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авахад чанар ба үнэлгээний харьцуулалтаар өндөр оноо бүхий тендерийг хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер гэж үзнэ.
ТОӨЗ 40.1	Захиалагч барааны тоо хэмжээг бууруулж болох хамгийн их хувь: 0 Нийлүүлэх барааны тоо хэмжээг өсгөж болох хамгийн их хувь: 0

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Энэ хэсэг нь ТООЗ-ны хэсэг бөгөөд захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээг хийхдээ тендерийн маягтанд тусгасан үнийн саналаас гадна ТООЗ-ын 35.2 (г)-д заасан нэг буюу хэд хэдэн хүчин зүйлийг харгалзан үзэж болох бөгөөд ингэхдээ дараах шалгуур болон аргачлалыг ашиглан мөнгөөр илэрхийлж, тендерийн маягтад дурдсан үнэд харгалзан тооцсоны үндсэн дээр тендерийн харьцуулах үнийг гаргана. Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр бусад аливаа шалгуур үзүүлэлт, аргачлалыг үнэлгээнд харгалзахгүй.

[Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад аль тохиромжтой гэж үзсэн үнэлгээний шалгуур, аргачлалуудаас сонгож хэрэглэх нь зүйтэй]

(а) *Гэрээний болон арилжааны зөрүү: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж оруул.]*

Гэрээний болон худалдааны нөхцөлөөс зөрүүтэйгээр санал болгосон болон орхигдуулсан зүйл бүрийн өртгийг тооцоолж үнэлгээнд харгалзана. (Гэхдээ дээрх зөрүү нь захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөхүйц жижиг хэмжээний зөрүү, орхигдуулсан зүйл, тоо ширхэгтэй холбоотой байж болох бөгөөд захиалагч түүнийг томоохон зөрүү гэж үзсэн тохиолдолд уг тендерээс татгалзах эрхтэй.)

(а) *Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь: [“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж оруул.]*

Тухайн тендер шалгаруулалтанд холбогдох гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа нь нийлүүлэлтийн хуваарь (Бүлэг б)-т заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (барааны нийлүүлэлт хийх хамгийн эхний өдрөөс хойш нийлүүлэлт хийвэл зохих хамгийн сүүлчийн өдрийг оролцуулан) нийлүүлэгдсэн байх шаардлагатай. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт заасан хугацаанаас өмнө нийлүүлэх санал бүхий тендерт урамшуулал буюу үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл байдал олгохгүй.

Захиалагч ТШӨХ-д тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт зааснаас хоцорч нийлүүлэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд тендерийн үнийн ТШӨХ-д заасан **хувь**-иар тооцож тендерийн үнэ дээр нэмнэ.

Барааг хуваарьт зааснаас ТШӨХ-д заасан **[моо]** илүү сар хоцроож хүргэхийг санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин ТШӨХ-д захиалагч тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон бараа нийлүүлэлтийн хуваариас хойш нийлүүлэхээр санал болгосон тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

(б) *Төлбөрийн хуваарийн зөрүү. [Үнэлгээнд энэ шалгуурыг “ашиглана” эсхүл “ашиглахгүй” гэж оруул.]*

[ашиглах бол дараах шалгуурын аль тохирохыг сонгож үлдээ]

(i) Тендерт оролцогч ГТН-д заасан төлбөрийн хуваарь (Төлбөрийн нөхцөл)-ийн дагуу үнийг ирүүлнэ. Тендерийг үнэлэхдээ энэхүү суурь үнэд үндэслэнэ. Тендерт оролцогч төлбөрийн хуваарийг өөр хувилбараар ирүүлж, энэ хуваарийн дагуу тендерийн хөнгөлөлттэй үнэ санал болгон

ирүүлж болно. Захиалагч хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлж шалгарсан оролцогчийн хувилбарт төлбөрийн хуваарийг авч үзэж болно.

эсхүл

- (ii) Захиалагчийн санал болгож буй төлбөрийн хуваарь (Төлбөрийн нөхцөл)-ийг ГТН-д тодорхой заана. Хэрэв захиалагч тендерийн баримт бичигт төлбөрийн хуваарийг захиалагчийн санал болгосноос зөрүүтэй ирүүлэхийг зөвшөөрөхөөр заасан тохиолдолд ийм зөрүүтэй төлбөрийн хуваарь санал болгож буй тендерийг үнэлэхдээ ТШӨХ-д заасан жилийн хүүгийн жишгээр тооцож ийнхүү зөрүүтэй хуваарийн дагуу эрт төлбөр авснаар олж болох хүүгийн орлогыг харгалзана.

- (в) *Тендерийн дагуу санал болгож байгаа бараа (тоног төхөөрөмж)-ны гол эд анги, зайлшгүй шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл болон үйлчилгээний зардал: [Үнэлгээнд энэ шалгуурыг “ашиглана” эсхүл “ашиглахгүй” гэж оруул.]*

[ашиглах бол дараах шалгуурын аль тохирохыг сонгож үлдээ]

ТШӨХ-ийн 19.1(б) зүйлд заасан, ашиглалтын эхний хугацааны дотор шаардагдаж болох гол эд анги, бүрдэл хэсэг болон сэлбэг хэрэгслийн нэр төрөл, тоо хэмжээний жагсаалтыг барааны жагсаалтанд оруулсан байна. Ингэхдээ гол эд анги бүрдэл хэсэг болон сэлбэг хэрэгслийн үнийг тендерийн үнээс тусад нь ирүүлэх ёстой. Тендер бүрийн үнийн саналд дурдсан нэгж үнэд тулгуурлан дээрх жагсаалтанд орсон эд зүйлсийн нийт үнийг тендерийн үнэ дээр үнэлгээний зорилгоор хийсвэрээр нэмж тохируулга хийнэ.

Эсхүл

Захиалагч барааны өндөр хэрэглээний ба өндөр үнэ цэнэ бүхий эд анги болон сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыг Тендерийн баримт бичгийн 19.1(б) дахь хэсэгт заасан үйл ажиллагааны эхний үе шатанд хэрэглэгдэх тоо хэмжээний хамт бэлтгэнэ. Тендерийг үнэлэх зорилгоор эдгээр хэрэглэгдэхүүн болон тэдгээрийн тоо хэмжээнд харгалзах нийт үнийг тооцохдоо тендерт оролцогчийн ирүүлсэн сэлбэг хэрэгслийн нэгжийн үнийг тендерийн үнэ дээр нэмнэ.

- (а) *Тендерт санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны борлуулалтын дараах үйлчилгээг захиалагчийн байгаа улсад үзүүлэх боломж: [Үнэлгээнд энэ шалгуурыг “ашиглана” эсхүл “ашиглахгүй” гэж оруул.]*

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ.

- (д) *Тендерийн дагуу санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны ашиглалтын болон хэвийн ажиллагааг хангахад шаардагдах зардал: [Үнэлгээнд энэ шалгуурыг “ашиглана” эсхүл “ашиглахгүй” гэж оруул.]*

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол тендерт санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны ашиглалтын болон хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардагдах зардлын дүнг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ. Үнэлгээний тохируулгыг дараах аргачлалын дагуу тооцно.

Тооцоонд ашиглах ашиглалтын зардлын хүчин зүйл нь:

1. эхний ашиглалтын хугацаа **[тоо]** жилээр;

2. жил тутамд гарах ашиглалтын зардал **[хүчин зүйлс буюу гарах зардлын нэр төрлийг жагсаана]**;
3. 2-т заасан зардлын 1-т заасан хугацаанд гарах жил бүрийн ирээдүйн зардлын өнөөгийн үнэ цэнийг тооцоход хэрэглэсэн дискаунтчилах /хорогдуулж тооцох/ хувь.

(е) *Тендерт санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны үр ашиг болон үйл ажиллагааны баталгаа: [Үнэлгээнд энэ шалгуурыг “ашиглана” эсхүл “ашиглахгүй” гэж оруул.]*

[дараах шалгуурын аль нэгийг сонго]

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол тендерт санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны ашиглалтын нийт хугацаанд шаардагдах нэмэлт зардлын дүнг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ. Үнэлгээний тохируулгыг санал болгож буй барааны үйл ажиллагаа буюу үр ашгийн баталгааны доод түвшинд түшиглэн ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д заасан аргачлалын дагуу хийнэ.

1. Тендерт оролцогч санал болгож буй бараандаа техникийн тодорхойлолтод нийцсэн үйл ажиллагаа, үр ашиг болон ашиглалтын баталгаа гаргана. Санал болгосон бараа нь техникийн тодорхойлолтод заасан ашиглалт, үйл ажиллагааны баталгааны доод түвшинг (эсхүл зарим тохиолдолд дээд түвшинг) хангасан тохиолдолд шаардлагад нийцсэн гэж үзнэ. Энэ доод түвшинг (эсхүл зарим тохиолдолд дээд түвшинг) хангаагүй бараа санал болгосон тендерээс татгалзана.
2. Техникийн тодорхойлолтод заасан ашиглалт, үйл ажиллагааны баталгааны доод түвшингээс дутсан (эсхүл илүү гарсан) зөрүүг үнэлгээнд харгалзах зорилгоор дутагдал (эсхүл илүүдэл) бүрт тохируулах итгэлцүүр тооцож тендерийн үнэ дээр нэмнэ.

Эсхүл

ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д тусгайлан заасан бол тендерийн дагуу санал болгосон бараа (тоног төхөөрөмж)-ны үр ашгийн байдлыг үнэлгээний зорилгоор тендерийн нийт үнэ дээр нэмж тохируулга хийнэ. Үнэлгээний тохируулгыг хийхдээ техникийн тодорхойлолтонд заасан хамгийн бага үнэ цэнийг харгалзан үзэж санал болгосон барааны бодит бүтээмжийн нэгжид оногдох үнэд түшиглэн, ТШӨХ-ийн 35.2 (г)-д заасан аргачлалыг мөрдлөгө болгоно.

(ё) *Барааны дотоодын тээвэрлэлт, даатгал болон бусад зардал: [Үнэлгээнд энэ шалгуурыг “ашиглана” эсхүл “ашиглахгүй” гэж оруул.]*

Монгол Улсын гаднаас санал болгох барааны орох боомтоос захиалагчийн агуулах хүртэл, эсхүл Монгол Улсын дотроос санал болгох барааг үйлдвэрлэгчээс захиалагчийн агуулах хүртэл дотоодын тээвэрлэлт, даатгал болон бусад зардлыг үнэлгээний зорилгоор тендерийн EXW, CIF, CIP, эсхүл FOB үнэ дээр нэмнэ.

(ж) *Тусгайлсан нэмэлт шалгуур*
Хуулийн 28.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн энэхүү тендерийн үнэлгээнд ашиглах бусад нэмэлт шалгуур үзүүлэлт болон түүний аргачлалыг энэ хэсэгт оруулж болно.

Олон багцтай тендерийг үнэлэх

ТООЗ-ны 35.6-д заасны дагуу захиалагч нэг ба түүнээс дээш багцаар гэрээ байгуулах эрхтэй бол олон багцыг үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгоход дараах аргачлалыг мөрдөнө.

Захиалагч багцуудын хамгийн сайн үнэлэгдсэн буюу хамгийн үр ашигтай байх хувилбарыг дараах байдлаар сонгоно. Үүнд:

- (a) ТООЗ-ны 15.8-д зааснаар багц тус бүрт байх барааны нэр төрөл болон нэр төрөл тус бүрийн тоо хэмжээ нь бүрэн бол тухайн багцад үнэлгээ хийнэ.
- (б) Үнэлгээнд дараах журмыг баримтална:
 - (i) багц тус бүрт үнэлгээний шалгуурыг хангасан хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг тогтоох;
 - (ii) тендерт оролцогчийн тухайн хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт санал болгосон үнийн хөнгөлөлтийг санал болгосон аргачлалын дагуу багц тус бүрт тооцох;
 - (iii) эдийн засгийн хувьд хамгийн үр ашигтай байх хувилбараар гэрээ байгуулах эрх олгохоор сонгох. Ингэхдээ нэг тендерт оролцогч 2 ба түүнээс дээш багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн бол түүний гэрээг хэрэгжүүлэх чадварыг дахин магадлаж тогтооно. Хэрвээ тухайн оролцогч 2-оос дээш багцад гэрээ хэрэгжүүлэх чадвар нь хангалтгүй гэж үнэлэгдвэл түүний чадавхид тохирох багцад гэрээ байгуулах эрх олгож болно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАЯГТ

МАЯГТ №: ТШМ-1

ТЕНДЕРИЙН МАЯГТ

[огноо]

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____ танаа

1. Бид, **[тендерт оролцогчийн нэрийг оруул]**, энэхүү тендерийн баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн **[бараа болон бусад үйлчилгээний нэрийг оруул]**-г **[тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр оруул]** төгрөгөөр тендерийн баримт бичигт заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу нийлүүлэхээр санал болгож байна.
2. Бидний тендер шалгарсан тохиолдолд гэрээнд заасан барааг гэрээ байгуулснаас хойш **[моо]** хоногийн дотор нийлүүлнэ. Энэ нь техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт үндэслэнэ.
3. Бидний санал болгож байгаа тендер шалгарсан тохиолдолд дараах үнийн хөнгөлөлт **[үзүүлнэ эсхүл үзүүлэхгүй гэдгийн аль нэгийг оруулах]** **[Үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр бол техникийн тодорхойлолтонд дурдсан бараа болон бусад үйлчилгээний аль хэсэг, нэр төрөлд эсхүл бүхэлд нь ямар хөнгөлөлт үзүүлэх саналтай байгаа, үнийн хөнгөлөлт тооцох аргачлалыг хэрхэн хэрэглэх талаарх саналаа оруул]** үзүүлнэ.
4. Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс **[моо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
5. Бид, энэхүү тендер шалгаруулалтаар нийлүүлэгдэх бараа, түүнийг дагалдах бусад үйлчилгээний техникийн тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг бэлтгэсэн, эсхүл гэрээний хэрэгжилтийг хянах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр нэр нь дэвшигдсэн этгээд болон үнэлгээний хорооны гишүүдтэй нэгдмэл сонирхолгүй болохоо мэдэгдэж байна.
6. Гэрээг албан ёсоор байгуулах хүртэл энэхүү тендер болон түүнийг шалгарсан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл нь бидний хооронд хийгдсэн хэлцэл болно.
7. Бид тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад тендерт оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч байна. Захиалагч бидний ирүүлсэн тендерийг нууцлах аливаа үүргээс бүрэн чөлөөлөгдөнө.

Тендерт оролцогчийн нэр:

Эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БИЧИГ

Энэхүү тендерийн бичиг баримтад гарын үсэг зурагч _____
компанийн _____ ажилтай
_____ овогтой _____ нь _____ компанийн
нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах хууль ёсны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч мөн
тул _____ ын дор зурсан гарын үсгийг
баталгаажуулж байна.

_____ нь _____ компанийг
төлөөлж _____ компанийн нэр дээр гэрээ, хэлцэл
байгуулах, ажил эхэлж дуусгах, гүйцэтгэл гаргах, гологдлыг барагдуулах, албан бичиг
баримт явуулах зэрэг сонгон шалгаруулалтад холбогдолтой бүх материалд гарын үсэг
зурах эрхтэй болно.

Энэхүү итгэмжлэх бичгийг гэрчилж 20__ оны __ дугаар сарын __-ны өдөр гарын
үсэг зурав.

Тэмдэг

Байгууллагын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн

Овог, нэр _____

Гарын үсэг _____

Баталгаажуулагчийн

Овог, нэр _____

Гарын үсэг _____

**МОНГОЛ УЛСАД ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН
БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ**

(А ангилал)

Огноо: _____
 НТШ-ын дугаар: _____
 Тендерийн урилгын дугаар: _____
 Хувилбарт тендерийн дугаар: _____
 Хуудасны _____-ын _____ дугаар _____

ТӨӨЗ-ны 16-д заасан валютаар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нэр төрөл	Барааны тодорхойлолт	Гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг болон эд анги	EXW нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн EXW бүгд үнэ (4x5)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ (хэрэв ТШӨХ, ТӨӨЗ-ны 15.9.(а).(3)-д шаардсан бол)	Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бий болсон буюу дотоодын ажиллах хүч, түүхий эд болон бусад үйлчилгээний өртөгийн 6-р баганад заасан үнэд эзлэх хувь	ТӨӨЗ-ны 15.9(а).(2)-д заасан гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (6+7+9)
Тендерийн нийт үнэ (10)									

Тендерт оролцогчийн нэр _____ Гарын үсэг _____ Огноо _____

**МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРЖ ИРЭХ
БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ**

Огноо: _____

НТШ-ын дугаар: _____

Тендерийн урилгын дугаар: _____

Хувилбарт тендерийн дугаар: _____

Хуудасны _____ -ын _____

(Б ангилал)

ТӨӨЗ-ны 16-д заасан валютаар

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нэр төрөл №	Барааны тодорхойлолт	Гарал үүслийн улс	Тоо ширхэг	ТӨӨЗ-ны 15.9 (б) (1)-д заасан СИФ эсхүл СИП нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн СИФ эсхүл СИП нийт үнэ (4 x 5)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ (хэрэв ТШӨХ, ТӨӨЗ-ны 15.9(б).(3)-д шаардсан бол)	ТӨӨЗ-ны 15.9(б).(2)-д зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж	Нэр төрлийн нийт дүн (6 + 7+8)
Тендерийн нийт дүн (9)								

Тендэрт оролцогчийн нэр _____ Гарын үсэг _____ Огноо _____

**МОНГОЛ УЛСЫН ГАДНА ҮЙЛДВЭРЛЭГДСЭН БӨГӨӨД ИМПОРТООР ОРУУЛЖ ИРСЭН
БАРААНЫ ҮНИЙН ХУВААРЬ**

(В ангилал)

Огноо: _____
 НТШ-ын дугаар: _____
 Тендерийн урилгын дугаар: _____
 Хувилбарт тендерийн дугаар: _____
 Хуудасны _____ -ын

ТООЗ-ны 16-д заасан валютаар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нэр төрөл №	Барааны тодорхойлолт	Гарал үүслийн улс	Инкотермд тусгасны дагуу хүргэх огноо	Тоо ширхэг	ТООЗ-ны 15.9 (в) (1)-д заасан урьд нь төлсөн болон төлөх гаалийн татвар хураамж болон импортын татварыг оруулсан нэгж үнэ	ТООЗ-ны 15.9 (в).(2)-д заасан нэр төрөл бүрт төлсөн гаалийн болон импортын татвар хураамж [нотлох бичиг баримтыг үндэслэнэ]	ТООЗ-ны 15.9 (в) (3)-д заасны дагуу нэгж үнэ (гаалийн татвар хураамж болон импортын татварыг хассан) (6 – 7)	ТООЗ-ны 15.9 (в) (3)-д заасны дагуу нэгж үнэ (гаалийн болон импортын татварыг хассан) нэр төрөл бүрийн үнэ	ТООЗ-ны 15.9 (в) (3) (9=8x5)-д заасны дагуу гаалийн болон импортын татварыг хассан нэр төрөл бүрийн үнэ (ТООЗ-ны 15.9 (в) (5)-д шаардсан бол)	Гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд төлөх НӨТ болон бусад татвар хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (9+10+11)
Тендерийн нийт үнэ (12)											

Тендерт оролцогчийн нэр _____ Гарын үсэг _____ Огноо _____

3. ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(БАНКНЫ БАТАЛГАА)

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид “Тендерт оролцогч” гэх) нь [Тендер шалгаруулалтын нэр] бараа нийлүүлэхээр тендер (цаашид “Тендер” гэх) санал болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН,

Энэхүү баталгаагаар [Банкны нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх)-ийн өмнө нийт [мөнгөн дүн]-ийн төлбөр хийх үүрэг хүлээж баталгаа гаргаж байна.

Төлбөр хийх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд:

- (1) тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан;
2. захиалагч тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон үед тендерт оролцогч:
 - (а) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гэрээг байгуулаагүй бол;
 - (б) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй бол;
 - (в) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол.
- (3) төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тендерт оролцогчийн гаргасан гомдлыг үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн.

Энд тодорхойлогдсон нөхцөлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж төлбөр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй төлбөрийг үл маргалдах журмаар хийнэ. Төлбөр төлөх шаардлагын хэмжээ нь дээр заасан мөнгөн дүнгээс хэтрэхгүй ба (3)-т заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд 20 сая хүртэл төгрөг байна.

Энэхүү баталгаа нь **[огноог оруул]** өдрийг дуустал хүчинтэй. Захиалагч баталгаатай холбогдсон аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж банкинд мэдэгдэх ёстой.

Та бүхнийг хүндэтгэсэн,

Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:
Албан тушаал, нэр:

Банкны тамга:

Огноо:

Хаяг:

ТЕНДЕРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДНЫ БАТАЛГАА)

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Тендерт оролцогчийн нэр] (цаашид “Тендерт оролцогч” гэх) нь [Тендер шалгаруулалтын нэр] бараа нийлүүлэхээр тендер (цаашид “Тендер” гэх) санал болгосонтой ХОЛБОГДУУЛАН,

Энэхүү баталгаагаар [Хөрөнгийн бирж] (цаашид “Бирж” гэх) нь [захиалагчийн нэр] (цаашид “захиалагч” гэх)-ийн өмнө нийт [мөнгөн дүн]-ийн төлбөр хийх үүрэг хүлээж тендерт оролцогчийн засгийн газрын бондыг үндэслэн баталгаа гаргаж байна.

Төлбөр хийх үүрэг нь дор дурдсан нөхцөлд үүснэ. Үүнд:

- (2) тендерийг нээсний дараа тендерийн маягтад заасан тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө тендерт оролцогч өөрийн тендерийг буцааж авсан;
3. захиалагч тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаж гэрээ байгуулах эрх олгосон үед тендерт оролцогч:
 - (а) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гэрээ байгуулаагүй бол;
 - (б) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэлийн баталгааг ирүүлээгүй бол;
 - (в) тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны дагуу хийгдсэн тендерийн үнийн алдааны залруулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол.
- (3) төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тендерт оролцогчийн гаргасан гомдлыг үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн.

Энд тодорхойлогдсон нөхцөлүүдийн аль нэг нь үүссэнийг дурдаж төлбөр хийх тухай захиалагчийн анхны шаардлагыг бичгээр хүлээн авсан даруй Засгийн газрын бондыг үл маргалдах журмаар шилжүүлнэ. Засгийн газрын бонд шилжүүлэх шаардлагын хэмжээ нь дээр заасан мөнгөн дүнгээс хэтрэхгүй ба (3)-т заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд 20 сая хүртэл төгрөг байна.

Энэхүү баталгаа нь **[огноог оруул]** өдрийг дуустал хүчинтэй. Захиалагч баталгаатай холбогдсон аливаа шаардлагыг энэ хугацаанд багтаж банкинд мэдэгдэх ёстой.

Та бүхнийг хүндэтгэсэн,

Банк/Биржийн эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:
Албан тушаал, нэр:

Банк/Биржийн тамга:

Огноо:

Хаяг:

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ/ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАГЧИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ

[Тендерт оролцогч энд заасан зааврын дагуу үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчаар энэ маягтыг бөглүүлсэн байна. Энэхүү итгэмжлэлийг үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагч ийн албан бланкан дээр бичиж, түүнийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурсан байна. ТШӨ-д шаардсан тохиолдолд тендерт оролцогч үүнийг тендерийн хамт ирүүлнэ.]

Огноо: [тендер ирүүлсэн (өдөр, сар, он)]

НТШ-ын дугаар: [оруул:тендер шалгаруулалтын дугаар]

Хувилбарын дугаар: [оруул:энэнь хувилбарт тендер бол ялгах дугаар]

(Захиалагч байгууллагын нэр)-ын дарга _____ танаа

Бид, [оруул: үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн бүтэн хаяг]-д байршилтай [оруул: үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн бүрэн нэр] нь [оруул: үйлдвэрлэдэг/ борлуулдаг барааны төрөл]-ийг албан ёсоор үйлдвэрлэдэг/ борлуулдаг бөгөөд, үүгээр [оруул: тендерт оролцогчийн бүтэн нэр] компанид бидний үйлдвэрлэсэн/борлуулсан [оруул: барааны нэр ба товч тодорхойлолт], барааг санал болгосон тендер ирүүлж, улмаар хэлэлцээр хийн гэрээ байгуулахыг зөвшөөрч байна.

Бид дээр дурдсан компанийн санал болгосон барааны хувьд Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 14-д заасны дагуу чанарын баталгааг бүрэн гаргаж байна.

Үйлдвэрлэгч/гэрээт борлуулагчийн нэр:

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг, тамга:

Албан тушаал, нэр:

Хаяг:

Ижил төрлийн гэрээ гүйцэтгэсэн туршлага

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр

Гэрээ тус бүрээр маягыг бөглөнө.

1.	Гэрээний дугаар	
	Гэрээний нэр	
	Улсын нэр	
2.	Захиалагчийн нэр	
3.	Захиалагчийн хаяг	
4.	ТББ-д тодорхойлсон гэрээтэй холбогдох ижил төрлийн болон бусад онцлог	
5.	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн	
6.	Гэрээ/туслан гүйцэтгэх гэрээ/түншлэл дэх хувьд ногдох гэрээний дүн/-ний үнийн дүн (гэрээ байгуулагдах эсхүл дуусгавар болсон үеийн мөнгөний нэгжээр илэрхийлсэн гэрээний дүн байна) Мөнгөний нэгж Мөнгөний нэгж Мөнгөний нэгж	
7.	Гэрээний дүн: _____; Туслан гүйцэтгэх гэрээ: _____; Түншлэл дэх хувьд ногдох гэрээний дүн: _____;	
8.	Гэрээ байгуулсан/дуусгавар болсон огноо	
9.	Гэрээ нь хуваарьт хугацаанаас _____ сарын өмнө/дараа дууссан. (хэрэв хоцорч дууссан бол тайлбарлах)	
10.	Гэрээ нь гэрээний үндсэн үнийн дүнгээс _____ дутуу/илүү дүнгээр дуусгавар болсон. (хэрэв илүү гарсан бол тайлбарлах)	
11.	Тусгай техникийн шаардлагууд.	
12.	Нийт гэрээний үнийн дүнд туслан гүйцэтгэх гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын эзлэх дундаж хувийн жин, тухайн гэрээний уг сурвалжийг тусгах.	

Нэгдсэн хүснэгт: Одоо хэрэгжиж буй гэрээ

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр
--

Тендерт оролцогч болон түншлэлийн гишүүн бүр өөрсдийн хэрэгжүүлж буй буюу одоо гүйцэтгэж буй бүх гэрээний талаар мэдээлэл ирүүлнэ.

Уг мэдээлэл нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхигүй болсон эсхүл ажил дуусгавар болсон гэрчилгээ буюу ажил хүлээлцсэн актаа хүлээн авч байгаа гэрээний хувьд хамаарахгүй.

Гэрээний нэр	Захиалагч, холбоо барих хаяг/утас/факс	Гэрээний үнийн дүн	Гэрээг дуусгахаар төлөвлөсөн хугацаа	Дараагийн 6 сард нэхэмжлэх үнийн дүнгийн сарын дундаж
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
бусад.				

Санхүүгийн чадавхи

Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүний нэр

Тендерт оролцогч түншлэлийн гишүүн бүрийг оролцуулан ТООЗ-ны 18.2 (а) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан шаардлагыг хангаж буйг харуулсан санхүүгийн мэдээллийг ирүүлнэ. Тендерт оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүн бүр энэ маягтын дагуу өөрийн холбогдох мэдээллийг ирүүлнэ. Шаардлагатай бол банкны мэдээллийн хүснэгтийг тус тусдаа бөглөнө. Татварын албанд тушаасан (Захиалагч шаардсан бол аудитаар баталгаажуулсан байх) санхүүгийн тайланг нотлох баримт болгон энд хавсаргана.

Банк	Банкны нэр	
	Банкны хаяг	
	Утас	Холбоо барих ажилтны нэр, албан тушаал
	Факс	Телекс

Сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацааны нийт хөрөнгө болон эх үүсвэрийг төгрөгөөр илэрхийлнэ.

Санхүүгийн мэдээлэл /ам.доллараар/	Сүүлийн 5 хүртэлх жилийн хугацаанд					Төлөвлөсөн: Дараагийн 2 жилийн хугацаанд	
	5	4	3	2	1	1	2
1. Нийт хөрөнгө							
2. Эргэлтийн хөрөнгө							
3. Нийт өглөг							
4. Эргэлтийн өглөг							
5. Татварын өмнөх ашиг							
6. Татварын дараах ашиг							

Санал болгож буй санхүүгийн эх үүсвэр буюу ТООЗ-ны 18.2 (а) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан шаардлагыг ханган гэрээг гүйцэтгэх явцад хүрэлцэхүйц эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэртэйг харуулсан хөрвөх хөрөнгө, зээл авах боломж буюу зээлжих баталгаажсан эрх болон бусад санхүүгийн хэрэгслийг тодорхойлно.

Эргэлтийн хөрөнгө, санхүүгийн бусад эх үүсвэр	Дүн
1.	
2.	
3.	

ТООЗ-ны 18.2 (а) заалт болон түүнд харгалзах ТШӨХ-д заасан хугацааны (тендер оролцогч эсхүл түншлэлийн гишүүн бүр) аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн тайлбарыг хавсаргана.

Хэрэв тендерт оролцогчийн улсын хуулиар аудитын баталгааг шаарддаггүй бол хувийн байгууллагын санхүүгийн тайланг эрх бүхий бүртгэгдсэн нягтлан бодогч болон татварын байгууллагын тодорхойлолтын хуулбарыг хавсаргана.

Ажиллах хүчний чадавхи

Тендерт оролцогчийн нэр

Тендерт оролцогч нь гэрээний удирдлага болон хэрэгжилтийг хариуцан ажиллахтай холбогдох ур чадвар, мэргэжлийн шаардлагыг хангасан, хамгийн багадаа 2 хүний нэрийг албан тушаал тус бүрт дэвшүүлнэ. Нэр дэвшигч бүрийн ажлын туршлагын талаарх мэдээллийг тус тусад нь гаргаж ирүүлнэ.

Тендерт оролцогч нь гэрээг удирдах, хэрэгжилтийн зохион байгуулах хувилбарт нэр дэвшигчийн ажлын туршлага, ур чадварын талаарх мэдээллийг мөн ирүүлнэ.

1.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр
2.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр
3.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр
4.	Албан тушаал
	Үндсэн нэр дэвшигчийн нэр
	Хувилбарт нэр дэвшигчийн нэр

Шинэчилсэн үнийн хуваарь

Шинэчилсэн үнийн хуваарь нь (хэрэв өөрөөр заагаагүй бол) гэрээний нэг хэсэг болох бөгөөд нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендер дэх үнийн хуваариас ялгаатай байвал түүнийг орлоно. Энэ шинэчилсэн үнийн хуваарь нь ТООЗ-ны 18.3, 24.2, болон 33.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу аливаа залруулга, тохируулгыг тусгана.

Эмийн бүтээгдэхүүний сертификатын загвар
Эмийн бүтээгдэхүүний сертификат

Энэ сертификат нь ДЭМБ-ын санал болгосон форматад нийцэж байгаа болно.

Сертификатын дугаар: _____

Экспортлогч (сертификатыг олгосон) улс: _____

Импортлогч (хүлээн авагч) улс: _____

1. Эмийн нэр болон тунгийн хэмжээ :

1.1 Үндсэн үйлчлэгч бодис² болон нэгж тунгийн хэмжээ³.

Бүрэлдэхүүний бүрэн чанарын болон оролцогч бодисын талаар тайлбарыг⁴ үзнэ үү.

1.2 Энэхүү бүтээгдэхүүнд импортлогч орны худалдаанд гаргах лиценз олгогдсон уу ?⁵ тийм/үгүй

1.3 Энэхүү бүтээгдэхүүн нь экспортлогч орны худалдаанд гардаг уу ? тийм/үгүй/мэдэхгүй

Хэрэв 1.2-т “тийм” хариултыг сонговол 2А-г үргэлжлэн бөглөж 2Б-г алгасах.

Хэрэв 1.2-т “үгүй” хариултыг сонговол 2Б-г үргэлжлэн бөглөж 2А-г алгасах⁶

2А. 1 Бүтээгдэхүүний лицензийн дугаар ба олгосон өдөр:

2А.2 Бүтээгдэхүүний лиценз⁷ эзэмшигч (нэр ба хаяг):

2А.3 Бүтээгдэхүүний лиценз эзэмшигчийн статус⁸: а/б/в

2А.3.1 б болон в заалтыг сонгосон бүлгийн үйлдвэрлэгч байгууллагын нэр ба хаяг:⁹

2А.4 Чанарын баталгаажилтын иж бүрдэл тогтолцоотой юу ?¹⁰ тийм/үгүй

2А.5 Бүтээгдэхүүний мэдээлэл нь лицензийн шаардлагыг хангасан уу ?¹¹ тийм/үгүй/шалгагдаагүй

2А.6 Хэрэв лиценз эзэмшигчээс өөр бол сертификат авах хүсэлт гаргагч (нэр ба хаяг):¹²

2Б. 1 Сертификат авах хүсэлт гаргагч (нэр ба хаяг):

2Б.2 Хүсэлт гаргагчийн статус: а/б/в

2Б.2.1 б болон в заалтыг сонгосон бүлгийн үйлдвэрлэгч байгууллагын нэр ба хаяг:⁹

2Б.3 Яагаад худалдаанд гарах эрхгүй вэ ?

Шаардлагагүй/шаардаагүй/төлөвлөж буй/татгалзсан

2Б.4 Тусгай тэмдэглэгээ:¹³

3. Сертификат олгогч эрх бүхий этгээдээс бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч үйлдвэрт тогтсон хугацаанд хяналт шалгалт явагддаг уу ?

тийм/үгүй/бөглөх боломжгүй¹⁴

Хэрэв шаардлагагүй бол асуулт 4-т шилжих

3.1 Тогтмол хяналтын үе (жил): _____

3.2 Бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч үйлдвэр нь шалгагдсан уу ?

тийм/үгүй

3.3 Үйлдвэр болон түүний үйл ажиллагаа нь ДЭМБ-ийн GMP стандартаар баталгаажсан уу ?¹⁵

тийм/үгүй/бөглөх боломжгүй¹⁶

4. Сертификат авах хүсэлт гаргагчийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн мэдээлэл нь сертификат олгогчийн шаардлагыг хангасан уу ?¹¹
тийм/үгүй

Хэрэв үгүй бол шалтгааныг тайлбарлах: _____

Сертификат олгогчийн хаяг: _____

Утасны дугаар: _____ Факсын дугаар: _____

Эрх бүхий этгээдийн нэр: _____

Гарын үсэг: _____

Огноо ба тамга: _____

Ерөнхий заавар

Схемийг мөрдөх болон хүснэгтийг бөглөхөд шаардлагатай бүрэн мэдээллийг гарын авлагаас үзнэ үү.

Хүснэгтийг компьютероор бөглөх нь тохиромжтой. Түүнийг гар бичмэлээр бус хэвлэмэл байдлаар бөглөж ирүүлнэ.

Шаардлагатай мэдээлэл, тэмдэглэгээг нэмэлт хуудас ашиглан бичиж хавсаргана уу.

Тайлбар бичиг

1. ДЭМБ-аас зөвлөмж болгосон энэхүү сертификат нь эмийн бүтээгдэхүүн болон сертификат авах хүсэлт гаргагчийн статусыг тодорхойлно. Тухайн бүтээгдэхүүний тун болон эмийн хэлбэр өөрчлөлт бүрийн хувьд түүний үйлдвэрлэлийн арга ба түүнд зөвшөөрөл олгосон мэдээлэл ялгаатай байх тул сертификат нь зөвхөн тухайн нэг бүтээгдэхүүнд олгогдоно.
2. Аль болох олон улсын нэршил эсхүл үндэсний патентийн бус нэршлийг хэрэглэх
3. Эмийн хэлбэрт орсон бодисуудын жагсаалтыг сертификат дээр тэмдэглэх буюу хавсаргана.
 - 1) Бодисуудын тоо хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах нь сайн боловч бүтээгдэхүүний лиценз эзэмшигчтэй хэрхэн тохиролцсоноос хамаардаг.
 - 2) Бүтээгдэхүүний лицензээр эмийн борлуулалт, түгээлт, эсхүл хэрэглээний талаар ямар нэгэн хязгаарлалт байгаа бол энэ тухай мэдээллийг хавсаргах
 - 3) Цаашид 2А ба 2Б хэсгүүдийн аль нэг нь бөглөгдөнө.
 - 4) Лиценз нь нөхцөлтэйгөөр өгөгдсөн буюу хараахан зөвшөөрөгдөөгүй байгаа бол энэ тухай дурдах
 - 5) Тухайн этгээд бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэхэд ямар үүрэгтэй болохыг тодоройлох:
 - (а) эмийг тунгийн хэлбэрээр үйлдвэрлэгч
 - (б) үйлдвэрлэгдсэн эмийг тунгийн хэлбэрээр савлаж болон эсхүл хаягладаг
 - (в) дээрхийн алинд ч оролцдоггүй
 - 6) Энэ мэдээлэл нь зөвхөн бүтээгдэхүүний лиценз эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр, бүртгэгдээгүй эмийн хувьд өргөдөл гаргагчийн зөвшөөрлөөр өгөгдөнө. Энэ хэсгийг бөглөөгүй бол холбогдох талууд энэ мэдээллийг оруулахаар зөвшилцөлд хүрээгүй гэж үзнэ. Үйлдвэрлэлийн байршлын талаарх мэдээлэл нь бүтээгдэхүүний лицензэд багтдаг болохыг анхаарах. Хэрэв үйлдвэрлэлийн байршил өөрчлөгдсөн бол лицензэд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эсхүл тэрээр хүчингүйд тооцогдоно.
 - 7) Энэ эмийн лиценз олгосон техник үндэслэлийг нэгтгэн харуулсан үндэсний эмийн зохицуулах албаны гаргасан баримт бичиг байна.
 - 8) Энэ нь үндэсний эмийн зохицуулах албаны баталсан бүтээгдэхүүний шинж чанарын нэгтгэл зэрэг бүтээгдэхүүний мэдээлэлд хамаарна.

- 9) Энэ тохиолдолд сертификат олгох зөвшөөрлийг бүтээгдэхүүний лиценз эзэмшигчээс авсан байх шаардлагатай
- 10) Хүсэлт гаргагч бүртгэл шаардахгүй хэлбэрийг сонгосон шалтгааныг заана уу:
- (а) эийн бүтээгдэхүүнийг тодорхой нөхцөлд хийгдэх эмчилгээнд зориулж бүтээсэн, тухайлбал экспортлогч оронд өргөн тархаагүй өвчинд зориулсан
 - (б) халуун орны нөхцөлд тогтвортой байх чанарыг нь нэмэгдүүлэх шаардлагыг харгалзан бүтээгдэхүүнийг өөрчилсөн
 - (в) импортлогч оронд хэрэглэхийг зөвшөөрөөгүй эмийн туслах бодисыг хасаж бүтээгдэхүүнийг өөрчилсөн
 - (г) үндсэн үйлчлэгч бодисын ялгаатай хэмжээний дээд хязгаарт нийцүүлэн бүтээгдэхүүнийг өөрчилсөн
 - (д) бусад шалтгааныг бичих
- 11) Хамаарахгүй гэдэг нь үйлдвэрлэгч нь сертификат олгох улсад байрладаггүй бөгөөд шалгалт туршилтыг үйлдвэрлэгчийн орны байгууллага гүйцэтгэхийг хэлнэ.
- 12) Энэ сертификатад орсон эмийн чанарын хяналт, үйлдвэрлэлийн шаардлага нь ДЭМБ-ын эмийн шинжилгээний хорооны 32-дахь тайланд тусгагдсан. ДЭМБ-ын биологийн бүтээгдэхүүний стандартчиллын шинжээчийн хороо нь биологийн бүтээгдэхүүнийг тусгайлан авч үзэхээр зөвлөмж гаргасан.
- 13) Энэ хэсгийг бүтээгдэхүүний лиценз эзэмшигч эсхүл өргөдөл гаргагч дээрх тайлбар 7-д заасан \б\ эсхүл \в\-д хамаарах тохиолдолд бөглөнө. Ялангуяа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд гадаадын этгээд оролцсон тохиолдолд энэ нь маш чухал. Энэ тохиолдолд хүсэлт гаргагч эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үе шат бүхэнд оролцсон гэрээлэгч талуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлоход шаардлагатай болон эдгээр талуудад хийгдсэн шалгалтын мөн чанар, хүрээг тогтоох мэдээллийг гаргаж эрх бүхий байгууллагад ирүүлнэ.

**ТАВДУГААР БҮЛЭГ. НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ШААРДЛАГЫН
ХУВААРЬ, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ШААРДЛАГЫН ХУВААРЬ БЭЛТГЭХ САНАМЖ

Нийлүүлэлтийн шаардлагын хуваарьт бараа тус бүрийн хувьд нийлүүлэгдсэн байх хугацаа болон тухайн нэр төрлийн онцлогийг харуулсан техникийн тодорхойлолттой уялдсан товч тайлбар, тоо хэмжээг оруулна.

Нийлүүлэлтийн шаардлагын хуваарьт эм, эмнэлгийн хэрэгслийн олон улсын нэршил /INN/ эсхүл ерөнхий нэр (холимог эмийн хувьд оролцсон бодис тус бүрийн нэр), бодис тус бүрийн тун (метрийн нэгжээр), нэгж эмийн хэлбэр (шахмал, капсул, тарил/уусмал г.м), боодлын хэмжээ болон тоо ширхэгийг тусгана.

Зарим тохиолдолд нийлүүлэгч нэгж эмийн тоо ижил боловч боодлын хэмжээ өөр бараа санал болгоход харилцан үл ойлголцлоос сэргийлж нийлүүлэлтийн шаардлагын хуваарьт нэгж болон боодлын нийт дүнг тус бүрт нь шаардаж болно. Нийлүүлэлтийн шаардлагын хуваарьт дурдсан боодлын хэмжээг өөрөөр санал болгох боломжтой эсэхийг тусгайлан заах шаардлагатай.

Нийлүүлэлтийн хуваарьт гэрээ байгуулагдсан өдрөөс хойшхи 7 хоногоор хэмжсэн хугацааг заах ба энэ нь бараа нийлүүлэгдсэн байх хугацааг харуулах ба энэ нь EXW нөхцөлийн хувьд захиалагчийн агуулах эсхүл CIF нөхцөлийн хувьд заасан газар хүртлэх хугацаа байна.

№	Барааны нэр, товч тодорхойлолт	Тун	Тоо хэмжээ	Нийлүүлэлтийн хуваарь (7 хоногоор)	Тээврийн хэрэгслийн хэлбэр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БЭЛТГЭХ САНАМЖ

Ойлгомжтой тодорхой бичигдсэн техникийн тодоройлолт нь захиалагчийн шаардлагад бодитой нийцсэн тендер боловсруулж өрсөлдөх боломжийг тендерт оролцогчдод олгодог.

Энэ бүлэгт оруулсан жишиг заалт нь гарын авлага, зааварчилгаа болоход зориулагдсан болно. Техникийн тодорхойлолтыг худалдан авах ажиллагаа тус бүрийн онцлогоос хамаарч захиалагч ялгаатайгаар бэлтгэн тухайн тендерийн баримт бичигт тусгах тул энд заасан жишиг заалт, бичвэрийг шууд үгчлэн ашиглах албагүй.

Чадвартай тендерт оролцогчдын дунд нээлттэй тендер шалгаруулалтыг явуулахад техникийн тодорхойлолт нь өрсөлдөөнийг аль болох өрнүүлэх боломжийг хангасан байдлаар бэлтгэгдэх ёстой.

Техникийн тодорхойлолтод GMP-ийн шаардлагууд, фармакопейн стандарт, нэршил ба бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага буюу тайлбар, хүчинтэй хугацаа, баглаа боодол болон хаяглах заавартай холбоотой мэдээллийг оруулахаас гадна бүтээгдэхүүний чанарыг илтгэх GMP болон чанарын баталгааны сертификат, түүнчлэн тендерийн хамт, мөн ачилтын явцад ирүүлэх бусад нотлох баримт зэрэгт тавигдах шаардлагуудыг энд тодорхойлсон байдаг.

Зөвхөн ингэж тодорхой зааснаар худалдан авах ажиллагааны хэмнэлт, үр ашиг, шударга байх зорилтууд биелэгдэж, ирсэн тендерүүд шаардлагад нийцэх боломжтой болж, улмаар тендерүүдийг үнэлэхэд тус дөхөм болох юм.

Хэрэв барааны нэр төрөл, багц тус бүрт баглаа боодол, хаяглалтын тусгай шаардлага тавигдах бол түүнийг нийлүүлэлтийн шаардлагын хуваарь хэсэгт заах бөгөөд харин ерөнхий техникийн тодорхойлолтыг харуулсан энэ хэсэгт нийлүүлэгдэх бүх бараанд тавигдах баглаа боодол, хаяглалтын нийтлэг шаардлагуудыг зааж өгнө.

БАРААНЫ ЖАГСААЛТ БА БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

[Захиалагч энэхүү хүснэгтийн 1-7 хуртэлх баганыг, тендерт оролцогч 8 дугаар баганыг тус тус бөглөнө].

№	Барааны нэр	Барааны тодорхойлолт	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
						Бараа нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Бараа нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа
	1	2	3	4	5	6	7	8
Мэс заслын тасаг								
1	Хагалгааны автомат ор	Орны дээд хэсгийн хэмжээ: Нийт урт: 2100 мм Өргөн: 480 мм Өргөн /орны хүрээний хамт/: 680мм Нурууны хэсэг: 500x480мм Суудлын хэсэг: 530x480мм Гуяны хэсэг: 510x236мм Хөлний хэсэг: 180x273мм Бөөрний хэсэг: 100x480мм Хөдлөх хязгаар: Буцаасан хэлбийлт: $\geq 20^\circ$ Хэлбийлт: $\geq 15^\circ$ Хажуу тийш хазайлгах: $\geq 15^\circ$ Цахилгаан 220В, 50Гц Хэсгүүдийн хөдөлгөөн Толгойн хэсгийг өргөх: $\geq 45^\circ$ Толгойн хэсгийг налуулах: $\geq 90^\circ$ Хөлийн хэсгийг буулгах: $\geq 90^\circ$ Хөлийн хэсэг онгойх: $\geq 90^\circ$ Нурууны хэсгийг дээш өргөх: $\geq 45^\circ$ Нурууны хэсгийг хойш налуулах: $\geq 15^\circ$ Өвдгөнд дэмжлэг үзүүлэгчийг өргөх: ≥ 100 мм Аюулгүй ажлын ачаалал: 250кг	3	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

2	Таазны гэрэл	Гэрэлтүүлэг-130000:130000лед, Өнгөний ялгарал-4000, Хүчин чадал-12-28W, Лампын ажиллах цаг-30,000	3	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
3	Хяналтын монитор	Дэлгэц 12,1 инч /800x600/ touch screen, 9 долгион харуулах боломжтой /3 ECG, SpO2, 4 IBP, Resp /, Дэлгэцэн дээр дан ECG 7 долгион харуулах боломжтой /I, II, III, aVR,aVL,aVF,V/, Параметр: ECG, SpO2, NIBP, 4IBP, Resp, 2 Temp, HRV, APG detect analysis, Interface, RS-232 port, VGA port, LAN port,Цахилгааны үүсгүүр: 100-240В, 50/60Гц 80VA /Хамгийн их/, Батарей: Дахин цэнэглэдэг/2цаг/, Электродын тоо: 3 , Зүрхний цохилтын хязгаар: 0-300bpm/±2 bpm/, ECG хэмжээ: 2.5, 5, 10, 20, 30, 40, автомат мм/мВ, ECG бичлэгийн хурд: 12.5, 25, 50 мм/сек, SpO2, Хэмжих хязгаар: 0~100%, Пульсын хэмжих хязгаар: 0~300bpm, Нарийвчлал: 0~240bpm±2bpm, 241~300bpm±3bpm, Амьсгал: Хэмжих хязгаар: 4-150bpm (±2% буюу ±2bpm), Амьсгалын тасалдал: OFF, 10-40 сек, NIBP, Техник аргачлал: Oscilometric, Хэмжих хязгаар: Том хүн 0-300mmHg, Нярай:0-150mmHg, TEMP, Суваг: 2, Хэмжих хязгаар: 0~500С, Нарийвчлал: 25~500С ±10С, 0~24.90С ±0,20С	12	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
4	Унтуулгын аппарат ком \монитортой\	Дэлгэц 10.4 инч TFT дэлгэц, Урсгалын хурд O2: 0.1-10л/мин, N2O: 0.1-10 л/мин, Air: 0.1-10 л/мин, Амьсгалын горим IPPV, SIPPV, VCV, PCV, IMV, SIMV, MANUAL, Standby, IPPV- Эерэг даралтын амьсгалын тохируулга, SIPPV- Синхрон эерэг даралтын амьсгалын тохируулга, VCV- амьсгалын эзэлхүүний хяналт, PCV- Амьсгалын даралтын хяналт, IMV- intermittent mandatory ventilation – зайлшгүй өгөх агаарын зохицуулалт: 1~12bpm, SIMV- Синхронжуулсан /нэг эерэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим: 1-20bpm, MANUAL- гар тохируулагат, Standby-түр горим, Эрчим хүчний хангамж Хамгийн багадаа 4 цаг, Урсгалын түвшин Тохируулах урсгал : 20-1500ml, Урсгалын түвшин: 0-2000ml, Амьсгалын түвшин 1-100bpm, Амьсгал авах /амьгал гаргах (I:E) харьцаа 8:1-1:10 (эсрэг харьцаагаар агааржуулах боломжтой), Эерэг амьсгал гадагшлуулах даралтын түвшин 0-20cmH2O (электрон хяналттай), Амьсгал авах даралтын түвшин .-10-10cmH2O (электрон хяналттай), Амьсгал 80-120 амьсгалт бүрт 1 амьсгал авна, Хүчилтөрөгчийн хяналт 21-100%, SIMV түвшин 1-20bpm, Амьсгалын түвшин 0-1 second, Ууршилт конденсацгийн түвшин 0-5%, Ууршилтын оролт PA-I төрлийн 2 оролт	3	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

5	Гар угаах төхөөрөмж	Ус саванг өвдөгөөрөө тохируулна, Хөл педальтай, Усны нөөцийн сав-30-50л	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
6	Амьсгалын аппарат	Дэлгэц 10.4 инчийн хэмжээтэй салдаг, O2 агаар, 0.28 - 0.6 Мра, Хийн хангамж - 8 кРа, Тэжээл хангамж - 220 В, 50Гц, Хамгийн их даралт - 4мл/100Ра, Зөвшөөрөгдсөн даралт - < 65dB (A), Шуугиан - RS232 port, VGA, Interface холболт port байх - 50-1500 мл, Агаарын хэмжээ, Амьсгалуулалтын давтамж - 4-100 bpm (VCV болон PCV үед), 1-40 bpm (V-SIMV болон P-SIMV үед), Амьсгалуулах хугацаа - 0.1-12сек, Амрах зогсолтын хугацаа - 0-4 сек, FiO2 21 %-100%, Триггер - Даралт (-2-0кРа, PEEP), Батерейтай, Амьсгалын горим:Эзлэхүүний хяналттай (VCV), дэмжих / хянах, Даралтын хяналттай (PCV), дэмжих / хянах, Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим SIMV, Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим SIMV, Эзлэхүүний хяналттай амьсгалын горим V-SIMV, Даралтын хяналттай амьсгалын горим P-SIMV, Даралт дэмжигчтэй PSV, Автомат амьсгалын горим SPONT, Тасралтгүй үргэлжилсэн амьсгалын замын нэмэх даралт CPAP, Хосолсон горим VCV + SIGH, SIMV (VCV) + PSV, SIMV (PCV), Дохиолол: MV өндөр. MV нам, Хэлхээ салсан, Raw өндөр. Raw нам, Агаарын амьсгалын даралт тогтмол өндөр	4	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
7	Соруулгын аппарат	Сорох даралт / хамгийн их утга 90кРа. Дуу чимээ: 65db(A). Тасралтгүй ажиллах, Хэмжээ: 460:370:940мм	4	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

8	Дурангийн хагалгааны иж бүрэн аппарат	<p>Монитор-Дэлгэцийн төрөл: a-Si TFT Active Matrix, LED Backlight байх, Хэмжээ: 26 инч байх, 2ш дэлгэцтэй байх, Нягтрал: 1920 x 1080 байх , Өнгөний хэмжээ: 1.07В өнгө ялгах боломжтой байх, Харах өнцөг: баруун зүүн 178°, дээш, доош 178° байх, Гэрэлтэлт: 450 cd/ m² байх, Контраст: 1400:1 байх, Оролт: Composite video, Y/C video, Component/RGB, SDI, VGA, DVI, Remote input-тай байх, Гаралт: Composite video, Y/C video, Component/RGB, SDI-тай байх, Видео процессор, гэрэл үүсгэгчийн хамт: Видео процессор, гэрэл үүсгэгч нэгдсэн нэг төхөөрөмж байх, Эмгэг судасжилтыг илрүүлэх NBI технологитой байх, Гэрэл үүсгэгч нь LED ламптай байх, Цагаан өнгөний тохиргоог автоматаар хийдэг байх, 3 горимоор (1.0., 1.2., 1.5.) томруулж харах функцтэй байх, Коагуляцын аппарат- Хүчдэл: 220-240 В байх, Давтамж: 50/60 Гц байх, Оролтын дээд чадал: 1,500 ВА, Өндөр давтамжийн функц : Monopolar / bipolar, Өндөр давтамж: 430 кГц ± 20%, Өндөр давтамжийн дээд чадал: 320 Вт, Монополяр кабель дагалдуулах</p> <p>10ш идэвхгүй электрод, идэвхгүй электродын кабель дагалдуулах, Хэвлийн хөндий хийлэгч төхөөрөмж-Урсгалын тохиргоог (NORMAL cavity mode) болон (SMALL cavity mode) гэсэн 2 горимоор тохируулах боломжтой байх, (NORMAL cavity mode), HIGH: 20 – 45 л/мин, MED: 1.1 – 1.9 л/мин 2 – 19 л/мин, LOW: 0.1 – 1.0 л/мин, (SMALL cavity mode): HIGH: 6 – 10 л/мин, MED: 1.1 – 1.9 л/мин, 2–5 л/мин, LOW: 0.1 – 1.0 л/мин, Телескопи, 10мм, 30°-Харах өнцөг: 30°, Гадна диаметр: 10мм, Телескопи 5.4 мм, 30- Харах өнцөг: 30°, Гадна диаметр: 5.4мм, Камерын толгой- Кабелийн диаметр, урт: ø 6.8 мм × 3 м, Камерын толгой жин: 220 г, Фокусын урт: f = 15.9-31.3 Мм, NBI технологи, IR дурантай ажиллах боломжтой байх , Электрон өсгөлт хийх функцтэй байх, Автоклавт ариугтах боломжтой байх, Гэрэл дамжуулагч кабель- Диаметр:4.25 мм, Кабелийн нийт урт:3 м, CF төрөл байх, Тавиур: Даац:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дээд тавиур: 20 кг - Дунд тавиур : тус бүр 30.5 кг - Суурь:30 кг тус бүр даацтай байх, Тусгаарлагч трансформатортай байх, Видео бичигч төхөөрөмж- 3D видео бичлэг хийх боломжтой байх, Өнгөт LCD монитортой байх, Видео оролт: DVI(HDMI, RGB via adapter), HD SDI, S-Video, Composite, Видео гаралт: DVI(HDMI, RGB via adapter) Video formats: H.264 / MPEG4 (1080, 720, NTSC, PAL), Зургийн формат: JPG, TIFF, BMP, DICOM, Гар багажууд- Хавчаар-2, Диссектор-2, Зүү баригч-2, Дэгээ-1, Хайч-2, Биопсын хавчаар-2 	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
---	---------------------------------------	---	---	--------	---	--	---	--

9	Түлэгч аппарат	Ерөнхий мэс засал. Цээжний мэс засал, ортопед мэс гэх мэт эмнэлзүйн хэрэглээтэй. Хүчдэл: 110-220В, 50-60Гц, 2500-3000Вт	4	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
10	Мэс заслын ширээ	Дугуйтай, эвхэгдэг, Урт: 60"х70", 2 Тавиартай байх, Дээд тавиар нь доош дээш хөдлөх боломжтой, CDS-3072-ийн хэмжээ: 30 "d x 72" w x 34 "h, дээд тавиур нь 28" d x 72 "w, CDS-3060-ийн хэмжээ: 30 "d x 60" l x 34 "h, дээд тавиур нь 20" d x 60 "w, Weight capacity: Top shelf: 160 lbs.; Table top: 260 lbs.; Bottom shelf: 230 lbs, CDS-3060 Space Station, list: \$4,556; Your cost: \$3,644, CDS-3060-DD Disposable Drape, 12/ case, list: \$888, CDS-3072 Space Station, list: \$4,817; Your cost: \$3,853, CDS-3072-DD Disposable Drape, 12/ case, list: \$888;	3	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
11	Хэвлийн хөндийн мэс заслын багажны ком	Хутганы иш/ scalpel handle #3-3ш, Хутганы иш/ scalpel handle #4-4ш, Янкувер сорогч гуурс/ yankauer suct tube stainless-3ш, мэёо зөөлөн эдийн шулуун хайч/ mayo stille dissecting scissor straight-урт 139.7 мм/ 5 1/2"-6ш, мэёо зөөлөн эдийн махир хайч/ mayo stille dissecting scissor curved-урт 139.7 мм/ 5 1/2"-6ш, мезенбаумын махир нарийн хайч/ s e metzenbaum stand nelson curved tc-урт 279.4 мм/ 11" вольфрон карбид-6ш, холстед москит шулуун хавчаар/ halsted mosq fcp straight 5"-урт 127 мм/ 5"-12ш, холстед москит махир хавчаар/ halsted mosq fcp curved 5"-урт 127 мм/ 5"-12ш, спенсер мэллсийн шулуун хавчаар/ spencer wells fcp straight 8" /бильрот/-урт 203.2 мм/ 8"-12ш, спенсер мэллсийн махир хавчаар/ spencer wells fcp curved 8"-урт 203.2 мм/ 8"-12ш, крил шулуун хавчаар/ crile fcp straight 6 1/4" /бильрот/-урт 158.75 мм/ 6 1/4"-12ш, крил махир хавчаар/ crile fcp curved 6 1/4"-урт 158.75 мм/ 6 1/4"-12ш, шүдгүй хямсаа/ serrated dressing fcps 8"-урт 203.2 мм/ 8"-12ш, бонни зөөлөн эдийн хямсаа/ bonney tissue fcps 1x2 tth 7" шүдтэй-урт 177.8 мм/ 7", шүд 1x2-12ш, мэёо хегар зүү баригч/ mayo hegar needle holder serrated 7"-урт 177.8 мм/ 7"-6ш, мэёо хегар зүү баригч/ mayo hegar needle holder serrated 9"-урт 230 мм/ 9"-6ш, эллис зөөлөн эдийн хавчаар/ allis tissue fcp 4x5 6"-урт 152.4 мм/ 6", шүд 4x5-3ш, вэйтлэйнер шарах тэлэгч/ weitlaner retractor blades 3x4 9 1/2" түгжээт шүдтэй-урт 241.3 мм/ 9 1/2", шүд 3x4-2ш, айрис шулуун хайч хурц үзүүртэй/ iris scissor straight sharp/sharp 4 1/2"-урт 114.3 мм/ 4 1/2"-3ш, бэксхаус цапка/ backhaus towel clamp 5 1/4"-урт 133.35 мм/ 5 1/4"-25ш, лангенбэк жижиг тэлэгч/ langenbeck retractor small 9"	8	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

		<p>парабелф нэг талдаа-урт 228.6 мм/ 9"-15ш, дивер/ deaver #4 2x12 элэг дарагч-дугаар 4, 2x12-5ш, мезенбаумын махир хайч/metzenbaum scissors curved 7"-урт 177.8 мм/ 7"-5ш, рамплей корнцаг хавчаар/ rampley sponge fcp 9 3/4" окончит-урт 247.65 мм/ 9 3/4"-10ш, залкинд уян тэлэгч/ zalkind ribbon retractor malleable уян тэлэгч-өргөн 25.4 мм/ 1" х урт 330.2 мм/13"-3ш, залкинд уян тэлэгч/zalkind ribbon retractor malleable-өргөн 38.1мм/ 1/2"х урт 330.2мм/13"-3ш, сэнн 2 төгсгөлтэй тэлэгч хурц үзүүртэй/ senn retractor double end sharp-урт 158.75 мм/ 6 1/4", шүд 3 -3ш,сэнн 2 төгсгөлтэй тэлэгч мохой үзүүртэй/senn retractor double end blunt-урт 158.75 мм/ 6 1/4", шүд 3 -3ш, бэлфор хэвлийн өөрөө тэлэгч/balfour abdominal retractor -тэлэлт 177.8 мм, 7", тольны өргөн 50.8 мм/ 2"-2ш, шнидт хэл тагагч/ schnidt tonsil forceps half curved jaws-урт 190.5 мм/ 7 1/2"-3ш, мезенбаум хайч/ metzenbaum scissors curved -урт 177.8 мм/ 7"-3ш, фоерсер корнцанг шулуун/ foerster sponge forceps straight serrated-урт 241.3 мм/ 9 1/2"-3ш, фоерсер корнцанг махир/ foerster sponge forceps curved serrated-урт 241.3 мм/ 9 1/2"-6ш, ligature forceps-урт 270 мм/ 11"-4ш, ligature forceps-урт 220 мм/ 9"-3ш, хэвлийн толь -100*40-5ш, liver retractor -100*40-3ш, richard's retractor -270 мм 64*43-5ш, тикучич-180мм-30ш, жом шулуун тахир, lone star retractor -4000-s-ss -2ш, томсоны шарх тэлэгч -2ш, bipojet, юу эс армийн 2 төгсгөлтэй шарх тэлэгч/ us army retractor set/2 d/e, багажны хайрцаг/instrument box-7ш</p>		ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
12	Тог бууруулагч	Цахилгаан эх үүсвэр: 220 вольт, 50-60 гц, 8-10кВ	6	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

13	Зөөврийн эхо	<p>Техникийн ерөнхий үзүүлэлт: Өргөн: 361mm (14.21 inch) Зузаан: 357mm (14.06 inch) Өндөр: 75mm (2.95 inch) Жин: Ойролцоогоор 6,5 кг (батерейн хамтаар) Цахилгаан хэрэглээ: AC адаптер оролттой 12В-аар ажиллах боломжтой, Lith-ium-Ion Хүчдэл: 100 – 240V, 50/60Hz Холболт: USB, LAN, WIFI холболттой Дэлгэц: 15 inch LCD, нягтаршил 1024 x 768 Дэлгэцийн гэрэлтүүлэг тохируулах боломжтой. Цагаан толгойн үсгийн keyboard-той Синхрон залуурдлага: On-дэлгэц заавар Дэлгэц амраагч горимд: Transducer дамжуулалт хийгдээгүй үед Жижиг зураг дүрс: Дэлгэц дээрх бодит цагт зургийг авах амьд скан Хэвлий, Эмэгтэйчүүд, ураг, Зулай 5 төрлийн датчиктай. Датчик 2D, 3D, 4D</p>	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног
14	Дефибрилятор	<p>Долгионхэлбэр : Truncated Exponential Biphasic (e-cube), Гаргорим, Гаралтынэнерги 1-10J, 15J, 20J, 30J, 70J, 100J, 120J, Сонголтоор 150J, 170J, 200J, 360J, Цахилгаанцохилт: External Paddle (with Pediatric) / Internal Paddle, Нэгэнзэрэгцахилгаанаарзүрхнийүйлажиллагаасэргээх, AED горим, Гаралтынэнерги360J, Цахилгаанцохилт: Via multifunction defib. electrode pads, Shock advisory sensitivity and specificity meet AAMI DF-80 guidelines, Цэнэглэх 2 хугацаа, Адаптор : 360J хамгийнбагадаа 5 сек, Батарей : 200J хамгийнбагадаа 7 сек</p>	3	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног
15	Тарианы автомат шахуурга	<p>Урсгалын хурдны хэмжээ :1–1000 мл /Шугаман Престатик - Түгээх эзэлхүүн 1 – 9999мл - Нийт дуслын эзэлхүүн 1 – 9999мл - Нарийвчлал ±2%-ийн дотор механизм дээр, ±5%-ийн дотор дуслын системээр - Жин: ойролцоогоор: 3.5 кг /дахин цэнэглэгдэх батарейгүйгээр/ Хэмжээ 100 x 190 x 250 мм - Тэжээлийн чадал 40ВА - Цахилгааны шаардлага AC 110/230В, 50/60Гц - Батарейн төрөл Ni-Cd дахин цэнэглэгдэх батарей - Батарейн ажиллагаа 4 цаг(125мл/цагаар) - Батарей цэнэглэгдэх хугацаа 6 цаг - Ажиллагааны нөхцөл 10 - 40°C, 30-85% чийгшил/ конденсацгүй нөхцөлд/ - Хадгалах нөхцөл -10 - 45°C, 10-95% чийгшил/конденсацгүй нөхцөлд/</p>	6	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног

16	Дусалын автомат шахуурга	<p>Урсгалын хурдны хэмжээ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10мл-ын тариур: 0.1 – 300 мл /цаг - 20мл-ын тариур 0.1 – 400 мл /цаг - 30мл-ын тариур: 0.1 – 500 мл /цаг - 50мл-ын тариур: 0.1 – 1200 мл /цаг - Түгээх эзэлхүүн: 1 – 1000мл - Жин ойролцоогоор: 2.5 кг /дахин цэнэглэгдэх батарейгүйгээр/ - Хэмжээ 220 x 130 x 108 мм - Тэжээлийн чадал 18ВА - Цахилгааны шаардлага AC 110/230В, 50/60Гц эсвэл DC 12В/24В, 2А - Батарейн төрөл Ni-MH дахин цэнэглэгдэх батарей - Батарей цэнэглэгдэх хугацаа 6 цаг 	6	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног
17	Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч	<p>Багтаамж: 8л/мин Хүчилтөрөгчийн нягт: $\geq 90\%$ (V/V) Дагалдах хэрэгсэл: Хүчилтөрөгчийн гуурс, Чийгшүүлэгч аяга 20 вольт 0,5 А 80W</p>	6	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног
Лабораторын багаж, тоног төхөөрөмж							
18	Цусны ариун чанар үзэх бүрэн автомат анализатор	<p>Төхөөрөмжийн овор хэмжээ: Өндөр-78.1см, Урт-49.6см, Өргөн-62.2см, Жин: 95 кг, Орчны үзүүлэлт: Суурилуулах х.дээд өндөрлөг-2000м (далайн төвшнөөс), Ажиллах хэм-15°C-30°C хамгийн дээд, Харьцангуй чийгшил- 20-80% хамгийн дээд, Цахилгааны үзүүлэлт: Хүчдэл-100/120/220/240 VAC, Зарцуулалт- 280VA, Давтамж- 50/60Hz, Дулаан ялгаруулалт- 904 BTU/HR (номинал), Орчны үзүүлэлт: Тасалгааны хэм-ХҮА 37°C \pm 1°C, Тасалгааны хавтан-37°C (-2°C, +1°C), Орчны ажиллах хэм-15°C-30°C, Харьцангуй чийгшил- 20%-80%, Шинжилгээний bottle-н төрөл: BacT/ALERT® SA Standard Aerobic, BacT/ALERT® SN Standard Anaerobic, BacT/ALERT FA FAN® Aerobic, BacT/ALERT® FN FAN Anaerobic, BacT/ALERT® PF Pediatric FAN, BacT/ALERT® MP Mycobacteria Process, MB/BacT® Mycobacteria Antibiotic Supplement Kit, BacT/ALERT® MB Mycobacteria Blood, MB/BacT® Enrichment Fluid, Хариу: Шинжилгээ эхэлснээс хойш 2-5 цагийн дотор дохио өгнө. 24-48 цагийн дотор бүх эерэг хариу гарна, Цомог: 100 bottle/хайрцаг, Шинжилгээний багтаамж: 120 шинжилгээг нэг зэрэг унших боломжтой. 2 тусдаа тасалгаатай, Компьютер: Багаж дотор суурилсан, Стандарт: UL, CSA, USA, Canada, Гэрчилгээ: ISO 15189</p>	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног

19	Сорьц хадгалах хөргөгч	Температурын хяналтын микропроцессор нарийвчлал: $4 \pm 1^\circ\text{C}$ Тм LCD дэлгэц $0,1^\circ\text{C}$ -ээр өөрчлөлтийг харуулна. Өрөөний температур: $0-32^\circ\text{C}$ Тэжээл: 220V /50Hz 1 фаз, 220V 60HZ эсвэл 110V 50/60HZ	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
20	Эсийн наац хадгалах шүүгээ	Лабораторид ирсэн эсийн шинэилгээг 5 жил хадгалах зориулалттай шүүгээ	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
21	ТНР холигч	Тэмбүүгийн холигч	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
22	Гогцоо шатаагч	бактериологийн шинжилгээг тарихад 1 удаагийн төмөр гогцоо ариутгаж хэрэглэх зориулалттай.	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
23	Цусны бүлэг тохиргооны хурилдуур	Хувийн тохироо, цусны бүлгийн урвуу буюу хуруу шилний үзхэд шаардлагатай.	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

24	Цус бүлэгнэлтийн бүрэн автомат анализатор	<p>Хүчин чадал: 100 PT / ц, 58 шинжилгээ /ц бусад параметрууд(PT, aPTT, FIB), Урвалжын систем: Хаалттай1 (Зөвхөн Human-2, , Параметрууд: 50 тодорхой чөлөөт програмтай3, Ухаалаг систем: Хундаганы бөгжид хаалттай, Үйл ажиллагааны горим: Багц горим, Санамсаргүй хандалт (STAT), Үйлдлийн хэл: Олон (Англи, Спани, Франц, Орос, Герман), Үндсэн хэл: Англи, Шинжлэх төрөл: Фото-оптикийн TIC2 Технологи, Шинжилгээний горим: Бүлэгнэлт, Хромогени, Иммунологи Турбидиметрийн, Параметрууд: Prothrombin Time (PT), Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT), Thrombin Time (TT), Fibrinogen (FIB), D-Dimer (DD), Protein C (PC)*, Antithrombin (AT3)*, Factors (FII – FXII)*, Venom Time (VT)* or Batroxobin Time (BT)*, Heparin (HEP)*, Activated PC Resistance (APCR)*, Lupus Anticoagulant (Screen, Confirm)*, Protein S (PS)*, von Willebrand Factor (VWF)*, Ecarin Chromogenic Assay Thrombin (ECAT)*, Hirudin (ЕСАН) *, Plasminogen (PLG) *, 2-Antiplasmin (A2AP) *, PT/FIB*, Prothrombinase induced Clotting Time (PiCT)*, Thrombin Dynamics Test (TDT)*, Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI)*, Тохируулга: 7 хүртэл , ISI , хэвийн PT, Өөрийгөө шалгах: Асахдаа, Дэлгэц дээр: Клот - Сек, % хэвийн, INR, Кинетик – Сек, мЕ, нэгж, Сорьцын төрөл: Плазм, Зөв сорьцын сав: Үндсэн сав: 11-13 x 65-100 мм, Туслах сав: Human 4 мл, Hitachi аяга,</p>	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
----	---	---	---	--------	---	--	---	--

		<p>Сорьцын байрлал: 25 (22 + 3 STAT), STAT боломжууд: 3 байрлал, Зөвшөөрөгдсөн Хяналт болон Тохируулгын сав: Human 4 мл, Hitachi Аяга, Тохируулга/Хяналтын байрлалууд: 8, Сорьц тодорхойлолт: Гар аргаар Бар код уншигч, Автомат давталт: Тийм (давхар унших систем), Автомат-Тохируулга / -Шингэлэх: Тийм, Тохируулга: 7 хүртэл, Урвалжын байрлал: 15, Холих: тийм, 3 байрлал, Зөв урвалжын сав: 3 x 15 мл 31.2 мм, 12 x 5 мл 22.5 мм, Угаах цэвэрлэх байрлал: 2, Зөв Угаах цэвэрлэх сав: 2 x 15 мл 31.2 мм, Залгадаг Баркоп уншигч: Сорьц ID, Төрөл: Код 39, багадаа. 6 оронтой, UPСА -> EAN13, UPAC -> UPAC, Урвалын систем: Хундага бөгж, Багтаамж: 32 хундага/бөгж, Хэмжих явцад холих: Тийм, Инкубацийн дулаан: 37.4°C, Нарийвчлал: ± 0.4°C, Жигдрэл: ± 0.1°C, Урвалын хамгийн бага эзэлхүүн: 150 µл, Урвалын хамгийн их эзэлхүүн: 300 µл, Шингэнийг тэвэрлэх: X, Y, Z-шимүүр гар, Шингэний түвшин мэдрэгч: Тийм Урвалж болон сорьц (багтаамж), Зүүний эвдрэл мэдрэгч: Тийм, XYZ Гар, Зүүний төрөл: Ган зүү, Зүү халах: Тийм, Сорох хамгийн бага хэмжээ: 2 µл, Сорох хамгийн их хэмжээ: 250 µл, Сорох нягтаршил: 1 µл, Угаах: Багтаамж: 2.5 Л нэрмэл усны сав/ 2.5 л бохирын сав, Түвшин мэдрэгч: Нэрмэл ус хоосон / бохир дүүрсэн, Нэрмэл усны шүүлтүүр: тийм, Угаах хэсгийг шалгах: тийм, Усны хамгийн бага зарцуулалт: < 6 мл, Угаах горим: 5, Оптик систем: Фотометр, Гэрлийн долгион тоо: 3 Долгионы уртууд: 405 нм, 570 нм, 740 нм, Гэрлийн эх үүсвэр: LED, Оптик хүрээ: 0 - 2 abs, Оптик мэдрэгч: 0.001 abs, Сувгуудын тоо, Лавлагаа сувгууд: 2, Хэмжээ: Цэвэр: 83 x 46 x 61 см, Хэрэглэхэд хэрэгтэй зай: 100 x 60 x 80 см, Хайрцаг: 93 x 71 x 60 см, Жин: 38 кг, 100-240 В ± 10 %, 50/60 Гц, IEC-60320C13 холбогч, Чадлын зарцуулалт: 150 Вт, Фаз: 5A250 В (T5A L250V) IEC 60127-2II, Шуугианы түвшин: ≤ 56 дБ, дулаан 15...30°C / чийгшил max. 10-85 %</p>		ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
		<p>Хайрцаг: 93 x 71 x 60 см, Жин: 38 кг, 100-240 В ± 10 %, 50/60 Гц, IEC-60320C13 холбогч, Чадлын зарцуулалт: 150 Вт, Фаз: 5A250 В (T5A L250V) IEC 60127-2II, Шуугианы түвшин: ≤ 56 дБ, дулаан 15...30°C / чийгшил max. 10-85 %</p>		ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
25	Умайн хүзүүний эсийн наацийн автомат будагч	<p>Слайд тавиур тоо 2, Хүчин чадал туршид/тус бүр нь слайд тавиур 48 слайд / нь цаги 96 слайд, Тус сав /эхний болон хоёр дахь нь 19,800ml5хэмжээ болон савны хүчин станц/ ус байна, Тус бүр саванд хадгалах хугацаа 1 минут-99 минут 59 секунд, Холих хугацаа /анхдагч утга 15 секунд / 5-30 секундаас шаардлагатайд тохируулага хийж болох, Санах ой: 8-12 программтай, цахилгаан хүчдэл: 220В, 50-60 Гц, чадал: 120Вт, хэмжээ: 1247ммx470ммx550мм, жин: 75 кг</p>	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

26	Гэрлийн микроскоп /флюоресценц/	Гэрлийн микроскоп /Зөвхөн сүрьеэ шинжилгээний зориулалттай./ 2 нүдний дурантай, Дурантай хэсэг нь 90 градусаар эргэдэг, дээд өсгөлт 1000х, окуляр дурангийн үзүүлэлт WF10X/18mm, 4X, 10X, 40X8 100X,(oil), тавцангийн хэмжээ 135*140мм, камерийн үзүүлэлт sony CCD	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
27	Термостат	Тогтмол хэмт термостат, Температур: +5-80°C, Хугааа тохируулах: 0-9999 мин, Багтаамж: 30-234 митр хүртлэх сонголттой байх. Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50Гц	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
Нэгдсэн ариутгал								
28	Автоклав /Бүрэн автоклав/	Ажиллах даралтын утга: 0.22Мра, Ажиллах температур: 40°C-134°C, Аюулгүйн даралтын хязгаар: 0.22 Мра, Цагийн тохируулга: 0-60 мин, Цахилгаан зарцуулалт: 9kW, Цахилгаан эх үүсвэр: 380/220В 50-60 Гц Овор хэмжээ: 1550*750*1850, 250-500Л багтаамжтай	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
29	Автоклав \Уурын хагас автомат\	Ажиллах даралтын утга: 0.22Мра, Ажиллах температур: 40°C-134°C, Аюулгүйн даралтын хязгаар: 0,22 Мра, Цагийн тохируулга: 0-60 мин, Цахилгаан зарцуулалт: 9kW, Цахилгаан эх үүсвэр: 380/220В 50-60 Гц Овор хэмжээ: 1550*750*1849	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
30	Ус нэрэгч	Цахилгаан эх үүсвэр: 380В 50Гц, Хэмжээ: 25Л, Чадал: 7.5кВатт, Бүрэн автомат	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
31	Уут наагч машин	Вакум уутны ам наагч Хүчин чадал: 100м/цаг, овор хэмжээ: 430х360х380 Жин: 8кг, Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50-60Гц, Ажиллах температур: 0-180 градус, Бүрэн автомат	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

32	Хатаах шүүгээ	Халаах хязгаар: 50°C-300°C Температурын хэлбэлзэл: ±1°C, Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50Гц, Халаах чадал: 0.6kw Доторх хэмжээ: 208x280x280мм, Гадна овор хэмжээ: 600x280x280мм, Дотор тавиарын даац: 25кг	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
33	Түргэн эргэлтийн наконечник ариутгагч бөмбөлөгөн ариутгалын аппарат	Цахилгаан хүчдэл: 220 АС, 50-60Hz, Ариутгал хийх хугацаа 3-5 минут байх, кварцын туяагаар ариутгал хийх	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
34	Ультрасоник	Хэмжээ: 265x233x90 (мм), Жин: 3.3 кг, Хүчдэл:220В, 60 Гц, Хэрэглээний чадал: 45Вт, Хэтавиан давтамж: 1МНз±20%, Гаралт: 20W/cm2, Хугацааны тохируулга: 5,10,15мин	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
Хэвтүүлэн эмчилэх тасаг,хөнгөвчлөх,эрчимт эмчилгээ,яаралтай тусламжийн тасагт хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж								

35	Суурин рентген аппарат /дигитал/	<p>FPD/Flat panel detector-той , Дүрс боловсруулах систем Цахилгаан тэжээл Зураг авалтын ширээ Үндсэн төхөөрөмжийн иж бүрдэл Дижитал хүлээн авагч/плат панел илрүүлэгч FPD/ Үндсэн бүрдэл: Детектор: DR төрөл Ажлын талбай: 17"*17" A/D хөрвүүлэлт: 14 бит Өндөр давтамжийн рентген генератор /630mA/150kV, 50kW, 400V/50Hz/ Үндсэн бүрдэл: Гаралт ба давтамжийн хязгаар: 50кВт Рентген зураг авах хүчдэл: 40-150кВт Хоолойн гүйдэл: 10-630м/А мАс: 0,5-500мАс Хугацааны хязгаар: 6,3сек Рентген зураг авалтын программ: 400 төрөл Рентген аппаратны тохиргоо автомат Өөрийгөө оношлох системтэй: Алдаа заасан тохиолдолд мэдээллэнэ Рентген хоолой Үндсэн бүрдэл: Рентген зураг авахын рентген зураг авах хүчдэл: 40-150кВт Анод халатын хадгалах чадал: 300кHu Фокус 2 spots,0,6/1,2mm Анодын хурд: 2800rpm Зураг авалтын ширээ Ширээний өндөр: 700мм Ширээний тавцангийн хөдөлгөөн урагш, хөндлөн чиглэлд Ширээний гадаргуун хэмжээ: 2000*760мм Фокуслах зай: 100см Нягтрал: 103L/INCH Коллиматор Үндсэн бүрдэл:</p>	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
----	----------------------------------	---	---	--------	---	--	---	--

	<p>Коллиматор: Мульти-функциональный Босоо чиглэлд зураг авах стенд Үндсэн бүрдэл: Рентген хоолойн фокус цэгээс хальс хоорондын зай: 0,5м - 1,28м Зураг авалтын кассет хэмжээ: 18*24, 24*30, 35*35, 30*40, 35*43 Негатоскоп Зураг харах: Хэмжээ: 498*482*28мм/Өргөн,өндөр, гүн/ Харалтын хэмжээ: 365*423мм Гэрэлтүүлэг: 20000cd/-+10% Лампын төрөл: CCFL /лампа/ Хүчдэл оролт: AC 220V, 50/60Hz Хүчдэл гаралт: DC 12V-+5% 3.5A Гэрлийн ажиллах хугацаа: 20000цаг Иж бүрэн суурин компьютер, програм хангамж Дижитал харалт, мэдээлэл дамжуулах: Үйлдлийн систем: Windows 7 Компьютер: intel i5, 1Тирабайт Дэлгэц: 19инч Лед Архив төхөөрөмж: Хар цагаанаар өөрчлөнө Дүрс чөлөөтэй томруулна Өнцөг энхансмент Хэмжээ /өнцөг зай/ Толин дэлгэц: баруун зүүн, дээш, доош дүрсийг хөдөлгөх боломжтой Өгөгдөл хайх функц, өвчтөний дугаар, овог нэр, огноо хайх функцтэй DICOM 3.0 холбох сүлжээтэй, DICOM хадгалах боломжтой, DICOM хэвлэлтгэй Шууд зурган дээр болон дүрсэн дээр шугам тавьж бүх төрлийн хэмжилт хийх, графикаар үзүүлэх зэрэг олон үйл ажиллагааг тэмдэглэгээг оруулдаг DICOM холболтоор эмнэлгийн сүлжээнд холбогдох</p>		ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
--	---	--	--------	---	--	---	--

36	Хяналтын монитор	Дэлгэц 12,1 инч /800x600/ touch screen, 9 долгион харуулах боломжтой /3 ECG, SpO2, 4 IBP, Resp /, Дэлгэцэн дээр дан ECG 7 долгион харуулах боломжтой /I, II, III, aVR,aVL,aVF,V/, Параметр: ECG, SpO2, NIBP, 4IBP, Resp, 2 Temp, HRV, APG detect analysis, Interface, RS-232 port, VGA port, LAN port,Цахилгааны үүсгүүр: 100-240В, 50/60Гц 80VA /Хамгийн их/, Батарей: Дахин цэнэглэдэг/2цаг/, Электродын тоо: 3 , Зүрхний цохилтын хязгаар: 0-300bpm±2 bpm/, ECG хэмжээ: 2.5, 5, 10, 20, 30, 40, автомат мм/мВ, ECG бичлэгийн хурд: 12.5, 25, 50 мм/сек, SpO2, Хэмжих хязгаар: 0~100%, Пульсын хэмжих хязгаар: 0~300bpm, Нарийвчлал: 0~240bpm±2bpm, 241~300bpm±3bpm, Амьсгал: Хэмжих хязгаар: 4-150bpm (±2% буюу ±2bpm), Амьсгалын тасалдал: OFF, 10-40 сек, NIBP, Техник аргачлал: Oscilometric, Хэмжих хязгаар: Том хүн 0-300mmHg, Нярай:0-150mmHg, TEMP, Суваг: 2, Хэмжих хязгаар: 0~500C, Нарийвчлал: 25~500C ±10C, 0~24,90C ±0,20C	10	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
37	Амьсгалын аппарат	Дэлгэц 10.4 инчийн хэмжээтэй салдаг, O2 агаар, 0.28 - 0.6 Мра, Хийн хангамж - 8 кРа, Тэжээл хангамж - 220 В, 50Гц, Хамгийн их даралт - 4мл/100Ра, Зөвшөөрөгдсөн даралт - < 65dB (A), Шуугиан - RS232 port, VGA, Interface холболт port байх - 50-1500 мл, Агаарын хэмжээ, Амьсгалуулалтын давтамж - 4-100 bpm (VCV болон PCV үед), 1-40 bpm (V-SIMV болон P-SIMV үед), Амьсгалуулах хугацаа - 0.1-12сек, Амрах зогсолтын хугацаа - 0-4 сек,FiO2 21 %-100%, Триггер - Даралт (-2-0кРа,PEEP), Батерейтай, Амьсгалын горим:Эзлэхүүний хяналттай (VCV), дэмжих / хянах, Даралтын хяналттай (PCV), дэмжих / хянах, Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим SIMV, Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим SIMV, Эзлэхүүний хяналттай амьсгалын горим V-SIMV, Даралтын хяналттай амьсгалын горим P-SIMV, Даралт дэмжигчтэй PSV, Автомат амьсгалын горим SPONT, Тасралтгүй үргэлжилсэн амьсгалын замын нэмэх даралт CPAP, Хосолсон горим VCV + SIGH, SIMV (VCV) + PSV, SIMV (PCV), Дохиолол:MV өндөр. MV нам, Хэлхээ салсан, Raw өндөр. Raw нам,Агаарын амьсгалын даралт тогтмол өндөр	3	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
38	Соруулгын аппарат	Сорох даралт / хамгийн их утга 90кРа.Дуу чимээ: 65db(A). Шингэн соруулах савны хэмжээ:2500мл /2 ширхэг /. Тасралтгүй ажиллах хугацаа:30 мин	4	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

39	Эмнэлгийн ор	<p>Орны толгойн болон хөлний хэсгийг дээд зэргийн чанартай АВС материалаар хийсэн.</p> <p>Түгжигддэг салган авч болдог.</p> <p>Орны хажуугийн буулгадаг хэсгийг хөнгөн цагааны хайлшаар хийсэн хавчихгүй байх загвартай.</p> <p>Орны үндсэн хүрээг эпоксигийн пудерээр бүрсэн зэвэрдэггүй гангаар хийсэн. Хэвтэх хэсгийг ган туузаар хийсэн. Эргүүлдэг бариул нь АМС материалаар хийгдсэн бөгөөд хэт ачаалаас хамгаалах системтэй.</p> <p>125 мм диаметр бүхий тормостой дугуйтай. 8см-н зузаан гудаастай.</p> <p>Дуслын штативтай.</p> <p>Орны хаалт, хашлагатай</p> <p>Хэмжээ: Урт- 1 метр 90 см, өргөн- 90 см</p> <p>Нурууны түшлэгийн тохируулах өнцөг: 75 0</p> <p>Хөлийн хэсгийн тохируулах өнцөг: 30 0</p> <p>Төмөрний зузаан 2 мм ба түүнээс дээш байх. 2 Функцтай.</p>	100	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
40	Дефибрилятор	<p>Долгионхэлбэр : Truncated Exponential Biphasic (e-cube), Гаргорим, Гаралтынэнерги 1-10J, 15J, 20J, 30J, 70J, 100J, 120J, Сонголтоор 150J, 170J, 200J, 360J, Цахилгаанцохилт: External Paddle (with Pediatric) / Internal Paddle,</p> <p>Нэгэнзэрэгцахилгаанаарзүрхнийүйлажиллагаасэргээх, AED горим, Гаралтынэнерги360J , Цахилгаанцохилт: Via multifunction defib. electrode pads, Shock advisory sensitivity and specificity meet AAMI DF-80 guidelines, Цэнэглэх 2 хугацаа, Адаптор : 360J хамгийнбагадаа 5 сек, Батарей : 200J хамгийнбагадаа 7 сек</p>	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
41	Тарианы автомат шахуурга	<p>Урсгалын хурдны хэмжээ :1–1000 мл /Шугаман Престатик</p> <p>- Түгээх эзэлхүүн 1 – 9999мл</p> <p>- Нийт дуслын эзэлхүүн 1 – 9999мл</p> <p>- Нарийвчлал ±2%-ийн дотор механизм дээр , ±5%-ийн дотор дуслын системээр</p> <p>- Жин: ойролцоогоор: 3.5 кг /дахин цэнэглэгдэх батарейгүйгээр/ Хэмжээ 100 х 190 х 250 мм</p> <p>- Тэжээлийн чадал 40ВА</p> <p>- Цахилгааны шаардлага АС 110/230В, 50/60Гц</p> <p>- Батарейн төрөл Ni-Cd дахин цэнэглэгдэх батарей</p> <p>- Батарейн ажиллагаа 4 цаг(125мл/цагаар)</p> <p>- Батарей цэнэглэгдэх хугацаа 6 цаг</p> <p>-Ажиллагааны нөхцөл 10 - 40°C , 30-85% чийгшил/ конденсацгүй нөхцөлд/</p> <p>- Хадгалах нөхцөл -10 - 45°C , 10-95% чийгшил/конденсацгүй нөхцөлд/</p>	14	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

42	Дусалын автомат шахуурга	<p>Урсгалын хурдны хэмжээ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10мл-ын тариур: 0.1 – 300 мл /цаг - 20мл-ын тариур 0.1 – 400 мл /цаг - 30мл-ын тариур: 0.1 – 500 мл /цаг - 50мл-ын тариур: 0.1 – 1200 мл /цаг - Түгээх эзэлхүүн: 1 – 1000мл - Жин ойролцоогоор: 2.5 кг /дахин цэнэглэгдэх батарейгүйгээр/ - Хэмжээ 220 x 130 x 108 мм - Тэжээлийн чадал 18ВА - Цахилгааны шаардлага AC 110/230В, 50/60Гц эсвэл DC 12В/24В, 2А - Батарейн төрөл Ni-MH дахин цэнэглэгдэх батарей - Батарей цэнэглэгдэх хугацаа 6 цаг 	15	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног
43	Зүрхний цахилгаан бичлэг	<p>Зөөврийн болон энгийн зориулалттай, Сувгийн тоо : 3 сувагтай, Бичлэгийн суваг: 3, 6, 12 сувагба 1 суваг /60сек/, Мэдрэмтгий байдал: 5, 10, 20 авто (I~aVF: 10, V1~V6: 5), Принтлэх хурд: 12.5, 25, 50 mm/s, Түүвэрлэх үзүүллэлт: 500 samples/sec, Дэлгэц: LCD Дэлгэц, Цаас /энгийн fax-ийн аппаратны цаасыг хэрэглэх боломжтой, Нягтрал: Босоо шугаман – 8 dots/mm, Хөндлөн шугаман - 16 dots/mm, Хүчдэлийн хэрэгцээ: 100-240Vac, 50/60Hz, 1.0-1.5A, Дуут дохион хяналт: Холбогдоогүй электродын хамгаалалттай</p>	4	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног
44	Суурин хэв авиан аппарат 4D,5D	<p>Хэвлий, Эмэгтэйчүүд, Зүрх , Урологи, бамбай булчирхай, 4 төрлийн дагчихтай Мэдрэлийн бусад эрхтэн, Түргэн тусламжийн шаардлагатай үед хэрэглэх зориулалттай эхо аппарат.</p> <p>Датчик болон тогтоогч: 4 идэвхитэй порт, болон нэг илүү харандаан датчик тогтоогч Салдаг датчик тогтоогчтой.</p> <p>Цахилгаан хүчин чадал: Хүчдэл: 100-127V~, ог 220-240V~ Давтамж: 50/60 Hz Цахилгаан зурцуулалт: Max. 630VA A/D-хувьсагч хурд (MHz): 40 (хүлээж авах) Хүрээлэн буй орчны температур: Температур: 0-40 °C Харьцангуй чийгшил: 20%-85% (нягтралгүй) Агаарын даралт: 700hPa-1060hPa Мэдрэгчтэй дэлгэц: 10.4-inch multi-touch LED мэдрэгчтэй дэлгэц Нарийвчлал : 800*600,</p>	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног

45	Улаан хоолой, ходоод, бүдүүн, шулуун гэдэсний дуран, иж бүрдэл	<p>Тусгай гэрлийн шинжилгээний арга: Narrow band imaging (NBI) аргаар хавдрыг эрт үед нь илрүүлэх функцтэй байх</p> <p>Автоматаар цагаан өнгөний тохиргоо хийх функцтэй байх</p> <p>Видео процессор, гэрэл үүсгэгч хосолсон төхөөрөмж байх</p> <p>Контраст: 3 түвшингээр контраст тохируулдаг байх.</p> <ul style="list-style-type: none"> • N (Normal): Хэвийн • H (High): Хар хэсэг нь илүү хар, цайвар хэсэг нь илүү цайвар харагдах • L (Low): Хар хэсэг нь илүү цайвар, цайвар хэсэг нь илүү хар харагдах <p>Аналог HDTV гаралт: RGB эсвэл YPbPr (1080/50I: PAL) аль нэгийг сонгох боломжтой байх.</p> <p>Аналог SDTV гаралт: VBS composite, Y/C болон RGB (576/50I: PAL); гаралтуудыг бүгдийг зэрэг гаргах боломжтой байх</p> <p>Дижитал гаралт: HD-SDI (SMPTE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M) ба DVI (WUXGA, 1080p, SXGA) аль нэгийг сонгох боломжтой байх.</p> <p>Өнгөний тон тохиргоо: Гаран дээрээс өнгөний тон түвшнийг тохируулдаг байх.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Улаан өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар • Хөх өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар • Хрома өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар <p>Дурангийн үзүүр объектоос хэт хол гэрэл хангалтгүй байх үед дүрсийг электроноор өсгөж харуулах Automatic gain control (AGC)</p>	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
----	--	---	---	--------	---	--	---	--

	<p>функцтэй байх. Iris функцтэй байх ба Peak, Average гэсэн 2 түвшнээр тохиргоо хийх боломжтой байх. Image enhancement буюу дүрсийг тодруулж харах функцтэй байх. Уг функц нь бүтцийг болон зах хүрээг тодруулж харах сонголттой байх. 2GB хэмжээтэй зөөврийн санах ойтой байх 50 өвчтөний мэдээлэл хадгалдаг байх Видео процессор, гэрэл үүсгэгчийн хамт: 20 хэрэглэгчийн тохиргоо хадгалдаг байх Монитор дээр доорх функцүүдийн тохиргоог харуулдаг байх • Structure enhancement level • Edge enhancement level • Zoom ratio • Color mode • Focus Лампын төрөл: Лед ламптай байх, Монитор: Өнгөт бүрэн HD технологитой байх Хэмжээ: 21.5 инч байх Нягтрал: 1920 x 1080 байх Оролт: SDI:3G/HD/SD SDI, BNC x2, DVI, VGA, Component/RGB, Y/C Video, Composite Video Гаралт: SDI:3G/HD/SD SDI, BNC x 1, Component/RGB, Y/C Video, Composite Video, Тавиур: Хэмжээ (НхWxD (mm)):1,165x485x575 Даац:37kg, 4300 mm хүртэл өргөн, 10кг LCD мониторт таарна. Ходоодны дуран: NBI гэрлийн горимд ажилладаг байх, Харах талбай: 1400, Харалтын гүн: 2-100 мм, Гадна диаметр: 9.2 мм, Сувгийн диаметр: 2.8 мм, Ажлын урт:1030 мм, Нийт урт: 1350 мм, Эргэх өнцөг: дээш 210°, доош 90°, баруун 100°, зүүн 100°, Бүдүүн гэдэсний дуран: NBI гэрлийн горимд ажилладаг байх, Water jet сувагтай, Харах талбай: 1400, Харалтын гүн: 2-100мм, Гадна диаметр: 12.8мм, Сувгийн диаметр: 3.7 мм, Ажлын урт:1680 мм, Нийт урт: 2005 мм, Эргэх өнцөг: дээш 180°, доош 180°, баруун 160°, зүүн 160°, Отсос: Сорох хүч: 0.90 bar(675mmHg) байх, Урсгал: 60 л/мин байх, Ажиллах цикл: үргэлжилсэн байх, Хэрэглэх чадал: 230ВА байх, Дурангийн угаалгын машин: Дурангийн битүүмж шалгагчтай байх, Угаах хугацаа:10-90 сек байх, Ариутгал: 1, 2, 5мин, 10-50мин, 1, 3, 6, 9 цаг байх, Угаалын бодисоор угаах: 30 сек байх, Угаалтын автомат горимтой байх, Тэжээл: АС 220/230В, 50/60Гц байх, Хэмжээ: 650 X 660 X 950мм байх, Дуран хадгалах шүүгээ: Дуранг ариун байдлаар хадгалдаг байх, Хэмжээ: 900x450x2100мм байх, Шилэн хаалгатай, 4 дуран өлгөх, хадгалах зориулалттай байх, U.V ламп: 15W-1ш (5,000 цаг ажиллах) кварцын ламптай байх, Тэжээл: АС220В, 50/60Гц байх</p>		ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
--	---	--	--------	---	--	---	--

46	Тархины цахилгаан бичлэг	EEG-н нэмэлт програмууд, EEG –н бичлэг хийхийн хажуугаар HR, SpO2, CO2 -н оорчлолтийг түргэн шуурхай мэдээлэх функцтэй, 17 inch дэлгэцтэй, зай бага эзлэнэ, Neuroworkbench-д суурилсан алсын зайн хяналт, DSA болон оорчлолтийн дараах тоон шинжилгээ хийж харуулах EEG функц, Синхрон дижитал видео бичлэг, 32 сувагтай EEG , болон SpO2/ETCo2 оролтууд, Нярайд зориулсан mini junction box CMRR : 105 dB or greater (60 Hz) A/D conversion : 16 bits Sampling давтамж :100, 200, 500, 1000 Hz, сонгох боломжтой Sensitivity: 1- 200 μ V/mm Time constant 0.001 - 10.0 сек, Дэлгэц : 17 inches , мэдрэгч, Дэлгэц хэмжээ: 1280 x 1024	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
Уламжлалт эмчилгээ								
47	Искра	<ul style="list-style-type: none"> • Цахилгаан тэжээл : 220В/50Гц • Гарга хцахилгаан даралт : 0-3000V • Цахилгаан давтамж : 50Гц\pm2Гц • Чадал : 600Вт • Гаргах цахилгааны урсгалын хэмжээ:6,5мА\pm10% • Овор хэмжээ: 380x300x160 мм • Цагийн тохируулга : 0-99 минут 	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
48	Поток	Гүйдлийн хэмжээ: 0-5, 0-50мА, Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50Гц, Дотоод хэмжээ: 100x270x180мм, Жин:2.7кг	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
49	Лазер эмчилгээний аппарат	Хэмжээ: 265*233*90мм, Жин: 3.3кг, Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50Гц, Хэрэглээний чадал: 45Вт, Хэт авианы давтамж: 1МHz \pm 20%, Гаралт: 20W/cm2, Хугцааны тохируулга: 5,10,15 мин	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
50	УВЧ.30	Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50Гц, Давтамж: 27.12 \pm 0.16МГц, Гарах чадлын хэмжээ: 1-р түвшин: 10 \pm 2 Вт, 2-р түвшин 20 \pm 4Вт, 3-р түвшин 30 \pm 6Вт, Ажиллах цаг 8 цаг	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

51	Ультразвук	<ul style="list-style-type: none"> • Хэмжээ: 265x233x90 (мм) • Жин: 3.3 кг • Хүчдэл: 220В, 60 Гц • Хэрэглээний чадал: 45Вт • Хэтавиан давтамж: 1MHz±20% • Гаралт: 20W/cm² • Хугацааны тохируулга: 5,10,15мин 	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
52	Татлагын сандал	<p>Татах дээд хэмжээ: 1-80кг Татлагын хугацаа: 1-99сек Татах хурд: тохируулна Ажиллах хугацаа: 1-99 мин Тэжээлийн хүчдэл: 220v/50гц</p>	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
53	Цахилгаан зүү	Гүйдлийн гаралт/дээд хязгаар: 6mA, Сонгож хэрэглэх давтамжууд: 1,5,10,25,50,100Гц, Хэмжээ: 205(W)x205(D)x80(H)mm, Эмчилгээний хугацаа: 5,10,15,20,30,40,50,60,90 Жин: 0.5кг	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
54	Цахилгаан төөнүүр	Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50-60Гц, Эмчилгээний хугацаа: 5-60 мин, долгионы урт: 760-3000нм, улаан туяаны хэрэглээ: 0-250W	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
55	Инфра гэрэл /хөлтэй/	Инфра улаан туяаны долгионы урт: 760-3000нм, Төрөл: Хэт улаан туяа, Эмчилгээний хугацаа: 5-60 мин, Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50-60Гц, Инфра улаан туяаны хэрэглээ: 0-250W	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
56	Кварц	Ариутгах зориулалттай, 2 ламптай, Гэрлийн чадал: ≥x2, Тохиромтой статик талбай: 60м2 Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50-60Гц	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

57	Дасгалын ор	Физик эмчилгээний явцад өвчтөнийг дасгал хийлгэхэд ашигладаг Хэмжээ: 1900*1310*530±50мм Жин: 135 кг	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
58	Параллел бар	Нөхөн сэргээх эмчилгээний төхөөрөмж Бүтэн биеийг нөхөн сэргээхэд зориулагдсан Функц: Алхах, тулгууртай бэлтгэл Өндөр: 77-103 см Өргөн: 38-61 см Урт: 300 см	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
59	Мөрний дасгалын төхөөрөмж	77*34*98 харьцаатай 17.0 кг хананд тогтоон суурьлуулдаг. 360 градусаар эргэх боломжтой мөрний үений далайц сайжируулах зориулалтаар ашигладана.	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
60	Шат /Training Ladder/	Төрөл: Нөхөн сэргээх тоног төхөөрөмж Сэргээн засах эмчилгээнд хэрэглэнэ Хэмжээ: 3420*870*1390-210±50мм	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
61	Хөлийн наалттай хүндрүүлэгч	Алхааны эмгэгтэй өвчтөний хөлийн булчингийн хүчийг сайжруулах 0.5кг-5кг ба түүнээс дээш 0.5кг -2 хос 1кг - 2хос 3 кг -2 хос 4 кг -2хос	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
62	Дасгалын гантель	Гар болон мөрний эмгэгийн үеийн булчингийн хүч сайжруулах 0.5кг-3кг ба түүнээс дээш 0.5кг -2 хос 1кг - 2хос 1.5 кг -2 хос 2кг -2хос 3кг -2хос	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

63	Тархины харвалт болон нуруу, нугас доод мөчний гэмтлийн дараа ашиглах бэхлэгээтэй алхуулагч	Үндсэнуртын хэмжээ: 115-145см Суганы өргөн: 30-45см Бүсэлхийн өргөн: 45см Дугуйны диаметр: 10 см Найман дугуйтай Дунджаар 150-183см өндөртэй хүнд тохиромжтой Суух болон алхаж явахаар тохируулах боломжтой байх 125кг хүртэл ачаалал даах	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
64	Tow-castor Walking Assistant for child	ДЦП болон алхааны эмгэгтэй хүүхдийг дэмжлэгтэй алхуулагч	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
65	Интерференциал гүйдлийн эмчилгээний аппарат	Цахилгаан гүйдлээр эмчлэх Интерференциал гүйдлийн эмчилгээний төхөөрөмж Хүчдэл: 220В Хугацаа: 2.5-30мин тохируулгатай Давтамж: 5000Hz±500 Гц Динамик хэмнэл: 15-20s	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
66	Бэхлэгээтэй, зогсоогч ор /bed tilt/	Бүрэлдэхүүн хэсэг: гарын түшлэг, гарын тавиур, бэхлэх оосор, гар удирдлага, гарын тавиурыг тохируулах хаалт, орын хавианг өргөх хэсэг, хөлний бэхлэгээ, хөл өргөх хэсэг, мотор, дугуй Хэмжээ: 1900*700*670±50мм Жин: 52 кг	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
67	Бэхлэгээтэй алхуулагч /manual/	specification: 110×95×174 manual control armrest height: 0~100 age for 6-16	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
68	thera-band дасгалын резин тууз	5 өнгийн сонголттой өнгө бүр нимгэн зузааны ялгаатай ба дасгалын үед үзүүлэх эсэргүүцэл өөр байдаг. Ком	5	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

69	Мөрний дасгалын төхөөрөмж Pulley Ring Exerciser (simple)	Мөрний эмгэг болон харвалт саажилтын үеийн мөрний үений далайц сайжруулах төхөөрөмж	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
70	өвдөгний чиг/ градустай /	Өвдөгний үе солих хагалгааны дараа өвчтөний өвдөгний үеийг бэхлэх градусыг нэмэгдүүлэх чадалтай чиг 5 хос	5	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
71	тэргэнцэр / хүүхдийн, том хүний/	Хэвтэрийн өвчтөн зөөвөрлөх тэргэнцэр	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
72	Kinetec CPM Machine	Өвдөгний үе солих хагалгааны дараах үений далайц сайжруулах аппарат	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
Мэс заслын тасаг болон эрчимт эмчилгээний тасгийн өтгөрүүлсэн хүчилтөрөгчийн ханын хийн систем								
73	Эмнэлгийн зориулалтай эс труба, Эмнэлгийн зориулалтай эс холбогчууд	/97% зэс, 3% Ган хольцтой эмнэлгийн ариутгалын бүрхүүлээр дотор талыг бүрсэн, шулуун, тэвэрлэлтийн үеийн ариутгалын таглаатай, ISO L стандартын труба, 1 Иж бүрдэл, /97% зэс, 3% Ган хольцтой эмнэлгийн ариутгалын бүрхүүлээр дотор талыг бүрсэн, ISO L стандартын холбогч/	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
74	Эмнэлгийн зориулалттай орны дээр байрлах ханын панел	/- 1ш Герман стандартын Хүчилтөрөгчийн Разетка, 1ш вакуум разетка, 1ш эмнэлгийн агаарын разетка, 1ш эмнэлгийн нүүрхүчилийн разетка 1ш, 3ш цахилгааны 220В Universal Разетка	15	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

75	Хүчилтөрөгчийн чийгшүүлэгч	/0-15мл/мин, Германы DIN стандартын /	15	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
76	Соруулах системийн 2Л-ийн сав	(дамжуулах,сорох гуурс, шингэн системд нэвтрэхээс хамгаалсан хавхлага)	11	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
77	Герман стандартын сорох регулятор	(шингэн орохоос сэргийлсэн хавхлагатай, соролтын сөрөг даралт 0-(-8бар) хүртэл тохируулгатай, сөрөг даралтын барометертэй)	15	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
78	Хүчилтөрөгчийн бүлэг баллонт систем	/ Жигүүр бүрт 5 баллон нийт 10 баллон холбох боломжтой, даралт бууруулагч 2 давхар редуктортой, аваарын хавхлагатай, Зэвэрдэггүй гууль болон зэс материалтай/	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
79	Хүчилтөрөгчийн баллон	Хэлбэр: Босоо цилиндр, Техникийн байдал: хонхойж цохигдоогүй, өнгө будаг хэвийн, үлдэгдэл даралттай, хаалт нь хэвийн ажиллагаатай, Үндсэн тоноглол: даралт хэмжигч, температур хэмжигч, түвшиг хэмжигч, илүүдэл даралтаас хамгаалах хавхлаг, нээлхий буюу үйлчилгээний цонх, үлдэгдэл юүлэх цорго, орлого,и зварлагын цорго, шат байх, Бичиглэл: хоосон үеийн жин, кг, үйлдвэрлэсэн он, зориулалт, хувийн дугаар, үйлдвэрлэгчийн тэмдэг, эдэлхүүн Л, мөрдсөн стандарт, шалгарсан даралтуудтай байх.	15	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
80	Эмнэлгийн зориулалттай вакуум компрессор	/6 кВт, 1000л цилиндр, -1 МПа хүртэл даралт гаргах чадвартай, 300 хүртэлх оронд вакуум үүсгэх чадалтай, автомат удирдлагатай/ 1 иж бүрдэл	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

81	Эмнэлгийн зориулалттай агаарын компрессор	/7кВт, 1000л цилиндр, 0.8 МПа хүртэл даралт гаргах чадвартай, 300 хүртэлх оронд агаараар хангах чадалтай, тос хэрэглэхгүй / 1 иж бүрдэл	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
Эмнэлгийн нийтийн хоолны тоног төхөөрөмж								
82	1-р хоолны тогоо	Тэжээл: 380В,50-60Гц, 100-150L багтаамжтай, Овор хэмжээ/урт,өргөн,өндөр/: 840x900x940, Халах горим/С*/: 55 мин 95°С, Жин/кг/: 121 кг, Хүчин Чадал /квт/: 18,1 кВт	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
83	2-р хоолны тогоо	Тэжээл: 380В,50-60Гц, Овор хэмжээ/урт,өргөн,өндөр/: 840x955x950 мм, Халах горим/С*/: 230 °С, Жин/кг/: 116 кг, Хүчин Чадал /квт/: 9 кВт, Багтаамж: 40 л	1	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
84	6 ширэмтэй плитка	Тэжээл: 380В,50-60Гц, 6 ширэмтэй плитка /шарах шүүгээтэй/	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
85	Том жигнүүр	Тэжээл: 380В,50-60Гц, 6 ширхэг листтэй жигнүүр /бүх төрлийн бууз, жигнэсэн гурил, будаа жигнэх боломжтой/ 100-150 ширхэг бууз нэг зэрэг жигнэх боломжтой	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
86	Махны машин	Цахилгаан хэрэглээ: 380V , цахилгаан зарцуулалт: 2,2 квт/цаг, хөдөлгүүрийн хурд: 1400 эрг/мин , мах татах хүчин чадал: 400кг/цаг , мах хэрчих хүчин чадал: 250кг/цаг , мах татагчийн амсарын диаметр: 11см , мах хэрчигчийн амсарын хэмжээ: 13см х 9см , мах хэрчих хамгийн бага зузаан: 3.5мм, 7мм (Аль нэгийг нь сонгоно.) , материал: Үл зэврэх сайн чанарын ган , машины жин: 55кг , машины хэмжээ: 55см х 38см х 75см	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

87	Хөлдөөгч	Өндөр нягтралтай зузаан дулаалга, 75мм ийн зузаан корпус, дижитал термостат, хөргөлтийн температурын тохиргоо, хөргөлтийн тасалгаа бүрт температурыг өөр өөрөөр тохируулж болох агаарын эргэлтийн шилдэг технологи, сайн компрессортой, өндөр хурдтай сэнсний мотортой, CFC чөлөөт хөргөлт, полиуритан дулаан тусгаарлагч материал, хаалга зөөлөн хаагдана, тавиурын өндрийг өөрчилж болно, хөлийг өндөр нам болгож тэнцвэртэй тэгш хэмтэй байрлуулж болно, температурын дэлгэцийн тусламжтайгаар хөргөлтийн хэмжээг тохируулж болно, зай завсаргүй өндөр битүүмжлэлтэй хаалгатай байх.	4	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
Сервер, компьютер, хэвлэгч								
88	Server	intel® Xeon® CPU E5-2450 v2 @ 2.50 GHz (32 CPUs), 32 GB RAM,4TB hard, 19 inch monitor	2	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	
89	Компьютерийн иж бүрдэл	intel® Core™ i3-8100 CPU @ 3.60GHz (4CPUs), 4GB RAM, 500 GB Hard disk, 19 inch monitor. HP laser A4 printer	50	ширхэг	Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан хуваарийн дагуу	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 7 хоног	Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 45 хоног	

Техникийн тодорхойлолт

[Тендерийн баримт бичигт оруулвал зохих техникийн тодорхойлолтыг захиалагч боловсруулж энд бичнэ. Худалдан авах эмийн жишиг техникийн тодорхойлолт болон багцлах жишгийг өргөн хэрэглэгддэг зайлшгүй шаардлагатай эмийн нэр төрөлд үндэслэн хавсаргав.]

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Тавигдах ерөнхий шаардлага:

- Тухайн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний сургалтыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулах
- Эмнэлгийн инженер техникийн болон компанийн инженерүүдийн хийх ажил үүргийн жагсаалтыг ирүүлэх
- Бараа нь технологийн хувьд орчин үеийн, дэвшилтэт технологи байхын сацуу ашиглахад энгийн, ажиллагааг хянах боломжтой, олон улсын бүтээгдэхүүний чанарын CE, FDA, ISO, TUV зэрэг стандартуудын аль нэгийг хангасан байх
- Бүрэн ажиллагааг хангахын тулд бараанд зайлшгүй шаардлагатай бүх нэмэлт ба дагалдах хэрэгслүүдийг хамтад нь санал болгох /үнэ, part number/
- Баталгаат хугацаа 2 жилээс багагүй байх ба баталгаат хугацааны засвар үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч компани хариуцаж баталгаат засварын гэрээг хүлээн авагч байгууллагатай тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөх үед байгуулна.
- Баталгаат хугацаа дууссаны дараа сэлбэг материалаар хангах боломжтой байх үнийн саналыг тоног төхөөрөмж тус бүр дээр дагалдуулсан байх.
- Техникийн үзүүлэлтэнд дурьдсан дагалдах хэрэгслийг 1 тоног төхөөрөмжинд байхаар тооцож бичсэн болно.
- Ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний дараах гарын авлагыг англи, монгол хэл дээр тухайн аппарат, тоног төхөөрөмжийг дагалдуулж өгөх
 - хэрэглэгчийн гарын авлага
 - засвар үйлчилгээний гарын авлага
 - баталгаат хугацаанд хийх техник үйлчилгээний график /өдөр тутам, 7 хоног, сарын, шалгах хуудас

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тайлбар /Техник үзүүлэлт/	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
Мэс заслын тасаг					
1	Хагалгааны автомат ор	Орны дээд хэсгийн хэмжээ: Нийт урт: 2100 мм Өргөн: 480 мм Өргөн /орны хүрээний хамт/: 680мм Нурууны хэсэг: 500x480мм Суудлын хэсэг: 530x480мм Гуяны хэсэг: 510x236мм Хөлний хэсэг: 180x273мм Бөөрний хэсэг: 100x480мм Хөдлөх хязгаар: Буцаасан хэлбийлт: ≥20° Хэлбийлт: ≥15° Хажуу тийш хазайлгах: ≥15° Цахилгаан 220В, 50Гц Хэсгүүдийн хөдөлгөөн Толгойн хэсгийг өргөх: ≥45° Толгойн хэсгийг налуулах: ≥90° Хөлийн хэсгийг буулгах: ≥90° Хөлийн хэсэг онгойх: ≥90° Нурууны хэсгийг дээш өргөх: ≥45° Нурууны хэсгийг хойш налуулах: ≥15° Өвдгөнд дэмжлэг үзүүлэгчийг өргөх: ≥100мм Аюулгүй ажлын ачаалал: 250кг	3	8,500,000	25,500,000
2	Таазны гэрэл	Гэрэлтүүлэг-130000:130000лед, Өнгөний ялгарал-4000, Хүчин чадал-12-28W, Лампны ажиллах цаг-30,000	3	69,000,000	207,000,000
3	Хяналтын монитор	Дэлгэц 12,1 инч /800x600/ touch screen, 9 долгион харуулах боломжтой /3 ECG, SpO2, 4 IBP, Resp /,	12	6,900,000	82,800,000

		Дэлгэцэн дээр дан ECG 7 долгион харуулах боломжтой /I, II, III, aVR, aVL, aVF, V/, Параметр: ECG, SpO2, NIBP, 4IBP, Resp, 2 Temp, HRV, APG detect analysis, Interface, RS-232 port, VGA port, LAN port, Цахилгааны үүсгүүр: 100-240В, 50/60Гц 80VA /Хамгийн их/, Батарей: Дахин цэнэглэдэг/2цаг/, Электродын тоо: 3, Зүрхний цохилтын хязгаар: 0-300bpm/±2 bpm/, ECG хэмжээ: 2.5, 5, 10, 20, 30, 40, автомат мм/мВ, ECG бичлэгийн хурд: 12.5, 25, 50 мм/сек, SpO2, Хэмжих хязгаар: 0~100%, Пульсын хэмжих хязгаар: 0~300bpm, Нарийвчлал: 0~240bpm±2bpm, 241~300bpm±3bpm, Амьсгал: Хэмжих хязгаар: 4-150bpm (±2% буюу ±2bpm), Амьсгалын тасалдал: OFF, 10-40 сек, NIBP, Техник аргачлал: Oscilometric, Хэмжих хязгаар: Том хүн 0-300mmHg, Нярай:0-150mmHg, TEMP, Суваг: 2, Хэмжих хязгаар: 0~500C, Нарийвчлал: 25~500C ±10C, 0~24,90C ±0,20C			
4	Унтуулгын аппарат ком \монитортой\	Дэлгэц 10.4 инч TFT дэлгэц, Урсгалын хурд O2: 0.1-10л/мин, N2O: 0.1-10 л/мин, Air: 0.1-10 л/мин, Амьсгалын горим IPPV, SIPPV, VCV, PCV, IMV, SIMV, MANUAL, Standby, IPPV-Эерэг даралтын амьсгалын тохируулга, SIPPV- Синхрон эерэг даралтын амьсгалын тохируулга, VCV- амьсгалын эзэлхүүний хяналт, PCV- Амьсгалын даралтын хяналт, IMV- intermittent mandatory ventilation – зайлшгүй өгөх агаарын зохицуулалт: 1~12bpm, SIMV- Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим: 1-20bpm, MANUAL- гар тохируулагат, Standby-түр горим, Эрчим хүчний хангамж Хамгийн багадаа 4 цаг, Урсгалын түвшин Тохируулах урсгал : 20-1500ml, Урсгалын түвшин: 0-2000ml, Амьсгалын түвшин 1-100bpm, Амьсгал авах /амьгал гаргах (I:E) харьцаа 8:1-1:10 (эсрэг харьцаагаар агааржуулах боломжтой), Эерэг амьсгал гадагшлуулах даралтын түвшин 0-20cmH2O (электрон хяналттай), Амьсгал авах даралтын түвшин . - 10-10cmH2O (электрон хяналттай), Амьсгал 80-120 амьсгалт бүрт 1 амьсгал авна, Хүчилтөрөгчийн хяналт 21-100%, SIMV түвшин 1-20bpm, Амьсгалын түвшин 0-1 second, Ууршилт конденсацын түвшин 0-5%, Ууршилтын оролт PA-I төрлийн 2 оролт	3	32,000,000	96,000,000
5	Гар угаах төхөөрөмж	Ус саванг өвдөгөөрөө тохируулна, Хөл педельтай, Усны нөөцийн сав-30-50л	2	15,000,000	30,000,000
6	Амьсгалын аппарат	Дэлгэц 10.4 инчийн хэмжээтэй салдаг, O2 агаар, 0.28 - 0.6 Мра, Хийн хангамж - 8 кРа, Тэжээл хангамж - 220 В, 50Гц, Хамгийн их даралт - 4мл/100Ра, Зөвшөөрөгдсөн даралт - < 65dB (A), Шуугиан - RS232 port, VGA, Interface холболт port байх - 50-1500 мл, Агаарын хэмжээ, Амьсгалуулалтын давтамж - 4-100 bpm (VCV болон PCV үед), 1-40 bpm (V-SIMV болон P-SIMV үед), Амьсгалуулах хугацаа - 0.1-12сек, Амрах зогсолтын хугацаа - 0-4 сек, FiO2 21 %-100%, Триггер - Даралт (-2-0кРа, PEEP), Батерейтай, Амьсгалын горим: Эзлэхүүний хяналттай (VCV), дэмжих / хянах, Даралтын хяналттай (PCV), дэмжих / хянах, Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим SIMV, Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим SIMV, Эзлэхүүний хяналттай амьсгалын горим V-SIMV, Даралтын хяналттай амьсгалын горим P-SIMV, Даралт дэмжигчтэй PSV, Автомат амьсгалын горим SPONT, Тасралтгүй үргэлжилсэн амьсгалын замын нэмэх даралт CPAP, Хосолсон горим VCV + SIGH, SIMV (VCV) + PSV, SIMV (PCV), Дохиолол: MV өндөр. MV нам, Хэлхээ салсан, Raw өндөр. Raw нам, Агаарын амьсгалын даралт тогтмол өндөр	4	35,000,000	140,000,000
7	Соруулгын аппарат	Сорох даралт / хамгийн их утга 90кРа, Дуу чимээ: 65db(A). Тасралтгүй ажиллах, Хэмжээ: 460:370:940мм	4	2,450,000	9,800,000
8	Дурангийн хагалгааны иж бүрэн аппарат	Монитор-Дэлгэцийн төрөл: a-Si TFT Active Matrix, LED Backlight байх, Хэмжээ: 26 инч байх, 2ш дэлгэцтэй байх, Нягтрал: 1920 x 1080 байх, Өнгөний хэмжээ: 1.07В өнгө ялгах боломжтой байх, Харах өнцөг: баруун зүүн 178°, дээш, доош 178° байх, Гэрэлтэлт: 450 cd/ m² байх, Контраст: 1400:1 байх, Оролт: Composite video, Y/C video, Component/RGB, SDI, VGA, DVI, Remote input-тай	1	380,000,000	380,000,000

		байх, Гаралт: Composite video, Y/C video, Component/RGB, SDI-тай байх, Видео процессор, гэрэл үүсгэгчийн хамт: Видео процессор, гэрэл үүсгэгч нэгдсэн нэг төхөөрөмж байх, Эмгэг судасжилтыг илрүүлэх NBI технологитой байх, Гэрэл үүсгэгч нь LED ламптай байх, Цагаан өнгөний тохиргоог автоматаар хийдэг байх, 3 горимоор (1.0., 1.2., 1.5.) томруулж харах функцтэй байх, Коагуляцын аппарат- Хүчдэл: 220-240 В байх, Давтамж: 50/60 Гц байх, Оролтын дээд чадал: 1,500 ВА, Өндөр давтамжийн функц : Monopolar / bipolar, Өндөр давтамж: 430 кГц ± 20%, Өндөр давтамжийн дээд чадал: 320 Вт, Монополяр кабель дагалдуулах 10ш идэвхгүй электрод, идэвхгүй электродын кабель дагалдуулах, Хэвлийн хөндий хийлэгч төхөөрөмж-Урсгалын тохиргоог (NORMAL cavity mode) болон (SMALL cavity mode) гэсэн 2 горимоор тохируулах боломжтой байх, (NORMAL cavity mode), HIGH: 20 – 45 л/мин, MED: 1.1 – 1.9 л/мин 2 – 19 л/мин, LOW: 0.1 – 1.0 л/мин, (SMALL cavity mode): HIGH: 6 – 10 л/мин, MED: 1.1 – 1.9 л/мин, 2–5 л/мин, LOW: 0.1 – 1.0 л/мин, Телескопи, 10мм, 30°-Харах өнцөг: 30°, Гадна диаметр: 10мм, Телескопи 5.4 мм, 30- Харах өнцөг: 30°, Гадна диаметр: 5.4мм, Камерын толгой-Кабелийн диаметр, урт: ø 6.8 мм × 3 м, Камерын толгой жин: 220 г, Фокусын урт: f = 15.9-31.3 Мм, NBI технологи, IR дурантай ажиллах боломжтой байх, Электрон өсгөлт хийх функцтэй байх, Автоклавт ариугтах боломжтой байх, Гэрэл дамжуулагч кабель-Диаметр:4.25 мм, Кабелийн нийт урт:3 м, CF төрөл байх, Тавиур: Даац:- Дээд тавиур: 20 кг- Дунд тавиур : тус бүр 30.5 кг- Суурь:30 кг тус бүр даацтай байх, Тусгаарлагч трансформатортай байх, Видео бичигч төхөөрөмж- 3D видео бичлэг хийх боломжтой байх, Өнгөт LCD монитортой байх, Видео оролт: DVI(HDMI, RGB via adapter), HD SDI, S-Video, Composite, Видео гаралт: DVI(HDMI, RGB via adapter) Video formats: H.264 / MPEG4 (1080, 720, NTSC, PAL), Зургийн формат: JPG, TIFF, BMP, DICOM, Гар багажууд- Хавчаар-2, Диссектор-2, Зүү баригч-2, Дэгээ-1, Хайч-2, Биопсын хавчаар-2			
9	Түлэгч аппарат	Ерөнхий мэс засал. Цээжний мэс засал, ортопед мэс гэх мэт эмнэлзүйн хэрэглээтэй.Хүчдэл:110-220В, 50-60Гц, 2500-3000Вт	4	9,500,000	38,000,000
10	Мэс заслын ширээ	Дугуйтай, эвхэгдэг, Урт: 60"х70", 2 Тавиартай байх, Дээд тавиар нь доош дээш хөдлөх боломжтой, CDS-3072-ийн хэмжээ:30 "d x 72" w x 34 "h, дээд тавиур нь 28" d x 72 "w, CDS-3060-ийн хэмжээ:30 "d x 60" l x 34 "h, дээд тавиур нь 20" d x 60 "w, Weight capacity: Top shelf: 160 lbs.; Table top: 260 lbs.; Bottom shelf: 230 lbs, CDS-3060 Space Station, list: \$4,556; Your cost: \$3,644, CDS-3060-DD Disposable Drape, 12/ case, list: \$888, CDS-3072 Space Station, list: \$4,817; Your cost: \$3,853, CDS-3072-DD Disposable Drape, 12/ case, list: \$888;	3	1,500,000	4,500,000
11	Хэвлийн хөндийн мэс заслын багажны ком	Хутганы иш/ scalpel handle #3-3ш, Хутганы иш/ scalpel handle #4-4ш, Янкувер сорогч гуурс/ yankauer suct tube stainless-3ш, мэёо зөөлөн эдийн шулуун хайч/ mayo stille dissecting scissor straight-урт 139.7 мм/ 5 1/2"-6ш, мэёо зөөлөн эдийн махир хайч/ mayo stille dissecting scissor curved-урт 139.7 мм/ 5 1/2"-6ш, мезенбаумын махир нарийн хайч/ s e metzenbaum stand nelson curved tc-урт 279.4 мм/ 11" вольфрон карбид-6ш, холстед москит шулуун хавчаар/ halsted mosq fcp straight 5"-урт 127 мм/ 5"-12ш, холстед москит махир хавчаар/ halsted mosq fcp curved 5"-урт 127 мм/ 5"-12ш, спенсер мэллсийн шулуун хавчаар/ spencer wells fcp straight 8" /бильрот/-урт 203.2 мм/ 8"-12ш, спенсер мэллсийн махир хавчаар/ spencer wells fcp curved 8"-урт 203.2 мм/ 8"-12ш, крил шулуун хавчаар/ crile fcp straight 6 1/4" /бильрот/-урт 158.75 мм/ 6 1/4"-12ш, крил махир хавчаар/ crile fcp curved 6 1/4"-урт 158.75 мм/ 6 1/4"-12ш, шүдгүй хямсаа/ serrated dressing fcps 8"-урт 203.2 мм/ 8"-12ш, бонни зөөлөн эдийн хямсаа/ bonney tissue fcps 1x2 tth 7" шүдтэй-урт 177.8 мм/ 7", шүд 1x2-12ш, мэёо хегар зүү баригч/ mayo hegar needle holder	8	3,500,000	28,000,000

		<p>serrated 7"-урт 177.8 мм/ 7"-6ш, мæо хегар зүү баригч/ mayo hegar needle holder serrated 9"-урт 230 мм/ 9"-6ш, эллис зөөлөн эдийн хавчаар/ allis tissue fcr 4x5 6"-урт 152.4 мм/ 6", шүд 4x5-3ш, вэйтлэйнер шарах тэлэгч/ weitlaner retractor blades 3x4 9 1/2" түгжээт шүдтэй-урт 241.3 мм/ 9 1/2", шүд 3x4-2ш, айрис шулуун хайч хурц үзүүртэй/ iris scissor straight sharp/sharp 4 1/2"-урт 114.3 мм/ 4 1/2"-3ш, бэххаус цапка/ backhaus towel clamp 5 1/4"-урт 133.35 мм/ 5 1/4"-25ш, лангенбэк жижиг тэлэгч/ langenbeck retractor small 9" парабеф нэг талдаа-урт 228.6 мм/ 9"-15ш, дивер/ deaver #4 2x12 элэг дарагч-дугаар 4, 2x12-5ш, мезенбаумын махир хайч/ metzenbaum scissors curved 7"-урт 177.8 мм/ 7"-5ш, рамплей корнцаг хавчаар/ rampley sponge fcr 9 3/4" окончит-урт 247.65 мм/ 9 3/4"-10ш, залкинд уян тэлэгч/ zalkind ribbon retractor malleable уян тэлэгч-өргөн 25.4 мм/ 1" x урт 330.2 мм/13"-3ш, залкинд уян тэлэгч/zalkind ribbon retractor malleable-өргөн 38.1мм/ 1/2"x урт 330.2мм/13"-3ш, сэнн 2 төгсгөлтэй тэлэгч хурц үзүүртэй/ senn retractor double end sharp-урт 158.75 мм/ 6 1/4", шүд 3 -3ш,сэнн 2 төгсгөлтэй тэлэгч мохой үзүүртэй/senn retractor double end blunt-урт 158.75 мм/ 6 1/4", шүд 3 -3ш, бэлфор хэвлийн өөрөө тэлэгч/balfour abdominal retractor -тэлэлт 177.8 мм, 7", тольны өргөн 50.8 мм/ 2"-2ш, шнидт хэл татагч/ schnidt tonsil forceps half curved jaws-урт 190.5 мм/ 7 1/2"-3ш, мезенбаум хайч/ metzenbaum scissors curved -урт 177.8 мм/ 7"-3ш, фоеерсер корнцаг шулуун/ foerster sponge forceps straight serrated-урт 241.3 мм/ 9 1/2"-3ш, фоеерстр корнцаг махир/ foerster sponge forceps curved serrated-урт 241.3 мм/ 9 1/2"-6ш, ligature forceps-урт 270 мм/ 11"-4ш, ligature forceps-урт 220 мм/ 9"-3ш, хэвлийн толь -100*40-5ш, liver retractor -100*40-3ш, richard's retractor -270 мм 64*43-5ш, микулич-180мм-30ш, жом шулуун тахир, lone star retractor -4000-s-ss -2ш, томсоны шарх тэлэгч -2ш, bipojet, юу эс армийн 2 төгсгөлтэй шарх тэлэгч/ us army retractor set/2 d/e, багажны хайрцаг/instrument box-7ш</p>			
12	Тог бууруулагч	Цахилгаан эх үүсвэр: 220 вольт, 50-60 гц, 8-10кВ	6	350,000	2,100,000
13	Зөөврийн эхо	<p>Техникийн ерөнхий үзүүлэлт: Өргөн: 361mm (14.21 inch) Зузаан: 357mm (14.06 inch) Өндөр: 75mm (2.95 inch) Жин: Ойролцоогоор 6,5 кг (батерейн хамтаар) Цахилгаан хэрэглээ: AC адаптер оролттой 12В-аар ажиллах боломжтой, Lith-ium-Ion Хүчдэл: 100 – 240V, 50/60Hz Холболт: USB, LAN, WIFI холболттой Дэлгэц: 15 inch LCD, нягтаршил 1024 x 768 Дэлгэцийн гэрэлтүүлэг тохируулах боломжтой. Цагаан толгойн үсгийн keyboard-той Синхрон залуурдлага: Он-дэлгэц заавар Дэлгэц амраагч горимд: Transducer дамжуулалт хийгдээгүй үед Жижиг зураг дүрс: Дэлгэц дээрх бодит цагт зургийг авах амьд скан Хэвлий, Эмэгтэйчүүд, ураг , Зулай 5 төрлийн дачиктай. Датчик 2D, 3D, 4D</p>	1	30,000,000	30,000,000
14	Дефибрилятор	<p>Долгионыхэлбэр : Truncated Exponential Biphasic (e~cube), Гаргорим, Гаралтынэнерги 1-10J, 15J, 20J, 30J, 70J, 100J, 120J, Сонголтоор 150J, 170J, 200J, 360J, Цахилгаанцохилт: External Paddle (with Pediatric) / Internal Paddle, Нэгэнзэрэгцахилгаанаарзүрхнийүйлажиллагаагсэргээх, AED горим, Гаралтынэнерги360J , Цахилгаанцохилт: Via multifunction defib. electrode pads, Shock advisory sensitivity and specificity meet AAMI DF-80 guidelines, Цэнэглэх 2 хугацаа, Адаптор : 360J хамгийнбагадаа 5 сек, Батарей : 200J хамгийнбагадаа 7 сек</p>	3	12,500,000	37,500,000
15	Тарианы автомат шахуурга	<p>Урсгалын хурдны хэмжээ :1–1000 мл /Шугаман Престатик - Түгээх эзэлхүүн 1 – 9999мл - Нийт дуслын эзэлхүүн 1 – 9999мл - Нарийвчлал ±2%-ийн дотор механизм дээр , ±5%-ийн дотор дуслын системээр - Жин: ойролцоогоор: 3.5 кг /дахин цэнэглэгдэх</p>	6	2,800,000	16,800,000

		<p>батарейгүйгээр/ Хэмжээ 100 х 190 х 250 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тэжээлийн чадал 40ВА - Цахилгааны шаардлага AC 110/230В, 50/60Гц - Батарейн төрөл Ni-Cd дахин цэнэглэгдэх батарей - Батарейн ажиллагаа 4 цаг(125мл/цагаар) - Батарей цэнэглэгдэх хугацаа 6 цаг -Ажиллагааны нөхцөл 10 - 40°С , 30-85% чийгшил/конденсацгүй нөхцөлд/ - Хадгалах нөхцөл -10 - 45°С , 10-95% чийгшил/конденсацгүй нөхцөлд/ 			
16	Дусалын автомат шахуурга	<p>Урсгалын хурдны хэмжээ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10мл-ын тариур: 0.1 – 300 мл /цаг - 20мл-ын тариур 0.1 – 400 мл /цаг - 30мл-ын тариур: 0.1 – 500 мл /цаг - 50мл-ын тариур: 0.1 – 1200 мл /цаг - Түгээх эзэлхүүн: 1 – 1000мл - Жин ойролцоогоор: 2.5 кг /дахин цэнэглэгдэх батарейгүйгээр/ - Хэмжээ 220 х 130 х 108 мм - Тэжээлийн чадал 18ВА - Цахилгааны шаардлага AC 110/230В, 50/60Гц эсвэл DC 12В/24В, 2А - Батарейн төрөл Ni-MH дахин цэнэглэгдэх батарей - Батарей цэнэглэгдэх хугацаа 6 цаг 	6	2,800,000	16,800,000
17	Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч	<p>Багтаамж: 8л/мин Хүчилтөрөгчийн нягт: ≥90% (V/V) Дагалдах хэрэгсэл: Хүчилтөрөгчийн гуурс, Чийгшүүлэгч аяга 20 вольт 0,5 А 80W</p>	6	1,600,000	9,600,000
1,154,400,000					
Лабораторын багаж, тоног төхөөрөмж					
18	Цусны ариун чанар үзэх бүрэн автомат анализатор	<p>Төхөөрөмжийн өвор хэмжээ: Өндөр-78.1см, Урт-49.6см, Өргөн-62.2см, Жин: 95 кг, Орчны үзүүлэлт: Суурилуулах х.дээд өндөрлөг-2000м (далайн төвшнөөс), Ажиллах хэм- 15°С-30°С хамгийн дээд, Харьцангуй чийгшил- 20-80% хамгийн дээд, Цахилгааны үзүүлэлт: Хүчдэл-100/120/220/240 VAC, Зэрцуулалт- 280VA, Давтамж- 50/60Hz, Дулаан ялгаруулалт- 904 BTU/HR (номинал), Орчны үзүүлэлт: Тасалгааны хэм-XYA 37°С ± 1°С, Тасалгааны хавтан-37°С (-2°С, +1°С), Орчны ажиллах хэм-15°С-30°С, Харьцангуй чийгшил- 20%-80%, Шинжилгээний bottle-н төрөл: BacT/ALERT® SA Standard Aerobic, BacT/ALERT® SN Standard Anaerobic, BacT/ALERT FA FAN® Aerobic, BacT/ALERT® FN FAN Anaerobic, BacT/ALERT® PF Pediatric FAN, BacT/ALERT® MP Mycobacteria Process, MB/BacT® Mycobacteria Antibiotic Supplement Kit, BacT/ALERT® MB Mycobacteria Blood, MB/BacT® Enrichment Fluid, Хариу: Шинжилгээ эхэлснээс хойш 2-5 цагийн дотор дохио өгнө. 24-48 цагийн дотор бүх эерэг хариу гарна, Цомог: 100 bottle/хайрцаг, Шинжилгээний багтаамж: 120 шинжилгээг нэг зэрэг унших боломжтой. 2 тусдаа тасалгаатай, Компьютер: Багаж дотор суурилсан, Стандарт: UL, CSA, USA, Canada, Гэрчилгээ: ISO 15189</p>	1	90,000,000	90,000,000
19	Сорьц хадгалах хөргөгч	<p>Температурын хяналтын микропроцессор нарийвчлал: 4±1°С Тм LCD дэлгэц 0,1°С-ээр өөрчлөлтийг харуулна. Өрөөний температур: 0-32°С Тэжээл: 220V /50Hz 1 фаз, 220V 60HZ эсвэл 110V 50/60HZ</p>	1	4,500,000	4,500,000
20	Эсийн наац хадгалах шүүгээ	Лабораторид ирсэн эсийн шинэилгээг 5 жил хадгалах зориулалттай шүүгээ	1	550,000	550,000
21	ТНР холигч	Тэмбүүгийн холигч	1	2,800,000	2800000
22	Гогцоо шатаагч	бактериологийн шинжилгээг тарихад 1 удаагийн төмөр гогцоо ариутгаж хэрэглэх зориулалттай.	1	2,000,000	2,000,000
23	Цусны бүлэг тохиргооны хурилдуур	Хувийн тохироо, цусны бүлгийн урвуу буюу хуруу шилний үзэхэд шаардлагатай.	1	4,000,000	4,000,000
24	Цус бүлэгнэлтийн бүрэн автомат анализатор	<p>Хүчин чадал: 100 PT / ц, 58 шинжилгээ /ц бусад параметрууд(PT, aPTT, FIB), Урвалжын систем: Хаалттай1 (Зөвхөн Human)-2, , Параметрууд: 50 тодорхой чөлөөт програмтай3, Ухаалаг систем: Хундаганы бөгжид хаалттай, Үйл ажиллагааны горим: Багц горим, Санамсаргүй хандалт (STAT), Үйлдлийн хэл: Олон (Англи, Спани, Франц, Орос, Герман), Үндсэн</p>	1	60,000,000	60,000,000

		<p>хэл: Англи, Шинжлэх төрөл: Фото-оптикийн TIC2 Технологи, Шинжилгээний горим: Бүлэгнэлт, Хромогени, Иммунологи Турбидиметрийн, Параметрууд: Prothrombin Time (PT), Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT), Thrombin Time (TT), Fibrinogen (FIB), D-Dimer (DD), Protein C (PC)*, Antithrombin (AT3)*, Factors (FII – FXII)*, Venom Time (VT)* or Batroxobin Time (BT)*, Heparin (HEP)*, Activated PC Resistance (APCR)*, Lupus Anticoagulant (Screen, Confirm)*, Protein S (PS)*, von Willebrand Factor (VWF)*, Ecarin Chromogenic Assay Thrombin (ECAT)*, Hirudin (ECAAH)*, Plasminogen (PLG)*, 2-Antiplasmin (A2AP)*, PT/FIB*, Prothrombinase induced Clotting Time (PiCT)*, Thrombin Dynamics Test (TDT)*, Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI)*, Тохируулга: 7 хүртэл, ISI, хэвийн PT, Өөрийгөө шалгах: Асахдаа, Дэлгэц дээр: Клот - Сек, % хэвийн, INR, Кинетик – Сек, МЕ, нэгж, Сорьцын төрөл: Плазм, Зөв сорьцын сав: Үндсэн сав: 11-13 x 65-100 мм, Туслах сав: Human 4 мл, Hitachi аяга, Сорьцын байрлал: 25 (22 + 3 STAT), STAT боломжууд: 3 байрлал, Зөвшөөрөгдсөн Хяналт болон Тохируулгын сав: Human 4 мл, Hitachi Аяга, Тохируулга/Хяналтын байрлалууд: 8, Сорьц тодорхойлолт: Гар аргаар Бар код уншигч, Автомат давталт: Тийм (давхар унших систем), Автомат- Тохируулга / -Шингэлэх: Тийм, Тохируулга: 7 хүртэл, Урвалжын байрлал: 15, Холих: тийм, 3 байрлал, Зөв урвалжын сав: 3 x 15 мл 31.2 мм, 12 x 5 мл 22.5 мм, Угаах цэвэрлэх байрлал: 2, Зөв Угаах цэвэрлэх сав: 2 x 15 мл 31.2 мм, Залгадаг Баркод уншигч: Сорьц ID, Төрөл: Код 39, багадаа. 6 оронтой, UPCA -> EAN13, UPAC -> UPAC, Урвалын систем: Хундага бөгж, Багтаамж: 32 хундага/бөгж, Хэмжих явцад холих: Тийм, Инкубацийн дулаан: 37.4°C, Нарийвчлал: ± 0,4°C, Жигдрэл: ± 0,1°C, Урвалын хамгийн бага эзэлхүүн: 150 µl, Урвалын хамгийн их эзэлхүүн: 300 µl, Шингэнийг тээвэрлэх: X, Y, Z- шимүүр гар, Шингэнийг түвшин мэдрэгч: Тийм Урвалж болон сорьц (багтаамж), Зүүний эвдрэл мэдрэгч: Тийм, XYZ Гар, Зүүний төрөл: Ган зүү, Зүү халах: Тийм, Сорох хамгийн бага хэмжээ: 2 µl, Сорох хамгийн их хэмжээ: 250 µl, Сорох нягтаршил: 1 µl, Угаах: Багтаамж: 2.5 л нэрмэл усны сав/ 2.5 л бохирын сав, Түвшин мэдрэгч: Нэрмэл ус хоосон / бохир дүүрсэн, Нэрмэл усны шүүлтүүр: тийм, Угаах хэсгийг шалгах: тийм, Усны хамгийн бага зарцуулалт: < 6 мл, Угаах горим: 5, Оптик систем: Фотометр, Гэрлийн долгион тоо: 3 Долгионы уртууд: 405 нм, 570 нм, 740 нм, Гэрлийн эх үүсвэр: LED, Оптик хүрээ: 0 - 2 abs, Оптик мэдрэг: 0.001 abs, Сувгуудын тоо, Лавлагаа сувгууд: 2, Хэмжээ: Цэвэр: 83 x 46 x 61 см, Хэрэглэхэд хэрэгтэй зай: 100 x 60 x 80 см, Хайрцаг: 93 x 71 x 60 см, Жин: 38 кг, 100-240 В ± 10 %, 50/60 Гц, IEC-60320C13 холбогч, Чадлын зарцуулалт: 150 Вт, Фаз: 5A250 В (T5A L250V) IEC 60127-2II, Шуугианы түвшин: ≤ 56 дБ, дулаан 15...30°C / чийгшил max. 10-85 %</p>			
25	Умайн хүзүүний эсийн наацийн автомат будагч	<p>Слайд тавиур тоо 2, Хүчин чадал туршид/тус бүр нь слайд тавиур 48 слайд / нь цаги 96 слайд, Тус сав /эхний болон хоёр дахь нь 19,800ml5хэмжээ болон савны хүчин станц/ ус байна, Тус бүр саванд хадгалах хугацаа 1 минут-99 минут 59 секунд, Холих хугцаа /анхдагч утга 15 секунд / 5-30 секундаас шаардлагатайд тохируулага хийж болох, Санах ой: 8-12 програмтай, цахилгаан хүчдэл: 220В, 50-60 Гц, чадал: 120Вт, хэмжээ: 1247ммx470ммx550мм, жин: 75 кг</p>	1	30,000,000	30,000,000
26	Гэрлийн микроскоп /флюоресценц/	<p>Гэрлийн микроскоп /Зөвхөн сүрьеэ шинжилгээний зориулалттай./ 2 нүдний дурантай, Дурантай хэсэг нь 90 градусаар эргэдэг, дээд есгөлт 1000х, окуляр дурангийн үзүүлэлт WF10X/18mm, 4X, 10X, 40X8 100X,(oil), тавцангийн хэмжээ 135*140мм, камерийн үзүүлэлт sony CCD</p>	2	3,000,000	6,000,000
27	Термостат	<p>Тогтмол хэмт термастат, Температур: +5-80°C, Хугаа тохируулах: 0-9999 мин, Багтаамж: 30-234 митр хүртлэх сонголттой байх. Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50Гц</p>	1	1,200,000	1,200,000
					201,050,000

Нэгдсэн ариутгал					
28	Автоклав /Бүрэн автоклав/	Ажиллах даралтын утга: 0.22Мра, Ажиллах температур: 40°С-134°С, Аюулгүйн даралтын хязгаар: 0,22 Мра, Цагийн тохируулга: 0-60 мин, Цахилгаан зарцуулалт: 9кW, Цахилгаан эх үүсвэр: 380/220В 50-60 Гц Овор хэмжээ: 1550*750*1850, 250-500Л багтаамжтай	2	123,000,000	246,000,000
29	Автоклав \Уурын хагас автомат\	Ажиллах даралтын утга: 0.22Мра, Ажиллах температур: 40°С-134°С, Аюулгүйн даралтын хязгаар: 0,22 Мра, Цагийн тохируулга: 0-60 мин, Цахилгаан зарцуулалт: 9кW, Цахилгаан эх үүсвэр: 380/220В 50-60 Гц Овор хэмжээ: 1550*750*1849	1	15,000,000	15,000,000
30	Ус нэрэгч	Цахилгаан эх үүсвэр: 380В 50Гц, Хэмжээ: 25Л, Чадал: 7.5кВатт, Бүрэн автомат	2	3,500,000	7,000,000
31	Уут наагч машин	Вакум уутны ам наагч Хүчин чадал: 100м/цаг, овор хэмжээ: 430х360х380 Жин: 8кг, Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50-60Гц, Ажиллах температур: 0-180 градус, Бүрэн автомат	2	4,500,000	9,000,000
32	Хатаах шүүгээ	Халаах хязгаар: 50°С-300°С Температурын хэлбэлзэл: ±1°С, Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50Гц, Халаах чадал: 0.6kw Доторх хэмжээ: 208х280х280мм, Гадна овор хэмжээ: 600х280х280мм, Дотор тавиарын даац: 25кг	2	2,000,000	4,000,000
33	Түргэн эргэлтийн наконечник ариутгагч бөмбөлөгөн ариутгалын аппарат	Цахилгаан хүчдэл: 220 АС, 50-60Hz, Ариутгал хийх хугацаа 3-5 минут байх, кварцын туяагаар ариутгал хийх	2	5,800,000	11,600,000
34	Ультрасоник	Хэмжээ: 265х233х90 (мм), Жин: 3.3 кг, Хүчдэл:220В, 60 Гц, Хэрэглээний чадал: 45Вт, Хэтавиан давтамж: 1MHz±20%, Гаралт: 20W/cm2, Хугацааны тохируулга: 5,10,15мин	2	5,000,000	10,000,000
					302,600,000
Хэвтүүлэн эмчилэх тасаг,хөнгөвчлөх,эрчимт эмчилгээ,яаралтай тусламжийн тасагт хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж					
35	Суурин рентген аппарат /дигитал/	FPD/Flat panel detector-той , Дүрс боловсруулах систем Цахилгаан тэжээл Зураг авалтын ширээ Үндсэн төхөөрөмжийн иж бүрдэл Дижитал хүлээн авагч/плат панел илрүүлэгч FPD/ Үндсэн бүрдэл: Детектор: DR төрөл Ажлын талбай: 17"*17" A/D хөрвүүлэлт: 14 бит Өндөр давтамжийн рентген генератор /630mA/150kV, 50kW, 400B/50Hz/ Үндсэн бүрдэл: Гаралт ба давтамжийн хязгаар: 50кВт Рентген зураг авах хүчдэл: 40-150кВт Хоолойн гүйдэл: 10-630м/А мАс: 0,5-500мАс Хугацааны хязгаар: 6,3сек Рентген зураг авалтын программ: 400 төрөл Рентген аппаратны тохиргоо автомат Өөрийгөө оношлох системтэй: Алдаа заасан тохиолдолд мэдээллэнэ Рентген хоолой Үндсэн бүрдэл: Рентген зураг авахын рентген зураг авах хүчдэл: 40-150кВт Анод халатын хадгалах чадал: 300кHu Фокус 2 spots,0,6/1,2mm Анодын хурд: 2800rpm Зураг авалтын ширээ Ширээний өндөр: 700мм Ширээний тавцангийн хөдөлгөөн урагш, хөндлөн чиглэлд Ширээний гадаргуун хэмжээ: 2000*760мм Фокуслах зай: 100см Нягтрал: 103L/INCH Коллиматор Үндсэн бүрдэл: Коллиматор: Мульти функцтэй Босоо чиглэлд зураг авах стэнд Үндсэн бүрдэл:	1	199,555,000	199,555,000

		<p>Рентген хоолойн фокус цэгээс хальс хоорондын зай: 0,5м - 1,28м Зураг авалтын кассет хэмжээ: 18*24, 24*30, 35*35, 30*40, 35*43 Негатоскоп Зураг харах: Хэмжээ: 498*482*28мм/Өргөн,өндөр, гүн/ Харалтын хэмжээ: 365*423мм Гэрэлтүүлэг: 20000cd/-+10% Лампын төрөл: CCFL /6ламп/ Хүчдэл оролт: AC 220V, 50/60Hz Хүчдэл гаралт: DC 12V-+5% 3.5A Гэрлийн ажиллах хугацаа: 20000цаг Иж бүрэн суурин компьютер, программ хангамж Дижитал харалт, мэдээлэл дамжуулах: Үйлдлийн систем: Windows 7 Компьютер: intel i5, 1Тирабайт Дэлгэц: 19инч Лед Архив төхөөрөмж: Хар цагаанаар өөрчлөнө Дүрс чөлөөтэй томруулна Өнцөг энхансмент Хэмжээ /өнцөг зай/ Толон дэлгэц: баруун зүүн, дээш, доош дүрсийг хөдөлгөх боломжтой Өгөгдөл хайх функц, өвчтөний дугаар, овог нэр, огноо хайх функцтэй DICOM 3.0 холбох сүлжээтэй, DICOM хадгалах боломжтой, DICOM хэвлэлттэй Шууд зурган дээр болон дүрсэн дээр шугам тавьж бүх төрлийн хэмжилт хийх, графикаар үзүүлэх зэрэг олон үйл ажиллагааг тэмдэглэгээг оруулдаг DICOM холболтоор эмнэлгийн сүлжээнд холбогдох</p>			
36	Хяналтын монитор	<p>Дэлгэц 12,1 инч /800x600/ touch screen, 9 долгион харуулах боломжтой /3 ECG, SpO2, 4 IBP, Resp /, Дэлгэцэн дээр дан ECG 7 долгион харуулах боломжтой I, II, III, aVR, aVL, aVF, V/, Параметр: ECG, SpO2, NIBP, 4IBP, Resp, 2 Temp, HRV, APG detect analysis, Interface, RS-232 port, VGA port, LAN port, Цахилгааны үүсгүүр: 100-240В, 50/60Гц 80VA /Хамгийн их/, Батарей: Дахин цэнэглэдэг/2цаг/ , Электродын тоо: 3 , Зүрхний цохилтын хязгаар: 0-300bpm/±2 bpm/, ECG хэмжээ: 2.5, 5, 10, 20, 30, 40, автомат мм/мВ, ECG бичлэгийн хурд: 12.5, 25, 50 мм/сек, SpO2, Хэмжих хязгаар: 0~100%, Пульсын хэмжих хязгаар: 0~300bpm, Нарийвчлал: 0~240bpm±2bpm, 241~300bpm±3bpm, Амьсгал: Хэмжих хязгаар: 4-150bpm (±2% буюу ±2bpm), Амьсгалын тасалдал: OFF, 10-40 сек, NIBP, Техник аргачлал: Oscilometric, Хэмжих хязгаар: Том хүн 0- 300mmHg, Нярай:0-150mmHg, TEMP, Сувар: 2, Хэмжих хязгаар: 0~500C, Нарийвчлал: 25~500C ±10C, 0~24,90C ±0,20C</p>	10	6,900,000	69,000,000
37	Амьсгалын аппарат	<p>Дэлгэц 10.4 инчийн хэмжээтэй салдаг, O2 агаар, 0.28 - 0.6 Мра, Хийн хангамж - 8 кРа, Тэжээл хангамж - 220 В, 50Гц, Хамгийн их даралт - 4мл/100Ра, Зөвшөөрөгдсөн даралт - < 65dB (A), Шуугиан - RS232 port, VGA, Interface холболт port байх - 50-1500 мл, Агаарын хэмжээ, Амьсгалуулалтын давтамж - 4-100 bpm (VCV болон PCV үед), 1-40 bpm (V-SIMV болон P-SIMV үед), Амьсгалуулах хугацаа - 0.1-12сек, Амрах зогсолтын хугацаа - 0-4 сек, FiO2 21 %-100%, Триггер - Даралт (-2- 0кРа, PEEP), Батарейтай, Амьсгалын горим: Эзлэхүүний хяналттай (VCV), дэмжих / хянах, Даралтын хяналттай (PCV), дэмжих / хянах, Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим SIMV, Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим SIMV, Эзлэхүүний хяналттай амьсгалын горим V-SIMV, Даралтын хяналттай амьсгалын горим P-SIMV, Даралт дэмжигчтэй PSV, Автомат амьсгалын горим SPONT, Тасралтгүй үргэлжилсэн амьсгалын замын нэмэх даралт CPAP, Хосолсон горим VCV + SIGH, SIMV (VCV) + PSV, SIMV (PCV), Дохиолол: MV өндөр. MV нам, Хэлхээ салсан,</p>	3	35,000,000	105,000,000

		Raw өндөр. Raw нам, Агаарын амьсгалын даралт тогтмол өндөр			
38	Соруулгын аппарат	Сорох даралт / хамгийн их утга 90кРА. Дуу чимээ: 65db(A). Шингэн соруулах савны хэмжээ: 2500мл /2 ширхэг / . Тасралтгүй ажиллах хугацаа: 30 мин	4	500,000	2,000,000
39	Эмнэлгийн ор	Орны толгойн болон хөлний хэсгийг дээд зэргийн чанартай АБС материалаар хийсэн. Түгжигддэг салган авч болдог. Орны хажуугийн буулгадаг хэсгийг хөнгөн цагааны хайлшаар хийсэн хавчихгүй байхзагвартай. Орны үндсэн хүрээг эпоксигийн пудерээр бүрсэн зэвэрдэггүй гангаар хийсэн. Хэвтэх хэсгийг ган туузаар хийсэн. Эргүүлдэг бариул нь АМС материалаар хийгдсэн бөгөөд хэт ачаалаас хамгаалах системтэй. 125 мм диаметр бүхий тормостой дугуйтай. 8см-н зузаан гудастай. Дуслын штативтай. Орны хаалт, хашлагатай. Хэмжээ: Урт- 1 метр 90 см, өргөн- 90 см. Нурууны түшлэгийн тохируулах өнцөг: 75 0. Хөлийн хэсгийн тохируулах өнцөг: 30 0. Төмөрний зузаан 2 мм ба түүнээс дээш байх. 2 Функцтай.	100	800,000	80,000,000
40	Дефибрилятор	Долгионы хэлбэр : Truncated Exponential Biphasic (e~cube), Гаргорим, Гаралтын энерги 1-10J, 15J, 20J, 30J, 70J, 100J, 120J, Сонголтоор 150J, 170J, 200J, 360J, Цахилгаанцохилт: External Paddle (with Pediatric) / Internal Paddle, Нэгэнзэрэг цахилгаанаар зүрхний үйл ажиллагааг сэргээх, AED горим, Гаралтын энерги 360J, Цахилгаанцохилт: Via multifunction defib. electrode pads, Shock advisory sensitivity and specificity meet AAMI DF-80 guidelines, Цэнэглэх 2 хугацаа, Адаптор : 360J хамгийн багадаа 5 сек, Батарей : 200J хамгийн багадаа 7 сек	1	12,500,000	12,500,000
41	Тарианы автомат шахуурга	Урсгалын хурдны хэмжээ : 1-1000 мл /Шугаман Престатик - Түгээх эзэлхүүн 1 – 9999мл - Нийт дуслын эзэлхүүн 1 – 9999мл - Нарийвчлал ±2%-ийн дотор механизм дээр , ±5%-ийн дотор дуслын системээр - Жин: ойролцоогоор: 3.5 кг /дахин цэнэглэгдэх батарейгүйгээр/ Хэмжээ 100 x 190 x 250 мм - Тэжээлийн чадал 40ВА - Цахилгааны шаардлага AC 110/230В, 50/60Гц - Батарейн төрөл Ni-Cd дахин цэнэглэгдэх батарей - Батарейн ажиллагаа 4 цаг(125мл/цагаар) - Батарей цэнэглэгдэх хугацаа 6 цаг - Ажиллагааны нөхцөл 10 - 40°C , 30-85% чийгшил/конденсацгүй нөхцөлд/ - Хадгалах нөхцөл -10 - 45°C , 10-95% чийгшил/конденсацгүй нөхцөлд/	14	2,800,000	39,200,000
42	Дусалын автомат шахуурга	Урсгалын хурдны хэмжээ:- 10мл-ын тариур: 0.1 – 300 мл /цаг- 20мл-ын тариур 0.1 – 400 мл /цаг- 30мл-ын тариур: 0.1 – 500 мл /цаг- 50мл-ын тариур: 0.1 – 1200 мл /цаг- Түгээх эзэлхүүн: 1 – 1000мл- Жин ойролцоогоор: 2.5 кг /дахин цэнэглэгдэх батарейгүйгээр/- Хэмжээ 220 x 130 x 108 мм- Тэжээлийн чадал 18ВА- Цахилгааны шаардлага AC 110/230В, 50/60Гц эсвэл DC 12В/24В, 2А- Батарейн төрөл Ni-MH дахин цэнэглэгдэх батарей- Батарей цэнэглэгдэх хугацаа 6 цаг	15	2,800,000	42,000,000
43	Зүрхний цахилгаан бичлэг	Зөөврийн болон энгийн зориулалттай, Сувгийн тоо : 3 сувагтай, Бичлэгийн суваг: 3, 6, 12 суваг ба 1 суваг /60сек/, Мэдрэмтгий байдал: 5, 10, 20 авто (I-aVF: 10, V1-V6: 5), Принтлэх хурд: 12.5, 25, 50 mm/s, Түүвэрлэх үзүүлэлт: 500 samples/sec, Дэлгэц: LCD Дэлгэц, Цаас /энгийн fax-ийн аппаратны цаасыг хэрэглэх боломжтой, Нягтрал: Босоо шугаман – 8 dots/mm, Хөндлөн шугаман - 16 dots/mm, Хүчдэлийн хэрэгцээ: 100-240Vac, 50/60Hz, 1.0-1.5A, Дуут дохион хяналт: Холбогдоогүй электродын хамгаалалттай	4	3,000,000	12,000,000
44	Суурин хэв авиан аппарат 4D,5D	Хэвлий, Эмэгтэйчүүд, Зүрх, Урологи, бамбай булчирхай, 4 төрлийн датчихтай Мэдрэлийн бусад эрхтэн, Түргэн тусламжийн шаардлагатай үед хэрэглэх зориулалттай эхо аппарат. Датчик болон тогтоогч:	2	55,000,000	110,000,000

		<p>4 идэвхитэй порт, болон нэг илүү харандаан датчик тогтоогч Салдаг датчик тогтоогчтой. Цахилгаан хүчин чадал: Хүчдэл: 100-127V~, or 220-240V~ Давтамж: 50/60 Hz Цахилгаан зурцуулалт: Max. 630VA A/D-хувьсагч хурд (MHz): 40 (хүлээж авах) Хүрээлэн буй орчны температур: Температур: 0-40 °C Харьцангуй чийгшил: 20%-85% (нягтралгүй) Агаарын даралт: 700hPa-1060hPa Мэдрэгчтэй дэлгэц: 10.4-inch multi-touch LED мэдрэгчтэй дэлгэц Нарийвчлал : 800*600,</p>			
45	Улаан хоолой, ходоод, бүдүүн, шулуун гэдэсний дуран, иж бүрдэл	<p>Тусгай гэрлийн шинжилгээний арга: Narrow band imaging (NBI) аргаар хавдрыг эрт үед нь илрүүлэх функцтэй байх Автоматаар цагаан өнгөний тохиргоо хийх функцтэй байх Видео процессор, гэрэл үүсгэгч хосолсон төхөөрөмж байх Контраст: 3 түвшингээр контраст тохируулдаг байх. • N (Normal): Хэвийн • H (High): Хар хэсэг нь илүү хар, цайвар хэсэг нь илүү цайвар харагдах • L (Low): Хар хэсэг нь илүү цайвар, цайвар хэсэг нь илүү хар харагдах Аналог HDTV гаралт: RGB эсвэл YPbPr (1080/50I: PAL) аль нэгийг сонгох боломжтой байх. Аналог SDTV гаралт: VBS composite, Y/C болон RGB (576/50I: PAL); гаралтуудыг бүгдийг зэрэг гаргах боломжтой байх Дижитал гаралт: HD-SDI (SMPTE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M) ба DVI (WUXGA, 1080p, SXGA) аль нэгийг сонгох боломжтой байх. Өнгөний тон тохиргоо: Гаран дээрээс өнгөний тон түвшнийг тохируулдаг байх. • Улаан өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар • Хөх өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар • Хрома өнгөний тохиргоо: ±8 алхамаар Дурангийн үзүүр объектоос хэт хол гэрэл хангалтгүй байх үед дүрсийг электроноор өсгөж харуулах Automatic gain control (AGC) функцтэй байх. Iris функцтэй байх ба Peak, Average гэсэн 2 түвшнээр тохиргоо хийх боломжтой байх. Image enhancement буюу дүрсийг тодруулж харах функцтэй байх. Уг функц нь бүтцийг болон зах хүрээг тодруулж харах сонголттой байх. 2GB хэмжээтэй зөөврийн санах ойтой байх 50 өвчтөний мэдээлэл хадгалдаг байх Видео процессор, гэрэл үүсгэгчийн хамт: 20 хэрэглэгчийн тохиргоо хадгалдаг байх Монитор дээр доорх функцүүдийн тохиргоог харуулдаг байх • Structure enhancement level • Edge enhancement level • Zoom ratio • Color mode • Focus Лампы төрөл: Лед ламптай байх, Монитор: Өнгөт бүрэн HD технологитой байх Хэмжээ: 21.5 инч байх Нягтрал: 1920 x 1080 байх Оролт: SDI:3G/HD/SD SDI, BNC x2, DVI, VGA, Component/RGB, Y/C Video, Composite Video Гаралт: SDI:3G/HD/SD SDI, BNC x 1, Component/RGB, Y/C Video, Composite Video, Тавиур: Хэмжээ (HxWxD (mm)):1,165x485x575 Даац:37kg, 4300 mm хүртэл өргөн, 10кг LCD мониторт таарна. Ходоодны дуран: NBI гэрлийн горимд ажилладаг байх, Харах талбай: 1400, Харалтын гүн: 2-100 мм, Гадна диаметр: 9.2 мм, Сувгийн диаметр: 2.8 мм, Ажлын урт:1030 мм, Нийт урт: 1350 мм, Эргэх өнцөг: дээш 210°, доош 90°, баруун 100°, зүүн 100°, Бүдүүн гэдэсний дуран: NBI гэрлийн горимд ажилладаг байх, Water jet сувагтай, Харах талбай: 1400, Харалтын гүн: 2-100мм,</p>	1	180,000,000	180,000,000

		Гадна диаметр: 12.8мм, Сувгийн диаметр: 3.7 мм, Ажлын урт:1680 мм, Нийт урт: 2005 мм, Эргэх өнцөг: дээш 180°, доош 180°, баруун 160°, зүүн 160°, Отсос: Сорох хүч: 0.90 бар(675mmHg) байх, Урсгал: 60 л/мин байх, Ажиллах цикл: үргэлжилсэн байх, Хэрэглэх чадал: 230ВА байх, Дурангийн угаалгын машин: Дурангийн битүүмж шалгагчтай байх, Угаах хугацаа:10-90 сек байх, Ариутгал: 1, 2, 5мин, 10-50мин, 1, 3, 6, 9 цаг байх, Угаалын бодисоор угаах: 30 сек байх, Угаалтын автомат горимтой байх, Тэжээл: АС 220/230В, 50/60Гц байх, Хэмжээ: 650 X 660 X 950мм байх, Дуран хадгалах шүүгээ: Дуранг ариун байдлаар хадгалдаг байх, Хэмжээ: 900x450x2100мм байх, Шилэн хаалгатай, 4 дуран өлгөх, хадгалах зориулалттай байх, U.V ламп: 15W-1ш (5,000 цаг ажиллах) кварцын ламптай байх, Тэжээл: АС220В, 50/60Гц байх			
46	Тархины цахилгаан бичлэг	EEG- н нэмэлт програмууд, EEG –н бичлэг хийхийн хажуугаар HR, SpO2, CO2 -н оорчлолтийг түргэн шуурхай мэдээлэх функцтай, 17 inch дэлгэцтэй, зай бага эзлэнэ, Neuroworkbench-д суурилсан алсын зайн хяналт, DSA болон оорчлолтийн дараах тоон шинжилгээ хийж харуулах EEG функц, Синхрон дижитал видео бичлэг, 32 сувагтай EEG , болон SpO2/ETCo2 оролтууд, Нярайд зориулсан mini junction box CMRR : 105 dB or greater (60 Hz) A/D conversion : 16 bits Sampling давтамж :100, 200, 500, 1000 Hz, сонгох боломжтой Sensitivity: 1- 200 µV/mm Time constant 0.001 - 10.0 сек, Дэлгэц : 17 inches , мэдрэгч, Дэлгэц хэмжээ: 1280 x 1024	1	9,800,000	9,800,000
861,055,000					
Уламжлалт эмчилгээ					
47	Искра	<ul style="list-style-type: none"> • Цахилгаан тэжээл : 220В/50Гц • Гарга хцахилгаан даралт : 0-3000V • Цахилгаан давтамж : 50Гц±2Гц • Чадал : 600Вт • Гаргах цахилгааны урсгалын хэмжээ:6.5мА±10% • Овор хэмжээ: 380х300х160 мм • Цагийн тохируулга : 0-99 минут 	2	3,600,000	7,200,000
48	Поток	Гүйдлийн хэмжээ: 0-5, 0-50мА, Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50Гц, Дотоод хэмжээ: 100х270х180мм, Жин:2.7кг	2	1,200,000	2,400,000
49	Лазер эмчилгээний аппарат	Хэмжээ: 265*233*90мм, Жин: 3.3кг, Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50Гц, Хэрэглээний чадал: 45Вт, Хэт авианы давтамж: 1МHz±20%, Гаралт: 20W/cm2, Хугцааны тохируулга: 5,10,15 мин	2	2,200,000	4,400,000
50	УВЧ.30	Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50Гц, Давтамж: 27.12±0.16МГц, Гарах чадлын хэмжээ: 1-р түвшин: 10±2 Вт, 2-р түвшин 20±4Вт, 3-р түвшин 30±6Вт, Ажиллах цаг 8 цаг	2	4,300,000	8,600,000
51	Ультразвук	<ul style="list-style-type: none"> • Хэмжээ: 265х233х90 (мм) • Жин: 3.3 кг • Хүчдэл:220В, 60 Гц • Хэрэглээний чадал: 45Вт • Хэтавиан давтамж: 1МHz±20% • Гаралт: 20W/cm2 • Хугацааны тохируулга: 5,10,15мин 	1	2,500,000	2,500,000
52	Татлагын сандал	Татах дээд хэмжээ:1-80кг Татлагын хугацаа:1-99сек Татах хурд: тохируулна Ажиллах хугацаа:1-99 мин Тэжээлийн хүчдэл:220v/50Гц	1	12,000,000	12,000,000
53	Цахилгаан зүү	Гүйдлийн гаралт/дээд хязгаар: 6тА, Сонгож хэрэглэх давтамжууд: 1,5,10,25,50,100Гц, Хэмжээ: 205(W)х205(D)х80(H)mm, Эмчилгээний хугацаа: 5,10,15,20,30,40,50,60,90 Жин: 0.5кг	2	1,800,000	3,600,000
54	Цахилгаан төөнүүр	Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50-60Гц, Эмчилгээний	2		4,000,000

		хугацаа: 5-60 мин,долгионы урт: 760-3000мм, улаан туяаны хэрэглээ: 0-250W		2,000,000	
55	Инфра гэрэл /хөлтэй/	Инфра улаан туяаны долгионы урт: 760-3000мм, Төрөл: Хэт улаан туяа, Эмчилгээний хугацаа: 5-60 мин, Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50-60Гц, Инфра улаан туяаны хэрэглээ: 0-250W	2	350,000	700,000
56	Кварц	Ариутгах зориулалттай, 2 ламптай, Гэрлийн чадал: ≥x2, Тохиромтой статик талбай: 60м2 Цахилгаан эх үүсвэр: 220В 50-60Гц	2	470,000	940,000
57	Дасгалын ор	Физик эмчилгээний явцад өвчтөнийг дасгал хийлгэхэд ашигладаг Хэмжээ: 1900*1310*530±50мм Жин: 135 кг	1	1,350,000	1,350,000
58	Параллел бар	Нөхөн сэргээх эмчилгээний төхөөрөмж Бүтэн биеийг нөхөн сэргээхэд зориулагдсан Функц: Алхах, тулгууртай бэлтгэл Өндөр: 77-103 см Өргөн: 38-61 см Урт: 300 см	1	1,600,000	1,600,000
59	Мөрний дасгалын төхөөрөмж	77*34*98 харьцаатай 17.0 kg хананд тогтоон суурьлуулдаг. 360 градусаар эргэх боломжтой мөрний үений далайц сайжруулах зориулалтаар ашигладана.	1	1,200,000	1,200,000
60	Шат /Training Ladder/	Төрөл: Нөхөн сэргээх тоног төхөөрөмж Сэргээн засах эмчилгээнд хэрэглэнэ Хэмжээ: 3420*870*1390-210±50мм	1	2,000,000	2,000,000
61	Хөлийн наалттай хүндрүүлэгч	Алхааны эмгэгтэй өвчтөний хөлийн булчингийн хүчийг сайжруулах 0.5кг-5кг ба түүнээс дээш 0.5кг -2 хос 1кг -2хос 3 кг -2 хос 4 кг -2хос	1	1,000,000	1,000,000
62	Дасгалын гантель	Гар болон мөрний эмгэгийн үеийн булчингийн хүч сайжруулах 0.5кг-3кг ба түүнээс дээш 0.5кг -2 хос 1кг -2хос 1.5 кг -2 хос 2кг -2хос 3кг -2хос	1	1,000,000	1,000,000
63	Тархины харвалт болон нуруу, нугас доод мөчний гэмтлийн дараа ашиглах бэхлэгээтэй алхуулагч	Үндсэнуртын хэмжээ: 115-145см Суганы өргөн: 30-45см Бүсэлхийн өргөн: 45см Дугуйны диаметр: 10 см Найман дугуйтай Дунджаар 150-183см өндөртэй хүнд тохиромжтой Суух болон алхаж явахаар тохируулах боломжтой байх 125кг хүртэл ачаалал даах	1	350,000	350,000
64	Tow-castor Walking Assistant for child	ДЦП болон алхааны эмгэгтэй хүүхдийг дэмжлэгтэй алхуулагч	1	300,000	300,000
65	Интерференциал гүйдлийн эмчилгээний аппарат	Цахилгаан гүйдлээр эмчлэх Интерференциал гүйдлийн эмчилгээний төхөөрөмж Хүчдэл: 220В Хугацаа: 2.5-30мин тохируулгатай Давтамж: 5000Hz±500 Гц Динамик хэмнэл: 15-20s	1	1,000,000	1,000,000
66	Бэхлэгээтэй, зогсоогч ор /bed tilt/	Бүрэлдэхүүн хэсэг: гарын түшлэг, гарын тавиур, бэхлэх оосор, гар удирдлага, гарын тавиурыг тохируулах хаалт, орын хавианг өргөх хэсэг, хөлний бэхлэгээ, хөл өргөх хэсэг, мотор, дугуй Хэмжээ: 1900*700*670±50мм Жин: 52 кг	1	6,000,000	6,000,000
67	Бэхлэгээтэй алхуулагч /manual/	specification: 110x95x174 manual control armrest height: 0~100 age for 6-16	2	3,200,000	6,400,000
68	thera-band дасгалын резин тууз	5 өнгийн сонголттой өнгө бүр нимгэн зузааны ялгаатай ба дасгалын үед үзүүлэх эсэргүүцэл өөр байдаг. Ком	5	250,000	1,250,000
69	Мөрний дасгалын төхөөрөмж Pulley Ring Exerciser (simple)	Мөрний эмгэг болон харвалт саажилтын үеийн мөрний үений далайц сайжруулах төхөөрөмж	1	180,000	180,000
70	өвдөгний чиг/ градустай /	Өвөгний үе солих хагалгааны дараа өвчтөний өвдөгний үеийг бэхлэх градусыг нэмэгдүүлэх чадалтай чиг 5 хос	5	200,000	1,000,000
71	тэргэнцэр / хүүхдийн, том хүний/	Хэвтэрийн өвчтөн зөөвөрлөх тэргэнцэр	2	300,000	600,000
72	Kinetec CPM Machine	Өвдөгний үе солих хагалгааны дараах үений далайц сайжруулах аппарат	2	2,500,000	5,000,000
					76,570,000
Мэс заслын тасаг болон эрчимт эмчилгээний тасгийн өтгөрүүлсэн хүчилтөрөгчийн ханын хийн систем					

73	Эмнэлгийн зориулалттай зэс труба, Эмнэлгийн зориулалттай зэс холбогчууд	/97% зэс, 3% Ган хольцтой эмнэлгийн ариутгалын бүрхүүлээр дотор талыг бүрсэн, шулуун, тээвэрлэлтийн үеийн ариутгалын таглаатай, ISO L стандартын труба, 1 Иж бүрдэл, /97% зэс, 3% Ган хольцтой эмнэлгийн ариутгалын бүрхүүлээр дотор талыг бүрсэн, ISO L стандартын холбогч/	1	96,000,000	96,000,000
74	Эмнэлгийн зориулалттай орны дээр байрлах ханын панел	/- 1ш Герман стандартын Хүчилтөрөгчийн Разетка, 1ш вакуум разетка, 1ш эмнэлгийн агаарын разетка, 1ш эмнэлгийн нүүрсхүчилийн разетка 1ш, 3ш цахилгааны 220В Universal Разетка	15	2,250,000	33,750,000
75	Хүчилтөрөгчийн чийгшүүлэгч	/0-15мл/мин, Германы DIN стандартын /	15	160,000	2,400,000
76	Соруулах системийн 2Л-ийн сав	(дамжуулах, сорох гуурс, шингэн системд нэвтрэхээс хамгаалсан хавхлага)	11	200,000	2,200,000
77	Герман стандартын сорох регулятор	(шингэн орохоос сэргийлсэн хавхлагатай, соролтын сөрөг даралт 0-(-8бар) хүртэл тохируулгатай, сөрөг даралтын барометертэй)	15	695,000	10,425,000
78	Хүчилтөрөгчийн бүлэг баллонт систем	/ Жигүүр бүрт 5 баллон нийт 10 баллон холбох боломжтой, даралт бууруулагч 2 давхар редуктортой, аваарын хавхлагатай, Зэвэрдэггүй гууль болон зэс материалтай/	2	16,800,000	33,600,000
79	Хүчилтөрөгчийн баллон	Хэлбэр: Босоо цилиндр, Техникийн байдал: хонхойж цохигдоогүй, өнгө будаг хэвийн, үлдэгдэл даралттай, хаалт нь хэвийн ажиллагаатай, Үндсэн тоноглол: даралт хэмжигч, температур хэмжигч, түвшиг хэмжигч, илүүдэл даралтаас хамгаалах хавхлаг, нээлхий буюу үйлчилгээний цонх, үлдэгдэл юүлэх цорго, орлого, и зээрлагын цорго, шат байх, Бичиглэл: хоосон үеийн жин, кг, үйлдвэрлэсэн он, зориулалт, хувийн дугаар, үйлдвэрлэгчийн тэмдэг, эдэлхүүн Л, мөрдсөн стандарт, шалгарсан даралтуудтай байх.	15	530,000	7,950,000
80	Эмнэлгийн зориулалттай вакуум компрессор	/6 кВт, 1000л цилиндр, -1 МПа хүртэл даралт гаргах чадвартай, 300 хүртэлх оронд вакуум үүсгэх чадалтай, автомат удирдлагтай/ 1 иж бүрдэл	1	40,000,000	40,000,000
81	Эмнэлгийн зориулалттай агаарын компрессор	/7кВт, 1000л цилиндр, 0.8 МПа хүртэл даралт гаргах чадвартай, 300 хүртэлх оронд агаараар хангах чадалтай, тос хэрэглэхгүй / 1 иж бүрдэл	1	54,000,000	54,000,000
					280,325,000
Эмнэлгийн нийтийн хоолны тоног төхөөрөмж					
82	1-р хоолны тогоо	Тэжээл: 380В, 50-60Гц, 100-150Л багтаамжтай, Овор хэмжээ/урт, өргөн, өндөр/: 840х900х940, Халах горим/С*/: 55 мин 95°С, Жин/кг/: 121 кг, Хүчин Чадал /квт/: 18,1 кВт	1	5,800,000	5,800,000
83	2-р хоолны тогоо	Тэжээл: 380В, 50-60Гц, Овор хэмжээ/урт, өргөн, өндөр/: 840х955х950 мм, Халах горим/С*/: 230 °С, Жин/кг/: 116 кг, Хүчин Чадал /квт/: 9 кВт, Багтаамж: 40 л	1	4,600,000	4,600,000
84	6 ширэмтэй плитка	Тэжээл: 380В, 50-60Гц, 6 ширэмтэй плитка /шарах шүүгээтэй/	2	2,492,500	4,985,000
85	Том жигнүүр	Тэжээл: 380В, 50-60Гц, 6 ширхэг листтэй жигнүүр /бүх төрлийн бууз, жигнэсэн гурил, будаа жигнэх боломжтой/ 100-150 ширхэг бууз нэг зэрэг жигнэх боломжтой	2	1,000,000	2,000,000
86	Махны машин	Цахилгаан хэрэглээ: 380В, цахилгаан зарцуулалт: 2,2 квт/цаг, хөдөлгүүрийн хурд: 1400 эрг/мин, мах татах хүчин чадал: 400кг/цаг, мах хэрчих хүчин чадал: 250кг/цаг, мах татагчийн амсарын диаметр: 11см, мах хэрчигчийн амсарын хэмжээ: 13см х 9см, мах хэрчих хамгийн бага зузаан: 3.5мм, 7мм (Аль нэгийг нь сонгоно.), материал: Үл зэврэх сайн чанарын ган, машины жин: 55кг, машины хэмжээ: 55см х 38см х 75см	2	1,760,000	3,520,000
87	Хөлдөөгч	Өндөр нягтралтай зузаан дулаалга, 75мм ийн зузаан корпус, дижитал термостат, хөргөлтийн температурын тохиргоо, хөргөлтийн тасалгаа бүрт температурыг өөр өөрөөр тохируулж болох агаарын эргэлтийн шилдэг технологи, сайн компрессортой, өндөр хурдтай сэнсний мотортой, СФС чөлөөт хөргөлт, полиуритан дулаан тусгаарлагч материал, хаалга зөөлөн хаагдана, тавиурын өндрийг өөрчилж болно, хөлийг өндөр нам болгож тэнцвэртэй тэгш хэмтэй байрлуулж болно, температурын дэлгэцийн тусламжтайгаар хөргөлтийн хэмжээг тохируулж болно, зай завсаргүй өндөр битүүмжлэлтэй хаалгатай байх.	4	1,600,000	6,400,000

					27,305,000
Сервер, компьютер, хэвлэгч					
88	Server	intel® Xeon® CPU E5-2450 v2 @ 2.50 GHz (32 CPUs), 32 GB RAM, 4TB hard, 19 inch monitor	2	12,000,000	24,000,000
89	Компьютерийн иж бүрдэл	intel® Core™ i3-8100 CPU @ 3.60GHz (4CPUs), 4GB RAM, 500 GB Hard disk, 19 inch monitor. HP laser A4 printer	50	2,000,000	100,000,000
					124,000,000
					Нийт дүн: 3,000,000,000

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн жишиг техникийн тодорхойлолт

1. Бүтээгдэхүүний болон баглаа боодлын тодорхойлолт

- а. Тендерийн урилгын дагуу захиалагчийн худалдан авах эм нь эмийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, эмнэлгийн хэрэгсэл нь зайлшгүй шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалтад орсон байна. Савлагаа, шошгоны стандарт нь ДЭМБ-ийн эм үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт, хяналтын дүрэм (GMP)-ийн хамгийн сүүлийн шаардлагуудыг бүрэн хангасан байна. Мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эмийг нийлүүлэх тендерт оролцогч түүнийг импортлох тусгай зөвшөөрөл авсан байна.
- б. Бүтээгдэхүүний тодорхойлолтод эмийн хэлбэр /шахмал, тарил/уусмал болон нунтаг, тосон түрхлэг гэх мэт/ болон найрлага, тун хэмжээ /олон улсын нэгж {IU}, мг, процент)-г заана.
- в. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон түүний савлалт, хаяглалтын материал нь (шил, хуванцар сав гэх мэт) тээвэрлэлтийн явц, хадгалалтын үеийн шаардлага, түүнчлэн Монгол орны цаг агаарын нөхцөлд тохирсон байна. Бүх савлагаа нь Монгол Улсын холбогдох эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, савлах стандартыг хангаж дахин савлах боломжгүйгээр битүүмжлэгдсэн байна. Захиалагч аливаа нэмэлт шаардлагыг тусгайлан тайлбарласан байна.
- г. Шошго болон хэрэглэх заавар нь захиалагчийн тусгайлан заасан хэл дээр байна.
- д. Хөлдөөх эсхүл тодорхой хэмийг тогтвортой байлгах зэрэг хадгалалтын тусгай горим шаардагдах эм, эмнэлгийн хэрэгслийн шошго болон сав, баглаа боодолд үүнийг тусгайлан зааж тээвэрлэлтийн явцад мөрдөнө.
- е. Гэрээ байгуулах эрх авсан нийлүүлэгч захиалагч шаардсан тохиолдолд тухайн бүтээгдэхүүний тайлбар зааварчилгааг тендерийн хэл дээр хөрвүүлнэ.

2. Хаяглах заавар

- 2.1 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үндсэн савлагаан дээрх шошго нь GMP стандартыг хангасан байх бөгөөд дараах мэдээллийг агуулсан байна:
 - 1) Олон улсын нэр (INN) болон худалдааны нэрийн дээр байнга бичигдэх ерөнхий нэршлийг бичсэн байна. Худалдааны нэр нь ерөнхий нэршлээс илүү тод ба том бичигдэх ёсгүй;
 - 2) Эмийн хэлбэр (шахмал, тарил/уусмал...);
 - 3) үндсэн үйлчлэгч бодис, түүний нэгж тун дахь хэмжээ;
 - 4) зохих фармакопейн стандарт;
 - 5) захиалагч шаардлагатай гэж үзвэл захиалагчийн тэмдэг, код, бүртгэлийн дугаар;
 - 6) баглаа бүр дэх бүтээгдэхүүний орц хэмжээ;
 - 7) хэрэглэх заавар;

- 8) хадгалалтын онцгой нөхцөл /шаардлага;
 - 9) цувралын дугаар;
 - 10) үйлдвэрлэсэн огноо болон хүчинтэй байх хугацаа (кодоор бус үсгээр тодорхой бичих);
 - 11) үйлдвэрийн нэр ба хаяг;
 - 12) бусад шаардлагатай сануулга.
- 2.2 Гаднах савлагааны дээр дээрх мэдээллийг мөн тэмдэглэсэн байна.
- 3. Сав, баглаа боодлын таних тэмдэг**
- 3.1 Бүх баглаа боодолд доорх мэдээллийг тусгана:
- 1) захиалагчийн бүртгэлийн дугаар;
 - 2) эмийн ерөнхий нэршил;
 - 3) эмийн хэлбэр (шахмал, тарил/уусмал...);
 - 4) үйлдвэрлэсэн огноо болон хүчинтэй байх хугацаа (кодоор бус үсгээр тодорхой бичих);
 - 5) цувралын дугаар;
 - 6) нэгж боодол дахь тоо хэмжээ ;
 - 7) хадгалалтын тусгай заавар;
 - 8) үйлдвэрийн нэр ба хаяг;
 - 9) бусад шаардлагатай мэдээлэл.
- 3.2 Боодол бүр нь нэгээс илүүгүй бүтээгдэхүүний цувралыг агуулсан байна.
- 4. Онцлог таних тэмдэг**
- 4.1 Захиалагч нь нийлүүлж буй бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол, хаяганд өөрийн таних тэмдгийг тусгуулах шаардлагыг техникийн тодорхойлолтод тусгах замаар нийлүүлэгчид тавьж болно. Түүний загвар болон дэлгэрэнгүй тайлбарыг захиалагч тендер шалгаруулалтын өмнө бэлэн болгосон байх бөгөөд гэрээ байгуулах эрх олгох үед эцэслэн баталгаажуулж нийлүүлэгчид өгнө.
- 5. Барааны чанарын баталгааны стандарт**
- 5.1 Шалгарсан тендерт оролцогч шаардсан тохиолдолд захиалагчид дараах мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлнэ:
1. нийлүүлэгдэж буй бараанд хамаарах эмийн нэр төрөл бүрийн тоо хэмжээ, химийн шинжилгээ, ариун чанар, халууруулах чанар, хоруу чанарын болон бусад шинжилгээний талаар ДЭМБ-ын жишиг цувралын болон бүтээгдэхүүний сертификат;
 2. аль нэг эсхүл бүх шинжилгээний аргачлал (GMP эсхүл ISO);
 3. аль нэгэн онцгойлсон эмийн био-хүртээмж болон/эсхүл био-эквивалентын нотолгоо; Энэ мэдээллийг зөвхөн хатуу нууцлалын доор ирүүлнэ.
 4. худалдаанд зориулсан савлалттай холбогдуулж хүчинтэй байх хугацаа дуусах огноо болон тогтвортой чанарыг илэрхийлсэн бусад үзүүлэлтийг тодорхойлсон үндэслэл
 5. барааны дээж.
- 5.2 Шалгарсан тендерт оролцогч нь захиалагч шаардсан тохиолдолд үйлдвэрлэлт нь GMP-ийн хадгалалтын шаардлагууд болон чанарын хяналтын механизмд нийцэж буй эсэхтэй танилцуулах зорилгоор түүнийг үйлдвэрлэлийн болон агуулахын байранд нэвтрэх боломжоор хангана.

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг багцлах санамж

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авах ажиллагааны хувьд салбарын онцлог шинж чанараас шалтгаалан зөвхөн бүтээгдэхүүний нэр төрөлд үндэслэсэн стандарт ангиллыг ашиглаж бүтээгдэхүүний багцыг өрсөлдөөнийг хангахуйцаар оновчтой тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг.

Тиймээс эмүүдийг фармакологийн буюу өвчний ангиллаар, эмнэлгийн хэрэгслийг тухайн бараа хэрэглэгдэх нарийн мэргэжлийн тусламжийн төрлөөр багцалж болно. Мөн ижил нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг тэдгээрийг хадгалах хугацаа, хэрэглэх хэмжээ зэргийг сайтар харгалзан багцалж болно. Зайлшгүй шаардлагатай эм худалдан авах ажиллагаанд ашиглаж болох багцын загварыг хавсралтад үзүүллээ. Багц нь аль болох жижиг байх нь зохимжтой.

Эмнэлгийн хэрэгслийг багцлахдаа Эрүүл мэндийн сайдын 2005 оны 325 дугаар тушаалаар баталсан зайлшгүй шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалтыг үндэслэн дараах ангиллыг ашиглана. Үүнд:

- 1) Ороох боох материал
- 2) Тариур зүү, мэс заслын хутга
- 3) Оёдлын материал
- 4) Хамгаалалтын хувцас
- 5) Катетер, гуурс
- 6) Рентген
- 7) Унтуулгын хэрэгсэл
- 8) Хэт авианы хэрэгсэл
- 9) Шүд, эрүү нүүрний хэрэгсэл
- 10) Нүдний хэрэгсэл
- 11) Чих хамар хоолойн хэрэгсэл
- 12) Уламжлалт анагаах ухаан
- 13) Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэрэгсэл
- 14) Бусад.

Нэг төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг илэрхийлэхэд олон тооны худалдааны нэр болон барааны тэмдгүүд хэрэглэгддэг учир тендер шалгаруулалтын багцыг хийхдээ тухайн эмийн олон улсын нэршлийг ашиглах нь зүйтэй.

Энэ нь мөн өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэгтэй. Тендерт оролцогч нь техникийн тодорхойлолтыг хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдааны нэрээр ирүүлж шалгарсан тохиолдолд захиалагч тендерт оролцогчоос худалдааны нэрийн дээд талд том үсгээр, илүү тодоор олон улсын нэршил буюу ерөнхий нэрийг бүх хаяглалт дээр харуулахыг шаардах хэрэгтэй.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

ГАРЧИГ

1. Нэр томъёо
2. Үйлчлэх хүрээ
3. Барааны гарал үүслийн улс
4. Стандарт
5. Гэрээний баримт бичиг, мэдээллийг ашиглах, хяналт шалгалт явуулах
6. Бүртгэлийн гэрчилгээ
7. Зохиогчийн болон оюуны өмчийн эрх
8. Гүйцэтгэлийн баталгаа
9. Шалгалт болон туршилт
10. Баглаа боодол
11. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт
12. Даатгал
13. Дагалдах үзйлчилгээ
14. Чанарыг баталгаа
15. Төлбөр
16. Үнэ
17. Захиалгыг өөрчлөх
18. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
19. Гэрээний үүргийг шилжүүлэх
20. Гүйцэтгэлийн хугацааг сунгах
21. Алданги оногдуулах
22. Үүргээ биелүүлээгүйгээс гэрээг цуцлах
23. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал
24. Төлбөрийн чадваргүй болсны улмаас гэрээг цуцлах
25. Захиалагчийн шаардлагаар гэрээг цуцлах
26. Маргааныг шийдвэрлэх
27. Гэрээнд ашиглах хэл
28. Гэрээнд мөрдөх хууль
29. Мэдэгдэл
30. Татвар болон бусад хураамж

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

1. Нэр томъёо

Энэ гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

- (а) “Гэрээ” гэж захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд тохиролцсон бараа нийлүүлэх гэрээг хэлнэ. Гэрээ нь талуудын гарын үсэг зурсан гэрээний маягт, түүнийг дагалдах хавсралт, бусад баримт бичгээс бүрдэнэ.
- (б) “Гэрээний үнэ” гэж гэрээний дагуу гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлж хангалттай гүйцэтгэсний дагуу нийлүүлэгчид төлөх үнийг хэлнэ.
- (в) “Хоног” гэж хуанлийн хоногийг хэлнэ.
- (г) “Хүчинтэй болох хугацаа” Гэрээ хүчин төгөлдөр болох өдөр.
- (д) “Ашиглагч” Барааг хэрэглэх ГТН-д заагдсан эцсийн хэрэглэгчийг хэлнэ.
- (е) “ГЕН” Гэрээний Ерөнхий Нөхцөл.
- (ж) “Бараа” Гэрээний дагуу Захиалагчид нийлүүлэх бүх эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийг хэлнэ.
- (з) “Захиалагч” гэж барааг худалдан авч буй гэрээний тусгай нөхцөлд нэрлэсэн байгууллагыг хэлнэ.
- (и) “Бүртгэлийн гэрчилгээ” хуулийн дагуу Монгол улсад бүртгэгдсэн гэрээгээр нийлүүлэх барааны гэрчилгээ.
- (к) “ГТН” Гэрээний Тусгай Нөхцөл.
- (л) “Үйлчилгээ” гэж тээвэрлэлт, даатгал болон бусад дагалдах үйлчилгээ, техникийн туслалцаа, сургалт зэрэг гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн хариуцах үйлчилгээг хэлнэ.
- (м) “Байршил” ГТН-д заасан барааг хүргэх байршил.
- (н) “Нийлүүлэгч” ГТН-д заагдсан бараа болон үйлчилгээг гүйцэтгэх этгээдийг хэлнэ.

2. Үйлчлэх хүрээ

2.1 Энэ ерөнхий нөхцөлүүд нь гэрээний бусад хэсгийн заалтаас давуу үйлчлэхгүй.

3. Барааны гарал үүслийн улс

3.1 Гэрээний дагуу нийлүүлэх бараа нь аль ч улсаас гарал үүсэлтэй байж болно

3.2 Барааны гарал үүслийн улс гэдэгт барааг олборлосон, ургуулсан, бойжуулсан, эсхүл хийж бүтээсэн газрыг хэлнэ. Хийж бүтээсэн гэж үйлдвэрлэсэн, боловсруулсан, эсхүл эд ангиудын дийлэнхийг угсарч, энэ эд ангиудын үндсэн шинж чанар, зориулалт, эсхүл ашиглалтын хэлбэрээс илт өөр арилжааны шинэ бараа гаргаж ирэхийг хэлнэ.

- | | | |
|---|-----|---|
| 4. Стандарт | 4.1 | Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа нь Техникийн тодорхойлолтод заагдсан стандартад нийцсэн байна. Тусгайлсан стандарт заагдаагүй тохиолдолд тухайн барааны гарал үүслийн улсын холбогдох стандартад нийцсэн байна. Энэ стандарт нь холбогдох байгууллагын хамгийн сүүлийн хүчин төгөлдөр хувилбар байна. |
| 5. Гэрээний баримт бичиг, мэдээллийг ашиглах, хяналт шалгалт явуулах | 5.1 | Нийлүүлэгч нь захиалагч бичгээр урьдчилан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд гэрээ ба түүний нөхцөл, эдгээртэй холбогдуулж захиалагчийн өгсөн техникийн тодорхойлолт, зураг, загвар, дээж зэрэг мэдээллийг гэрээг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтнаас бусад этгээдэд задлаж болохгүй. Гэрээг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажилтныг зөвхөн түүний хариуцсан ажилд шаардлагатай мэдээллээр хангана. |
| | 5.2 | Захиалагч бичгээр урьдчилан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд, нийлүүлэгч ГЕН-ийн 5.1-т дурдсан баримт бичиг болон мэдээллийг гэрээ гүйцэтгэхээс бусад зорилгоор ашиглахгүй. |
| | 5.3 | ГЕН-ийн 5.1-т дурдсан гэрээнээс бусад баримт бичиг захиалагчийн өмч хэвээр үлдэх ба хэрэв захиалагч хүсвэл нийлүүлэгч гэрээний үүргээ гүйцэтгэж дуусмагц (бүх хувийг) захиалагчид буцааж өгнө. |
| | 5.4 | Захиалагч нийлүүлэгчийн гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах данс, бүртгэлийг шалгах эрхтэй ба аудитор томилж эдгээр данс, бүртгэлд хөндлөнгийн шалгалт хийлгэх эрхтэй. |
| 6. Бүртгэлийн гэрчилгээ | 6.1 | Гэрээгээр нийлүүлэгдэх эм нь Монгол улсын хуулийн дагуу бүртгэгдсэн байна. |
| | 6.2 | Эмэнд бүртгэлийн гэрчилгээ аваагүй бол Монгол улсын хуулийн дагуу бүртгэгдсэн мэдэгдэлийг эрх бүхий этгээдээс авснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болно. |
| 7. Зохиогчийн болон оюуны өмчийн эрх | 7.1 | Бараа, эсхүл түүний эд ангийг өмчлөх, ашиглахад патент, худалдааны тэмдэг, зураг төслийн эрх гэх мэт оюуны өмчийн эрхийг захиалагч болон нийлүүлэгч зөрчсөн хэмээн гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн гомдлыг нийлүүлэгч барагдуулж холбогдон гарах зардлыг хариуцна. |
| 8. Гүйцэтгэлийн баталгаа | 8.1 | Нийлүүлэгч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан дүн бүхий гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 21 хоногийн дотор захиалагчид өгнө. |
| | 8.2 | Нийлүүлэгч гэрээний ажлаа дуусгаж чадаагүйгээс захиалагчид учрах хохирлыг нөхөж барагдуулахад уг баталгаа зориулагдана. Гэрээний гүйцэтгэлийг ГЕН-ийн 20.2-ын дагуу сунгахад нийлүүлэгч мөн хугацаагаар гүйцэтгэлийн баталгааны хүчинтэй хугацааг сунгана. |
| | 8.3 | Гүйцэтгэлийн баталгаа нь гэрээний, эсхүл захиалагч хүлээн зөвшөөрөх чөлөөтэй хөрвөх валютаар захиалагч хүлээн зөвшөөрөх дараах төрлийн баталгаа байна. Үүнд: |

- (а) Тендерийн баримт бичгийн Бүлэг VII-д заасан маягтаар гаргасан банкны баталгаа, эсхүл
 - (б) Засгийн газрын бонд эсхүл
 - (в) Засгийн газрын хүлээн зөвшөөрсөн үнэт цаас
- 8.4 Нийлүүлэгч гэрээний ажлыг дуусгавар болгосноос хойш 30 хоногийн дотор захиалагч гүйцэтгэлийн баталгааг хүчингүй болгоно.
- 9. Шалгалт болон туршилт**
- 9.1 Техникийн тодорхойлолтыг хангаж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор захиалагч, эсхүл түүний төлөөлөгч барааг шалгах, турших эрхтэй.
- Гэрээний тусгай нөхцөлд эсвэл техникийн тодорхойлолтод захиалагч ямар шалгалт, туршилтыг хэзээ, хаана хийхийг заана. Захиалагч шалгалт, туршилт хийхээр томилсон төлөөлөгч(д)ийг нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдэнэ.
- 10. Баглаа боодол**
- 10.1 Нийлүүлэгч барааг эцсийн цэг хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудахаас урьдчилан сэргийлэх баглаа боодлоор гэрээнд заасны дагуу хангана. Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн хатуу нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн болон гэрэл, чийг зэргийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал, түүнчлэн тээвэрлэлтийн цэг бүрт ачих буулгах хангалттай төхөөрөмж байхгүй зэргийг харгалзсан байна.
- 10.2 Баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ гэрээнд, түүний дотор гэрээний тусгай нөхцөлд заасан шаардлага болон захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг чанд мөрдөнө.
- 11. Барааны нийлүүлэлт ба баримт бичгийн бүрдүүлэлт**
- 11.1 Нийлүүлэгч техникийн тодорхойлолтын шаардлагын дагуу барааг нийлүүлнэ. Нийлүүлэгдэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэн байх ба холбогдох стандартыг заагаагүй бол тухайн барааны гарал үүслийн улсын зохих стандартад нийцсэн байна. Үүнд эдгээр стандартын хамгийн сүүлчийн найруулгыг ойлгоно. Нийлүүлэгч гэрээний тусгай нөхцөлд заасан бол түүний дагуу тээврийн болон бусад баримт бичгийг бэлтгэж бүрдүүлнэ.
- 11.2 Гэрээнд хэрэглэсэн CIP /СИП/, EXW /ИКСБ/, FOB /ФОБ/, FCA/ФСА/, CIF /СИФ/ болон бусад худалдааны нэр томъёог Инкотермс (INCOTERMS) буюу Парис хот дахь Олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулж гаргасан сүүлийн хувилбарт тодорхойлсон утгаар ойлгоно.
- 12. Даатгал**
- 12.1 Үйлдвэрлэх, худалдаж авах, тээвэрлэх, нийлүүлэх, хадгалах, болон хүргэх үед гарч болох алдагдал, гэмтэлтэй холбоотой эрсдэлээс хамгаалж бүх барааг гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хэлбэрээр даатгуулна.

- 13. Дагалдах үйлчилгээ**
- 13.1 Нийлүүлэгч ГТН-д заасан дагалдах үйлчилгээг гүйцэтгэнэ.
- 13.2 Хэрэв гэрээний үнэд тусгагдаагүй бол дагалдах үйлчилгээний зардлыг талууд харилцан тохиролцож нийлүүлэгчид төлнө. Энэ зардал нь захиалагчийн бусад гүйцэтгэгчид төлсөн ижил төстэй үйлчилгээний зардлаас хэтрэхгүй байна.
- 14. Чанарын баталгаа,**
- 14.1 Гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа нь шинэ үйлдвэрлэгдсэн, өмнө ашиглагдаагүй бөгөөд үйлдвэрлэсэн болон хүчинтэй байх хугацааг хангасан байна. ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх бараа, үйлчилгээ нь нийлүүлэгдэх үед 2 жилээс дээш хадгалалтын хугацаатай барааны (5/6) нь өнгөрөөгүй, 2 ба түүнээс доош хадгалалтын хугацаатай барааны хувьд (3/4) нь өнгөрөөгүй болохыг нийлүүлэгч баталгаажуулна.
- Мөн гэмтэл согоггүй бөгөөд гэрээний нөхцөлүүд болон техникийн тодорхойлолтод бүрэн нийцсэн, эрх бүхий байгууллагаас чанарын шаардлага хангаагүй үндэслэлээр хэрэглээнээс хасагдаагүй, орчин үеийн шинэлэг ололтуудыг агуулсан байна.
- 14.2 Захиалагч энэхүү баталгааны дагуу гарах гомдлыг нийлүүлэгчид бичгээр нийлүүлэгдсэнээс хойш 3 сарын дотор мэдэгдэнэ. Нийлүүлэгч энэхүү мэдэгдлийг хүлээн аваад гэмтэл согогтой барааг үнэ төлбөргүй солино.
- 15. Төлбөр**
- 15.1 Гэрээний дагуу нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн хэлбэр, нөхцөлийг гэрээний тусгай нөхцөлд дурьдана.
- 15.2 Нийлүүлэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн хэрэгжүүлсэн тухай бараа нийлүүлэлтийн гүйцэтгэлийг захиалагчид хүргүүлнэ. Уг гүйцэтгэлд нийлүүлсэн бараа үйлчилгээний нэхэмжлэх, ГЕН-ийн 11 дүгээр зүйлд заасан шаардлагатай баримт бичгийг хавсаргана.
- 15.3 Захиалагч төлбөрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш 45 хоногийн дотор шуурхай хийнэ.
- 15.4 Гэрээний дагуу гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрийг тендерийн маягтад дурдсан валютаар хийнэ.
- 16. Үнэ**
- 16.1 Гэрээний дагуу хүргэсэн бараа болон гүйцэтгэсэн үйлчилгээний үнийг нэхэмжлэхдээ нийлүүлэгч өөрийн тендерт санал болгосон үнийг баримтлана. Гэрээний тусгай нөхцөлийн үнэ тохируулах нөхцөлийн дагуу үнийг тохируулах, эсхүл ГЕН-ийн 17 дугаар зүйлийн дагуу захиалгыг өөрчлөхөд тендерт санал болгосон үнэ өөрчлөгдвөл, өөрчлөгдсөн үнийг баримтлана.
- 17. Захиалгыг өөрчлөх**
- 17.1 Захиалагч нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээний ерөнхий цар хүрээнд багтаан дор дурдсан нэг буюу түүнээс дээш зүйлийн захиалгыг өөрчлөх эрхтэй:
- (а) гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх барааг захиалагчид зориулан тусгайлан үйлдвэрлэсэн байхаар техникийн

тодорхойлолтыг өөрчлөх;

(б) тээвэрлэлтийн болон баглаа боодлын хэлбэр

(в) барааг хүргэх газар

(г) нийлүүлэгчийн гүйцэтгэх үйлчилгээ

17.2 Нийлүүлэгч нь захиалгын өөрчлөлтийн (цаашид өөрчлөлт гэх) улмаас гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх хугацаа болон үнэд үзүүлэх нөлөөг (хэрэв нөлөөлөх бол) харгалзан түүний зардлын нарийвчилсан тооцоо, хэрэгжүүлэх хуваарийг өөрчилнө. Өөрчлөлттэй холбоотой аливаа гомдол, саналыг захиалгыг өөрчлөх мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор захиалагчид гаргана.

18. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

18.1 ГЕН-ийн 17-т зааснаас бусад тохиолдолд гэрээний нөхцөл, болзлыг засварлах, эсхүл өөрчилж болохгүй. Зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж талууд гарын үсэг зурна.

19. Гэрээний үүргийг шилжүүлэх

19.1 Ямарч тохиолдолд гэрээний үүргийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.

20. Гүйцэтгэлийн хугацаа сунгах

20.1 Нийлүүлэгч барааг хүргэхдээ техникийн тодорхойлолтод заасан бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг мөрдөнө.

20.2 Гэрээний хэрэгжилтийн явцад гүйцэтгэгч болон түүний туслан гүйцэтгэгч бараа, үйлчилгээг хугацаанд нь нийлүүлэхэд урьдчилан тооцоогүй нөхцөлийн улмаас хугацаа алдах байдал үүссэн бол захиалагчид шалтгаан, үргэлжлэх хугацааг бичгээр шуурхай мэдэгдэнэ. Мэдэгдлийг авсан даруй захиалагч байдлыг үнэлж гүйцэтгэгчийн ажлын хуваарийг сунгах шийдвэрийг алданги оногдуулах эсхүл оногдуулахгүй нөхцөлтэйгээр гаргаж гэрээнд өөрчлөлт оруулна.

20.3 ГЕН-ийн 23-т өөрөөр заагаагүй бол гүйцэтгэгчийн нийлүүлэлттэй холбоотой үүргийн биелэлтийг хангуулах үүднээс ГЕН-ийн 21-д заасны дагуу алданги оногдуулна. ГЕН-ийн 20.2-т гүйцэтгэлийн хугацааг алданги оногдуулахгүйгээр сунгахаар тохирсон бол энэ заалт хамаарахгүй.

21. Алданги оногдуулах

21.1 ГЕН-ийн 23 дугаар зүйлд өөрөөр заагаагүй бол, захиалагч нийлүүлэгчийн хугацаа хоцорч нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн үйлчилгээний гэрээний үнийн гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хувьтай тэнцэх алданги оногдуулж, гэрээний үнийг тэр хэмжээгээр бууруулна. Алдангийн нийт дүн гэрээний тусгай нөхцөлд заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. Дээд хэмжээнд хүрсэн тохиолдолд захиалагч гэрээг ГЕН-ийн 22 дугаар зүйлийн дагуу цуцлах асуудлыг хөндөж болно.

22. Үүргээ биелүүлээгүйг-

22.1 Захиалагч дор дурдсан нөхцөл байдлын аль нэг нь үүссэн тохиолдолд гэрээний дагуу зөрчлийг арилгах бусад эрх, үйл

эс гэрээг цуцлах	ажиллагаагаа үл хөндөн нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн цуцлах эрхтэй:
	<ul style="list-style-type: none"> (а) Нийлүүлэгч аль нэг болон бүх барааг гэрээнд заасан эсвэл 20 дугаар зүйлийн дагуу сунгасан хугацаанд хүргэж чадаагүй; (б) Бараа нь гэрээнд заасан техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг хангаагүй; эсхүл (в) ГТН-д заасан хугацаанд тухайн барааны бүртгэлийн гэрчилгээ болон бусад баримт бичгийг ирүүлээгүй бол. (г) Нийлүүлэгч тендер шалгаруулалтад оролцох, гэрээ байгуулах, хэрэгжүүлэхдээ авилгал, залилан мэхлэх үйл ажиллагаанд холбогдсон нь шүүх, эсхүл холбогдох байгууллагаар тогтоогдсон бол захиалагч түүнд гэрээ байгуулах эрх олгохгүй бөгөөд нэгэнт гэрээ байгуулах эрх олгогдсон, эсхүл гэрээ байгуулагдсан бол түүнийг цуцална. (д) Нийлүүлэгч гэрээний бусад үүргээ биелүүлээгүй;
	22.2 ГЕН-ийн 22.1-ийн дагуу гэрээг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн цуцалсан тохиолдолд нийлүүлэгдээгүй барааг тохиромжтой гэж үзсэн нөхцөлөөр захиалагч худалдан авах эрхтэй ба үүнтэй холбогдон гарсан нэмэлт зардлыг нийлүүлэгч хариуцна. Энэ зүйлийг үл харгалзан нийлүүлэгч гэрээний цуцлагдаагүй хэсгийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.
23. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал	<p>23.1 ГЕН-ийн 20, 21 ба 22-т заасныг үл харгалзан, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас хугацаа алдсан эсхүл гэрээгээр хүлээсэн бусад үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон гүйцэтгэгч гүйцэтгэлийн баталгаа, алданги, эсхүл үүргээ биелүүлээгүйгээс гэрээ цуцлагдах хариуцлагыг хүлээхгүй.</p> <p>23.2 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд нийлүүлэгч нь энэ нөхцөл байдал болон үүссэн шалтгааны талаар захиалагчид нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ. Захиалагч бичгээр өөрөөр зааварлаагүй бол нийлүүлэгч гэрээний үүргээ боломжтой хэмжээнд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлаас үл шалтгаалан гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит арга замыг хайна.</p>
24. Төлбөрийн чадваргүй болсны улмаас гэрээг цуцлах	24.1 Нийлүүлэгч дампуурах, эсхүл бусад хэлбэрээр төлбөрийн чадваргүй болсон бол захиалагч нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдсэнээр гэрээг хэдийд ч цуцлах эрхтэй. Ингэхдээ захиалагч нийлүүлэгчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөхгүй. Гэвч ийнхүү цуцалсан нь захиалагчид үүссэн эсвэл ирээдүйд үүсэх аливаа эрх, үйл ажиллагааг хөндөхгүй.
25. Захиалагчийн шаардлагаар	25.1 Захиалагч шаардлагатай тохиолдолд нийлүүлэгчид бичгээр мэдэгдэж гэрээг хэдийд ч бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн

гэрээг цуцлах	цуцлах эрхтэй. Захиалагч мэдэгдэлдээ өөрийн шаардлагаар гэрээг цуцлах болсныг болон гэрээний аль хэсгийг, хэзээнээс цуцалж буйг заавал дурдана.
	25.2 Мэдэгдэл нийлүүлэгчид очсоноос хойш 30 хоногийн дотор тээвэрлэхэд бэлэн болсон барааг захиалагч гэрээнд заасан үнэ болон бусад нөхцөлөөр худалдаж авна. Үлдэх барааны хувьд захиалагч дор дурдсан сонголтын аль нэгийг, эсхүл хоёуланг хэрэгжүүлнэ:
	(а) үлдэх барааны одоогоор бэлэн болсон аливаа хэсгийг гэрээнд заасан үнэ, бусад нөхцөлөөр авах, болон/эсхүл
	(б) үлдэх барааг цуцлах ба нийлүүлэгчийн хагас бэлэн болсон бараа, гэрээг хэрэгжүүлэх зорилгоор худалдаж авсан материал, эд ангийн хэлэлцэж тохирсон үнийг төлнө. Энэ дүнд захиргааны зардлын болон ашгийн зохих хэмжээг оруулж тооцно.
26. Маргааныг шийдвэрлэх	26.1 Захиалагч болон нийлүүлэгчийн хооронд гэрээтэй холбогдож гарч болох маргааныг зөвшилцөл болон албан бус хэлэлцээрээр шийдэхийг хичээнэ.
	26.2 Дээрх хэлэлцээр 30 хоног үргэлжлэхэд гэрээний маргааныг талууд шийдэж чадахгүй бол аль ч тал гэрээний тусгай нөхцөлд заасны дагуу шүүхэд хандах эрхтэй.
27. Гэрээнд ашиглах хэл	27.1 Гэрээ нь ГТН-д заасан хэл дэр бичигдэнэ. ГЕН-ийн 28-д өөрөөр заагаагүй бол энэ хэл дээр бичигдсэн гэрээний хувилбарыг гэрээг тайлбарлахад мөрдөнө. Гэрээний дагуу талуудын харилцах баримт бичиг нь энэ хэл дээр байна.
28. Гэрээнд мөрдөх хууль	28.1 ГТН-д заагаагүй бол Гэрээ нь Монгол улсын хуулийг мөрдөнө.
29. Мэдэгдэл	29.1 Талууд гэрээтэй холбогдсон мэдэгдлийг бичгээр болон факсаар ГТН-д заагдсан хаягаар хүргүүлнэ.
	29.2 Мэдэгдэлийг түүний хүргэгдсэн өдөр эсхүл түүнд заасан хүчинтэй хугацааны аль сүүлчийн өдрөөс хүчинтэй гэж үзнэ.
30. Татвар болон хураамж	30.1 Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн гаднаас нийлүүлэх бараанд Монгол улсын гадна оногдуулсан бүх төрлийн татвар, хураамжийг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна.
	30.2 Дотоодоос нийлүүлэх бараанд захиалагчид нийлүүлэгдэх хүртлэх хугацаанд түүнд оногдуулсан бүх төрлийн татвар, хураамжийг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

1. Тодорхойлолт (ГЕН-ийн Зүйл 1)	
ГЕН 1.1 (и)	Захиалагч нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
ГЕН 1.1 (о)	Нийлүүлэгч нь тендерт шалгарч гэрээ байгуулсан оролцогч
ГЕН 1.1 (н)	Байршил: Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харъяа Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв
ГЕН 1.1 (е)	Ашиглагч байгууллага: Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харъяа Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв
9. Шалгах болон турших (ГЕН-ийн Зүйл 9)	
ГЕН 9.1	Нийлүүлдэгж буй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь техникийн тодорхойлолтод зааснаас зөрөх, чанарын хувьд шаардлага хангахгүй, ноцтой гаж нөлөө илэрсэн тохиолдолд тусгай комисс шалгалт туршилт явуулна.
10. Баглаа боодол (ГЕН-ийн Зүйл 10)	
ГЕН 10.2	Техникийн тодорхойлолтод тусгагдсан
11. Барааны нийлүүлэлт болон баримт бичгийн бүрдүүлэлт (ГЕН-ийн Зүйл 11)	
	<p>“Монгол Улсын гаднаас санал болгосон бараа (жишээлбэл СИП):</p> <ol style="list-style-type: none">нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь;даатгалын гэрчилгээ;үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ;үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалт туршилтын гэрчилгээ; <p>барааны гарал үүслийн гэрчилгээ.</p> <p>Энд жагсаасан бичиг баримтыг захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.</p> <p>Монгол Улсын дотроос санал болгосон бараа (ИКСБ):</p> <ol style="list-style-type: none">нийлүүлэгчийн барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан нэхэмжлэхийн хувь;барааг хүргэсэн тухай баримт, төмөр замын болон тээврийн баримт;үйлдвэрлэгчийн буюу нийлүүлэгчийн баталгаат засварын гэрчилгээ;үйлдвэрийн буюу эрх бүхий байгууллагын шалгалтын гэрчилгээ; <p>барааны гарал үүслийн гэрчилгээ.</p> <p>Энд жагсаасан баримт бичгийг захиалагчид өгсөн байна. Баримт бичгийг захиалагчид өгч чадаагүйгээс гарах зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.</p>
14. Чанарын баталгаа (ГЕН-ийн Зүйл 14)	
ГЕН 14.1	Баталгаат засварын хугацаа барааг хүлээлгэн өгсөн акт үйлдсэнээс хойш 24 сараас багагүй байна. Энэхүү хугацаанд гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувийг барьцаална.
ГЕН 14.2	Гэмтэлтэй барааг солих хугацаа: Ажлын 5 хоног.
15. Төлбөр (ГЕН-ийн Зүйл 15)	
ГЕН 15.1 & 15.4	Энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэгчид хийх төлбөрийг дараах нөхцөлөөр хийнэ. 1. Урьдчилгаа төлбөр: Гэрээний үнийн 30 хувьтай тэнцэх дүнг гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш 30 хоногийн дотор нэхэмжлэх болон урьдчилгаа

	<p>төлбөртэй тэнцэх дүнтэй тендерийн бичиг баримт бичигт заасан маягтаар ирүүлсэн банкны баталгааг үндэслэн төлнө. 2. <u>Бараа ачигдсаны дараа төлөх төлбөр:</u> Бараа ачигдсаны дараа төлбөр олгогдохгүй.</p> <p>3. <u>Барааг хүлээн авахад төлөх:</u> Бараа нийлүүлэх хуваарийн дагуу ирсэн барааны гэрээний үнийн 65 хувьтай тэнцэх дүнг бараа ирснээс хойш 30 хоногийн дотор нэхэмжлэх (Захиалагчийн нэр, хаягийг бичиж, барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна) болон захиалагчийн хүлээн авсан тухай актыг үндэслэн төлнө.</p> <p>4.Эцсийн төлбөр: Эцсийн төлбөрийг баталгаат засварын хугацаа дуусахад төлөх ба бараа эцэслэн хүргэгдсэний дараа нийлүүлэгч гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувийн дүнтэй тэнцэх банкны баталгааг захиалагчид гаргаж өгснөөр барьцаалсан мөнгийг урьдчилан олгоно.</p> <p>Монгол улсын дотроос санал болгосон барааны төлбөр:</p> <p>Монгол улсын дотроос нийлүүлсэн барааны төлбөр нь төгрөгөөр дараах байдлаар хийгдэнэ. Үүнд:</p> <p>1. <u>Урьдчилгаа төлбөр:</u> Гэрээний үний 30 хувьтай тэнцэх дүнг гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш 30 хоногийн дотор нэхэмжлэх болон урьдчилгаа төлбөртэй тэнцэх дүнтэй тендерийн бичиг баримт бичигт заасан маягтаар ирүүлсэн банкны баталгааг үндэслэн төлнө.</p> <p>2. <u>Бараа ачигдсаны дараа төлөх төлбөр:</u> Бараа ачигдсаны дараа төлбөр олгогдохгүй.</p> <p>3. <u>Барааг хүлээн авахад төлөх:</u> Бараа нийлүүлэх хуваарийн дагуу ирсэн барааны гэрээний үнийн 65 хувьтай тэнцэх дүнг бараа ирснээс хойш 30 хоногийн дотор нэхэмжлэх (Захиалагчийн нэр, хаягийг бичиж, барааны нэр, тоо ширхэг, нэгж болон нийт үнийг заасан, гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна) болон захиалагчийн хүлээн авсан тухай актыг үндэслэн төлнө.</p> <p>4.Эцсийн төлбөр: Эцсийн төлбөрийг баталгаат засварын хугацаа дуусахад төлөх ба бараа эцэслэн хүргэгдсэний дараа нийлүүлэгч гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувийн дүнтэй тэнцэх банкны баталгааг захиалагчид гаргаж өгснөөр барьцаалсан мөнгийг урьдчилан олгоно.</p>
16. Үнэ (ГЕН-ийн Зүйл 16)	
ГЕН 16.1	Гэрээний хэрэгжилтийн явцад үнэ тогтмол байна.
20. Хугацаа сунгах (ГЕН-ийн Зүйл 20)	
ГЕН 20	Захиалагч гүйцэтгэгчтэй тохиролцон гэрээний хэрэгжилт дуусаад дараагийн тендерийн гэрээ байгуултал гэрээг сунган ажиллаж болно.
21. Алданги оногдуулах (ГЕН-ийн Зүйл 21)	
ГЕН 21.1	<p>Алданги ногдуулах хувь: Хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,5 хувь байна.</p> <p>Алдангийн нийт дүн: Гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй байна.</p>
22. Үүргээ биелүүлээгүйгээс гэрээг цуцлах (ГЕН-ийн Зүйл 22)	
ГЕН 22	Нийлүүлж буй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нь хугацаандаа нийлүүлэгдээгүй, захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод зааснаас зөрөх, чанарын шаардлага хангахгүй, хэрэглэгчдэд сөргөөр нөлөөлсөн нөхцөлд гэрээг цуцална.
25. Захиалагчийн шаардлагаар гэрээг цуцлах (ГЕН-ийн Зүйл 25)	
ГЕН 25	Гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй болон хугацаа алдсан, чанаргүй бараа нийлүүлсэн, барааг сольж олгосон зэрэг бусад шалтгаанаар эмчилгээ үйлчилгээнд сөргөөр нөлөөлөхөөр бол гэрээг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн цуцалж болно.

26. Маргааныг шийдвэрлэх (ГЕН-ийн Зүйл 26)	
ГЕН 26	Маргааныг талууд зөвшилцлийн дагуу шийдэж чадахгүй тохиолдолд Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
27. Гэрээнд ашиглах хэл (ГЕН-ийн Зүйл 27)	
ГЕН 27.1	Гэрээнд Монгол хэлийг ашиглана.
28. Гэрээнд мөрдөх хууль(ГЕН-ийн Зүйл 28)	
ГЕН 28.1	Гэрээнд Монгол Улсын хууль тогтоомжийг мөрдөнө
29. Мэдэгдэл (ГЕН-ийн Зүйл 29)	
ГЕН 29.1	<i>Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жигжиджавын гудамж-9, Хангарди ордон, 9 дүгээр давхар</i> <i>[Нийлүүлэгчийн хаягыг бичих]</i>

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ

ГЭРЭЭНИЙ МАЯГТ

БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧ

НИЙЛҮҮЛЭГЧ

_____ (Тамга, тэмдэг)

_____ (Тамга, тэмдэг)

_____ (Гарын үсэг)

_____ (Гарын үсэг)

_____ (Албан тушаал)

_____ (Албан тушаал)

[Тендер шалгаруулалт/гэрээний нэр] гэрээ.

Дугаар № [Тендер шалгаруулалт/гэрээний дугаар]

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[захиалагчийн нэр]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[нийлүүлэгчийн нэр]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) дараах зүйлийг харилцан тохиролцож _____ оны __ сарын ____ -ний өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ (цаашид “гэрээ” гэх) байгуулав.

1. Монгол Улсын Иргэний болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэхтэй холбогдон захиалагч, нийлүүлэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тогтооход энэхүү гэрээний ач холбогдол оршино.
2. Захиалагч нь **[гэрээний нэр, дугаар]**-г (цаашид “бараа” гэх) **[гэрээний үнийг тоогоор болон үсгээр]** (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) нийлүүлэхээр ирүүлсэн нийлүүлэгчийн тендерийг үүгээр хүлээн зөвшөөрөв. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн нийт гүйцэтгэл болно.
3. Захиалагч нь барааны нийлүүлэлтийг _____ төгрөгийн төвлөрсөн төсвийн хөрөнгөөр, _____ төгрөгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, _____ төгрөгийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ.
4. Нийлүүлэгч нь _____ нэр төрлийн барааг _____ оны __ дугаар сарын __ -нээс _____ оны __ дугаар сарын __ -ны өдрийн дотор нийлүүлж хүлээлгэж өгнө.
5. Дор дурдсан бичиг баримт нь гэрээний хэсэг болно (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
Бусад шаардлагатай баримт бичиг;
Тендер ба үнийн хуваарь;
Гэрээний тусгай нөхцөл;
Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
Техникийн тодорхойлолт болон бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;

Санхүүжилтийн хуваарь.

Гэрээ нь энд дурдсан барааны нийлүүлэлтийн талаарх талуудын хоорондын эцсийн тохиролцоо болох ба урьд өмнө үйлдсэн бүх хэлцлийг орлоно. Хэрэв гэрээний баримт бичгүүд хоорондоо зөрчилдвөл дээр дурдсан дарааллын дагуу ач холбогдол өгч шийдвэрлэнэ.

6. Нийлүүлэгч нь энэ гэрээний дагуу захиалагчийн төлөх төлбөрийг үндэслэн энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолд нийцүүлэн энд заасан барааг нийлүүлж, гэмтэл согог арилгах үүрэг хариуцлагыг хүлээж байна.
7. Захиалагч нь гэрээний дагуу нийлүүлэгчийн нийлүүлэх бараа болон гэмтэл согог арилгах үйлчилгээг үндэслэн гэрээний үнэ, эсхүл тухайн үед гэрээний заалтын дагуу төлөх бусад дүнг гэрээнд заасан хэлбэрээр нийлүүлэгчид төлөх үүрэг хариуцлага хүлээж байна.
8. Гэрээнд холбогдох асуудлаар талууд албан бичгээр буюу шуудан, телекс, цахилгаан болон факсаар харилцана.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

*[Гарын үсэг]*_____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]

[Утас/факсын дугаар]

[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

*[Гарын үсэг]*_____

ТАМГА

[Захиалагчийн хаяг]

[Утас/факсын дугаар]

[Харилцагч банкны нэр, дансны дугаар]

**ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(БАНКНЫ БАТЛАН ДААЛТ)**

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Гүйцэтгэгчийн нэр] нь (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх) нь ... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар гэрээний дагуу **[Гэрээний нэр ба ажлын товч тодорхойлолт]** (цаашид “гэрээ” гэх) ажлыг гүйцэтгэх болсонтой ХОЛБОГДУУЛАН,

Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгаа болгож захиалагчийн хүлээн зөвшөөрөх банкны гаргасан дор дурдсан дүнтэй батлан даалтыг захиалагчид ирүүлэхийг дээрх гэрээнд заасантай ХОЛБОГДУУЛАН,

[Банкны нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь дараах батлан даалтыг гаргаж байна:

Банк нь гүйцэтгэгчийн нэрийн өмнөөс **[баталгааны дүн тоогоор, төгрөг]** **[дүн үсгээр, төгрөг]** –ээс хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй төлбөрийг **[захиалагчийн нэр]** (цаашид “захиалагч” гэх)-ийн өмнө хариуцаж, гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн тухай захиалагчийн бичгээр гаргасан анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруй үл маргалдах журмаар энэхүү төлбөрийг хийх үүрэг хүлээж байна. Ингэхдээ дээр дурдсан **[баталгааны дүн тоогоор, төгрөг]** **[дүн үсгээр, төгрөг]**-ийн хүрээнд захиалагчийн шаардсан аливаа дүнг ямарваа нэгэн нотолгоо, үндэслэл болон тайлбар шаардахгүй.

Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний нөхцөл болзол, эсхүл түүний дагуу гүйцэтгэх ажил, эсхүл гэрээний бичиг баримтад оруулж болох аливаа өөрчлөлт, нэмэлт нь энэ батлан даалтын дагуу банкны хүлээсэн үүргийг хөндөхгүй ба дээрх өөрчлөлт, нэмэлтийн талаарх аливаа мэдэгдлийг ирүүлэх шаардлагагүй.

Энэ баталгаа нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргаснаас хойш /огноог оруулах/ хугацаанд хүчинтэй.

Та бүхнийг хүндэтгэсэн,

Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Банкны тамга:

Огноо:

Хаяг:

**УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГААНЫ МАЯГТ
(БАНКНЫ БАТЛАН ДААЛТ)**

[Захиалагч байгууллагын нэр]

[Гүйцэтгэгчийн нэр] (цаашид “гүйцэтгэгч” гэх) оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн ... тоот ***[Гэрээний нэр ба ажлын товч тодорхойлолт]*** гэрээ (цаашид “гэрээ” гэх)-ний ерөнхий нөхцөлийн 48 дугаар зүйлийн дагуу хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлэхээ баталж ***[Захиалагчийн нэр]***-ийн өмнө хариуцлага хүлээж ***[Баталгааны мөнгөн дүн]*** ***[үсгээр]*** -ийн банкны баталгаа ирүүлэхтэй ХОЛБОГДУУЛАН,

[Банк нэр] (цаашид “Банк” гэх) нь гүйцэтгэгчийн нэрийн өмнөөс ***[баталгааны дүн тоогоор, валют]*** ***[дүн үсгээр, валют]***–ээс хэтрэхгүй мөнгөн дүнтэй төлбөрийг захиалагчийн өмнө хариуцаж, гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ зөрчсөн тухай захиалагчийн бичгээр гаргасан анхны шаардлагыг хүлээн авсан даруй үл маргалдах журмаар энэхүү төлбөрийг хийх үүрэг хүлээж батлан даалт гаргаж байна.

Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний нөхцөл болзол, түүний дагуу гүйцэтгэх ажил, гэрээний бичиг баримтад оруулж болох аливаа өөрчлөлт, нэмэлт нь энэ батлан даалтын дагуу банкны хүлээсэн үүргийг хөндөхгүй ба дээрх өөрчлөлт, нэмэлтийн талаарх аливаа мэдэгдлийг ирүүлэх шаардлагагүй.

Энэхүү баталгаа нь гэрээний нөхцөлийн дагуу захиалагчид дээр дурдсан дүнтэй ижил төлбөр эргэн төлөгдөх өдөр /огноог оруулах/ хүртэл хүчин төгөлдөр байна.

Банкны эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг:

Албан тушаал, нэр:

Банкны тамга:

Огноо:

Хаяг:

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-20/0086

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ нийлүүлэх цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу.

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 /Тавин мянга/ төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн /30 хоног/-ийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: **Борлуулалтын хэмжээ**: Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 онуудын аль нэг жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.

Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Санхүүгийн тайлан ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд Захиалагч цахим системээр дамжуулан тендерт оролцогчдын 2018, 2019 онуудын санхүүгийн тайлангийн шаардлагатай мэдээллийг татаж үзнэ.

Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 2 жил буюу 2018, 2019 оны аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй, үнийн дүнтэй ижил төстэй тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн байх.

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Шаардлагатай **Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яамнаас олгогддог**:

- Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж импортлох ханган нийлүүлэх, худалдах

Тендерийн хамт 30,000,000 төгрөгийн үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг **2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас** өмнө системд ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг **2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10 цаг 20 минутад** Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 1012 тоот өрөөнд нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх **эрхтэй**.

Дотоодын давуу эрх **тооцно**.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

**Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж,
Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807**

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn

