

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НОРОВЛИН СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА



А.МӨНХБАЙГАЛЬ

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НОРОВЛИН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ЦУСНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮИ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
БҮРЭН АВТОМАТ АНАЛИЗАТОРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2023.05.29

№	Тоног төхөөрөмж	Техникийн үзүүлэлт
	Гематологийн хагас автомат анализатор	<ul style="list-style-type: none">- 3 паартаар шинжилгээ хийгддэг байх- Дэлгэц: 7-инчээс багагүй байх- Багтаамж: 50,000 мянгаас дээш шинжигээний харилу хадгалдаг байх- Өөр дээрээ 5-с багагүй сорьц холигч суурилуулсан байх- Уусмалын тоо: 2-с ихгүй хэмнэлттэй ба RFID-р уусмалыг хялбар тандьдаг байх- Сорьцны хэмжээ: 100 мкл-ээс ихгүй- Шинжилгээний үзүүлэлт: 22-оос багагүй байх ба WBC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN% RVC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH MCHC, RDW% RDW RCT RDW%, RDW, P-LCR, P-LCC зайлшгүй уншдаг байх- Эмнэлэгийн дотоод сүлжээнд холбогддог байх /Эмнэлэгийн дотоод сүлжээний үед ашиглаж болох Монгол хэлтэй дотоод сүлээний програм хангамж боловсорлуулсан байх, Уг програм нь шинжилгээний харилу нөөцлөх, хэвлэх боломжтой байх/- Нийлүүлэхээр санал болгосон аппаратны урвалж бодисыг ханган нийлүүлэх боломжтой, тусгай зөвшөөрөлтэй байх- Швед улстай дүйцэхүйц