

УЛААНБААТАР ХОТ
БАТЛАВ.
УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ
ЭМНЭЛГИЙН ЗАХИРАЛ
Ц.ТӨМӨР-ОЧИР

УЛСЫН ГУРАВДУГААР ТӨВ ЭМНЭЛЭГ

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

Зүрхний хэт авиан аппарат худалдан авах

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

ПНШНУГТЭ/20240102018

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ).....	1
1. Тендерийн цар хүрээ.....	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг.....	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж.....	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч.....	2
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ.....	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл.....	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг.....	3
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах.....	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт.....	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл.....	3
11. Тендерийн иж бүрдэл.....	4
12. Тендерийн жишиг маягтууд.....	5
13. Хувилбарт санал.....	5
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг.....	5
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг.....	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага.....	7
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт.....	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт....	8
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт.....	8
20. Тендерийн валют.....	9
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа.....	9
22. Тендерийн баталгаа.....	9
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх.....	9
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа.....	10
25. Тендерийн талаар тодруулга авах.....	10
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх.....	10
27. Тендерийг үнэлэх.....	10
28. Арифметик алдааг залруулах.....	10
29. Оролцогчид давуу эрх олгох.....	11
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт.....	11
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох.....	11
32. Тендерийг эрэмбэлэх.....	11

33.	Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах	11
34.	Мэдэгдэл хүргүүлэх	11
35.	Гүйцэтгэлийн баталгаа.....	12
36.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах.....	12

I БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- | | |
|--|--|
| 1. Тендерийн цар хүрээ | 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ. |
| | 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана. |
| 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг | 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана. |
| 3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж | 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. |
| 4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем | 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна. |
| 5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх | 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ. |

- 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20¹, 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.
- 6. Сонирхогч оролцогч этгээд,**
- 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.
- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.

Б.АГУУЛГА

9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг

9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.

9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах

10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.

10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.

10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт

11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.

11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13. Тендерийн иж бүрдэл

- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:
 - 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
 - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
 - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.

- 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн маягтууд жишиг** 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал** 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг** 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
- 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
- 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:
- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
- 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
- 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг** 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
- 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
- 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
- 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
- 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
- 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.
- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.

- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**
- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.

- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.
- 22. Тендерийн валют**
- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.
- 23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**
- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.
- 24. Тендерийн баталгаа**
- 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.
- Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ**
- 25. Тендер баталгаажуулах, илгээх**
- 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.

25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.

26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа

26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.

26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

27. Тендерийн талаар тодруулга авах

27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх

28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.

29. Тендерийг үнэлэх

29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.

29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.

30. Арифметик алдааг залруулах

30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.

30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

- 31. Давуу эрх олгох**
- 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.
- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг магадлах дахин**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх**
- 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.

**37. Гүйцэтгэлийн
баталгаа**

37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.

37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.

**38. Гэрээнд гарын үсэг
зурж баталгаажуулах**

38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: <i>Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг</i>
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: <i>Зүрхний хэт авиан аппарат, Зүрх судасны эмгэгийн шинэ эмчилгээний технологиудийг нутагшуулахад шаардагдах ахисан түвшний үзүүлэлт бүхий аппарат</i>
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: <i>ПНШНУГТЭ/20240102018</i>
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: <i>Багцгүй</i>
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бич:
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: <i>“Үгүй”</i>
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: <i>Төслийн санхүүжилт</i>
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: <i>585,000,000 төгрөг</i>
Б. АГУУЛГА	
ТШЗ 8.1	Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг: Хүлээн авагчийн нэр: <i>Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг О.Мөнхзаяа</i> Хаяг: <i>Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо Ард аюушийн 1а</i> Утасны дугаар: <i>77000319</i> Цахим шуудангийн хаяг: <i>TsCh@shastinhospital.mn</i>
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: <i>“Үгүй”</i>
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 12.2	Зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хувьд тендер шалгаруулалтын хэл: <i>“Монгол хэл”</i>
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: <i>“Зөвшөөрөхгүй”</i>
ТШЗ 17.4	Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: <i>“Үгүй”</i>

ТШЗ 17.6	<p>Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: “Тийм”</p> <p>- Барааг тасралтгүй горимын дагуу ашиглах, эсхүл ажиллуулахаар тооцоолж буй хугацааны үе (энэ хугацаанд шаардагдах сэлбэг хэрэгслийг тооцоолох зорилготой): 2 жил</p>
ТШЗ 18.1	<p>Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: “Шаардана”</p> <p>-Гэрээг гүйцэтгэх, удирдах болон мэргэжлийн боловсон хүчний чадвар,ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлнэ.</p> <p>Үүнд: Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ.</p> <p>- Тухайн барааг угсрах суурилуулах болон засвар үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай 2 инженер техникчдийн диплом, сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан байх, НД-8, НД-7-г сүүлийн 6 сараас багагүй хугацаагаар төлсөн, төлөлт нь баталгаажсан байхыг тус тус хавсарган ирүүлэх.</p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: “Шаардлагатай”</p> <p>- Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 80 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээ доод тал нь 1 удаа.</p> <p>Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: “Шаардахгүй”</p> <p>Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага:</p> <p>- Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2021,2022,2023 онд тус бүрт гүйцэтгэсэн нийт борлуулалтын орлогын хэмжээ нь батлагдсан төсвийн 90 хувиас багагүй байх.</p>
ТШЗ 18.2	<p>Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: “Шаардана”</p> <p>- Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж импортлох, ханган нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх.</p>
ТШЗ 19.1	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: “Тийм”</p> <p>- Харилцагч банкны хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй тодорхойлолт;</p> <p>- Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагаа;</p> <p>-Сүүлийн гурав хүртэл жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтын орлогын мэдээлэл</p>

	<p>Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацаа:</p> <p>- 2023 оны санхүүгийн тайлан;</p>
ТШЗ 20.1	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: <u>“Тийм”</u></p> <p>- Өөрөө үйлдвэрлээгүй барааг нийлүүлэхээр санал болгох тохиолдолд уг барааг нийлүүлэх боломжтой болохыг нотлох нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгчтэй байгуулсан гэрээ, эсхүл тэдгээрээс энэ тухай гаргасан албан бичиг;</p> <p>- Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хариуцах ажилтны нэр, боловсрол, мэргэжлийн ур чадварын мэдээлэл;</p> <p>- Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй бараа нийлүүлсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээ, гэрээ дүгнэсэн акт, зөрчилгүй гүйцэтгэсэн талаар харилцагч байгууллагын тодорхойлолт;</p> <p>- Бараа нийлүүлэхэд ашиглахаар Өгөгдлийн хүснэгт болон техникийн тодорхойлолтод заасан үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл, тэдгээрийг цаг хугацаанд нь (өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн, түрээслэх гэх мэт) нийлүүлэх санал;</p> <p>Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: <u>“Шаардана”</u></p> <p>- Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл, гэрээт борлуулагчийн итгэмжлэлийг Монгол хэл дээр ирүүлнэ. Орчуулгын үнэн бодитойг тендерт оролцогч хариуцна.</p>
ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: <u>“Тохируулахгүй тогтмол байна”</u>
ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: <u>“Үгүй”</u>
ТШЗ 24.1	<p>Тендерийн баталгааны дүн: <u>“Тийм”</u></p> <p>[Тендерийн баталгааны дүнг төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцож заах ба багцтай бол багц тус бүрээр доорх байдлаар заана:</p> <p>2,925,000 төгрөг</p>
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5.	<p>Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тусгай зөвшөөрөл, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; 2. Тухайн барааг нийлүүлэх албан ёсны гэрээт борлуулагчийн Тодорхойлолт 3. Харилцагч банкны тодорхойлолт, баталгааг тендер зарласнаас хойших хугацаагаар ирүүлэх. Банкны зээлийг судалж үзээд олгоно гэсэн тодорхойлолтыг тооцохгүй. Бүрэнскор эсвэл Сайнскорын тодорхойлолт байх

	<p>4. Санал болгож буй барааны танилцуулга болон нийлүүлэх бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцэхийг зүйл, заалт бүрээр үзүүлэлтүүдийг харьцуулсан хүснэгт гаргаж баталгаажуулан ирүүлнэ.</p> <p>5. Багаж, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх улс, үйлдвэрлэгчийг тодорхой зааж баталгааг ирүүлэх, каталоги, зургийн хамт ирүүлнэ;</p> <p>6. Баримт бичиг болон техникийн тодорхойлолт нь гадаад хэл дээр байх тохиолдолд албан ёсны баталгаажсан орчуулгын товчоогоор Монгол хэлээр орчуулсан байна. /Үүнд: албан ёсны дистрибьютерийн эрх, түншлэлийн гэрээ, импортын гэрээ зэрэг багтана/</p> <p>7. Чанарын баталгаат хугацаа 2 /хоёр/ жил эсхүл түүнээс дээш байх ба баталсан албан бичиг ирүүлнэ.</p> <p>8. Баталгаат хугацаанд гарсан гэмтэл, доголдлыг туслан гүйцэтгэгч болон гуравдагч этгээдээр дамжуулахгүйгээр, өөрийн зардлаар шуурхай засварлах, мөн шаардлага хангахгүй барааг сольж өгөхийг зөвшөөрсөн тухай албан бичиг ирүүлнэ.</p> <p>9. Нийгмийн даатгалын өр төлбөр, Татварын тодорхойлолт, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт, Борлуулалтын орлогын хэмжээг цахим системээс авна.</p> <p>ТШЗ-д заасан шаардлагуудын аль нэгийг ирүүлээгүй тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>
<p>ТШЗ 26.1.</p>	<p>Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:</p> <p>Огноо: 2024 оны 07 дугаар сарын 31</p> <p>Цаг: 11 цаг 00 минут</p>
<p>ТШЗ 26.2.</p>	<p>Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна.</p> <p>Огноо: 2024 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдөр</p> <p>Цаг: 11 цаг 30 минут</p> <p>Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 5-р хороо, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 2 давхар иргэдийн танхим;</p>
<p>Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ</p>	
<p>ТШЗ 29.2.</p>	<p>Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: “Үгүй”</p> <p>[Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд IV бүлэгт заасан чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурыг хэрэглэнэ].</p>
<p>ТШЗ 31.1.</p>	<p>Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг:</p> <p>[Баримт бичгийг жагсааж бичих]</p>

ТШЗ 32.1	<p>Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: “Ашиглахгүй”</p> <p><i>Хэрэв “Ашиглах” бол IV бүлгийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтээс аль тохирохыг тусгана]</i></p>
-----------------	---

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлшгүй чухал нөхцөл болно.*
- Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]

ЭХО аппаратын техникийн тодорхойлолт

№	Техник үзүүлэлт	ЭХО аппарат
1	General Description Ерөнхий тайлбар	Focusing on clinical diagnosis and related scientific research of adult heart, pediatric heart, neonatal heart and fetal heart ultrasound, it supports real-time two-dimensional and four-dimensional transesophageal echocardiography, it is recognized as the excellent image quality for cardiac application, and abundant quantitative analysis tools for heart. The should have the latest software version. Насанд хүрэгчдийн зүрх, хүүхдийн зүрх, нярайн зүрх, ургийн зүрхний хэт авиан оношилгоонд хэрэглэгдэх бодит цагийн хоёр хэмжээст болон дөрвөн хэмжээст улаан хоолойн хэт авиан оношилгоог хийх боломжтой маш сайн дүрсний чанартай хамгийн сүүлийн үеийн программ хангамжтай 4D эхо аппарат.
2		Эргонометрик хамгийн сүүлийн үеийн загвартай, товчлуур даралт буюу үйлдлийг 70 аас их хувиар багасгасан (user friendly)
3	Imaging Modes	2D Imaging: High-resolution imaging for detailed structural analysis.
4	Дүрслэлийн горим	2D дүрслэл: Нарийвчилсан бүтэц судлалын өндөр нягтралтай дүрслэл. M-mode: Motion mode for observing the movement of structures over time.
5		M-горим: Бүтцүүдийн хөдөлгөөнийг цаг хугацаанд ажиглах хөдөлгөөний горим. Color Doppler Imaging: Visualization of blood flow within the heart and vessels. Өнгөт Допплер дүрслэл: Зүрх болон судасны доторх цусны урсгалыг дүрслэн үзүүлэх..
6		Pulsed-Wave Doppler (PW Doppler): Measurement of blood flow velocities Пульс-Давтамжийн Допплер (PW Допплер): Цусны урсгалын хурдыг хэмжих.
7		Continuous-Wave Doppler (CW Doppler): Assessment of high-velocity blood flow Тасралтгүй Допплер (CW Допплер): Өндөр хурдтай цусны урсгалыг үнэлэх.
8		Tissue Doppler Imaging (TDI): Evaluation of myocardial motion. Tissue Doppler Imaging (TDI): Зүрхний булчингийн хөдөлгөөнийг үнэлэх.
9		4D Imaging: Real-time three-dimensional imaging with time dimension. 4D дүрслэл: Цаг хугацааны хэмжээс бүхий бодит цагийн гурван хэмжээст дүрслэлтэй
10		Strain Imaging: Assessment of myocardial deformation. Strain Imaging: Зүрхний булчингийн шилжилт, агшилт, хэлбэрийн өөрчлөлтийг үнэлэх.
11		Contrast Imaging: Enhanced imaging using contrast agents. Контраст дүрслэл: Контраст бодис ашиглан сайжруулсан дүрслэлтэй байх
12	Features of 2D Grayscale imaging unit	It is ultra-clear speckle noise suppression technology, supporting 2D and 4D modes Хэт тод цэгэн дохиог дарангуйлах технологи бөгөөд 2D болон 4D горимуудыг дэмждэг байх
13	2D саарал өнгийн дүрслэл	It has real-time spatial multi-angle composite imaging and supports color Doppler mode Энэ нь бодит цагийн орон зайн олон өнцөгт нийлмэл дүрслэлтэй бөгөөд өнгөт Доплерийн горимыг дэмждэг байх
14		Have myocardial texture imaging mode: it can enhance the display capability of detailed structures such as valves, chordae tendineae and myocardium, supports two-dimensional and four-dimensional probes Зүрхний булчингийн бүтэц дүрслэх горимтой: Хавхлага, хөвчний шөрмөс, миокарди зэрэг зүрхний булчингийн нарийвчилсан бүтцүүдийг харуулах чадварыг сайжруулж, хоёр болон дөрвөн хэмжээст датчик дэмждэг.
15		One-button real-time automatic continuous image optimization technology, including gain, contrast, and lateral gain compensation Нэг товчлуураар бодит цагийн автоматаар тасралтгүй дүрс оновчтой болгох технологи, үүнд тодрол, контраст, хажуугийн тодролыг тэнцвэржүүлэлттэй байх
16		Equipped with trapezoidal expansion imaging technology Трапец хэлбэрийн өргөтгөсөн дүрслэлийн технологиор тоноглогдсон байх

17		<p>Have apex extended imaging: The phased array probe adopts convex array expansion technology to achieve wide-field display of the apex</p> <p>Оройн өргөтгөсөн дүрслэлтэй: үе шаттай массив зонд нь оройн өргөн талбайн дүрслэлийг хангахын тулд конвекс массив өргөтгөх технологийг ашигладаг.</p>
18	Features of Color flow imaging unit	<p>It has multiple modes including 2D color mode, 4D color mode, energy map mode, velocity variance mode, color M-type mode.</p> <p>2D өнгөт горим, 4D өнгөт горим, энергийн зураглалын горим, хурдны ялгаврын горим, өнгөт M-төрлийн горим зэрэг олон горимтой</p>
19	Өнгөт урсгалын дүрслэл	<p>Have specific color Doppler frequency display, and independent grade adjustable, ≥ 8 levels</p> <p>Өнгөт Доплерийн тодорхой давтамжийн дэлгэцтэй бөгөөд түвшинг бие даан тохируулах боломжтой, ≥ 8 түвшин.</p>
20		<p>Capable of independent color frame rate adjustment</p> <p>Өнгөт фреймийн хурдыг дангаар нь тохируулах боломжтой.</p>
21		<p>Have two-dimensional B Flow imaging: non-Doppler principle, directly extracting weak blood cell echoes for imaging</p> <p>Хоёр хэмжээст B урсгалын дүрслэл: Доплерийн бус зарчимд, цусны эсийн сул дохиог илрүүлж дүрслэлийг гаргаж авдаг.</p>
22		<p>Directional grayscale blood flow imaging: Based on B Flow, it also provides color blood flow directional display</p> <p>Цусны урсгалын чиглэлийн саарал өнгийн дүрслэл: B Flow дээр тулгуурлан цусны урсгалын чиглэлийн өнгөтөөр харуулдаг.</p>
23		<p>It has built-in original coronary blood flow imaging software, which can effectively remove cardiac cavity color noise and display coronary blood flow</p> <p>Зүрхний хөндийн өнгөт чимээ шуугианыг үр дүнтэй дарангуйлан, титэм судасны цусны урсгалыг харуулах титэм судасны цусны урсгалыг дүрслэх анхдагч програм хангамжтай.</p>
24		<p>Have blood flow speckle tracking imaging technology: it tracks the movement trajectory of blood cells through ultra-high frame rate imaging and displays the true state of intracardiac hemodynamics with lines, colors, and codes. It supports cardiac two-dimensional probes, and transesophageal heart volume probes</p> <p>Цусны урсгалын толбоны дүрслэлийн технологитой (blood flow speckle tracking imaging): Хэт өндөр фреймийн хурдны дүрслэлээр дамжуулан цусны эсийн хөдөлгөөний траекторийг хянаж, зүрхний доторх гемодинамикийн бодит байдлыг шугам, өнгө, кодоор харуулдаг. Энэ нь зүрхний хоёр хэмжээст датчик, улаан хоолойн зүрхний эзэлхүүнт датчийг дэмждэг</p>
25		<p>Have blood flow speckle tracking imaging quantitative technology: Based on blood flow speckle tracking imaging, the area, time, and distance parameters of the captured blood flow information can be quantified</p> <p>Цусны урсгалын толбоны дүрслэлийн тоон технологитой: Цусны урсгалыг толбо хэлбэрийн дүрслэлд үндэслэн авсан цусны урсгалын мэдээллийн талбай, цаг хугацаа, зайны параметруудийг тоолж болно.</p>
26	Features of Spectral Doppler Display unit and analysis system	<p>With PW, CW, HPRF, LPRF. and activate HPRF automatically</p> <p>PW, CW, HPRF, LPRF-тай ба HPRF-г автоматаар идэвхжүүлнэ</p>
27		<p>Equipped with automatic spectrum optimization technology, one-button control, automatically adjust the spectrum to the optimal range</p> <p>Автомат спектрийн оновчлолын технологиор тоноглогдсон, нэг товчлуурын удирдлага нь спектрийг автоматаар оновчтой хязгаарт тохируулна.</p>
28	Спектрийн доплер дүрслэл ба шинжилгээний систем	<p>With high-performance real-time dual-synchronization and triple-synchronization functions, it can be switched at any time</p> <p>Өндөр хүчин чадалтай бодит цагийн давхар-синхрончлол болон гурвалсан-синхрончлолын функцээр хүссэн үедээ солих боломжийг олгоно.</p>
29		<p>Equipped with automatic spectrum analysis system: including real-time automatic envelope, automatic envelope after freezing, and manual envelope; automatic calculation of various hemodynamic parameters, parameters can be flexibly selected according to customer needs</p>

		Автомат спектрийн оновчлолын технологиор тоноглогдсон, нэг товшилтоор удирддаг, автоматаар спектрийг оновчтой хязгаарт тохируулах боломжтой. Бодит цагийн, хөдөлгөөнийг зогсоосны дараа, гар аргаар зэрэг; төрөл бүрийн гемодинамикийн параметруудийг автоматаар тооцоолох, параметруудийг хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн уян хатан байдлаар сонгох боломжтой
30		Have automatic measurement of cardiac spectrum: it can identify color blood flow spectrum and tissue Doppler spectrum for multiple cardiac cycles, automatically measure and import the results into the reporting system (including E peak, A peak, EDT, E', E/E', AV Trace and other parameters) Зүрхний спектрийн автомат хэмжилттэй: Зүрхний олон мөчлөгийн өнгөт цусны урсгалын спектр болон эдийн Доплер спектрийг тодорхойлж, автоматаар хэмжиж үр дүнг тайлагнах системд (E peak, A peak, EDT, E', E/E', AV Trace болон бусад параметруудийг багтаасан) оруулах боломжтой.
31	Features of Tissue Doppler Imaging unit	It has real-time one-click tissue velocity imaging, tissue tracking imaging, tissue synchronization imaging, tissue strain and strain rate imaging Бодит цагийн нэг товшилтоор эдийн хурдны дүрслэл, эдийг хянах дүрслэл, эдийн синхрончлолын дүрслэл, эдийн ачаалал, ачааллын хурдны дүрслэлтэй.
32	Tissue Doppler дүрслэл	Tissue Doppler signals can be directly converted into tissue tracking maps, tissue synchronization maps, strain maps and strain rate maps. Эдийн доплер дохиог шууд эдийг хянах дүрслэл, эдийн синхрончлолын зураг, strain map, strain rate map болгон хувиргаж болно.
33		It has on-machine tissue Doppler synchronized imaging and myocardial synchronized bull's eye image. Өөр дээрээ эд эсийн доплер синхрон болон миокардийн синхрон дүрслэлтэй
34		multaneously display the myocardial velocity curve, displacement curve, strain and strain rate curve of multiple segments on the machine Өөр дээрээ олон сегментийн миокардийн хурдны муруй, шилжилтийн муруй, суналт (strain), суналтын хурдны (strain rate)муруйг нэгэн зэрэг харуулах боломжтой
35		Quantitative curves can automatically import the opening and closing time of the aortic valve and mitral valve Тоон муруй нь аорт(хамгийн том артери)-ын хавхлага болон митрал хавхлагыг нээх, хаах хугацааг автоматаар оруулах боломжтой
36		Support real-time three-plane imaging Бодит цагийн гурван хавтгай дүрслэлийг дэмжинэ
37	Features of Tissue Harmonic Imaging Unit	Equipped with coded second harmonic technology Кодлогдсон хоёр дахь гармоник технологиор тоноглогдсон
38	Эдийн гармоник дүрслэл	Equipped with coded pulse inversion harmonic technology Кодлогдсон импульсийн урвуу гармоник технологиор тоноглогдсон
39		With simultaneous display of harmonic frequency and fundamental frequency Гармоник давтамж ба үндсэн давтамжийг нэгэн зэрэг харуулах
40	Features of Ultrasound Contrast Imaging Unit	Coded pulse inversion harmonic technology and ultrasound modulation signal for contrast agent imaging Кодлогдсон импульсийн урвуу гармоник технологи ба тодосгогч бодисын дүрслэлд зориулсан хэт авианы модуляцын дохиотой
41		Support left ventricle angiography Зүүн ховдолын ангиографийг дэмжих
42	Хэт авианы тодосгогч дүрслэл	Supports myocardial perfusion contrast imaging at low mechanical index Механик индекс багатай миокардийн цусны эргэлтийн тодосгогч дүрслэлийг дэмждэг
43		Supports transthoracic 2D and 4D probes Цээжний хөндийн 2D болон 4D датчийг дэмждэг
44		Supports esophageal matrix volume probes Улаан хоолойн матрицын эзэлхүүний мэдрэгчийг дэмждэг
45		With real-time 4D imaging

		Бодит цагийн 4D дүрслэл
46		With three-plane angiography
		Гурван-хавтгай ангиографтай
47		Supports myocardial perfusion angiography under stress ultrasound imaging
		Стресс хэт авиан дүрслэл миокардийн перфузи ангиографийг дэмждэг
48		With flash, adjustable mechanical index, ECG trigger and time trigger, adjustable length
		Тохируулж болох механик индекс, флэштэй, ЭКГ-ын триггер болон цагийн триггер, уртыг тохируулах боломжтой
49		With dual clock timing, the storage time is adjustable
		Хос цагийн хуваарьтай ба хадгалах хугацааг тохируулах боломжтой
50		It can be stored in real-time forward, real-time playback, and after editing.
		Бодит цагийн дамжуулалт, бодит цагийн тоглуулах, засварласны дараа хадгалах боломжтой.
51		Online and offline time-intensity curve analysis tools, capable of analyzing data by wash-in/wash-out
		Өгөгдлийг угааж оруулах/гаргах замаар дүн шинжилгээ хийх чадвартай онлайн болон офлайн цагийн эрчимтэй муруй шинжилгээний хэрэгслүүд
52		The analysis results are automatically imported into the system worksheet for storage
		Шинжилгээний үр дүнг хадгалах зорилгоор системийн ажлын хуудсанд автоматаар оруулж ирдэг
53	Features of Stress Ultrasound Imaging Unit	Built-in professional stress ultrasound module, including exercise stress and drug stress
		Дасгалын стресс, эмийн стресс зэрэг мэргэжлийн стрессийн хэт авианы модуль суурилсан
54		Customizable editable templates
		Засварлах боломжтой загварууд
55	Стресс хэт авиан дүрслэл	Supports automatic conversion of required sections, required measurements and inspection stages, and automatically saves imaging conditions such as frequency and gain for the next inspection stage
		Шаардлагатай хэсгүүд болон хэмжилтүүд, шалгалтын үе шатуудыг автоматаар хөрвүүлэхийг дэмжиж, дараагийн шалгалтын үе шатанд давтамж, өсгөлт гэх мэт дүрслэлийн нөхцлийг автоматаар хадгалдаг.
56		The stress ultrasound module has a built-in myocardial long-axis strain analysis function, which can realize the discrete values of myocardial strain size and peak time at different load stages online, provide 17-segment bull's eye diagram display, curve display mode, anatomical M-type display mode,, and can be displayed on the same screen for comparison
		Стресс хэт авианы модуль нь миокардийн урт тэнхлэгийн ачааллын шинжилгээний функцтэй бөгөөд энэ нь миокардийн ачааллын хэмжээ, оргил цаг хугацааны салангид утгыг онлайнгаар янз бүрийн ачааллын үе шатанд ойлгож, 17 сегменттэй bull's eye диаграмм, муруй дэлгэцийн горим, анатомийн М төрлийн дэлгэцийн горим зэрэгт харьцуулахын тулд нэг дэлгэц дээр харуулах боломжтой
57		Automatically display the contrast images in the basic state during playback, and automatically synchronize the cardiac cycle
		Буцаан тоглуулах явцад тодосгогч зургуудыг үндсэн төлөвт автоматаар харуулах ба зүрхний мөчлөгийг автоматаар синхрончлох
58		Supports 2D, multi-planar and 4D imaging modes
		2D, олон хавтгай, 4D дүрслэх горимуудыг дэмждэг
59		Supports contrast imaging
		Тодосгогч дүрслэлийг дэмждэг
60		Support transesophageal four-dimensional probe
		Улаан хоолойн дөрвөн хэмжээст датчикийг дэмжих
61		Can be combined with tissue Doppler and can be quantitatively analyzed
		Эд эсийн доплер зурагтай хавсарч, тоон шинжилгээ хийх боломжтой

62		Support wall motion scoring Ханын хөдөлгөөний үнэлгээг дэмжих
63		Built-in concurrent therapy assessment template Хавсарсан эмчилгээний үнэлгээний загвар
64	Features of 4D Imaging Unit	The 4D imaging unit supports transthoracic volume imaging probes for adults and children and transesophageal volume imaging probes 4D дүрслэл нь насанд хүрэгчид болон хүүхдүүдэд зориулсан цээжний хөндийн эзэлхүүнийг дүрслэх датчик, улаан хоолойн эзэлхүүнийг дүрслэх датчикийг дэмждэг.
65	Дөрвөн хэмжээст дүрслэл	All four-dimensional probes have all functional modes including two-dimensional, color, PW, CW, M-mode, any-angle linear and curved anatomical M-mode, tissue Doppler, multi-plane and four-dimensional, stress ultrasound, ultrasound contrast imaging. Бүх дөрвөн хэмжээст датчик нь хоёр хэмжээст, өнгөт, PW, CW, M горим, дурын өнцгийн шугаман ба муруй анатомийн M горим, эдийн доплер, олон хавтгай ба дөрвөн хэмжээст, стресс хэт авиан гэх мэт бүх функциональ горимтой, хэт авиан тодосгогч дүрслэлтэй.
66		Single cardiac cycle full volume imaging mode: Single cardiac cycle real-time 90°x90° full volume imaging, no need for ECG gating triggering, no need for stitching imaging, this mode supports full volume color blood flow display, and supports transthoracic four-dimensional imaging and transesophageal four-dimensional imaging Зүрхний нэг циклийн бүрэн хэмжээний дүрслэлийн горим: Зүрхний нэг циклийн бодит цагийн 90°x90° бүрэн хэмжээний дүрслэл, ЭКГ-ыг шаардлагагүй, оёдлын дүрслэл хийх шаардлагагүй, энэ горим нь цусны урсгалын бүрэн хэмжээний өнгөт дэлгэцийг дэмждэг бөгөөд цээжний гаднаас 4D хэмжээст дүрслэл, улаан хоолойн дөрвөн хэмжээст дүрслэлийг дэмждэг
67		Have multi-cardiac cycle full volume imaging, 6 stitched cardiac cycles can be selected Мулти-зүрхний циклийн бүрэн хэмжээний дүрслэл, 6 ширхэг зүрхний циклийг сонгох боломжтой
68		Automatically display 4D standard section images: Based on one section volume image, other section volume images can be acquired with one click, without manual cutting. The number of sections displayed is 6 4D стандарт хэсгийн зургийг автоматаар харуулах: Нэг хэсгийн эзлэхүүний зураг дээр үндэслэн бусад хэсгийн эзлэхүүнтэй зургийг гар аргаар огтлохгүйгээр нэг товшилтоор авах боломжтой. Харуулах хэсгүүдийн тоо 6 байх. Automatically display 4D standard section images: Based on one section volume image, other section volume images can be acquired with one click, without manual cutting. The number of sections displayed is 6
69		Have intelligent four-dimensional vision: Through the system's preset conditions, you can quickly obtain the four-dimensional model, four-dimensional blood flow model and multi-plane model of structures such as the mitral valve, aortic valve, and left atrial appendage with just one button Ухаалаг дөрвөн хэмжээст харалттай: Системийн урьдчилан тохируулсан нөхцлөөр дөрвөн хэмжээст модель, дөрвөн хэмжээст цусны урсгалын загвар, митрал хавхлага, аортын хавхлага, зүүн тосгуурын хавсралт зэрэг бүтцийн олон хавтгай загварыг зөвхөн нэг товчлуураар хурдан авах боломжтой.
70		Four-dimensional imaging angle preset values, freely selectable according to different observation parts, angle preset number is 4 Дөрвөн хэмжээст дүрслэлийн өнцгийн урьдчилан тогтоосон утгууд, ажиглалтын өөр хэсгүүдийн дагуу чөлөөтэй сонгох боломжтой, өнцгийн урьдчилан тохируулсан тоо 4 байна
71		Have intelligent 4D anatomical marking: After calibrating the anatomical structure of the 2D or 4D image with marker points of different colors, the same structure of the 2D image and the 4D image will be automatically associated. During the process of adjusting the volume image, the marker can move with the spatial position of the anatomical structure, and the transparency of the marker is adjustable. Ухаалаг 4D анатомийн тэмдэглэгээтэй: 2D эсвэл 4D дүрсний анатомийн бүтцийг өөр өөр өнгийн тэмдэглэгээний цэгүүдээр тохируулсны дараа 2D дүрс болон 4D дүрсийн ижил бүтэц автоматаар холбогдоно. Эзлэхүүний дүрсийг тохируулах явцад маркер

	<p>нь анатомийн бүтцийн орон зайн байрлалаар хөдөлж, маркерын ил тод байдлыг тохируулах боломжтой.</p>
72	<p>It has four-dimensional local magnification and sampling frame function of the region of interest, real-time dual-plane observation, and convenient local structure imaging</p> <p>Сонирхож буй хэсгийн дөрвөн хэмжээст хэсэгчилсэн томруулалт, түүвэрлэлтийн хүрээний функцтэй, бодит цагийн хос хавтгайн ажиглалт, тухайн хэсгийн бүтцийн тохиромжтой дүрслэлтэй.</p>
73	<p>Volume frame rate can be adjusted independently</p> <p>Эзлэхүүн хүрээний хурдыг бие даан тохируулах боломжтой</p>
74	<p>Four-dimensional apex extended imaging technology expands the apex display field of view</p> <p>Дөрвөн хэмжээст оройн өргөтгөсөн дүрслэлийн технологи нь оройн дэлгэцийн харах талбарыг өргөжүүлдэг</p>
75	<p>Equipped with four-dimensional color mode, the grayscale and color ratio is adjustable, and the four-dimensional color blood flow beam can be displayed separately</p> <p>Дөрвөн хэмжээст өнгөт горим, тохируулах боломжтой саарал өнгө, өнгөний харьцаа, дөрвөн хэмжээст өнгөт цусны урсгалыг тусад нь харуулах боломжтой.</p>
76	<p>Equipped with tomographic ultrasound imaging, with 5, 7, 8, 12 sections available</p> <p>Хэт авиан 5, 7, 8, 12 гэсэн хэсэгтэй томограф дүрслэлээр тоноглогдсон</p>
77	<p>Real-time dual plane</p> <p>Бодит цагийн хоёр хавтгай</p>
78	<p>Real-time three-plane imaging: one scan simultaneously obtains images of three sections of the same cardiac cycle, and the angles between the sections can be adjusted arbitrarily. It supports two-dimensional, color, tissue Doppler and other modes, and can be used for stress ultrasound and left ventricular angiography</p> <p>Бодит цагийн гурван хавтгай дүрслэл: нэг скан хийснээр зүрхний нэг мөчлөгийн гурван зүслэгт зургийг нэгэн зэрэг авах ба хэсгүүдийн хоорондох өнцгийг тохируулах боломжтой. Энэ нь хоёр хэмжээст, өнгөт, эдийн доплер болон бусад горимуудыг дэмждэг бөгөөд стресс хэт авиан болон зүүн ховдлын ангиографид ашиглаж болно.</p>
79	<p>Shear volume imaging at any two points</p> <p>Дурын хоёр цэг дээрх тасдах(shear) эзлэхүүнт дүрслэл</p>
80	<p>Have intelligent section display: For real-time or stored volume data, the internal structure can be displayed in a 2D section at any position on the XYZ axis. The 2D sections and volume images of different dimensions can be interactively referenced and cut. Length and area measurements can be performed on each 2D section</p> <p>Хэсгийн ухаалаг дэлгэцтэй: Бодит цагийн буюу хадгалагдсан хэмжээ өгөгдлийн хувьд дотоод бүтцийг XYZ тэнхлэгийн аль ч байрлалд 2D хэсэгт харуулах боломжтой. Янз бүрийн хэмжээс бүхий 2D хэсгүүд болон эзлэхүүний зургуудыг интерактив байдлаар лавлаж, тасдаж болно. Урт болон талбайн хэмжилтийг 2D хэсэг бүр дээр хийж болно</p>
81	<p>Бодит цагийн 3D болон бодит цагийн 3D өнгөний горимд нэг товчлуураар хурдан толин тусгал хувиргах функц</p> <p>One-button quick mirror inversion function in real-time 3D and real-time 3D color modes</p>
82	<p>Өндөр нягтралтай эзлэхүүнт зураг, зүрхний дурангийн дөрвөн хэмжээст дүрслэлийн технологитой.</p> <p>Have high-definition volume images, four-dimensional imaging technology of cardiac endoscopy</p>
83	<p>Have 4D volume rendering technology, present the four-dimensional anatomical structure of the heart based on real-time on-machine and offline 4D TEE or TTE data, using the light source projection method. The light source depth, number of light sources (≥ 2) and light source direction can be adjusted. The area of interest can be highlighted according to visual habits to increase the three-dimensional display effect, highlight the lesion site, and tissue adjacent relationship, and supports real-time and playback modes</p>

		4D хэмжээсийг дүрслэх технологитой, гэрлийн эх үүсвэрийн проекцын аргыг ашиглан өөр дээрээ бодит цагийн болон офлайн 4D TEE эсвэл TTE өгөгдөл дээр үндэслэн зүрхний дөрвөн хэмжээст анатомийн бүтцийг харуулах. Гэрлийн эх үүсвэрийн гүн, гэрлийн эх үүсвэрийн тоо (≥ 2) болон гэрлийн эх үүсвэрийн чиглэлийг тохируулж болно. Гурван хэмжээст дэлгэцийн эффектийг нэмэгдүүлэх, гэмтэлтэй хэсэг болон зэргэлдээ эдүүдийн харилцааг тодруулах, бодит цагийн болон тоглуулах горимыг дэмжихийн тулд харааны дадал зуршлын дагуу сонирхсон хэсгийг тодруулж боломжтой байх.
84		Have 4D volume transparent blood flow rendering mode, which can adjust the transparency of volume color data to avoid the color blood flow from obstructing the tissue or deep blood flow, and can assist the operator in identifying complex hemodynamic characteristics 4D эзэлхүүний тунгалаг цусны урсгалыг үзүүлэх горимтой бөгөөд энэ нь өнгөт цусны урсгалыг эд эсэд саад учруулахгүйн тулд өнгөт өгөгдлийн тунгалаг байдлыг тохируулж, гемодинамикийн нарийн төвөгтэй шинж чанарыг тодорхойлоход тусална.
85		With virtual storage function, the volume image can be stored again after editing Виртуал хадгалах функцийн тусламжтайгаар эзлэхүүний зургийг засварласны дараа дахин хадгалах боломжтой
86	Хэмжилт ба шинжилгээ: (B горим, M горим, спектрийн	General measurement functions Ерөнхий хэмжилтийн функцууд
87	Доплер, өнгөт Доплер,	Cardiac function measurement and analysis Зүрхний үйл ажиллагааны хэмжилт, шинжилгээ
88	зүрхний эзэлхүүний горим)	Have straight anatomical M-type and curved anatomical M-type Шулуун анатомийн M хэлбэрийн ба муруй анатомийн M хэлбэр
89	Measurements and analysis (B-mode, M-mode, Spectral Doppler, Color Doppler, Cardiac Volume mode)	Based on artificial intelligence (AI), it automatically identifies standard sections and selects the cardiac cycle with the best image quality to track the endocardial motion trajectory and perform two-dimensional cardiac function measurement, supporting single-plane and dual-plane calculations Хиймэл оюун ухаан (AI) дээр суурилсан ба стандарт зүслэгүүдийг автоматаар тодорхойлж, хамгийн тод сайн чанартай дүрс бүхий циклийг олж эндокардын шилжин хөдлөх зах хязгаарыг хянах боломж олгох боломжтой ба зүрхний үйл ажиллагааны хоёр хэмжээст дүрслэл болон үйл ажиллагааны үнэлэх, нэг болон хос хавтгайн тооцооллыг дэмждэг.
90		Online speckle tracking quantitative analysis: Based on artificial intelligence (AI), it can automatically identify sections and select three cardiac cycles with the best quality to track myocardial speckle signals, analyze myocardial systolic long-axis peak strain, post-systolic contraction index, provide 17- and 18-segment bull's eye diagrams, curve display mode, curve anatomical M-mode display mode. It can also display the dual-plane Simpson EF value synchronously. It supports implementation on conventional adult and pediatric cardiac probes, transesophageal probes, and cardiac volume probes Саарал цэгийг хянах онлайн тоон анализ шинжилгээ: Хиймэл оюун ухаан (AI) дээр үндэслэсэн энэхүү боломж нь автоматаар хамгийн сайн дүрстэй 3 дараалсан циклийг олж миокардийн толбо/цэгэн дүрслэлийн дохиог хянах, миокардийн систолын урт тэнхлэгийн агшилт суналт, систолын дараах агшилтын индекс, 17 болон 18 сегментийн bull's eye диаграмм, муруйн дэлгэцийн горим, муруйн анатомийн M горимын дэлгэцийн горим гэх мэт шинжлэх боломжтой. Мөн хос хавтгайтай Simpson EF утгыг синхроноор харуулах боломжтой. Энэ нь насанд хүрэгчид болон хүүхдийн зүрхний энгийг датчик, улаан хоолойн датчик, зүрхний эзэлхүүнт датчийг дэмждэг байх
91		Based on the two-dimensional speckle tracking technology, the peak strain reaching time and peak strain dispersion of the long-axis myocardial systolic period can be directly analyzed, and 17- and 18-segment bull's eye diagrams can be provided to display and evaluate the two-dimensional synchronization of the myocardium Хоёр хэмжээст спекл трак технологид тулгуурлан урт тэнхлэгт миокардийн систолын үеийн оргил ачаалалд хүрэх хугацаа, оргил агшилтийн урт тэнхлэгийн дагуух тархалтыг шууд шинжлэх боломжтой, 17 ба 18 сегмент бүхий бухын нүдний диаграммыг үзүүлж, миокардийн хоёр хэмжээст синхрончлол үнэлэх боломжтой.

92		<p>Have left atrium quantitative tool: Based on speckle tracking technology, it can provide the overall left atrium strain value (including reserve, conduit, systolic period) and strain change curve, emptying fraction and left atrial volume data (including four-chamber and two-chamber sections)</p> <p>Зүүн тосгуурын тоон үнэлгээ: спекл трак технологид тулгуурласан зүүн тосгуурын агшилт суналтын үнэлгээ хийх боломжтой. 2 болон 4 хөндийн зүслэгээс бүх төрлөөр харуулах боломжтой</p>
93		<p>Have right ventricular quantification tool: Based on speckle tracking technology, it can provide global strain (6 segments), free wall strain (3 segments) and tricuspid valve displacement TAPSE parameters</p> <p>Баруун ховдолын үнэлгээний хэрэгсэлтэй: спекл трак технологид суурилсан 6 сегментийн агшилт/суналт, 3 чөлөөт хананы агшилт/суналт болон 3 хавтаст хавхлагын шилжилтийн TAPSE -г үнэлэх боломжтой.</p>
94		<p>Have quantitative analysis of myocardial work: analysis of the overall and local work of the left heart, including work index, overall effective work, overall ineffective work, overall work efficiency and other parameters</p> <p>Зүрхний булчингийн тоон үнэлгээ хийдэг: зүүн ховдлын ерөнхий болон хэсгийн үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ. Үүнд агшилтийн индекс, ерөнхий үр ашигтэй ажиллагаа, нийт үр ашиггүй ажиллагаа, нийт ажлын үр ашиг болон бусад үзүүлэлтүүд орно.</p>
95		<p>4D automatic left ventricular quantitative analysis provides cardiac function analysis parameters such as EDV, ESV, EF, SV, and CO</p> <p>4D автомат зүүн ховдлын тоон шинжилгээ нь EDV, ESV, EF, SV, CO зэрэг зүрхний үйл ажиллагааны шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг гаргадаг.</p>
96		<p>Have three-plane myocardial speckle tracking technology: Based on speckle tracking technology, myocardial speckle tracking is performed on three planes from the same cardiac cycle to analyze the strain of each segment of the left ventricle</p> <p>3 хавтгайд Миокардийн спекл трак хийдэг: спекл трак технологид тулгуурлан зүрхний нэг мөчлөгийн хугацаанд зүүн ховдлын сегмент бүрийн ачааллыг гурван хавтгайд зэрэг шинжлэх боломжтой.</p>
97		<p>Capable of performing linear and area measurements on volumetric images.</p> <p>Эзлэхүүнт зураг дээр шугаман болон талбайн хэмжилт хийх чадвартай.</p>
98		<p>Equipped with pediatric heart Z-score scoring system</p> <p>Хүүхдийн зүрхний Z онооны системээр тоноглогдсон</p>
99		<p>Blood flow measurement and analysis: Spectral Doppler real-time automatic envelope, parameters can be customized</p> <p>Цусны урсгалын хэмжилт, шинжилгээ: Спектрийн Доплер бодит цагийн автомат хэмжээг сонгож оруулж болно, параметруудыг өөрчлөх боломжтой</p>
100	Specifications of probe	<p>2D, color and Doppler can all be frequency-converted independently</p> <p>2D, өнгөт болон Доплер зэргийг бие даан давтамж болгон хувиргах боломжтой</p>
101	Датчкны үзүүлэлтүүд	<p>Supports cardiac matrix probes, phased array, transesophageal probes</p> <p>Зүрхний матрикс датчик, фазтай датчик, улаан хоолойн датчикийг дэмждэг</p>
102		<p>V/D compatible: phased array B/PWD/CWD, linear array B/PWD, convex array B/PWD</p> <p>V/D нийцтэй: фазын массив B/PWD/CWD, шугаман массив B/PWD, гүдгэр массив B/PWD</p>
103		<p>Probe operating frequency range:</p> <p>Датчик ажиллах давтамж:</p>
104		<p>Adult phased array probe: 1.4-4.6MHz</p> <p>Насанд хүрэгчдийн датчик: 1.4-4.6MHz</p>
105		<p>Transesophageal Matrix Volume Phased Array Probe: 3.0 - 8.0MHz</p> <p>Улаан хоолойн матрицын эзлэхүүнт датчик: 3.0 - 8.0 МГц</p>
106	Imaging parameters of	<p>Adult phased array probe scanning angle: 10° - 120° selection</p> <p>Насанд хүрэгчдийн датчкны сканнерын өнцөг: 10° - 120°</p>

107	2D grayscale imaging	<ul style="list-style-type: none"> - Imaging rate: - Дүрслэх хурд: Phased array probe: 90° 18cm depth, frame rate ≥ 100 frames/second Фазтай датчик: 90° 18 см гүн, фрэймийн хурд ≥ 100 кадр/секунд 2D grayscale imaging ≥ 256 grayscales 2D сааралжилтийн түвшин дүрслэл ≥ 256 түвшинтэй
108	2D саарал өнгийн дүрслэлийн үндсэн параметрууд	Support high-definition local magnification, increase the amount of information when magnifying, improve resolution and frame rate Өндөр нарийвчлалтай хэсгийн өсгөлтийг дэмжих, томруулах үед мэдээллийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, нарийвчлал болон фрэймийн хурдыг сайжруулах
109		Playback and reproduction: grayscale image playback 5000 images, allowing 12 windows to play back on the same screen, and multiple windows allow images from different periods to be compared with real-time images Давтан тоглуулах болон дахин боловсруулан сэргээх: Саарал масштабтай зургийн давталт 5000 зураг, нэг дэлгэц дээр 12 цонхыг давталт хийх боломжтой бөгөөд олон цонх нь өөр өөр хугацааны зургуудыг бодит цагийн зургуудтай харьцуулах боломжийг олгодог.
110		Gain adjustment: STC segment ≥ 8, B/M can be adjusted independently Тодролын тохируулга: 8 аас илүү STC ийн хэсгүүдтэй тус бүрдээ тохируулж болох
111		Second harmonic: The equipped probe supports second harmonic, and the number of harmonics of the phased array probe is 6 groups Хоёрдахч хармоник дүрслэл: 6 багц хармоник дүрслэлтэй
112	Imaging parameters of Spectral Doppler imaging	Method: PWD, HPRF, LPRF, CWD Апра: PWD, HPRF, LPRF, CWD
113		Doppler transmit frequency: Доплер дамжуулах давтамж:
114	Спектрийн доплер зургийн параметрууд	Maximum measurement speed: <ul style="list-style-type: none"> - PWD: blood flow velocity ≥ 10m/s CWD: blood flow velocity ≥ 22 m/s Хамгийн их хэмжилтийн хурд: <ul style="list-style-type: none"> - PWD: цусны урсгалын хурд ≥ 10м/с - CWD: цусны урсгалын хурд ≥ 22 м/с
115		Minimum measurement speed: ≤ 2mm/s (non-noise signal) Хэмжилтийн хамгийн бага хурд: ≤ 2мм/с (дуу чимээгүй дохио)
116		Display mode: B, M, B/M, B/M/CFI, B/D, D, B/CFI/D Дэлгэцний горим: B, M, B/M, B/M/CFI, B/D, D, B/CFI/D
117		Video playback: ≥ 90 seconds Бичлэг тоглуулах: ≥ 90 секунд
118		Zero shift: 6 levels Тэг шилжилт: 6 түвшин
119		Sampling width and position range: Width 1-16mm; adjustable in grades Доплерийн тухайн байршилын өргөн болон байрлалын хязгаар: Өргөн 1-16мм; зэрэглэлээр тохируулах боломжтой
120		Display Control: Invert display (left/right; up/down), zero shift, B-refresh (manual control, time, ECG synchronization), D expansion, B/D expansion, partial discharge, and shift Дэлгэцийн удирдлага: Дэлгэцийг эргүүлэх (зүүн/баруун; дээш/доош), тэг шилжих, B-горимд орох (гар удирдлага, цаг, ЭКГ-ын синхрончлол), D, B/D рүү орох, хэсэгчилэн гарах, шилжилт
121		The spectrum is automatically enveloped, and the measurement is completed. The parameters can be customized and can be completed on real-time, frozen and playback images

		Спектрийг автоматаар бүрхэж, хэмжилтийг гүйцэтгэнэ. Параметруудийг өөрийн хэрэгцээнд тохируулан өөрчилж болох ба бодит цагийн, зогсоосон болон давталтын зургууд дээр гүйцэтгэж болно.
122	Imaging parameters of Color Doppler imaging	Display mode: velocity, energy, variance, color myocardial velocity Doppler, color myocardial displacement Doppler Дэлгэцийн горим: хурд, энерги, дисперс, өнгөт миокардийн хурд Доплер, миокардийн өнгөт шилжилтийн доплер
123	Өнгөт Доплер зургийн параметрууд	Real-time dual/triple synchronization display Бодит цагийн давхар/гурвалсан синхрончлолын дэлгэц
124		Color display frame rate: - Phased array sector scan probe, 90° angle, 18cm deep full screen display, color display frame rate ≥ 19 frames/s Phased array sector scan probe, 90° angle, 18cm deep full screen display, color tissue Doppler frame rate ≥ 139 frames/s Өнгөт дэлгэцийн хүрээний хурд: - Фазтай секторын датчик, 90° өнцөг, 18 см гүн бүтэн дэлгэц, өнгөт дэлгэцийн хүрээний хурд ≥ 19 фрэйм/с - Фазтай секторын датчик, 90° өнцөг, 18 см гүн бүрэн дэлгэцийн дэлгэц, өнгөт эдийн Доплер фрэймийн хурд ≥ 139 кадр/с
125		Display control: zero position shift divided into ±10 levels, black/white and color comparison, color contrast Дэлгэцийн удирдлага: ±10 түвшинд хуваагдсан тэг байрлалын шилжилт, хар/цагаан, өнгөний харьцуулалт, өнгөний ялгаа
126		Real-time tissue Doppler velocity imaging, real-time tissue Doppler displacement imaging, M-mode, linear anatomical M-mode, curved anatomical M-mode and spectrum analysis are available Бодит цагийн эдийн Допплер хурдны дүрслэл, бодит цагийн эдийн Допплер шилжилтийн дүрслэл, М-горим, шулуун анатомийн М-горим, муруй анатомийн М-горим болон спектрийн шинжилгээг ашиглах боломжтой.
127		Ultrasonic power output adjustment: B/M, CWD, PWD, Color Doppler output power adjustable Хэт авианы гаралтын тохируулга: B / M, CWD, PWD, Color Doppler гаралтын хүчийг тохируулах боломжтой
128	System general functions	Equipped with display: ≥ 22 inches, high-resolution, wide-viewing angle, organic self-luminous OLED display, resolution ≥ 1920x1080, brightness and contrast can be adjusted automatically and manually according to the requirements of the replacement 22 инч болон түүнээс дээш, өндөр нарийвчлалтай, өргөн харах өнцөгтэй, органик өөрөө гэрэлтдэг OLED дэлгэц, 1920 × 1080 нягтрал болон түүнээс дээш, тод, тодосгогчийг солих шаардлагад нийцүүлэн автоматаар болон гараар тохируулах боломжтой дэлгэцтэй.
129	Системийн ерөнхий функцууд	The operation panel has a ≥ 12-inch ultra-high resolution, multi-touch color touch screen, which can be turned by fingers, and the operation menu and parameter adjustment can be directly clicked Удирдлагын дэлгэц нь 12 инч буюу түүнээс дээш ийн өндөр нарийвчлалтай, олон мэдрэгчтэй, өнгөт дэлгэцтэй бөгөөд үйлдлийн цэс болон параметрийн тохиргоог шууд дарж болно.
130		Equipped with an electric control operating platform, it can be flexibly adjusted within the range of up and down/left and right/front and back Цахилгаан удирдлагатай ажиллагааны платформ, дээш доош, зүүн баруун, урд хойд чиглэлд хөдөлж тохируулга хийх боломжтой
131		Raw data management to adjust parameters such as gain, color display, Doppler baseline position and angle correction for stored images Түүхий буюу анхны өгөгдлийг тохируулах өөрчлөх функц: Доплерийн үндсэн шугамын байрлал, өнцгийн засвар, тодрол, өнгөний харагдалт хадгалсан зурагны параметруудийг тохируулах боломжтой.

132		Equipped with a dynamic wide beam transmitting, and there is no focusing point or focusing zone in the image area Динамик өргөн цацрагийн дамжуулалтын технологиор тоноглогдсон бөгөөд дүрсний бүсэд фокусын цэг эсвэл фокусын бүсгүй.
133		Have single crystal sector probe with acoustic energy amplification and precise temperature control probe technology Дууны энергийн өсгөлттэй, нарийн температурын хяналттай, дан болор сектор технологи бүхий датчиктай
134		The touch screen of the operation panel can perform image management, image preview and dynamic image playback functions, image output operations. Удирдлагын мэдрэгчтэй дэлгэц нь зургийн удирдах, дүрсийг урьдчилан харах, динамик тоглуулах функц, дүрс гаралтын зэрэг үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой.
135		The touch screen has probe interface and probe display function, preset condition display Мэдрэгч дэлгэц нь датчик интерфейс болон датчикийг харуулах функцтэй, урьдчилан тохируулсан тохиргоог харуулна.
136		Operating platform: Electric control, can be flexibly adjusted in the range of up and down/left and right/front and back Үйлдлийн платформ: Цахилгаан удирдлагатай, дээш доош/зүүн, баруун/урд болон хойд хэсэгт уян хатан тохируулж болно
137		Equipped with intelligent pixel optimization technology: improve the overall spatial resolution, contrast resolution and signal-to-noise ratio of the image. Ухаалаг пикселийн оновчлолын технологиор тоноглогдсон: хажуугийн дүрсний ерөнхий нягтрал, тодосгогч нягтрал, дохио дуу чимээний харьцааг сайжруулна
138		Probe interface: 4 activated probe interfaces Датчик интерфейс: 4 идэвхитэй датчик интерфейс
129		There are document storage boxes, coupling agent storage areas and other external devices on both sides of the operation panel Удирдлагын дэлгэцийн хоёр талд бичиг баримт хадгалах хайрцаг, холбох бодис хадгалах хэсэг болон бусад гадаад төхөөрөмжүүд байрлана
140	Image storage and (video) playback unit	Static and dynamic storage of ultrasound images, playback of raw data Хэт авианы зургийг статик ба динамик хадгалах, түүхий өгөгдлийг тоглуулах
141		AVI, JPEG эсвэл MPEGVue форматаар зөөврийн хэрэгсэлд шууд хадгалагдана Directly stored in removable media in AVI, JPEG or MPEGVue format
142	Зураг хадгалах болон (бичлэх) буцаан тоглуулах	Supports compressed and high-definition DICOM image transmission Шахсан болон өндөр нарийвчлалтай DICOM дүрс дамжуулалтыг дэмждэг
143		On-screen clipboard and multi-screen playback function, images stored on different inspection dates can be played back on the same screen for comparative analysis Дэлгэцийн санах ой, олон дэлгэцээр тоглуулах функц, өөр өөр үзлэгийн огноогоор хадгалагдсан зургуудыг нэг дэлгэцэн дээр тоглуулж, харьцуулсан дүн шинжилгээ хийх боломжтой.
144		The USB interface supports U disk or mobile hard disk to quickly store the image on the screen USB интерфейс нь дүрсийг дэлгэцэн дээр хурдан хадгалахын тулд U диск эсвэл хөдөлгөөнт хатуу дискийг дэмждэг
145	Reference Signals: Лавлагаа дохио	ECG, heart sounds, pulse waves, ECG triggers ЭКГ, зүрхний чимээ, импульсийн долгион, ЭКГ-ын триггер
146	Input/output signal:	Input: ECG, USB Оролт: ЭКГ, USB
147	Оролт/гаралтын дохио:	Output: DVI-D, Audio, USB Гаралт: DVI-D, Аудио, USB
148	Image management	Built-in image management system

	and recording device:	Өөр дээрээ зураг менежемент хийх системтэй Built-in SSD solid state drive storage $\geq 1\text{TB}$, of which $\geq 750\text{GB}$ can be used for image storage
149		
	Зургийг удирдах, бичлэг хийх төхөөрөмж:	Өөр дээрээ $\geq 1\text{TB}$ SSD хатуу дискний санах ой, үүнээс $\geq 750\text{GB}$ зураг хадгалахад ашиглах боломжтой Expandable storage devices: large-capacity mobile hard disk, DVD-RW, DVR
150		
	Connectivity	Medical digital imaging and communication DICOM 3.0 version interface component, supporting high-definition DICOM transmission. Өндөр нарийвчлалтай DICOM дамжуулалтыг дэмждэг эмнэлгийн дижитал дүрслэл, харилцаа холбооны DICOM 3.0 хувилбарын интерфэйсийн бүрэлдэхүүн хэсэг
151		
	Холболт:	Supports direct storage, query and access in LAN/PACS/HIS LAN/PACS/HIS дээр хандалт, шууд хадгалах болон ажлын дараалал үүсгэхийг дэмждэг
152		
		Support DICOM printing DICOM хэвлэхийг дэмждэг.
153		
154	Dimensions and Weight	Modern ergonomic design – орчин үеийн эргонометрик хэлбэр дизайнтай
155		Хөнгөн хөдөлгөн чөлөөтэй
156	Power Requirements	Voltage: : $\approx 100\text{-}240\text{ V AC}$, : $\approx 50/60\text{ Hz}$ Хүчдэл: : $\approx 100\text{-}240\text{ V AC}$, $50/60\text{ Hz}$
157		Power Consumption: $\approx 500\text{ VA}$
	Цахилгаан тэжээл:	Цахилгааны зарцуулалт: $\approx 500\text{ VA}$
158	Spare parts, special tools, information and others	If special tools are necessary, provide with special tools for equipment maintenance Хэрэв тусгай хэрэгсэл шаардлагатай бол тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх тусгай хэрэгслийг өгнө
159		Provide with a set of operating manuals Ашиглалтын бүрэн гарын авлагыг өгнө
160	Сэлбэг хэрэгсэл, тусгай хэрэгсэл, мэдээлэл болон бусад	Provide the equipment's operating, installation, and use environment requirements Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, суурилуулалт, ашиглалтын орчны шаардлагыг худалдан авагчид өгнө.
161		Send manufacturer's engineering and technical personnel to the site within 7 days to unpack and count the goods in the presence of the representatives's technical personnel, organize the installation and commissioning, and bear all expenses incurred thereby Аппарат хэрэглэгчдэд ирсний дараа 7 хоногийн дотор үйлдвэрлэгчийн инженер, техникийн ажилтнууд тухайн суурилуулах газар очин, худалдан авагчийн албан ёсоор төлөөлөх техникийн ажилтнуудыг байлцуулан барааг задлах, тоолох, угсралт, ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулна. Үүнтэй холбоотой бүх зардлыг хариуцна
162		Technical training: Provide on-site technical training to ensure that users can operate the various functions of the equipment normally Техникийн сургалт: Тоног төхөөрөмжийн янз бүрийн функцийг хэвийн ажиллуулах боломжийг хангах үүднээс газар дээр нь техникийн сургалт явуулна.
163	Regulatory Compliance	CE Marking: Conformité Européenne marking for compliance with EU regulations. CE тэмдэглэгээ: ЕХ-ны журмуудыг дагаж мөрдөхөд зориулсан Conformité Européenne тэмдэглэгээ.
164	Чанарын зохицуулалт	FDA Approval: Approved by the U.S. Food and Drug Administration for clinical use. FDA зөвшөөрөл: АНУ-ын Хүнс, Эмийн Удирдах Газраас эмнэлзүйн хэрэглээнд баталсан.

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Зүрхний хэт авиан аппарат	1	ком	Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг	[Гэрээ байгуулснаас хойш 30-45 хоногийн дотор	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1. “Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. **Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна)**

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 30 оноо (S_{max}) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томъёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

P_x – Тухайн оролцогчийн үнэ

S_x – Тухайн оролцогчийн оноо

S_{max} – Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

2. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|--|--------|
| 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол: | 8 оноо |
| 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшлийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол | 8 оноо |
| 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS): | 8 оноо |
| 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ) | 6 оноо |
| 2.5. Ерөнхий нэршлийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (C_{max}) 80 -125%) | 6 оноо |
| 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол | 6 оноо |
| 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол | 4 оноо |
| 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол | 4 оноо |
| 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол | 4 оноо |
| 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол | 4 оноо |
| 2.11. Анхдагч буюу оригинал эм бол | 4 оноо |

- | | |
|---|--------|
| 2.12. Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол | 4 оноо |
| 2.13. Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гараагүй бол | 2 оноо |
| 2.14. Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол | 2 оноо |

Нийт 70 оноо

3. Эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|---|---------|
| 3.1. Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол | 15 оноо |
| 3.2. Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE) | 15 оноо |
| 3.3. Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол | 15 оноо |
| 3.4. Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол | 15 оноо |
| 3.5. Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол | 10 оноо |

Нийт 70

4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.

$$B_x = Q_x + S_x$$

B_x – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

Q_x – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: **["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих]**

Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд **[хувь бичих]**–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **[тоо бичих]**-аас илүү **[“сар”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих]** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай **[оролцогчийн нэр]** нь танай байгууллагаас зарласан **[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]** тендер шалгаруулалтад **[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]** төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “**тендер**” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт **["санал болгоно" эсхүл "санал болгохгүй" гэж бичих]**. **[Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих]**.
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш **[ажлын 30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]** хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:*

Хаяг:

Маягт 2 **Барааны үнийн задаргаа**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ²	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ³
1										Тийм/Үгүй
2										
...										
Тендерийн нийт үнэ										

***[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
тамга, тэмдэг]:***

² ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

³ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт “тийм” гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: *[түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].*

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй

харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй
Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй

	шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.
	2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.
	2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Бараа нийлүүлэх газар	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана.
	2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:
	2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
	2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
	2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
	2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерт заасан улсын гарал үүсэлтэй байна.
	2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана.
	2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно.

- 2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
- Худалдааны нөхцөл 2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана.
- 2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.
- Гүйцэтгэлийн баталгаа 2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.
- 2.20 Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:
- 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
- 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
- 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
- 2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
- 2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
- 2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

- Барааг хүлээн авах 3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.
- Шалгалт, туршилт 3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
- 3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.

- 3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.
- 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Гэрээний үнэ 3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
- Төлбөр төлөх 3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
- 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА

- Захиалагчийн хүлээх эрсдэл 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
- 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, устсан;
- 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, устсан.
- Даатгал 4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын

- гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Доголдол
- 4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.
- 4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.
- 4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.
- 4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- 4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- Чанарын баталгаа
- 4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.
- 4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.
- 4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.
- 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
- 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
- 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
- 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
- Алданги
- 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа

- хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.
- Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал 4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.
- 4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.
- 4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.
- 4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.
- Үүрэг гүйцэтгүүлэх нэмэлт хугацаа 4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.
- 4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

- Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах үндэслэл 5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:
- 5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

- 5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;
 - 5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.
 - 5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.
 - 5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.
 - 5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.
 - 5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.
 - 5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.
- Гэрээнээс татгалзах,
гэрээг цуцлах мэдэгдэл

ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ

- 6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
 - 6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.
 - 6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.
 - 6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
 - 6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
 - 6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.
 - 6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал
- Төлөөлөгч
- Туслан гүйцэтгэгч
- Нууцлал

- зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.
- 6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.
- Мэдэгдэл 6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.
- 6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.
- 6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.
- 6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:
- 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
- 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
- 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
- Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
- 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
- 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
- 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
- Маргаан шийдвэрлэх 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
- 6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	<p>Бараа нийлүүлэх газар:</p> <p>Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг зүрхний төв</p>
ГЕН 2.6.	<p>Бараа нийлүүлэх хугацаа: 2024.08.01-2024.09.10</p> <p>Барааг үе шаттай нийлүүлэх бол үе шатны хугацаа: [огноо бичих эсхүл нийлүүлэлтийн хуваарь байгаа бол түүнийг ишлэх]</p>
ГЕН 2.10.	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <p>Захиалагч байгууллагаас томилогдсон ажлын хэсэгт барааг бүрэн хүлээлгэн өгнө. Ажлын хэсгийн комиссын бүрэлдэхүүн барааг тендерийн шаардлагатай тулган хүлээн авч акт үйлдсэнээр техникийн шаардлагыг хангасан гэж үзнэ.</p> <p>Бараанд холбогдох баримт бичиг: Ажиллах заавар, гарын авлага, сургалт</p> <p>Угсралт, суурилуулах: Нийлүүлэгч байгууллага бүрэн хүлээлгэж өгнө.</p>
ГЕН 2.14.	<p>Баглаа, боодол:</p> <p>Бараа, сэлбэг хэрэгсэл нь доржилтоос хамгаалагдсан, битүүмжлэгдсэн лацтай, бүрэн бүтэн эвдрэл гэмтэлгүй дагалдах хэрэгслийн жагсаалт зааварчилгаатай байх.</p>
ГЕН 2.17.	<p>Худалдааны нөхцөл:</p> <p>[Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн ТШЗ 20.6-ийн дагуу Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хуулж бичих]</p>
ГЕН 3.8.	<p>Үнийн тохируулга хийх аргачлал: Тохируулахгүй тогтмол байна.</p>
ГЕН 3.9.	<p>Төлбөр төлөх хугацаа: Бараа нийлүүлэгдэж, хүлээн авсан акт үйлдэн нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш ажлын 15-30 хоногт</p> <p>Төлбөрийг хэсэгчилсэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: [он, сар, өдөр]</p>
ГЕН 4.2.	<p>Даатгал:</p> <p>Нийлүүлэгч тал хариуцна.</p>
ГЕН 4.10.	<p>Баталгаат хугацаа: 2 жил</p> <p>ТШББ-д заасны дагуу</p>
ГЕН 4.11	<p>Чанарын баталгаа:</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах эсэх: Шаардана</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах бол,</p> <p>Чанарын баталгааны дүн: Гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувь</p>
ГЕН 4.17.	<p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “Туйм”</p>

	Алдангийн хувь: Хоног тутамд 0.5 хувь
ГЕН 4.18.	Захиалагчийн төлөх алданги: Алданги тооцох эсэх: “Тийм” Алдангийн хувь: Хоног тутамд 0.5 хувь

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ,
Дугаар № **[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]**

..... хот/аймаг

Нэг талаас **[Захиалагчийн нэрийг бичих]** (цаашид “захиалагч” гэх), нөгөө талаас **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]** (цаашид “нийлүүлэгч” гэх) нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Нийлүүлэгчийн хооронд бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Бараа” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1. Энэ гэрээний дагуу нийлүүлэх Барааны үнэ нь **[гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих]** төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.
2. Гэрээний үнийг Нийлүүлэгч **[Нийлүүлэгчийн нэрийг бичих]**-ийн харилцах **[Банкны нэрийг бичих]** банкны **[дансны дугаар бичих]** дугаар дансанд шилжүүлнэ.
3. Доор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:
 - 3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
 - 3.2. Нийлүүлэгч тендер илгээсэн маягт;
 - 3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;
 - 3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
 - 3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;
 - 3.6. Техникийн тодорхойлолт;
 - 3.7. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь.
4. Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:
 - 4.1. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:
 - 4.2. Нийлүүлэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх-ийн нэр:
Нэр:
Албан тушаал:
Ажлын утас:
Гар утас:
Цахим шуудан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

[Албан тушаал, нэр]

[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024.07.03**
Тендер шалгаруулалтын төрөл: Бараа
Тендер шалгаруулалтын нэр: **Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгт шаардлагатай эмнэлгийн тоног төхөөрөмж**
Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ПНШНУГТЭ/20240102018**
Нийт төсөвт өртөг: **585,000,000**
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй

1. **Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг** нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: **“Багцгүй”**
3. Тендерийг **2024 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн 11:00 цаг**–аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг **2024.07.31-ны өдрийн, 11:30 минут-т** нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: **“Зөвшөөрөхгүй”**
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: **“Эрхгүй”**
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: **“Туйм”** Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: **“Үгүй”**
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

**Баянгол дүүрэг 5-р хороо Ард аюушын 1а гудамж,
Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 2 давхар 208 тоот, 77000319**