



БАТЛАВ

“ЭРДЭНЭТ МЕДИКАЛ ЭМНЭЛЭГ” ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ

П.СУВДАА

2024 оны сарын –ний өдөр

ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер шалгаруулалтын нэр:

Эмнэлгийн хэрэгцээний эмнэлгийн
хэрэгсэл

Тендер шалгаруулалтын дугаар:

ЭҮТӨҮГЭМЭ/20240102002

2024 он

Сангийн сайдын 2023 оны 12 дугаар
сарын 25-ны өдрийн А/258 дугаар
тушаалын хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМ

БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ

2024 он

“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ-ЫН
“ЭРДЭНЭТ МЕДИКАЛ ЭМНЭЛЭГ” ХХК

ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЭМНЭЛГИЙН
ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР
ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

Тендер
шалгаруулалтын
нэр:

Эмнэлгийн хэрэгцээний эмнэлгийн
хэрэгсэл

Тендер
шалгаруулалтын
дугаар:

ЭҮТӨҮГЭМЭ/20240102002

І БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

І БҮЛЭГ.ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ).....	1
1. Тендерийн цар хүрээ	1
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг	1
3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж	1
4. Сонирхогч этгээд, оролцогч.....	1
5. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ	2
6. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл	2
7. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг	2
8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах	3
9. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт.....	3
10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл	3
11. Тендерийн иж бүрдэл.....	3
12. Тендерийн жишиг маягтууд	4
13. Хувилбарт санал.....	4
14. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг.....	4
15. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг	5
16. Чадавхын болон туршлагын шаардлага	6
17. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт	7
18. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт.....	7
19. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт	7
20. Тендерийн валют.....	8
21. Тендер хүчинтэй байх хугацаа.....	8
22. Тендерийн баталгаа.....	8
23. Тендер баталгаажуулах, илгээх	8
24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа	9
25. Тендерийн талаар тодруулга авах.....	9
26. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх.....	9
27. Тендерийг үнэлэх.....	9
28. Арифметик алдааг залруулах	9
29. Оролцогчид давуу эрх олгох.....	9
30. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт.....	10
31. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох	10
32. Тендерийг эрэмбэлэх	10

33.	Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах.....	10
34.	Мэдэгдэл хүргүүлэх.....	10
35.	Гүйцэтгэлийн баталгаа	10
36.	Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах.....	10

І БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА (ТШЗ)

А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- | | | |
|--|----------------------|--|
| 1. Тендерийн цар хүрээ | | 1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон бараа, түүний дагалдах үйлчилгээ (цаашид “бараа” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | | 1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. |
| | | 1.3. Барааг бүхэлд нь, эсхүл түүний тодорхой багцын барааг хуулийн 8.1-д зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах боломжтой бол энэ тухай захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Ийнхүү заасан бол тендер шалгаруулалт, эсхүл түүний багцад зөвхөн Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлнэ. |
| | | 1.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгт болон зарлалд заана. |
| 2. Санхүүжилтийн үүсвэр болон өртөг | эх төсөвт | 2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана. |
| 3. Худалдан ажиллагааны тогтоомж | авах хууль | 3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө. |
| 4. Худалдан ажиллагааны систем | авах цахим | 4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна. |
| 5. Авлига, сонирхлын ангид байх | ашиг зөрчлөөс | 5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ. |
| | | 5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20 ¹ , 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна. |
| 6. Сонирхогч оролцогч | этгээд, | 6.1. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ. |

- 6.2. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.
- 6.3. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
- 6.4. Тендер шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлэх аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т заасан үйлчилгээний хураамж төлсөн байна.
- 6.5. ТШЗ-ны 6.4-т заасан үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.
- 7. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ**
- 7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.
- 7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.
- 7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.
- 7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.
- 8. Нийлүүлэх барааны гарал үүсэл**
- 8.1. ТШЗ-ны 1.3-т өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр нийлүүлэх бараа нь аль ч улсын гарал үүсэлтэй байж болно.
- Б.АГУУЛГА**
- 9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг**
- 9.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:
 I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;
 II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;
 III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;
 IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;
 V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;
 VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.
- 9.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.
- 9.3. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон тэдгээрт иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, түүнд өөрчлөлт оруулсан бол өөрчлөлтөд

- нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.
- 10. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах**
- 10.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах шаардлагатай бол энэ тухай хүсэлтийг хуулийн 19 дүгээр зүйлд зааснаар захиалагчид гаргах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүргүүлнэ.
- 10.2. ТШЗ 10.1-д заасан хүсэлтэд ТШЗ-ны 6.4-т заасан сонирхогч этгээд болохыг нотлох баримтыг хавсаргана.
- 10.3. Тодруулгын дагуу тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл захиалагч хуулийн 20.6-д заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
- 11. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**
- 11.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Захиалагч уулзалтад ТШЗ-ны 6.6-д заасан сонирхогч этгээд, түүний төлөөллийг оролцуулна.
- 11.2. ТШЗ-ны 11.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй нь аж ахуй эрхлэгчийн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг хязгаарлах үндэслэл болохгүй.
- В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ**
- 12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл**
- 12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерг оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.
- 12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бараа худалдан авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.
- 12.3. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэл болон гадаад хэлээрх хувилбар хоорондоо зөрвөл ТШЗ-ны 12.1-д заасан хэлээр бэлтгэсэн тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг баримтална.
- 12.4. Захиалагч ТШЗ-ны 12.1-д зааснаас өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг тендер хянан үзэх, үнэлэхэд ашиглах ба оролцогч өөрөө орчуулсан, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.
- 13. Тендерийн иж бүрдэл**
- 13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн бараа нийлүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.
- 13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:

- 13.2.1. ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;
 - 13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;
 - 13.2.3. захиалагч зөвшөөрсөн бол ТШЗ-ны 15 дугаар зүйлд заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;
 - 13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.5. санал болгож буй бараа ТШЗ-ны 17 дугаар зүйлд заасан тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.6. бараа нийлүүлэлтийн хуваарь;
 - 13.2.7. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 18, ТШЗ 19, ТШЗ 20 дугаар зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;
 - 13.2.8. ТШЗ-ны 21 дүгээр зүйлд заасан барааны үнийн задаргаа;
 - 13.2.9. ТШЗ-ны 21.9-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;
 - 13.2.10. түншлэл бол хуулийн 6.3-т заасан түншлэлийн гэрээ.
 - 13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.
 - 13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.
- 14. Тендерийн маягтууд жишиг**
- 14.1. Оролцогч нь тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн V бүлэг дэх маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтын дагуу илгээнэ.
- 15. Хувилбарт санал**
- 15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан заасан тохиолдолд оролцогч хуулийн 11.10-т заасанд нийцэх хувилбарт саналыг тендерт ирүүлж болно.
- 16. Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардлагатай баримт бичиг**
- 16.1. Оролцогч хуулийн 7.2-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 1-ийн дагуу ирүүлнэ.
 - 16.2. Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ.
 - 16.3. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:

- 16.3.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;
 - 16.3.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;
 - 16.3.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.
- 16.4. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 14.2, 14.3-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадална.
- 17. Санал болгож буй бараа тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг**
- 17.1. Нийлүүлэхээр санал болгох барааны гарал үүслийн мэдээллийг V бүлгийн Маягт 2-ын холбогдох хэсэгт бөглөж ирүүлнэ.
 - 17.2. Хууль тогтоомжоор барааны гарал үүслийг заавал нотлохоос бусад тохиолдолд импортын барааны гарал үүслийг нотлох баримт бичиг тендерт ирүүлэхийг шаардахгүй.
 - 17.3. Оролцогчийн санал болгож буй бараа нь III бүлэгт заасан техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримтыг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар тендерт ирүүлнэ.
 - 17.4. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол оролцогч өөрийн санал болгож байгаа бараанд холбогдох загвар, дээжийг тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагчид хүргүүлэх ба шалгалт, туршилтыг хийх ажиллагаанд оролцогчийг өгөгдлийн хүснэгтэд зааснаар оролцуулна.
 - 17.5. Нотлох баримт нь нийтлэл, зураг, үйлдвэрлэгчийн албан ёсны цахим хуудас хэлбэрээр байж болно. Санал болгох бараа нь техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг харуулах зорилгоор тэдгээрийн техникийн болон гүйцэтгэлийн бодит үзүүлэлтийг техникийн тодорхойлолттой нийцсэн болохыг хянан үзэх боломжтой баримт, хэрэв санал болгох бараа техникийн тодорхойлолтын аль нэг зүйлээс зөрүүтэй, орхигдуулсан бол энэ тухай тайлбарласан тайлбар ирүүлсэн байна.
 - 17.6. Барааг нийлүүлснээс хойш өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хугацааны туршид тасралтгүй, горимын дагуу ашиглахад шаардагдах өгөгдлийн хүснэгтэд заасан сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад зүйлсийн жагсаалтыг тэдгээрийг авах боломжтой хаяг, үнийн мэдээллийн хамт ирүүлнэ.
 - 17.7. Техникийн тодорхойлолтод дурдсан чанар, материал, тоног төхөөрөмжийн загвар, хэмжих нэгж, стандарт, барааны тэмдэг, каталогийн дугаар зэрэг нь тухайн бараанд тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлох

бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй.

- 17.8. Гадаадын этгээдийн хувьд гэрээний дагуу хийгдэх техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт өөрөө, эсхүл өөрийн Монгол Улсад байгуулсан буюу байгуулах салбар, төлөөний газар, эсхүл бусад төлөөлөгч гүйцэтгэх тухай баримт;
- 17.9. Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бус бараа нийлүүлэхээр санал болгосон оролцогч нь техникийн тодорхойлолтод заасан нийлүүлэлтийн дараах засвар, үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх тухай баримт болон мэдээлэл;
- 17.10. Хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх тооцуулах барааны Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлснээр Сангийн сайдын баталсан Давуу эрх олгох аргачлал, зааврын дагуу тооцно. Барааны үнийн задаргаанд Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг заагаагүй, эсхүл гарал үүслийг нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй.
- 17.11. ТШЗ-ны 1.3-т зааснаар нийлүүлэхээр санал болгох бараа Монгол Улсын гарал үүсэлтэй болохыг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ. Нотлох баримт бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн барааг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ.
- 17.12. Тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдээс нийлүүлэхээр санал болгосон бол шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.

18. Чадавхын болон туршлагын шаардлага

- 18.1. Захиалагч санхүүгийн болон техникийн чадавх, туршлагын талаар хангавал зохих доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба хуулийн 15 дугаар зүйлд заасныг баримтална.
- 18.2. Бараа нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээ байгаа бол өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Тухайн бараа, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай нэг зөвшөөрөл, эсхүл гэрчилгээг захиалагч шаардсан бол түншлэлийн гишүүн тус бүр уг шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Хэд хэдэн зөвшөөрөл, гэрчилгээ шаардсан бол түншлэлийн гишүүд хамтдаа бүрэн хангасан байна.
- 18.3. Түншлэл нь ТШЗ-ны 18.1-д заасан доод шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг гишүүдийн тооноос үл хамааран хамтдаа бүрэн хангасан байна. Борлуулалтын орлогын хэмжээ, ижил төстэй гэрээний үнийн дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг ТШЗ-ны 18.1-д заасан бол төлөөлөх эрх бүхий гишүүн уг шалгуур үзүүлэлтийн 40 ба түүнээс дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.
- 18.4. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж

- байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.
- 19. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 19.1. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох санхүүгийн тайлангийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 19.2. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкнаас мэдэгдсэнээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 19.3. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс цахим системээр авч, тендерт ирүүлэх ба уг асуудлаар банк, санхүүгийн байгууллагаас лавлагаа ирүүлэхийг шаардахгүй.
- 20. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**
- 20.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 21. Тендерийн үнэ ба үнийн хөнгөлөлт**
- 21.1. Оролцогчийн санал болгож буй үнэ, үнийн хөнгөлөлт нь энэ зүйлд заасан шаардлагад нийцсэн байна.
- 21.2. Барааны үнийн задаргаанд багц тус бүрийн барааны нэр төрөл тус бүрээр нэгж болон нийт үнийг тусгаж ирүүлнэ.
- 21.3. Оролцогч үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол ТШЗ-ны 14-т заасан тендер илгээх маягтад заана.
- 21.4. ТШЗ 21.3-т зааснаар үнийн хөнгөлөлт тооцсоны дараах үнийг тендерийн үнэ гэж үзнэ.
- 21.5. Хууль болон өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол оролцогчийн санал болгосон үнэ нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тогтмол байх бөгөөд тохируулга хийхгүй. Тохируулга хийх нөхцөлтэй үнэ санал болгосон тендерийг шаардлага хангаагүй гэж үзнэ. Өгөгдлийн хүснэгтэд үнийн тохируулга хийхийг зөвшөөрсөн тендер шалгаруулалтад тогтмол үнэ санал болгосон тендер ирүүлсэн нь тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй ба үнийн тохируулга нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад тэгтэй тэнцүү гэж үзнэ.
- 21.6. Бараа нийлүүлэх тендерт Олон улсын худалдааны танхимаас эрхлэн гаргадаг Олон улсын худалдааны нөхцөл /Incoterms/-ийг хэрэглэхдээ өгөгдлийн хүснэгтэд заагаагүй бол хамгийн сүүлийн хувилбарын Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлийг бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.

- 21.7. Үнийн задаргаанд тусгайлан тусгасан эсэхээс үл хамааран тендерийн үнэд хуулийн 27.13-т заасан зардлыг багтсанд тооцно.
- 21.8. ТШЗ-ны 21.2-т заасан барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэр нь арифметик алдаагүй боловч тендер илгээх маягтад үнээс зөрүүтэй бол барааны үнийн задаргааны нийт нийлбэрийг тендер илгээх маягтын үнэ гэж үзнэ.
- 21.9. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендер шалгаруулалтын оролцогчийн тендерийн үнэ төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь бараа, ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.

22. Тендерийн валют

- 22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.

23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа

- 23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар тендер илгээх маягтад заана.
- 23.2. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.
- 23.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь худалдан авах барааны санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.

24. Тендерийн баталгаа

- 24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.
- 24.2. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрээр ТШЗ-ны 24.1-д зааснаар ирүүлнэ.
- 24.3. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ

25. Тендер баталгаажуулах, илгээх

- 25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.
- 25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий

этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

- 25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягтыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.
- 25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн Маягт 6-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.
- 25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь уг баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.
- 26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа** 26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.
- 26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

- 27. Тендерийн тодруулга авах талаар** 27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
- 28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсхийг хянан үзэх** 28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам ТШЗ-ны 14 дүгээр зүйлд заасан иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулга, загвар, дээжид үндэслэн хянан үзнэ.
- 29. Тендерийг үнэлэх** 29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу үнэлж, харьцуулна.
- 29.2. Өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр заагаагүй бол тендер үнэлэх үндсэн шалгуур нь харьцуулах үнэ байна.
- 30. Арифметик залруулах алдааг** 30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-т зааснаар залруулна.
- 30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.
- 31. Давуу эрх олгох** 31.1. Захиалагч нь өгөгдлийн хүснэгтэд заасан мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлсэн дотоодын бараанд хуулийн 8.4-т зааснаар давуу эрх олгож, дотоодын барааны хэсгийн үнийг хууль болон холбогдох аргачлал, зааврын дагуу хийсвэрээр бууруулж тооцно.

- 31.2. ТШЗ-ны 31.1-д заасан нотлох баримт ирүүлээгүй тохиолдолд давуу эрх олгохгүй ба энэ нь тухайн оролцогчийн ирүүлсэн тендерээс татгалзах үндэслэл болохгүй.
- 31.3. Давуу эрх авч гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч гэрээний үүрэг гүйцэтгэхэд давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийг биелүүлээгүй нь тендер шалгаруулалтад оролцох эрх хязгаарлах нөхцөл болохыг анхаарах шаардлагатай.
- 32. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**
- 32.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.
- 33. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**
- 33.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход “Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар”-ыг баримтална.
- 33.2. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг үндсэн тендерийн нэгэн адил хянан үзэж, үнэлнэ.
- 33.3. ТШЗ-ны 33.2-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.
- 34. Тендерийг эрэмбэлэх**
- 34.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.
- 35. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах**
- 35.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг дахин магадална.
- 35.2. ТШЗ-ны 35.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 19 дугаар зүйлд заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 20 дугаар зүйлд заасан техникийн чадавх, туршлагын талаар шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.
- 35.3. ТШЗ-ны 35.2-т заасны дагуу оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

Е. ШИЙДВЭР ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

- 36. Шийдвэр хүргүүлэх**
- 36.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.
- 37. Гүйцэтгэлийн баталгаа**
- 37.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.
- 37.2. Гүйцэтгэлийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.
- 38. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах**
- 38.1. Захиалагч ТШЗ-ны 9.2-т заасан гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын

дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.

38.2. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ (ӨХ)

ТШЗ-ны холбогдох заалт	А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ТШЗ 1.1	Захиалагч: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын “Эрдэнэт медикал эмнэлэг” ХХК
ТШЗ 1.1	Тендер шалгаруулалтын нэр: Эмнэлгийн хэрэгцээний эмнэлгийн хэрэгсэл
ТШЗ 1.1	Тендерийн урилгын дугаар: ЭҮТӨҮГЭМЭ/20240102002
ТШЗ 1.2	Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багц-1 Ангиографийн ажилбарын хэрэгслүүд Багц-2 MRI, CT туслах хэрэглэгдэхүүн, биопсийн зүү Багц-5 Мэс заслын нэг удаагийн хэрэгсэл Багц-7 Урологийн мэс заслын ажилбарт хэрэглэх нэг удаагийн хэрэгсэл Багц-9 Хиймэл болрууд, ажилбарт хэрэглэх хэрэглэгдэхүүн Багц-11 Чих хамар хоолойн үзлэг болон мэс засалд хэрэглэх хэрэгслүүд Багц-14 Шүдний пломбын материал, хэрэгслүүд Багц-17 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн туслах хэрэглэгдэхүүн Багц-18 Эмнэлгийн хийн системийн туслах хэрэгслүүд, тослох тоснууд Багц-21 Дотоодын үйлдвэрийн эмнэлгийн хэрэгсэл Багц-22 Эмнэлгийн нэг удаагийн туслах хэрэглэгдэхүүн
ТШЗ 1.3	Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах : “Тийм” Багц: 21-д заасан эмнэлгийн хэрэгсэл
ТШЗ 1.4	Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 2.1	Санхүүжилтийн эх үүсвэр нь: “Өөрийн хөрөнгө”
ТШЗ 2.1	Нийт төсөвт өртөг: 984,038,909 (Есөн зуун наян дөрвөн сая гучин найман мянга есөн зуун ес) төгрөг байснаас 2024 оны үлдсэн хугацаанд тендер зарлах төсөвт өртөг 437,803,365.00 (дөрвөн зуун гучин долоон сая найман зуун гурван мянга гурван зуун жаран таван) төгрөг. Багц-1 76,197,000.00 төгрөг Багц-2 35,842,000.00 төгрөг Багц-5 109,236,250.00 төгрөг Багц-7 46,645,000.00 төгрөг Багц-9 27,700,000.00 төгрөг Багц-11 20,438,000.00 төгрөг Багц-14 14,057,056 төгрөг Багц-17 10,949,000.00 төгрөг Багц-18 16,849,600.00 төгрөг Багц-21 67,013,059.00 төгрөг Багц-22 12,876,400.00 төгрөг
Б. АГУУЛГА	

ТШЗ 8.1	<p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах хүсэлтийг захиалагчид хүргүүлэх хаяг: Хүлээн авагчийн нэр: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын “Эрдэнэт медиал эмнэлэг” ХХК Утасны дугаар: 7777-5103 Хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст баг, “Эрдэнэт Үйлдвэр” ТӨҮГ-ын “Эрдэнэт медиал эмнэлэг” ХХК-ийн өөрийн байр Цахим шуудангийн хаяг: Erdenetmedical@erdenetmc.mn</p> <p>Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн талаар тодруулга авах хүсэлтийг хүлээн авах хугацааны хязгаар тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас ажлын 5-аас доошгүй хоног байна. Тодруулга, нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтийн хариуг хүсэлт гаргагчийн нэрийг дурдалгүйгээр Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д нийтлэх бөгөөд тус тодруулга, нэмэлт мэдээллийг бүх тендерт оролцогчдоод нэгэн зэрэг хүргүүлсэнд тооцно. Иймд тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдүүд цахим систем дэх тендерийн урилгын тодруулга, мэдээллийг байнга шалгахыг зөвлөж байна.</p>
ТШЗ 11.1	Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: “Үгүй”
В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ	
ТШЗ 12.1	<p>Тендер шалгаруулалтын хэл: Монгол хэл Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, тендер оролцогчдын ирүүлэх тендер Монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг зохих ёсоор орчуулсан орчуулгыг тендер оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.</p> <p>Тендерийн материалыг Монгол хэл дээр ирүүлээгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>
ТШЗ 15.1	Хувилбарт санал ирүүлэхийг: “Зөвшөөрөхгүй”
ТШЗ 16.1	<p>Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардагдах бусад баримт бичиг: “Шаардана”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ ирүүлнэ. 2. Байгууллагын дэлгэрэнгүй танилцуулга ирүүлнэ. 3. Захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар ирүүлнэ. 4. Тендер нээсэн өдрийн байдлаар Монгол Улсын хуулийн дагуу хугацаа хэтэрсэн татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр төлбөргүй байх шаардлагатай. <p>Жич: Татвар болон нийгмийн даатгалын тодорхойлолтыг тендерийн баримт бичигт хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд “Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем” (www.tender.gov.mn)-ээр дамжуулан шалгана.</p>
ТШЗ 16.2	<p>Монгол Улсын хуулийн этгээд нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа эсэх талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолтыг ирүүлнэ. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тодорхойлолт авах хүсэлтийг тендер оролцогч Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д өөрийн үндэсний тоон гарын үсэг ашиглан тендерийн нээлтээс өмнө хүчин төгөлдөр тодорхойлолтыг цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.</p> <p>Дээрх лавлагаа авах зааварчилгаатай www.tender.gov.mn цахим системийн хэрэглэгчийн хөтөч цэсээс танилцана уу. Хэрэв дээрх тодорхойлолтуудыг цахимаар ирүүлээгүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>

<p>ТШЗ 17.4</p>	<p>Тендер нээх эцсийн хугацаанаас өмнө загвар, дээж ирүүлэх эсэх: “Авна” Техникийн тодорхойлолтын тухайн багцад нийтэд нь болон багц доторх урвалж, оношлуурт “Дээж ирүүлэх”-ээр заасан бол дээж заавал ирүүлнэ. Дээж ирүүлээгүй бол тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Дээж ирүүлэх эцсийн хугацаа: 2024 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр Цаг: 17:00 цагаас өмнө Дээж ирүүлэх хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст баг, “Эрдэнэт Үйлдвэр” ТӨҮГ “Эрдэнэт медикал эмнэлэг” ХХК-ийн өөрийн байр , 709 тоот</p> <p>Шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийн дээжийг ажлын 3 өдөрт туршиж шалгах бөгөөд буцаан олгохгүй. Шаардлагад нийцээгүй тендер ирүүлсэн оролцогчийн дээжийг хаягаар буцааж илгээнэ. Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогчийн дээжийг нийлүүлэх барааны тоо хэмжээнд оруулж тооцохгүй.</p>
<p>ТШЗ 17.6</p>	<p>Барааны хувьд тасралтгүй, горимын дагуу ажиллуулахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, тусгай багаж болон бусад эд зүйлсийн жагсаалт ирүүлэх эсэх, ирүүлэх бол хугацаа: “Үгүй”</p>
<p>ТШЗ 18.1</p>	<p>Барааг дагалдах үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт: “Шаардахгүй”</p> <p>Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг нотлох гэрээний туршлагын шаардлага: “Шаардана” дараах бичиг баримтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2021, 2022, 2023 оны аль нэг жилд оролцогчийн санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй бараа нийлүүлсэн байна. Ижил төстэй гэдэгт эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлж байсныг ойлгоно. Бараа нийлүүлсэн гэрээг сканердаж ирүүлнэ, нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлж болно. Гэрээ дүгнэсэн акт, протокол, захиалагчийн тодорхойлолтын аль нэгийг эсвэл тэдгээртэй адилтгах баримт бичгийг сканердан ирүүлнэ, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлж ирүүлж болно. Оролцогч нь V бүлгийн Маягт 3 “Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл”, Маягт 5 “Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл” -ийн дагуу мэдээллийг бэлтгэн ирүүлнэ. / Маягт 4 “Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл”-ийг ирүүлэхгүй байж болно/ <p>Бараа нийлүүлэхэд ашиглагдах үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага: “Шаардахгүй” дараах бичиг баримтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.</p> <p>Оролцогчид тавигдах санхүүгийн чадавхын шалгуур үзүүлэлт, шаардлага: “Шаардана”</p> <ol style="list-style-type: none"> Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2022, 2023 он тус бүрийн борлуулалтын орлого тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй байна. Тендерт оролцогч нь 2022, 2023 он тус бүрд ашигтай ажилласан байна. <p>(Борлуулалтын орлогыг Сангийн сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/248 дугаар тушаалын хавсралт “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын 2.5.3 дахь заалтын дагуу цахим тендерийн лавлагааг үндэслэнэ)</p>

<p>ТШЗ 18.2</p>	<p>Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: “Шаардана”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, ханган нийлүүлэх тусгай зөвшөөрлийг ирүүлэх. /Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байх/ - Багц 21-ийн хувьд үйлдвэрлэгчийн тухайн барааг үйлдвэрлэхээр олгосон эрх бүхий байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг эх хувиас сканердан ирүүлнэ, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ.
<p>ТШЗ 19.1</p>	<p>Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг шаардах эсэх: “Тийм”</p> <p>1. Оролцогчийн 2022, 2023 онуудын санхүүгийн тайлан e-balance цахим бүртгэлд шивэгдэж, баталгаажсан байх шаардлагатай. Санхүүгийн тайлан цахим бүртгэлд шивэгдэж, баталгаажуулаагүй тохиолдолд тендерээс татгалзах үндэслэл болох бөгөөд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр баталгаажуулна.</p> <p>2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Оролцогчийн санал болгож буй үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй байна. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл тэдгээрийн нийлбэрээр нь тодорхойлно. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Байгууллагын харилцагч банкин дахь харилцах дансны үлдэгдлийн баталгаа /тендер зарласан өдрөөс хойш авсан байна/, 2.2. Арилжааны банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт /тендер зарласан өдрөөс хойш авсан байна/, 2.3. Үнэт цаас, Засгийн газрын бонд боон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт заасан үнэт цааснууд. <p>3. Банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөргүй байна. Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээс тендер шалгаруулалт зарласан өдрөөс хойш авсан, шалгах боломжтой QR код бүхий “Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг ирүүлнэ. Уг тодорхойлолтод төлөгдөж дуусаагүй зээлийн мэдээлэл “Хэвийн” ангиллаас өөр ангилалд байгаа тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно. Оролцогч “Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг www.sainscore.mn, www.burenscore.mn хаягаар хандан авна. Харилцагч банкны зээл хугацаандаа төлөгдөж байгаа эсвэл хугацаа хэтэрсэн зээлгүй талаарх тодорхойлолтыг тендерийг үнэлэхэд харгалзан үзэхгүй.</p> <p>Жич: 2022, 2023 онуудын санхүүгийн тайланг өөрийн тендертээ хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр дамжуулан тендер оролцогчдын баталгаажсан санхүүгийн тайлангаас борлуулалтын орлого, болон бусад шаардлагатай мэдээллийг шалгана.</p>
<p>ТШЗ 20.1</p>	<p>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэх эсэх: “Тийм” дараах бичиг баримтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нийлүүлэх барааны техникийн тодорхойлолтыг захиалагчийн техникийн тодорхойлолттой харьцуулан ирүүлнэ. (зураг, гарын авлага хавсаргаж болно). 2. Тендер оролцогч нь нийлүүлэхээр санал болгож буй барааны үйлдвэрлэгчээс олгосон зөвшөөрөл эсвэл албан ёсны гэрээт борлуулагчаас олгосон зөвшөөрөл түүнтэй дүйцэх баримт бичгийг баталгаат орчуулгын хамт ирүүлнэ. 3. Тендер шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх баталгааг албан бичгээр гаргаж ирүүлнэ. 4. Эмийн бэлдмэлүүд нь гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх үед 12 сараас дээш

	<p>хадгалалтын хугацаатай байна.</p> <p>5. Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хангахгүй болон сав, баглаа боодол гэмтсэн, хагарсан, асгарсан, гэмтэл үүссэн тохиолдолд өөрийн зардлаар хуанлийн 5 хоногт сольж өгөх баталгааг албан бичгээр ирүүлнэ.</p> <p>6. Оролцогч нь III бүлгийн бараа нийлүүлэлтийн хуваарийг маягтын дагуу баталж ирүүлнэ.</p> <p>7. Оролцогч нь V бүлэгт заасан Маягт 2-ын дагуу мэдээллийг маягтын дагуу бөглөж ирүүлнэ.</p> <p>Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх мэдээлэл: “Шаардахгүй”</p> <p>- Оролцогч нь тендерийн иж бүрдэл, баримт бичгийг бэлтгэн электрон хэлбэр (PDF)-т шилжүүлж, цахим хэлбэрээр ирүүлэх ба ирүүлсэн бүх материал тод, гаргацтай байх шаардлагатай бөгөөд уншигдахгүй материалыг ирүүлээгүйд тооцно.</p> <p>ӨХ-д шаардсан материалуудын аль нэгийг ирүүлээгүй тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно.</p>
ТШЗ 21.5.	Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: “Тохируулахгүй тогтмол байна”
ТШЗ 21.6	Олон улсын худалдааны нөхцөлийг хэрэглэх эсэх: “Тийм” Incoterms 2020, DDP – “Эрдэнэт медикал эмнэлэг” ХХК-ын эмнэлгийн байрны агуулах
ТШЗ 24.1	Тендерийн баталгааны дүн: Дараах багцад тендерийн баталгаа ирүүлнэ. Багц №5: 546,181.25 төгрөг түүнээс дээш
Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ	
ТШЗ 25.5.	Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт: Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн маягт 6-ын дагуу ирүүлнэ. Тендерт ирүүлж буй бусад бичиг баримтуудыг нууцлахгүй ирүүлнэ.
ТШЗ 26.1.	Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь: 2024 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр, Цаг: 10:00 цагт
ТШЗ 26.2.	Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна. Огноо : 2024 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Цаг: 10:30 цагт Тендер нээх газрын хаяг : Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум Зэст баг, “Эрдэнэт Үйлдвэр” ТӨҮГ-ын “Эрдэнэт медикал эмнэлэг” ХХК-ийн өөрийн байр, 709 тоот
Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ	
ТШЗ 29.2.	Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: “Үгүй”
ТШЗ 31.1.	Давуу эрх тооцуулахад шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичиг: Тендерт оролцогч давуу эрх тооцуулах бол давуу эрх тооцуулахтай холбоотой нотлох баримтуудыг өөрийн тендерт ирүүлэх ба нотлох баримт шаардлага хангаагүй тохиолдолд давуу эрх тооцохгүй болохыг анхаарна уу.
ТШЗ 32.1	Үнэлгээнд харгалзах нэмэлт шалгуур үзүүлэлт ашиглах эсэх: “Ашиглана” Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурыг ашиглана.
Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ	

ТШЗ 37.1	Хуулийн 42.1-т заасны дагуу 100 сая төгрөгөөс дээш төсөвт өртөгтэй багцын төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн гурван хувиар тооцож гүйцэтгэлийн баталгааг гэрээ батлагдахаас өмнө ирүүлнэ.
-----------------	---

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

[Захиалагч болон үнэлгээний хороо нь худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолтыг боловсруулахад энэхүү санамжийг ашиглана.

Техникийн тодорхойлолтын зорилго нь захиалагчид шаардлагатай барааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. Уг санамж нь хэм хэмжээ тогтоохгүй ба захиалагчаас батлах тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн хэсэг болохгүй.

- *Ойлгомжтой сайтар бэлтгэсэн техникийн тодорхойлолт нь захиалагчийн тавьсан шаардлагад нийцсэн, бодитой бөгөөд өрсөлдөх чадвартай тендер бэлтгэхэд оролцогчдод зайлиггүй чухал нөхцөл болно.*
- *Техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхэд өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зарчмыг баримтлах ёстой бөгөөд худалдан авах барааны шинж чанар, материал, үйл ажиллагааны шаардагдах стандартын талаар тодорхой тусгана. Эдгээрийг хангасан нөхцөлд худалдан авах ажиллагааны хэмнэлттэй, үр ашигтай, шударга байх зорилго хэрэгжиж, тендерүүдийн шаардлагад нийцэх байдал баталгаажиж, тендерийн үнэлгээ зөв хийгдэнэ.*
- *Техникийн тодорхойлолт боловсруулахдаа батлагдсан төсөвт багтаан эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн байх үзүүлэлтийг тусгаж өгнө.*
- *Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй, сүүлийн үеийн технологи зэргийг хангасан байх нөхцөлийг шаардана. Өмнө хэрэгжсэн, ижил төстэй төслийн техникийн тодорхойлолтыг жишээ болгон ашиглах нь давуу талтай.*
- *Техникийн тодорхойлолтын шалгуур үзүүлэлтүүд нь хязгаарласан шинжтэй байж болохгүй. Барааны тэмдэг, нэр, хэлбэр маяг, төрөл, гарал үүсэл, үйлдвэрлэлийн арга, үйлдвэрлэгч буюу нийлүүлэгчийг тухайлан заасан шаардлага, нөхцөлийг заах шаардлагатай бол түүний ард “эсхүл түүнтэй дүйцэх” гэсэн тодотгол хэрэглэнэ.*
- *Бараа материалын, техникийн тодорхойлолтод аль болох олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэв Монгол Улсын үндэсний стандарт, эсхүл тухайлсан өөр стандартыг хэрэглэсэн тохиолдолд бараа материал, шинж чанар нь энэ стандартад дүйцэх буюу түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө гэж техникийн тодорхойлолтод заах хэрэгтэй.*

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсарган

Шалгалт, туршилт

[Захиалагч оролцогчоос нийлүүлэх гэж буй бараанд үйлдвэрийн болон бусад шалгалт, туршилт хийсэн болохыг нотлох баримт, үүнтэй холбоотой мэдээлэл ирүүлэхийг шаардаж болно.

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно.

Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.]

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр:

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1			
2			
3			
...			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

[Захиалагчдоорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерторлоцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
1	Эмнэлгийн хэрэгцээний эмнэлгийн хэрэгсэл	22 багцтай	Багц бүрд заасан	Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст баг, “Эрдэнэт Үйлдвэр” ТӨҮГ “Эрдэнэт медикал эмнэлэг” ХХК- ийн өөрийн байр, агуулах	Бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу нийлүүлнэ.	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]

Хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт

д/д	Эмнэлгийн хэрэгслийн нэршил	Тодорхойлолт	х/н	нийт тоо
Багц-1 Ангиографийн ажилбарын хэрэгслүүд				
1	Microcatheter	<p>Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 1.9Fr ~ 2.0Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,019инч, урт 110 см-130 см сонголттой, 0,014 ~ 0,016 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, hydrophilic бүрээстэй, катетерын их бие PTFE нэхмэл угастай, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.2Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,021инч, урт 110 см-130 см сонголттой, 0,018 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, катетерын их бие PTFE нэхмэл угастай, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.4Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,022инч, урт 130 см-150 см сонголттой, 0,016 - 0,018 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.6Fr ~ 2.7Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,025~0.027инч, урт 105 см - 150 см сонголттой, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, 0,021 инчийн чиглүүлэгчийн хамт Сохial микрокатетерын иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.7Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr, урт 110 см - 150 см сонголттой, 45 градусын angled tip үзүүртэй, 3,5мм х 10мм тэлэгч баллоонтой, 0,014 инчийн чиглүүлэгчтэй хослон ажилладаг микрокатетерын иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 1.7 Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, урт 105 см-150 см сонголттой, 0,012 ~ 0,016 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, зөөлөн /soft/ straigh ба зөөлөн /soft/ angled tip -ийн сонголттой, hydrophilic бүрээстэй, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p>	шир	35
2	Чиглүүлэгч	<p>radifocus guidewire M standart Angled Үндсэн пластмас чиглүүлэгч 0.035 ~ 0.038 инчийн диаметртэй, 150см ба 180см уртын сонголттой, angled tip-тэй, hydrophilic бүрээстэй, судасны хана гэмтээх эрсдэл бага, X-ray –д тод харагддаг, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Үндсэн төмөр чиглүүлэгч 0.035 ~ 0.038 инчийн диаметртэй, 80см уртын сонголттой, J эсвэл Straight tip-тэй, төмөр PTEF бүрээстэй, X-ray –д тод харагддаг, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p>	шир	35
3	Дамжуулагч гуурс	<p>Гуяны дамжуулагч гуурс пластик 4F диаметртэй, 10см урттай, интродюсер, 0.035-0.038 инчийн *45cm урттай чиглүүлэгчтэй, 2,5 мл тариуртай , 18G хурц зүүтэй, иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх, Гуяны дамжуулагч гуурс пластик 5F диаметртэй, 10см урттай, интродюсер, 0.035-0.038 инчийн *45cm урттай чиглүүлэгчтэй, 2,5 мл тариуртай, 18G хурц зүүтэй иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх, мөн судасны нүх бөглөгчтэй хослон ажиллахад хүндрэл үүсдэггүй байх шаардлагатай</p>	шир	35

4	Үндсэн гуурс	1. RH хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 5Fr диаметртэй, 80см урттай, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 5Fr дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх 2. Cobra хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 5Fr диаметртэй, 80см урттай, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 5Fr дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх 3. Yashiro хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 4Fr диаметртэй, 70см урттай, үзүүрээс 45см хэсэг hydrophilic бүрээстэй, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 4Fr гуяны дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх 4. Yashiro хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 5Fr диаметртэй, 70см урттай, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 5Fr гуяны дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг, байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх	шир	35
5	Бичил чиглүүлэгч	Бичил чиглүүлэгч 0.010~0.012 инч, 0.014 инч диаметртэй, 180см, 190см, 200см уртын хэмжээсийн сонголттой, J tip болон 45 градусын angled tip shapeable үзүүрийн сонголттой, hydrophilic бүрээстэй, 1.7Fr, 1.9Fr, 2.0Fr диаметртэй, 110см - 130см урттай Бичил гуурс катетертай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Бичил чиглүүлэгч 0.016 инч диаметртэй, уртын хэмжээ 165см, 180см, 200см гэсэн сонголттой, J tip, 45 ба 90 градусын angled tip гэсэн сонголттой, hydrophilic +nitinol, Slip - Coat бүрээстэй, 1.9Fr, 2.0Fr, 2.2Fr, 2.4Fr диаметртэй, 110см -150см урттай Бичил гуурс катетертай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Бичил чиглүүлэгч 0.018 inch диаметртэй, 180см урттай, straight tip -тэй hydrophilic, Slip - Coat бүрээстэй, 2.4Fr, 2.6Fr –ийн 130см урттай Бичил гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Бичил чиглүүлэгч 0.021 inch /0,53мм диаметртэй, үзүүрийн 3см gold coil -тай, hydrophilic бүрээстэй, 2.4Fr ба 2.7Fr –ийн 105см -150см урттай Бичил гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх	шир	40
6	K-Drainage catheter	8.5fr*34cm*1cm terumo эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц	шир	4
Багц-2 MRI, CT туслах хэрэглэгдэхүүн, биопсийн зүү				
7	Хоёр замт уртасгуур гуурс /компьютер томиграфи /	Ү эсвэл T -type psi 300 даралт шахах, 150 см дээш урттай, FDA болон ISO стандартыг хангасан байх	шир	960
8	Biopsybell 16*150	16g-150 mm ховил 19мм нэг удаагийн ариун зүү эд авах , Promag biopsy needle co axial introducer-тэй дүйцэхүйц.	шир	12
9	Biopsybell 18*150	18g-150 mm ховил 19мм нэг удаагийн ариун зүү эд авах , Promag biopsy needle co axial introducer-тэй дүйцэхүйц.	шир	24
10	Автомат тариур	1.Компьютер томографын инъекторын тариур 200мл - 2ширхэг, Y -хэлбэрийн холбогч гуурс 180см - 1ш, filling device - 2 ширхэг орсон иж бүрдэл , тариурын хошуу люэр түгжээтэй Union medical shenzhen Co Ltd, RayGuard SYW102 Модел эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц/ -100 ширхэг 2.Соронзон үелзүүр томографийн инъекторын тариур 115мл - 1 ширхэг, тариур 65 мл - 1ширхэг, Y -хэлбэрийн холбогч гуурс 250 см - 1ш, filling device - 2 ширхэг орсон иж бүрдэл , тариурын хошуу люэр түгжээтэй Union medical shenzhen Co Ltd, RayGuard SYW102 Модел эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц, MRI-300 ширхэг 2 ширхэг дээж авна. CT дээжийг Ray guerd Dual head injector Model PT-200Pro -дээр тохируулж үзнэ. Дээж нэг удаа хэрэглэх ариун савлагаатай тул ашигласан дээжийг буцаан олгохгүй.	шир	400
Багц-5 Мэс заслын нэг удаагийн хэрэгсэл				
11	Abdominal trocar 10mm /дурангын трокар/	10 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц	шир	100

12	Abdominal trocar 06mm /дурангын трокар/	6 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц	шир	8
13	Abdominal trocar 12mm /дурангын трокар/	12 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц	шир	4
14	Abdominal trocar 5mm /дурангын трокар/	5 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц	шир	90
15	Endo bag	Tissue extraction endo bag ф10х250мл уутны хэлбэр нь зуйван хэлбэртэй, FDA стандартыг хангасан байх, Tonglu Qianyan medtech Co ltd endobag дүйцэхүйц Дээж 2 ширхэг авна, дээжийг дурангаар цөсний хүүдий авах хагалгаанд хэрэглэх үед хэрэглэнэ. Тухайн бүтээгдэхүүн нэг удаагийн ариун хэрэгсэл тул ашигласан дээжийг буцаан олгохгүй. Мөн дээрх дүйцүүлэх хэрэгсэлтэй харьцуулж үзнэ.	шир	144
16	Endo loop	Vicryl Endoloop Ligature, Size 0, 18", FDA стандартыг хангасан байх	шир	30
17	Mesh / Ивэрхийн тор /	10х15 см , Polypropylene mesh - FDA стандартыг хангах johnson, ethicon брэндтэй дүйцэхүйц	шир	5
18	Vacuum drainage	J-VAC™ Reservoir 150 ml , johnson ethicon үйлдвэрлэгч, эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц	шир	0
19	Дурангын угааж соруулах гар / Багаж /	6mm x 33cm 8 Vent, соруулгын хошуу, гуурстай иж бүрэн байх FDA шаардлага хангах, олон удаа ашиглагдах	шир	-
20	Цээжний хөндийн трокартай гуурс	24fr, LA-med Healthcare фермийн цээжний гуурстай дүйцэхүйц	шир	8
21	camera cover sleeve	15:150см, Дурангийн гадуур бүрэн хамгаалах, уян хатан урагдахгүй, ариун байх	шир	645
22	Мэс заслын хутганы ир № 15	нэг удаагийн, карбон ган, хурц иртэй байх, Япон feather брэндтэй дүйцэхүйц	шир	366
23	Мэс заслын хутганы ир №11	нэг удаагийн, карбон ган, хурц иртэй байх, Япон feather брэндтэй дүйцэхүйц	шир	505
24	Мэс заслын хутганы ир №12	нэг удаагийн, карбон ган, хурц иртэй байх, Япон feather брэндтэй дүйцэхүйц	шир	0
25	Anal sponge roll	80*30мм, Шамбарамын хагалгааны цус тогтоох чихээс хийх зориулалттай ариун	шир	50
26	Ligating clip титан	L green, ethicon LT 300 эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц	шир	40
27	Skin marker	0.5 - 1mm , тод гаргацтай, хүний биед харшил өгөхгүй, арилахгүй байх	шир	70
28	Suction tube янкаар гуурс	12-18g 2.5m урт гуурстай, FDA стандартыг хангасан байх	шир	50
29	Вереш зүү	10/150mm, MEDicalExpro, Manhua Biomedical брэндтэй дүйцэхүйц	шир	130
30	Гар угаагч губка	Хлоргексидин ба иод агуулсан сойз, FDA стандартыг хангасан байх	шир	2,920
31	Ивэрхийн тор	15*15мм, Polypropylene mesh - FDA стандартыг хангах johnson, ethicon брэндтэй дүйцэхүйц	шир	10
32	Полимер клип hemolock	L purple, Судсанд тавьдаг хуванцар хавчаар FDA стандартыг хангах johnson, ethicon брэндтэй дүйцэхүйц	шир	215
33	Резин урсгуур	0.25-1 inch, Soft PVC corrugated drainage sheet SYMON"S брэндтэй дүйцэхүйц	шир	12
34	Түлэгч электрод /залгууртай/	монополяр нэг удаагийн, гэрэл анивчих гар контрол товчтой, зүсэх түлэх хутга, залгууртай	шир	244
35	Угааж соруулах гар (буу)	5mm x 33cm 8 Vent, соруулгын хошуу, гуурстай иж бүрэн байх FDA шаардлага хангах , нэг удаагийнх Easypulse Disposable Pulse Lavage Type EP18-1 дүйцэхүйц	шир	40
36	Уушиг самбар	2 л, thoracic Drainage System, Redax draintech брэндтэй дүйцэхүйц	шир	15
37	Цээжний гуурс	28Fr, LA-med Healthcare фермийн цээжний гуурстай дүйцэхүйц	шир	8
38	Цээжний хатгалтын сет	Seldinger type set 14 F; 29 см, non-toxic, medical grade PVC Used for post-operative drainage after cardio thoracic surgery	шир	10

39	Шархны вакуум дренаж гуурс	200 мл FR 14, вакуумын гранат хэлбэртэй, ISO9001 стандарттай, зөөлөн силикон гуурстай	шир	20
Багц-7 Урологийн мэс заслын ажилбарт хэрэглэх нэг удаагийн хэрэгсэл				
40	Уролгийн хагалгааны хутга	bipolar, 30 градус, 24fr, Нарийслийг зүсэгч цүдгэр ба хурц иртэй металл хутга. Карл штроцын аппаратад тохирох,	шир	2
41	Stone basket	Nitinol Tipless Stone Extractor helical, flatwire , tipless, Утасны материал нь бат бөх нитинол материалтай, тор нь эрчлээстэй мяндсан утсаар хийгдсэн, нэг удаагийн хэрэглээний, торны диаметр 1.5Fr, урт-115см, urotech, cook-тэй дүйцэхүйц,	шир	17
42	Guidewire	Nitinol core Wire Guide, Бөөр шээсний замд байрлуулдаг, нитинол уян чиглүүлэгч, нэг удаагийн хэрэглээний, диаметр нь 0.038 инч, урт -150см, шулуун үзүүр нь 3см, urotech, cook-тэй дүйцэхүйц,	шир	63
43	Turp irrigation tube	Y shape, Түрүү булчирхайн хагалгааны угааж соруулах гуурс, Urotech брэндтэй дүйцэхүйц	шир	30
44	Turp электрод	bipolar degree 30 Resection electrodes rolled plain, COOK-тэй дүйцэхүйц, нэг удаагийн хэрэглээний	шир	18
45	Uretral catheter 6fr	6fr, 50-60см, удаан хугацааны, urotech, cook брэндтэй дүйцэхүйц	шир	10
46	Uretral stent	7f/24 удаан хугацааны нэг удаагийн хэрэглээний, 6-7 Fr, уртын хэмжээ 22-26см, стентний үзүүр нь 360 градус эргэлттэй байх, гуурсны 2 талын төгсгөл онгорхой, нүхтэй байх, богино хугацаанд хэрэглэх /6-12 сар хүртэл/, стент гуурс нь рентгенд тодордог, urotech, cook-тэй дүйцэхүйц	шир	10
47	Uretral stent 6fr	6fr/24 богино хугацааны, нэг удаагийн хэрэглээний, 6Fr, уртын хэмжээ 22-26см, стентний үзүүр нь 360 градус эргэлттэй байх, гуурсны 2 талын төгсгөл онгорхой, нүхтэй байх, богино хугацаанд хэрэглэх /3-6 сар хүртэл/, urotech, cook-тэй дүйцэхүйц	шир	7
48	Катетр 22FR	22fr, Бөөрний шээлгүүрийг тэлэх зориулалттай баллонтой шээлгүүрийн катетр. 6/28см, 6/26см, 6/24см, 7/28см, 7/26см, 7/24см, Urovision visiocath ballonkather/-тай дүйцэхүйц	шир	46
49	Катетр 3 замтай силикон Fr-22	22fr urovision 3way urotech эсхүл дүйцэхүйц	шир	10
Багц-9 Хиймэл болорууд , ажилбарт хэрэглэх хэрэглэгдэхүүн				
50	Нүдний 15 градус хутганы ир	15 градус, налуу иртэй нимгэн хавтгай зэвэрдэггүй ган хутга	шир	93
51	Нүдний Crescent хутганы ир	2.6mm өргөнтэй хурц ган хутга	шир	175
52	Нүдний Keratome хутганы ир	2.2-2.8 мм өргөнтэй хажуу ирмэгээрээ иртэй хурц хутга	шир	93
53	Нүдний болор	Оптик диаметр- /мм/ 6.00, нийт урт - / мм/ 13.0. Болрын диоптрын хэмжээ +0,5 диоптрээр хэлбэлзэнэ. Уян шар, хортой хөх туяаг шүүнэ.Акрил, гидрофобик материалаар хийгдсэн.	шир	83
54	Нүдний хаалт Drape	100см:70 см, сормуус наагчтай augolab эсхүл дүйцэхүйц	шир	171
Багц-11 Чих хамар хоолойн үзлэг болон мэс засалд хэрэглэх хэрэгслүүд				
55	отоскопийн 1 удаагийн хошуу	хүүхдийн бүх хэмжээ, хүүхдийн чихний үзлэгт ашиглана	шир	2,000
56	хамрын толь	хүүхдийн, хүүхдийн чихний үзлэгт ашиглана	шир	300
57	Чихний sponge / Хэнгэргэн хальс нөхөх хагалгаанд /	ear sponge, gelfoam size 50cm 8*6.25 prizer-тай дүйцэхүйц	шир	3
58	Чихний титан протез	middle ear implants , size totle porp , төмөр материалтай	шир	3
59	Nasal sponge	10*2*1.5 mm, Хамрын цус тогтоогч чихээс /цус тогтоогч бодисгүй	шир	120
60	Silastic sheet /Septum splint endo/	хамрын таславч хагалгаа зузаан нь 2-3mm, уян хатан , силикон , FDA шаардлага хангасан	шир	60
61	Наалдуулагч лент	6.30 x 4.20 x 2.00 Inch ба 2.5 x 9.1 см, 3M micropore брэндтэй дүйцэхүйц	шир	86
62	Хамрын гипс	/Septum splint extra/	шир	60

63	чихний лүүнз /хүүхэд/	трапец, Хамрын гоо сайхны хагалгаанд хэрэглэх, гадна гипс 70-80 градус усанд зөөлрөх, хуванцар, трапец хэлбэртэй.	шир	10
Багц-14 Шүдний пломбын материал, хэрэгслүүд				
64	Absorbable Gelatin Sponge Haemostatic /цус тогтоогч/	90pcs Surgispon® Gelatin Sponge Haemostatic, sterile hemostatic absorbable gelatin sponge made of pure pharmaceutical gelatine (lyophilized hydrolyzed collagen) foam, which gives it a uniform porosity & reacts neutrally Ultradent компани болон дүйцэхүйц	фл	1
65	Absorbent Paperpoint	№200 15-40 , GAPADENT China дүйцэхүйц	шир	10
66	Zinc Oxid Cement	Zinc Oxid Cement 10 ml 80g of powder and 55 g of liquid, AdhesorTm Токуо Хятад GC Corporation компани болон дүйцэхүйц	фл	2
67	Boost	The powerful 40% hydrogen peroxide gel Delivery Form(s): • 1.2 ml Delivery Syringe • Recommended delivery Ti, шүд цайруулалтанд хэрэглэх Ultradent компани болон дүйцүүлэх	шир	2
68	Dam	a thin, 6-inch (150 mm) square sheet, DermaDam™ дүйцэхүйц	шир	2
69	Гоёлын шигтгээ, №10	шүдний гоо сайханд хэрэглэх тогтоц сайтай	хайр	3
70	Шилэн штивт, №100	шүдний эмчилгээнд хэрэглэгдэх, чанарын шаардлага хангасан	хайр	2
71	Amelogen A1	1x2.5g syringe, Ultradent компани болон дүйцүүлэх	шир	5
72	Amelogen A2	1x2.5g syringe, Ultradent компани болон дүйцүүлэх	шир	5
73	Any-flow	урсдаг ломбо, MDCLUS co.ltd компанийхтай дүйцэхүйц	шир	3
74	Any-per	2.2g syringe, MDCLUS co.ltd компанийхтай дүйцэхүйц	шир	3
75	Charisma A-1	4g syringe, Герман KULZER брэндийнхтэй дүйцэхүйц	шф	5
76	Charisma A-2	4g syringe, Герман KULZER брэндийнхтэй дүйцэхүйц	шф	5
77	Dentin shade	powder 3г, Ultradent брэндийнхтэй дүйцэхүйц	фл	4
78	Depulpin Зөөлц /үрэвсэлд эм тавьдаг/	1x3g syringe, Шүдний үрэвсэлд сувагт тавих. ОХУ-ын Владмира брэндийнхтэй дүйцэхүйц	шир	0
79	endo prep cream EDTA	MDCLUS co.ltd /Korea/ компанийхтай дүйцэхүйц	шир	0
80	Eucalyptol	гутаперч зөөллөгч тос /eucalyptus oil 100%/	фл	1
81	Fine etch-37% Phosphoric gel	хүчил /суваг угаах/, MDCLUS co.ltd /Korea/ компанийхтай дүйцэхүйц	фл	8
82	Fujii 9	хүүхдийн пломбо 15г +6.4мл, Токуо Хятад GC Corporation компани болон дүйцүүлэх	фл	2
83	Gutta perch №100	20,25,30,15 /тус бүр 2 хайрцаг/GAPADENT /China/ брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	4
84	Micro hybrid A-2	4.5g, DENTAL ADVISOR компанийхтай дүйцэхүйц	хайр	2
85	Nano hybrid A-2	4.5g, DENTAL ADVISOR компанийхтай дүйцэхүйц	хайр	2
86	Nanoceram Flow /шүд/	3ml, DENTAL ADVISOR компанийхтай дүйцэхүйц	хайр	2
87	Neofil B-1 /ломбоны материал/	4.5 g, ломбоны материал, DENTAL ADVISOR компанийхтай дүйцэхүйц	хайр	5
88	Permaseal	1.2g, Ultradent /Америк/ брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	5
89	Primer	3g, Ultradent /Америк/ брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	5

90	Tetric N-cream A-1	3.5g, Германы Ivoclar vivadent брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	7
91	Tetric N-cream A-2	3.5g, Германы Ivoclar vivadent брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	7
92	Tetric N-cream A-3	3.5g, Германы Ivoclar vivadent брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	7
93	Ultracal XS /Кальци паст/	1.4g, Сувагт тавих ломбо, Ultradent компанийхтай дүйцэхүйц	шир	6
94	Бонд universeal /шф/	1.2g/3ml Ultradent компани болон дүйцэхүйц /Америк/	фл	9
95	Буйлны утас	№1.0 - 1ш, №0.0 - 1ш8 ULTRAPAK-E компанийхтай дүйцэхүйц	шир	2
96	Ломбо /Beatiful A3/	3.5g, BENDECHK /Korea/ дүйцэхүйц	хайр	2
97	Ломбо /Zircos A2/	3.5g, MANI японы үйлдвэрийнхтэй дүйцэхүйц	хайр	7
98	Матриц	хуванцар, өнгөгүй, 10-15м ОХУ-ын TOP BM болон дүйцэхүйц	рулон	2
99	Матриц	төмөр, хайрцагтай, №100 Хуйлаастай, Төмөр, Маш сайн чанартай байх	ком	1
100	Матриц	төмөр, дамартай, 3-5м, Spota Dental ОХУ дүйцэхүйц	рулон	2
101	МТА 0,5 гр №1	Spota Dental ОХУ үйлдвэрийнхтэй дүйцэхүйц	шир	1
102	Пульпэкстратор /Barbed broaches - 0-000 12*6	MANI японы үйлдвэрийнхтэй дүйцэхүйц	хайр	100
103	Төмөр штивт /№120/	Long, XL, Short, Medium 8 Нэг хайрцагтаа 120 ширхэгээр савлагдсан. United Dental Group /АНУ/ компанийхтай дүйцэхүйц	хайр	1
104	Түр ломбоны материал /дентин/	50g, ОХУ-ын Владмиватай дүйцэхүйц	шир	0
105	Фиссури /Enamel pit and fissure sealant	1.5g, OPAQUE /АНУ/ компанийхтай дүйцэхүйц	фл	3
106	Фтор/tastytooth/	25мл, Шүдний цоорлоос урьдчилан сэргийлэх зориулалтаар хэрэглэнэ. Хүүхэд, том хүний шүдийг калциар хангана.	фл	2
107	Хазалтын цаас №300	1 хайрцагтаа 12 ширхэгээр савлагдсан. Хятад Hydrophilic type брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	3
108	хар зүү	№ 1,2,3 , MANI японы үйлдвэрийнх	шир	284
109	Шүдний багс №100	Өнгө, өнгөөрөө өөр өөр хэмжээтэй байх. Нэг удаагийн хэрэглээнийх, ISO13485 хангасан байх	хайр	6
110	Шүдний диск №100	Корпорация Медторг ОХУ эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц	хайр	2
111	Шүдний ёзоорын ариутгал эмчилгээ перидон	2g, Японд үйлдвэрлэсэн эм хэрэгсэлтэй дүйцэхүйц, сувгийн мэдрэлийг борцлон хатаах	хайр	2
112	Шүдний зүү №100	30G/16mm, СК DENMALco.ltd /Korea/ компанийхтай дүйцэхүйц, ISO13485 хангасан байх	хайр	11
113	Шүдний зүү №100	27G, СК DENMALco.ltd /Korea/ компанийхтай дүйцэхүйц, ISO13485 хангасан байх	хайр	13
114	Шүлс сорогч хошуу	Зөөлөн, уян, хүний аманд хийхэд ам гэмтгэхээргүй	шир	2,000
115	Шүлсний хөвөн /зуйван/	100% cotton Зуйван хэлбэртэй, шүлс урсахаас хамгаалах, DENTAL COTTON ROLL брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	35
116	Бор /дусал хэлбэрийн/	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	30
117	Каналнапилнатель /суваг дүүргэгч/	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	20
118	накнечикны тос	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	2

119	Өнгөлгөөний резин	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	30
120	Өнгөлгөөний Чулуу	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	30
121	Электрочиский Бор /Precision Cut Carbides	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	30
122	Бөөрөнхий бор	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	150
123	Шүдний тольны толгой	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	50
Багц-17 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн туслах хэрэглэгдэхүүн				
124	ЭЭГ гель / тархины цахилгаан бичлэг/	NeuGel 1000ml Deymed, үүнтэй дүйцэхүйц	фл	7
125	Соруулгын шилэн сав Шилэн сав /suction/	elite suction dry аппаратад тохирох	шир	11
126	хөх гэрлийн зүү	Аппарат для внутривенного облучения крови /соларис -т тохирох/	шир	800
127	Эмэгтэйчүүдийн мазетын электрод , хошуу	сет Mazet sante эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц	ком	25
128	Iric care	iric hook	шир	5
129	Коагуляци (5-20)*130мм /loop electrod/	5*130mm loop bipolar electrod	шир	15
130	Коагуляци (Ф3-Ф5)*130мм /ball electrod/	ball 130mm	шир	15
131	Хайч	зэвэрдэггүй ган, тахир болон шулуун гэсэн сонголттой	шир	13
Багц-18 Эмнэлгийн хийн системийн туслах хэрэгслүүд, тослох тоснууд				
132	Багажны тос	карл шторц, фужинан гэх мэт тоног төхөөрөмжийн зориулалтын, 10гр	сав	10
133	ханын отсосны холбогч гуурс	ханын системд тохирох том хүний соруулга хийх гуурс	шир	6
134	ханын отсосны холбогч гуурс	эрдэнэт медиал эмнэлгийн ханын системд тохирох хүүхдэд соруулга хийх гуурс	шир	2
135	AED-ийн наалт	Фибриллятор JPAD CU-SP1 моделд тохирох	шир	8
136	fujifilm forceps valve FOV-DV7	фужинан дурангийн резинэн хар таг	ш	10
137	соруулах төхөөрөмж отсосны сав	MS 700 загварын отсос аппаратад тохирох	ш	2
138	усны памп	Fujifilm JW-2 загварын усны памп	ш	1
139	Fujifilm Silicon Oil	Fuji SL-2000, үүнтэй дүйцэхүйц	фл	5
140	Ханын хүчилтөрөгчийн бобров		шир	10
Багц-21 Дотоодын үйлдвэрийн бараа /тариур, самбай /				
141	Тариур 1 гр	1.0 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх	шир	10,890
142	Тариур 10 гр	10 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх	шир	12,805
143	Тариур 20 гр	20 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх	шир	9,267
144	Тариур 3 гр	3 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх	шир	3,887
145	Тариур 5 гр	5 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх	шир	7,458

146	Ариун бинт 7*14 м	7*14 м, шингээлт сайн, нэхээсний хэмжээ 28х17 меш. Стандарт: ISO:9001, ISO:13485 чанарын шардлага хангасан	шир	1,178
147	Марль №20 10*10	10х10 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	1,140
148	Марль №20 10*20	10х20 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	100
149	Марль №20 15*15	15х15 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	6,668
150	Марль №5 20*40	20х40 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	10
151	Марль №5 30*40	30х40 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	960
152	Марль №5 30*50	30х50 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	2,558
153	Марль №5 80*50	80х50 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	352
Багц-22 Эмнэлгийн нэг удаагийн туслах хэрэглэгдэхүүн				
154	Систем	IV set зүү хэмжээ 20-22G, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх	шир	18,266
155	Зүү /нэг удаагийн/	20G, тариурын зүү, ариун нэг удаагийн MNS ISO 7886-1:2000 хангасан байх	шир	248
156	Зүү /нэг удаагийн /	23G, тариурын зүү, ариун нэг удаагийн MNS ISO 7886-1:2000 хангасан байх	шир	1,940
157	Тариур 50 гр	50 cc, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан байх	шир	1,132

Жич: Номер 10, 15 бараануудад дээж авна. Бараа болгоны техникийн тодорхойлолтодхэдэн ширхэг дээж авах, хэрхэн турших талаар заасан.

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

д/д	Эмнэлгийн хэрэгслийн нэршил	Тодорхойлолт	х/н	нийт тоо	Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь	
					Гэрээ байгуулснаас хойш 14 хоногийн дотор	11 дүгээр сарын 25-ны дотор
Багц-1 Ангиографийн ажилбарын хэрэгслүүд						
1	Microcatheter	<p>Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 1.9Fr ~ 2.0Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,019инч, урт 110 см-130 см сонголттой, 0,014 ~ 0,016 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, hydrophilic бүрээстэй, катетерын их бие PTFE нэхмэл угастай, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.2Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,021инч, урт 110 см-130 см сонголттой, 0,018 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, катетерын их бие PTFE нэхмэл угастай, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.4Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,022инч, урт 130 см-150 см сонголттой, 0,016 - 0,018 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.6Fr ~ 2.7Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, катетерын дотоод диаметр 0,025~0.027инч, урт 105 см - 150 см сонголттой, straigh ба angled tip -ийн сонголттой, 0,021 инчийн чиглүүлэгчийн хамт Сохial микрокатетерын иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 2.7Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr, урт 110 см - 150 см сонголттой, 45 градусын angled tip үзүүртэй, 3,5мм х 10мм тэлэгч баллоонтой, 0,014 инчийн чиглүүлэгчтэй хослон ажилладаг микрокатетерын иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Катетерийн үзүүр хэсгийн /Distal/ диаметр 1.7 Fr угийн хэсгийн өргөн 2.8Fr ~2.9Fr, урт 105 см-150 см сонголттой, 0,012 ~ 0,016 инчийн чиглүүлэгчтэй хосолдог, зөөлөн /soft/ straigh ба зөөлөн /soft/ angled tip -ийн сонголттой, hydrophilic бүрээстэй, уян чанар сайтай, сингли микрокатетер байх, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх</p>	шир	35	20	15

2	Чиглүүлэгч	radifocus guidewire M standart Angled Үндсэн пластмас чиглүүлэгч 0.035 ~ 0.038 инчийн диаметртэй, 150см ба 180см уртын сонголттой, angled tip-тэй, hydrophilic бүрээстэй, судасны хана гэмтээх эрсдэл бага, X-гау –д тод харагддаг, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх Үндсэн төмөр чиглүүлэгч 0.035 ~ 0.038 инчийн диаметртэй, 80см уртын сонголттой, J эсвэл Straight tip-тэй, төмөр PTEF бүрээстэй, X-гау –д тод харагддаг, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх	шир	35	20	15
3	Дамжуулагч гуурс	Гуяны дамжуулагч гуурс пластик 4F диаметртэй, 10см урттай, интродюсер, 0.035-0.038 инчийн *45см урттай чиглүүлэгчтэй, 2,5 мл тариуртай , 18G хурц зүүтэй, иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх, Гуяны дамжуулагч гуурс пластик 5F диаметртэй, 10см урттай, интродюсер, 0.035-0.038 инчийн *45см урттай чиглүүлэгчтэй, 2,5 мл тариуртай, 18G хурц зүүтэй иж бүрдлийн хамт дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх, мөн судасны нүх бөглөгчтэй хослон ажиллахад хүндрэл үүсдэггүй байх шаардлагатай	шир	35	20	15
4	Үндсэн гуурс	1. RH хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 5Fg диаметртэй, 80см урттай, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 5Fg дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх 2. Cobra хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 5Fg диаметртэй, 80см урттай, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 5Fg дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх 3. Yashiro хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 4Fg диаметртэй, 70см урттай, үзүүрээс 45см хэсэг hydrophilic бүрээстэй, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 4Fg гуяны дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх 4. Yashiro хэлбэрийн үндсэн гуурс катетер, 5Fg диаметртэй, 70см урттай, 0.035 ~ 0.038 инчийн чиглүүлэгч ба 5Fg гуяны дамжуулагч гуурстай хослон ажилладаг, байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх	шир	35	20	15

5	Бичил чиглүүлэгч	Бичил чиглүүлэгч 0.010~0.012 инч, 0.014 инч диаметртай, 180см, 190см, 200см уртын хэмжээсийн сонголттой, J tip болон 45 градусын angled tip shapeable үзүүрийн сонголттой, hydrophilic бүрээстэй, 1.7Fr, 1.9Fr, 2.0Fr диаметртай, 110см - 130см урттай Бичил гуурс катетертай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байхБичил чиглүүлэгч 0.016 инч диаметртай, уртын хэмжээ 165см, 180см, 200см гэсэн сонголттой, J tip, 45 ба 90 градусын angled tip гэсэн сонголттой, hydrophilic +nitinol, Slip - Coat бүрээстэй, 1.9Fr, 2.0Fr, 2.2Fr, 2.4Fr диаметртай, 110см -150см урттай Бичил гуурс катетертай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байхБичил чиглүүлэгч 0.018 inch диаметртай, 180см урттай, straight tip -тэй hydrophilic, Slip - Coat бүрээстэй, 2.4Fr, 2.6Fr –ийн 130см урттай Бичил гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байхБичил чиглүүлэгч 0.021 inch /0,53мм диаметртай, үзүүрийн 3см gold coil -тай, hydrophilic бүрээстэй, 2.4Fr ба 2.7Fr –ийн 105см -150см урттай Бичил гуурстай хослон ажилладаг байх шаардлагатай, дүйцэхүйц үзүүлэлттэй байх	шир	40	20	20
6	K-Drainage catheter	8.5fr*34cm*1cm terumo эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц	шир	4	2	2
Багц-2 MRI, CT туслах хэрэглэгдэхүүн, биопсийн зүү						
7	Хоёр замт уртасгуур гуурс /компьютер томиграфи /	Ү эсвэл T -type psi 300 даралт шахах, 150 см дээш урттай, FDAболон ISO стандартыг хангасан байх	шир	960	480	480
8	Biopsybell 16*150	16g-150 mm ховил 19мм нэг удаагийн ариун зүү эд авах , Promag biopsy needle со axial introducer-тэй дүйцэхүйц.	шир	12	6	6
9	Biopsybell 18*150	18g-150 mm ховил 19мм нэг удаагийн ариун зүү эд авах , Promag biopsy needle со axial introducer-тэй дүйцэхүйц.	шир	24	12	12

10	Автомат тариур	<p>1.Компьютер томографын инжекторын тариур 200мл - 2ширхэг, Y -хэлбэрийн холбогч гуурс 180см - 1ш, filling device - 2 ширхэг орсон иж бүрдэл , тариурын хошуу люэр түгжээтэй Union medical shenzhen Co Ltd, RayGuard SYW102 Модел эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц/ -100 ширхэг</p> <p>2.Соронзон үелзүүр томографийн инжекторын тариур 115мл - 1 ширхэг, тариур 65 мл - 1ширхэг, Y -хэлбэрийн холбогч гуурс 250 см - 1ш, filling device - 2 ширхэг орсон иж бүрдэл , тариурын хошуу люэр түгжээтэй Union medical shenzhen Co Ltd, RayGuard SYW102 Модел эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц, MRI-300 ширхэг</p> <p>2 ширхэг дээж авна. СТ дээжийг Ray guerd Dual head injector Model PT-200Pro -дээр тохируулж үзнэ. Дээж нэг удаахэрэглэх ариун савлагаатай тул ашигласан дээжийг буцаан олгохгүй.</p>	шир	400	200	200
Багц-5 Мэс заслын нэг удаагийн хэрэгсэл						
11	Abdominal trocar 10mm /дурангын трокар/	10 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц	шир	100	50	50
12	Abdominal trocar 06mm /дурангын трокар/	6 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц	шир	8	4	4
13	Abdominal trocar 12mm /дурангын трокар/	12 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц	шир	4	2	2
14	Abdominal trocar 5mm /дурангын трокар/	5 мм, 100-150мм, ISO9001, FDA хангасан, johnson, covidien-той дүйцэхүйц	шир	90	45	45
15	Endo bag	<p>Tissue extraction endo bag ф10х250мл уутны хэлбэр нь зуйван хэлбэртэй, FDA стандартыг хангасан байх, Tonglu Qianyan medtech Co ltd endobag дүйцэхүйц.</p> <p>Дээж 2 ширхэг авна, дээжийг дурангаар цөсний хүүдий авах хагалгаанд хэрэглэх үед хэрэглэнэ. Тухайн бүтээгдэхүүн нэг удаагийн ариун хэрэгсэл тул ашигласан дээжийг буцаан олгохгүй. Мөн дээрх дүйцүүлэх хэрэгсэлтэй харьцуулж үзнэ.</p>	шир	144	72	72
16	Endo loop	Vicryl Endoloop Ligature, Size 0, 18", FDA стандартыг хангасан байх	шир	30	15	15

17	Mesh / Ивэрхийн тор /	10x15 см , Polypropylene mesh - FDA стандартыг хангах johnson, ethicon брэндтэй дүйцэхүй	шир	5	3	2
18	Vacuum drainage	J-VAC™ Reservoir 150 ml , johnson ethicon үйлдвэрлэгч, эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц	шир	0		
19	Дурангын угааж соруулах гар / Багаж /	6mm x 33cm 8 Vent, соруулгын хошуу, гуурстай иж бүрэн байх FDA шаардлага хангах, олон удаа ашиглагдах	шир	0		
20	Цээжний хөндийн трокартай гуурс	24fr, LA-med Healthcare фермийн цээжний гуурстай дүйцэхүйц	шир	8	4	4
21	camera cover sleeve	15:150см, Дурангийн гадуур бүрэн хамгаалах, уян хатан урагдахгүй, ариун байх	шир	645	325	320
22	Мэс заслын хутганы ир № 15	нэг удаагийн, карбон ган, хурц иртэй байх, Япон feather брэндтэй дүйцэхүйц	шир	366	186	180
23	Мэс заслын хутганы ир №11	нэг удаагийн, карбон ган, хурц иртэй байх, Япон feather брэндтэй дүйцэхүйц	шир	505	255	250
24	Мэс заслын хутганы ир №12	нэг удаагийн, карбон ган, хурц иртэй байх, Япон feather брэндтэй дүйцэхүйц	шир	20	10	10
25	Anal sponge roll	80*30мм, Шамбарамын хагалгааны цус тогтоох чихээс хийх зориулалттай ариун	шир	50	25	25
26	Ligating clip титан	L green, ethicon LT 300 эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц	шир	40	20	20
27	Skin marker	0.5 - 1mm , тод гаргацтай, хүний биед харшил өгөхгүй, арилахгүй байх	шир	70	40	30
28	Suction tube янкаар гуурс	12-18g 2.5m урт гуурстай, FDA стандартыг хангасан байх	шир	50	25	25
29	Вереш зүү	10/150mm, MEDICALExpro, Manhua Biomedical брэндтэй дүйцэхүйц	шир	130	70	60
30	Гар угаагч губка	Хлоргексидин ба иод агуулсан сойз, FDA стандартыг хангасан байх	шир	2,920	1460	1460
31	Ивэрхийн тор	15*15мм, Polypropylene mesh - FDA стандартыг хангах johnson, ethicon брэндтэй дүйцэхүй	шир	10	5	5
32	Полимер клип hemolock	L purple, Судсанд тавьдаг хуванцар хавчаар FDA стандартыг хангах johnson, ethicon брэндтэй дүйцэхүй	шир	215	115	100
33	Резин урсгуур	0.25-1 inch, Soft PVC corrugated drainage sheet SYMON"S брэндтэй дүйцэхүйц	шир	12	6	6
34	Түлэгч электрод /залгууртай/	монополяр нэг удаагийн, гэрэл анивчих гар контрол товчтой, зүсэх түлэх хутга, залгууртай	шир	244	122	122
35	Угааж соруулах гар (буу)	5mm x 33cm 8 Vent, соруулгын хошуу, гуурстай иж бүрэн байх FDA шаардлага хангах , нэг удаагийнх Easypulse Disposable Pulse Lavage Type EP18-1 дүйцэхүйц	шир	40	20	20

36	Уушиг самбар	2 л, thoracic Drainage System, Redax draintech брэндтэйдүйцэхүйц	шир	15	10	5
37	Цээжний гуурс	28Fr, LA-med Healthcare фермийн цээжний гуурстай дүйцэхүйц	шир	8	2	2
38	Цээжний хатгалтын сет	Seldinger type set 14 F; 29 см, non-toxic, medical grade PVC Usedfor post-operative drainage after cardio thoracic surgery	шир	10	5	5
39	Шархны вакум дренаж гуурс	200 мл FR 14, вакуумын гранат хэлбэртэй, ISO9001 стандарттай, зөөлөн силикон гуурстай	шир	20	10	10
Багц-7 Урологийн мэс заслын ажилбарт хэрэглэх нэг удаагийн хэрэгсэл						
40	Уролгийн хагалгааны хутга	bipolar, 30 градус, 24fr, Нарийслийг зүсэгч цүдгэр ба хурц иртэйметалл хутга. Карл штроцын аппаратад тохирох,	шир	2	2	
41	Stone basket	Nitinol Tipless Stone Extractor helical, flatwire , tipless, Утасныматериал нь бат бөх нитинол материалтай, тор нь эрчлээстэймяндсан угсаар хийгдсэн, нэг удаагийн хэрэглээний, торны диаметр 1.5Fr, урт-115см, urotech, cook-тэй дүйцэхүйц,	шир	17	9	8
42	Guidewire	Nitinol core Wire Guide, Бөөр шээсний замд байрлуулдаг, нитинол уян чиглүүлэгч, нэг удаагийн хэрэглээний, диаметр нь 0.038 инч, урт -150см, шулуун үзүүр нь 3см, urotech, cook- тэйдүйцэхүйц,	шир	63	33	30
43	Turp irrigation tube	Y shape, Түүрүү булчирхайн хагалгааны угааж соруулах гуурс, Urotech брэндтэй дүйцэхүйц	шир	30	15	15
44	Turp электрод	bipolar degree 30 Resection electrodes rolled plain, COOK- тэйдүйцэхүйц, нэг удаагийн хэрэглээний	шир	18	14	14
45	Uretral cathether 6fr	6fr, 50-60см, удаан хугацааны, urotech, cook брэндтэйдүйцэхүйц	шир	10	5	5
46	Uretral stent	7f/24 удаан хугацааны нэг удаагийн хэрэглээний, 6-7 Fr, уртын хэмжээ 22-26см, стентний үзүүр нь 360 градус эргэлттэй байх, гуурсны 2 талын төгсгөл онгорхой, нүхтэй байх, богино хугацаанд хэрэглэх /6-12 сар хүртэл/, стент гуурс нь рентгенд тодордог, urotech, cook-тэй дүйцэхүйц	шир	10	5	5
47	Uretral stent 6fr	6fr/24 богино хугацааны, нэг удаагийн хэрэглээний, 6Fr, уртын хэмжээ 22-26см, стентний үзүүр нь 360 градус эргэлттэй байх, гуурсны 2 талын төгсгөл онгорхой, нүхтэй байх, богино хугацаанд хэрэглэх /3-6 сар хүртэл/, urotech, cook- тэйдүйцэхүйц	шир	7	4	3
48	Катетр 22FR	22fr, Бөөрний шээлгүүрийг тэлэх зориулалттай баллонтой шээлгүүрийн катетр. 6/28см, 6/26см, 6/24см, 7/28см, 7/26см,7/24см, Urovision visiocath ballonkather/-тай дүйцэхүйц	шир	46	23	23
49	Катетр 3 замтай силикон Fr-22	22fr urovision 3way urotech эсхүл дүйцэхүйц	шир	10	5	5

Багц-9 Хиймэл болорууд , ажилбарт хэрэглэх хэрэглэгдэхүүн						
50	Нүдний 15 градус хутганы ир	15 градус, налуу иртэй нимгэн хавтгай зэвэрдэггүй ган хутга	шир	93	53	40
51	Нүдний Crescent хутганы ир	2.6mm өргөнтэй хурц ган хутга	шир	175	90	85
52	Нүдний Keratome хутганы ир	2.2-2.8 мм өргөнтэй хажуу ирмэгээрээ иртэй хурц хутга	шир	93	50	43
53	Нүдний болор	Оптик диаметр- /мм/ 6.00, нийт урт - / мм/ 13.0. Болрын диоптрын хэмжээ +0,5 диоптрээр хэлбэлзэнэ. Уян шар, хортойхөх туяаг шүүнэ.Акрил, гидрофобик материалаар хийгдсэн.	шир	83	43	40
54	Нүдний хаалт Drape	100см:70 см, сормуус наагчтай aurolab эсхүл дүйцэхүйц	шир	171	90	81
Багц-11 Чих хамар хоолойн үзлэг болон мэс засалд хэрэглэх хэрэгслүүд						
55	отоскопийн 1 удаагийн хошуу	хүүхдийн бүх хэмжээ, хүүхдийн чихний үзлэгт ашиглана	шир	2,000	1,000	1,000
56	хамрын толь	хүүхдийн, хүүхдийн чихний үзлэгт ашиглана	шир	300	150	150
57	Чихний sponge / Хэнгэргэн хальс нөхөх хагалгаанд /	ear sponge, gelfoam size 50cm 8*6.25 prizer-тай дүйцэхүйц	шир	3	2	1
58	Чихний титан протез	middle ear implants , size totle porp , төмөр материалтай	шир	3	2	1
59	Nasal sponge	10*2*1.5 mm, Хамрын цус тогтоогч чихээс /цус тогтоогч бодисгүй	шир	120	60	60
60	Silastic sheet /Septum splint endo/	хамрын таславч хагалгаа зузаан нь 2-3mm, уян хатан , силикон , FDA шаардлага хангасан	шир	60	30	30
61	Наалдуулагч лент	6.30 x 4.20 x 2.00 Inch ба 2.5 x 9.1 см, 3M micropore брэндтэйдүйцэхүйц	шир	86	24	14
62	Хамрын гипс	/Septum splint extra/	шир	60	30	30
63	чихний лүүнз /хүүхэд/	трапец, Хамрын гоо сайхны хагалгаанд хэрэглэх, гадна гипс 70-80 градус усанд зөөлрөх, хуванцар, трапец хэлбэртэй.	шир	10	5	5
Багц-14 Шүдний пломбын материал, хэрэгслүүд						
64	Absorbable Gelatin Sponge Haemostatic /цус тогтоогч/	90pcs Surgispon® Gelatin Sponge Haemostatic, sterile hemostaticabsorbable gelatin sponge made of pure pharmaceutical gelatine (lyophilized hydrolyzed collagen) foam, which gives it a uniform porosity & reacts neutrally Ultradent компани болон дүйцэхүйц	фл	1	1	
65	Absorbent Paperpoint	№200 15-40 , GAPADENT China дүйцэхүйц	шир	10	5	5

66	Zinc Oxid Cement	Zinc Oxid Cement 10 ml 80g of powder and 55 g of liquid, AdhesorTm Tokyo Хятад GC Corporation компани болон дүйцэхүйц	фл	2	1	1
67	Boost	The powerful 40% hydrogen peroxide gel Delivery Form(s): • 1.2 ml Delivery Syringe • Recommended delivery Ti, шүд цайруулалтанд хэрэглэхUltradent компани болон дүйцүүлэх	шир	2	2	
68	Dam	a thin, 6-inch (150 mm) square sheet, DermaDam™ дүйцэхүйц	шир	2	2	
69	Гоёлын шигтгээ, №10	шүдний гоо сайханд хэрэглэх тогтоц сайтай	хайр	3	2	1
70	Шилэн штивт, №100	шүдний эмчилгээнд хэрэглэгдэх, чанарын шаардлага хангасан	хайр	2	1	1
71	Amelogen A1	1x2.5g syringe, Ultradent компани болон дүйцүүлэх	шир	5	3	2
72	Amelogen A2	1x2.5g syringe,Ultradent компани болон дүйцүүлэх	шир	5	3	1
73	Any-flow	урдаг ломбо, MDCLUS co.ltd компанийхтай дүйцэхүйц	шир	3	2	1
74	Any-per	2.2g syringe,MDCLUS co.ltd компанийхтай дүйцэхүйц	шир	3	2	1
75	Charisma A-1	4g syringe, Герман KULZER брэндийнхтэй дүйцэхүйц	шф	5	3	2
76	Charisma A-2	4g syringe, Герман KULZER брэндийнхтэй дүйцэхүйц	шф	5	3	2
77	Dentin shade	powder 3г, Ultradent брэндийнхтэй дүйцэхүйц	фл	4	2	2
78	Depulpin Зөөлц /үрэвсэлд эм тавьдаг/	1x3g syringe, Шүдний үрэвсэлд сувагт тавих. ОХУ-ын Владмивабрэндийнхтэй дүйцэхүйц	шир	0		
79	endo prep cream EDTA	MDCLUS co.ltd /Korea/ компанийхтай дүйцэхүйц	шир	0		
80	Eucalyptol	гутаперч зөөллөгч тос /eucalyptus oil 100%/	фл	1	1	
81	Fine etch-37% Phosphoric gel	хүчил /суваг угаах/, MDCLUS co.ltd /Korea/ компанийхтай дүйцэхүйц	фл	8	4	4
82	Fujii 9	хүүхдийн пломбо 15г +6.4мл, Токуо Хятад GC Corporationкомпани болон дүйцүүлэх	фл	2	1	1
83	Gutta perch №100	20,25,30,15 /тус бүр 2 хайрцаг/GAPADENT /China/ брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	4	2	2
84	Micro hybrid A-2	4.5g , DENTAL ADVISOR компанийхтай дүйцэхүйц	хайр	2	2	

85	Nano hybrid A-2	4.5g , DENTAL ADVISOR компанийхтай дүйцэхүйц	хайр	2	2	
86	Nanoceram Flow /шүд/	3ml, DENTAL ADVISOR компанийхтай дүйцэхүйц	хайр	2	2	
87	Neofil B-1 /ломбоны материал/	4.5 g, ломбоны материал, DENTAL ADVISOR компанийхтайдүйцэхүйц	хайр	5	3	2
88	Permaseal	1.2g , Ultradent /Америк/ брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	5	3	2
89	Primer	3g , Ultradent /Америк/ брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	5	5	
90	Tetric N-cream A-1	3.5g, Германы Ivoclar vivadent брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	7	4	3
91	Tetric N-cream A-2	3.5g, Германы Ivoclar vivadent брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	7	4	3
92	Tetric N-cream A-3	3.5g, Германы Ivoclar vivadent брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	7	4	3
93	Ultracal XS /Кальци паст/	1.4g, Сувагт тавих ломбо, Ultradent компанийхтай дүйцэхүйц	шир	6	3	3
94	Бонд universeal /шф/	1.2g/3ml Ultradent компани болон дүйцэхүйц /Америк/	фл	9	5	4
95	Буйлны утас	№1.0 - 1ш, №0.0 - 1ш8 ULTRAPAK-E компанийхтай дүйцэхүйц	шир	2	1	1
96	Ломбо /Beatiful A3/	3.5g, BENDECHK /Korea/ дүйцэхүйц	хайр	2	2	
97	Ломбо /Zircos A2/	3.5g, MANI японы үйлдвэрийнхтэй дүйцэхүйц	хайр	7	4	3
98	Матриц	хуванцар, өнгөгүй, 10-15м ОХУ-ын TOP BM болон дүйцэхүйц	рулон	2	1	1
99	Матриц	төмөр, хайрцагтай, №100 Хуйлаастай, Төмөр, Маш сайнчанартай байх	ком	1	1	
100	Матриц	төмөр, дамартай, 3-5м, Spota Dental ОХУ дүйцэхүйц	рулон	2	1	1
101	МТА 0,5 гр №1	Spota Dental ОХУ үйлдвэрийнхтэй дүйцэхүйц	шир	1	1	
102	Пульпэкстратор /Barbed broaches - 0-000 12*6	MANI японы үйлдвэрийнхтэй дүйцэхүйц	хайр	100	50	50
103	Төмөр штивт /№120/	Long, XL, Short, Medium 8 Нэг хайрцагтаа 120 ширхэгээр савлагдсан. United Dental Group /АНУ/ компанийхтай дүйцэхүйц	хайр	1	1	

104	Түр ломбоны материал /дентин/	50g, ОХУ-ын Владиватай дүйцэхүйц	шир	0	0	
105	Фиссури /Enamel pit and fssure sealant	1.5g, OPAQUE /АНУ/ компанийхтай дүйцэхүйц	фл	3	2	1
106	Фтор/tastytooth/	25мл, Шүдний цоорлоос урьдчилан сэргийлэх зориулалтаархэрэглэнэ. Хүүхэд, том хүний шүдийг калциар хангана.	фл	2	1	1
107	Хазалтын цаас №300	1 хайрцагтаа 12 ширхэгээр савлагдсан. Хятад Hydrophilic type брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	3	2	1
108	хар зүү	№ 1,2,3 , MANI японы үйлдвэрийнх	шир	284	142	142
109	Шүдний багс №100	Өнгө, өнгөөрөө өөр өөр хэмжээтэй байх. Нэг удаагийн хэрэглээнийх, ISO13485 хангасан байх	хайр	6	3	3
110	Шүдний диск №100	Корпорация Медторг ОХУ эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц	хайр	2	1	1
111	Шүдний ёзоорын ариутгал эмчилгээ перидон	2g, Японд үйлдвэрлэсэн эм хэрэгсэлтэй дүйцэхүйц, сувгийн мэдрэлийг борцлон хатаах	хайр	2	1	1
112	Шүдний зүү №100	30G/16mm, СК DENMALco.ltd /Korea/ компанийнхтай дүйцэхүйц, ISO13485 хангасан байх	хайр	11	6	5
113	Шүдний зүү №100	27G, СК DENMALco.ltd /Korea/ компанийнхтай дүйцэхүйц, ISO13485 хангасан байх	хайр	13	7	6
114	Шүлс сорогч хошуу	Зөөлөн, уян, хүний аманд хийхэд ам гэмтээхээргүй	шир	2,000	1,000	1,000
115	Шүлсний хөвөн /зуйван/	100% cotton Зуйван хэлбэртэй, шүлс урсахаас хамгаалах, DENTAL COTTON ROLL брэндтэй дүйцэхүйц	хайр	35	18	17
116	Бор /дусал хэлбэрийн/	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	30	15	15
117	Каналнапилнатель /суваг дүүргэгч/	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	20	10	10
118	накнечикны тос	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	2	1	1
119	Өнгөлгөөний резин	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	30	15	15
120	Өнгөлгөөний Чулуу	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	30	15	15
121	Электрочиский Бор /Precision Cut Carbides	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	30	15	15
122	Бөөрөнхий бор	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	150	75	75

123	Шүдний тольны толгой	Foshan gladent yu-ex 0498 dental chair аппаратад таарах	шир	50	25	25
124	ЭЭГ гель / тархины цахилгаан бичлэг/	NeuGel 1000ml Deumed, үүнтэй дүйцэхүйц	фл	9	5	4
125	Соруулгын шилэн сав Шилэн сав /suction/	elite suction dry аппаратад тохирох	шир	11	6	5
126	хөх гэрлийн зүү	Аппарат для внутривенного облучения крови /соларис -г тохирох/	шир	800	400	400
127	Эмэгтэйчүүдийн мазетын электрод , хошуу	сет Mazet sante эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц	ком	25	15	10
128	Iric care	iric hook	шир	5	3	2
129	Коагуляци (5-20)*130мм /loop electrod/	5*130mm loop bipolar electrod	шир	15	8	7
130	Коагуляци (Ф3-Ф5)*130мм /ball electrod/	ball 130mm	шир	15	8	7
131	Хайч	зэвэрдэггүй ган, тахир болон шулуун гэсэн сонголттой	шир	13	7	6
Багц-18 Эмнэлгийн хийн системийн туслах хэрэгслүүд, тослох тоснууд						
132	Багажны тос	карл шторц, фужинан гэх мэт тоног төхөөрөмжийн зориулалтын, 10гр	сав	10	5	5
133	ханын отсосны холбогч гуурс	ханын системд тохирох том хүний соруулга хийх гуурс	шир	6	3	3
134	ханын отсосны холбогч гуурс	эрдэнэт медикал эмнэлгийн ханын системд тохирох хүүхдэд соруулга хийх гуурс	шир	2	1	1
135	AED-ийн наалт	Фибриллятор JPAD CU-SP1 моделд тохирох	шир	8	4	4
136	fujifilm forceps valve FOV-DV7	фужинан дурангийн резинэн хар таг	ш	10	5	5
137	соруулах төхөөрөмж отсосны сав	MS 700 загварын отсос аппаратад тохирох	ш	2	1	1
138	усны памп	Fujifilm JW-2 загварын усны памп	ш	1	1	
139	Fujifilm Silicon Oil	Fuji SL-2000, үүнтэй дүйцэхүйц	фл	5	3	2
140	Ханын хүчилтөрөгчийн бобров		шир	10	5	5
Багц-21 Дотоодын үйлдвэрийн эмнэлгийн хэрэгсэл						

141	Тариур 1 гр	1.0 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлагахангасан байх	шир	10,890	5,445	5,445
142	Тариур 10 гр	10 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлагахангасан байх	шир	12,805	6,405	6,400
143	Тариур 20 гр	20 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлагахангасан байх	шир	9,267	4,637	4,630
144	Тариур 3 гр	3 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлагахангасан байх	шир	3,887	1,957	1,930
145	Тариур 5 гр	5 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлагахангасан байх	шир	7,458	3,729	3,729
146	Ариун бинт 7*14 м	7*14 м, шингээлт сайн, нэхээсний хэмжээ 28x17 меш. Стандарт:ISO:9001, ISO:13485 чанарын шардлага хангасан	шир	1,178	589	589
147	Марль №20 10*10	10x10 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	1,140	570	570
148	Марль №20 10*20	10x20 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	100	50	50
149	Марль №20 15*15	15x15 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун, нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	6,668	3,334	3,334
150	Марль №5 20*40	20x40 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун,нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	10	5	5
151	Марль №5 30*40	30x40 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун,нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	960	480	480
152	Марль №5 30*50	30x50 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун,нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	2,558	1,279	1,279
153	Марль №5 80*50	80x50 см ISO 9001 GMP 13485 шаардлага хангасан ариун,нэхдэстэй шингээлт сайтай, нягтаршил сайтай байх	шир	352	176	176
Багц-22 Эмнэлгийн нэг удаагийн туслах хэрэглэгдэхүүн						
154	Систем	IV set зүү хэмжээ 20-22G, ISO 9001 GMP 13485 шаардлагахангасан байх	шир	23,766	11,883	11,883
155	Зүү /нэг удаагийн/	20G, тариурын зүү, ариун нэг удаагийн MNS ISO 7886-1:2000хангасан байх	шир	248	124	124
156	Зүү /нэг удаагийн/	23G, тариурын зүү, ариун нэг удаагийн MNS ISO 7886-1:2000хангасан байх	шир	2,440	1,220	1,220
157	Тариур 50 гр	50 сс, нэг удаагийн, ариун, ISO 9001 GMP 13485 шаардлагахангасан байх	шир	1,132	566	566

IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНД ХАРГАЛЗАХ НЭМЭЛТ ШАЛГУУР
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

IV.1. “Чанар ба үнийн хосолмол” тендер үнэлэх үндсэн шалгуур

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах чанар ба үнийн хосолмол шалгуур (Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтаас бусад тендер шалгаруулалтад тус тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг тендер шалгаруулалтын баримт бичгээс хасна)

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалтын үед хамгийн бага харьцуулах үнэ (P_{min})-тэй тендерт 30 оноо (S_{max}) өгч, бусад оролцогчийн харьцуулах үнэ (P_x)-д харгалзах оноог дараах томъёогоор бодно.

$$S_x = \frac{P_{min}}{P_x} \cdot S_{max}$$

P_{min} –Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн үнэ

P_x – Тухайн оролцогчийн үнэ

S_x – Тухайн оролцогчийн оноо

S_{max} –Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй оролцогчийн оноо

2. Эмийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

- | | |
|--|--------|
| 2.1. Эм нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын урьдчилан баталгаажуулалтад орсон бол: | 8 оноо |
| 2.2. ДЭМБ-ын эмийн зохицуулалтын төлөвшилийн түвшингээр 4-т жагссан улсад үйлдвэрлэгдсэн бол | 8 оноо |
| 2.3. Эм нь хатуу зохицуулалттай улсад үйлдвэрлэгдсэн бол (SRA, PICS): | 8 оноо |
| 2.4. Импортын эм нь үйлдвэрлэгч улсад хэрэглэдэг бол (чөлөөт худалдааны гэрчилгээ) | 6 оноо |
| 2.5. Ерөнхий нэрилийн эмийн хувьд биоэквивалент чанарын судалгааг хөндлөнгийн эрх бүхий судалгааны байгууллагаар хийлгэсэн бол (Цусан дахь эмийн идэвхт бодисын хамгийн их концентраци (S_{max}) 80 -125%) | 6 оноо |
| 2.6. Үйлдвэрлэгч нь ДЭМБ-ын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) хангасан гэрчилгээтэй бол | 6 оноо |
| 2.7. Эм нь итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан бол | 4 оноо |
| 2.8. Эм нь Англи, АНУ, Европ, Япон, БНХАУ, ОХУ-ын фармакопейн шаардлага хангасан нотлох баримт ирүүлсэн бол | 4 оноо |
| 2.9. Эм нь АНУ-ын бүртгэлтэй эмийн жагсаалт “Orange Book”-д орсон бол | 4 оноо |
| 2.10. Эм нь ДЭМБ-ын харьцуулах бүтээгдэхүүний жагсаалтад орсон бол | 4 оноо |

2.11.	<i>Анхдагч буюу оригинал эм бол</i>	4 оноо
2.12.	<i>Ханган нийлүүлэгч нь өөрөө импортлогч бол</i>	4 оноо
2.13.	<i>Тухайн эм нь сүүлийн нэг жилд лабораторийн шинжилгээгээр стандарт бус гараагүй бол</i>	2 оноо
2.14.	<i>Эмийн аюулгүй байдлын хугацаат тайланг (PSUR) сүүлийн 2 жилийн хугацаанд эмийн зохицуулалтын байгууллагад мэдээлсэн бол</i>	2 оноо
	<i>Нийт</i>	70 оноо

3. Эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын үнэлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ:

3.1.	<i>Үйлдвэрлэгч нь ISO 13485 стандартын шаардлага хангасан бол</i>	15 оноо
3.2.	<i>Импортын эмнэлгийн хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгч улсдаа хэрэглэдэг бол (FREE SALE CERTIFICATE)</i>	15 оноо
3.3.	<i>Эмнэлгийн хэрэгсэл нь гурав ба түүнээс дээш улсад нийлүүлэгддэг бол</i>	15 оноо
3.4.	<i>Үйлдвэрлэгч нь үйлдвэрлэлийн сайн дадал (Good manufacturing practice) гэрчилгээтэй бол</i>	15 оноо
3.5.	<i>Үйлдвэрлэгч нь ISO 9001 стандартын шаардлага хангасан бол</i>	10 оноо
	<i>Нийт</i>	70

4. Чанар ба үнийн хосолмол үнэлгээний шалгуурт нийт оноог дээрх аргачлалын дагуу тооцох ба харьцуулах үнэ болон чанарын үнэлгээнд харгалзах онооны нийлбэрээр хамгийн өндөр оноотой тендерийг хамгийн сайн тендер гэж үзнэ.

$$B_x = Q_x + S_x$$

B_x – Тухайн оролцогчийн чанар ба үнэлгээний харьцуулалтын нийт оноо

Q_x – Тухайн оролцогчийн чанарын үнэлгээний оноо

IV.2. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 29.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

1. Бараа хүргэх, ажил, үйлчилгээ дуусгах хугацаа: [**“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих**]

Хэрэв “ашиглах” бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч уг шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд **[хувь бичих]**–аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас **[тоо бичих]**–аас илүү **[“сар”, “өдөр” гэдэг үгнээс сонгож бичих]** хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

2. Бараа, ажил, үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Хэрэв “ашиглах” бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт: **[“Ашиглана” эсхүл “Ашиглахгүй” гэж бичих.]**

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. **[Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]**

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бараа нийлүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Жишээ нь: А4 бичгийн цаас худалдан авах үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт

№	Шалгуур үзүүлэлт	Үнэлгээ
I	Нийгмийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
1.1	Олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, ОУХБ-ын Суурь конвенцыг дагаж мөрдөж буй байдал	
1.2	Ажиллах хүч / ажил эрхлэлтийн харилцаа	
1.3	Ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгал	
1.4	Шударга цалин хөлс болон хөдөлмөрийн харилцаа	
1.5	Ажиллах орчны аюулгүй байдал	
1.6	Нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүсийн ажил эрхлэлт	
II	Эдийн засгийн шалгуур	Хамгийн их оноо (-5%)
2.1	Бизнесийн ёс зүй (Ёс зүйн код)	
2.2	Орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй дэмжлэг	
2.3	Тээвэрлэлт/хүргэлт	
2.4	Хаяж устгах (Биетээр татан авах эсвэл аюулгүй байдлаар устгах)	
III	Байгаль орчны тогтвортой байдлын шалгуур	Хамгийн их оноо (-10%)
3.1	Байгаль орчны хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдал (ISO 14001)	
3.2	Компанийн чанарын удирдлагын тогтолцоо (ISO 9001)	
3.3	Таримал ойгоос бэлтгэсэн, эсхүл дахин боловсруулсан цаас	
3.4	Энгийн хлор агуулаагүй	
3.5	Цайралт	
3.6	Байгаль орчинд ээлтэй савлагаа	
3.7	Дахин боловсруулах боломжтой	

Дээрх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дээр үндэслэн тендерт оролцогчийн санал болгож буй үнийг (-20) хувь хүртэл нэмэгдүүлж харьцуулах үнийг тодорхойлно. Уг үнэ нь зөвхөн харьцуулах зорилготой. Тогтвортой худалдан авах ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийн талаар Төрийн тогтвортой худалдан авах ажиллагааны гарын авлага (МУСЯ, НҮББОХ, 2018)-аас танилцах боломжтой.

V БҮЛЭГ.ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТУУД

Маягт 1.Тендер илгээх маягт

Маягт 2.Барааны үнийн задаргаа

Маягт 3.Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Маягт 4.Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Маягт 5.Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Маягт 6.Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

[Захиалагч байгууллагын нэр]-д

Манай *[оролцогчийн нэр]* нь танай байгууллагаас зарласан *[тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар]* тендер шалгаруулалтад *[үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр]* төгрөгөөр тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу бараа нийлүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид “тендер” гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.
2. Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна. Үүнд:
 - 2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;
 - 2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;
 - 2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй;
 - 2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.
3. Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.
4. Тендерт үнийн хөнгөлөлт *[“санал болгоно” эсхүл “санал болгохгүй” гэж бичих]*. *[Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих]*.
5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш *[30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо]* хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.¹
6. Хуулийн 7.1, 22.2, 56.5-д заасныг зөрчсөн болон тендер шалгаруулалтад үнэн зөв, зөрүүгүй орчуулга ирүүлэх үүргээ зөрчсөн тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэх үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.
7. Тендерт санал болгосон бараа нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.
8. Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,

¹ Хэрэв тендер шалгаруулалт нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулагдах бол “5. Тендер нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар хугацаагүй хүчинтэй байна.” гэж сольж бичнэ үү.

*эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
албан тушаал, гарын үсэг,
байгууллагын тамга, тэмдэг]:*

Хаяг:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс ²	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4x6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад үйлчилгээний үнэ	Бараа нийлүүлэхэд ногдох татвар, хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх ³
1										Тийм/Үгүй
2										
...										
	Тендерийн нийт үнэ									

*[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд,
 эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр,
 албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын
 тамга, тэмдэг]:*

² ТШЗ-ны 18.6.2-ын дагуу ирүүлсэн баримт бичигт дурдсан барааны гарал үүслийн талаарх мэдээлэлтэй ижил байна.

³ Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх гэдэгт “тийм” гэж бөглөсөн бол түүнийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана.

Маягт 3

Ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/

Маягт 4

Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл

Гэрээний нэр	Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас	Төсөвт өртөг	Гэрээ эхэлсэн хугацаа	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр	Дуусах хугацаа

Оролцогчийн нэр: [түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].

1.	Захиалагчийн нэр
2.	Гэрээний нэр
3.	Гэрээний дугаар
4.	Гэрээ байгуулсан огноо
5.	Гэрээ дуусгавар болсон огноо
6.	Гэрээний дүн
7.	Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил
	Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) <input type="checkbox"/> Үндсэн нийлүүлэгч <input type="checkbox"/> Түншлэлийн гишүүн <input type="checkbox"/> Туслан гүйцэтгэгч

Маягт 6

Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

	Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл	Хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Санамж

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж бараа худалдан авахад энэхүү гэрээний нөхцөлийг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид “ГЕН” гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид “ГТН” гэх), түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас бараа, түүнтэй холбогдох үйлчилгээг худалдан авах харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн бараа худалдан авах нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

1. ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн бараа худалдан авахад хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;
2. Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан оролцогчийн мэдээлэл болон “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;
3. Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;
4. Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;
5. ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;
6. Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. ГТН-д заасан зарим жишээ, нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.
7. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан гэрээ байгуулах албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон хориглолт, хязгаарлалттай танилцаж, судалсан байх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

НЭГ.ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

Тодорхойлолт

- 1.1. Гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл нь дор дурдсан утгыг агуулна:
 - 1.1.1. “Бараа” гэж Нийлүүлэгчээс Захиалагчид нийлүүлэхээр Тендерт ирүүлсэн хөрөнгийг;
 - 1.1.2. “Дагалдах үйлчилгээ” гэж бараа нийлүүлэхтэй холбоотой угсралт, суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ болон Нийлүүлэгчийн үзүүлэх бусад үйлчилгээг;
 - 1.1.3. “Захиалагч” гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.4. “Нийлүүлэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
 - 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Нийлүүлэгчийг хамтад нэрлэснийг;
 - 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
 - 1.1.7. “Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно. Тендерт тусгайлан заагаагүй бараа нийлүүлэх нөхцөлийг Техникийн тодорхойлолтод тусгаснаар ойлгоно. Хуулийн 30.2, 34.2-т зааснаар хэлэлцээ хийсэн тохиролцоо нь Гэрээнд тусгагдсан бол Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
 - 1.1.8. “Бараа нийлүүлэх газар” гэж барааг хүлээлгэн өгөх болон дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг;
 - 1.1.9. “Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг;
 - 1.1.10. “Баталгаат хугацаа” гэж нийлүүлсэн барааг зориулалтын дагуу ердийн байдлаар ашиглах явцад бараанд илэрсэн доголдлыг нийлүүлэгч хариуцах хугацааг;
 - 1.1.11. “Томдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж гэрээгээр баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол Захиалагчаас доголдолтой холбогдуулж Нийлүүлэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
 - 1.1.12. “Захиалагчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Нийлүүлэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас

томилогдсон этгээдийг;

1.1.13. “Нийлүүлэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзахаас бусад Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Нийлүүлэгчээс томилогдсон этгээдийг;

1.1.14. “Тэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

Гэрээний тайлбар

1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоог илэрхийлсэн үг нь олон тоог, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоог хамааруулж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг, өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад үндэслэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

ХОЁР. НИЙЛҮҮЛЭГЧ

Бараа нийлүүлэх

2.1 Нийлүүлэгч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх нөхцөл, нийлүүлэлтийн хуваарь, ГТН-д заасан хугацааг баримтлан Бараа нийлүүлэх, Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй.

2.2 Нийлүүлэгч гэрээний дагуу Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, тоног төхөөрөмж зэргийг Тендерт санал болгосноор оролцуулах ба гүйцэтгэлийн явцад эдгээрт өөрчлөлт орох зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл үүссэн бол Захиалагчаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна.

2.3 ГЕН-ийн 2.2-т заасны дагуу өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн шаардсан техникийн чадавх, туршлагын шаардлагыг хангасан байна.

	2.4 Нийлүүлэгч нь Барааг нийлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай баримт бичиг, бусад зүйлийг гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд гаргаж өгнө.
Бараа нийлүүлэх газар	2.5 Бараа нийлүүлэх болон Дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх газрыг ГТН-д заана.
Бараа нийлүүлэх хугацаа, түүнийг сунгах	2.6 Бараа нийлүүлэх хугацааг нийлүүлэлтийн хуваарийг үндэслэн ГТН-д заана. 2.7 Нийлүүлэгч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд бараа нийлүүлэлтийн хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно: 2.7.1 Захиалагч ГЕН-ийн 2.4-д заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй; 2.7.2 Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон.
	2.8 Захиалагч ГЕН-ийн 2.7-д заасан нөхцөлийн аль нэг нь бүрдсэн гэж үзвэл Нийлүүлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.
	2.9 ГЕН-ийн 2.7.2-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Нийлүүлэгч нотлох үүрэгтэй.
Барааг хүлээлгэн өгөх	2.10 Нийлүүлэгч нь Барааг ГТН-д заасан нөхцөлөөр хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг бүрэн үзүүлж, баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ. 2.11 Нийлүүлэгч нь барааг хүлээлгэн өгч, дагалдах үйлчилгээг үзүүлснээр Захиалагчид барааны өмчлөх эрх шилжинэ.
Барааны гарал үүслийн улс	2.12 Гэрээний дагуу нийлүүлэх Бараа нь Тендерг заасан улсын гарал үүсэлтэй байна. 2.13 Нийлүүлэгчийн Тендерийг шалгаруулахад түүнд давуу эрх олгосон бол үнэлгээний явцад үнийг нь хийсвэрээр бууруулж тооцсон аливаа бараа нь заавал Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа байна.
Баглаа боодол	2.14 Нийлүүлэгч барааг ГЕН-ийн 2.5-д заасан газар хүртэл тээвэрлэх явцад гэмтэх, муудах, дутах зэрэг доголдлоос урьдчилан сэргийлэх сав, баглаа боодлыг ГТН-д заасны дагуу хангана. 2.15 Сав, баглаа боодол, түүний хаягдал нь хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байхаар сонгоно. Сав, баглаа боодолд хууль тогтоомжоор хориглосон материал ашиглахыг хориглоно. 2.16 Нийлүүлэгч баглаа боодол, түүний дотор, гадна талд тэмдэглэгээ хийх, баримт бичгийг бэлтгэхдээ ГТН-д заасан шаардлага болон Захиалагчийн тухайн үед өгөх зааварчилгааг мөрдөнө.
Худалдааны нөхцөл	2.17 Гэрээнд Худалдааны нөхцөл (Incoterms)-ийг хэрэглэх бол тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ-ны 20.6-д заасан нөхцөлийг ГТН-д тусгана. 2.18 ГТН-д заагаагүй бол Incoterms 2020 Delivery Duty Paid /DDP/ нөхцөлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан

газарт хүргүүлэхээр хэрэглэнэ.

Гүйцэтгэлийн баталгаа

- 2.19 Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Нийлүүлэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Нийлүүлэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.
- 2.20 Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Нийлүүлэгчийн Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:
- 2.20.1 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;
- 2.20.2 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;
- 2.20.3 Нийлүүлэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.
- 2.21 Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Нийлүүлэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.
- 2.22 ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Нийлүүлэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.
- 2.23 Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 4.11-д заасан Чанарын баталгаа гаргасан тохиолдолд Гүйцэтгэлийг баталгааг чөлөөлнө.

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧ

Барааг хүлээн авах

- 3.1 Захиалагч нь барааг хүлээн авч, хүлээлцсэн баримт (хүлээлцсэн акт) үйлдэнэ.

Шалгалт, туршилт

- 3.2 Нийлүүлэх бараа, дагалдах үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл явц Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт нийцэж буй эсэхийг хянах зорилгоор Захиалагч шалгалт, туршилт явуулах эрхтэй. Шалгалт, туршилт хийх хугацаа, журмын талаар Захиалагч нь Нийлүүлэгчид бичгээр урьдчилан мэдэгдэнэ.
- 3.3 Шалгалт, туршилтын явцыг тэмдэглэл үйлдэн талууд баталгаажуулах бөгөөд бараа, дагалдах үйлчилгээ доголдолтой тохиолдолд Захиалагч доголдлыг арилгуулахаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ.
- 3.4 ГЕН-ийн 3.3-т заасан мэдэгдлийн дагуу Нийлүүлэгч барааны доголдлыг арилгах арга хэмжээ авна.
- 3.5 Барааг хүлээн авахаас өмнө Захиалагч шалгасан, туршсан байх нь хүлээн авах үед түүнийг дахин шалгах, турших болон шаардлагатай тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах, доголдолтой холбогдуулж шаардлага гаргах Захиалагчийн эрхийг хязгаарлахгүй.

- 3.6 Шалгалт, туршилт хийхтэй холбоотой аливаа зардлыг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Гэрээний үнэ 3.7 Гэрээний үнийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.
- 3.8 Гэрээний үнэд хуулийн 40.4-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д заана.
- Төлбөр төлөх 3.9 Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- 3.10 Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр Захиалагч Бараа нийлүүлэх хугацааг ГЕН-ийн 2.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.
- 3.11 Захиалагч нь гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон бусад холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.
- 3.12 Захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөхгүй.
- 3.13 ГЕН-ийн 3.8-д заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.
- 3.14 Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
- 3.15 Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

ДӨРӨВ. ЭРСДЭЛ БА ХАРИУЦЛАГА

- Захиалагчийн хүлээх эрсдэл 4.1. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:
- 4.1.1. Барааг захиалагчид шилжүүлснээс хойш бараа нь ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар гэмтсэн, утсан;
- 4.1.2. Нийлүүлэгч Барааг гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгөх тодорхой үйлдэл хийсэн боловч Захиалагч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүлээн аваагүй (доголдолтой бараанд хамаарахгүй) байх хугацаанд ГЕН-ийн 1.1.14-д заасан болон бусад байдлаар Бараа гэмтсэн, утсан.
- Даатгал 4.2. Нийлүүлэгч нь барааг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хүлээлгэн өгөх үед гарч болох эрсдэлээс хамгаалж ГТН-д заасны дагуу даатгуулж, даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг Захиалагчид ирүүлнэ. Даатгалын хураамжийг Нийлүүлэгч хариуцна.
- Доголдол 4.3. Захиалагч бараа, дагалдах үйлчилгээг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар Нийлүүлэгчид мэдэгдэнэ.
- 4.4. Захиалагч зөрчил, доголдлыг илрүүлэх зорилгоор барааны далд хэсгийг нээх, шалгалт, туршилт хийх эрхтэй.
- 4.5. Захиалагч ГТН-д заасан баталгаат хугацаа эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил,

доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг нийлүүлэгчид өгнө.

- 4.6. Доголдол арилгах мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Нийлүүлэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.7. Нийлүүлэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгана.
- 4.8. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Нийлүүлэгч Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- 4.9. Захиалагч нь ГЕН-ийн 4.7-д заасан зардлыг Чанарын баталгаанаас суутгаж болох бөгөөд Чанарын баталгаа хүрэлцээгүй тохиолдолд илүү гарсан зардлыг Нийлүүлэгч нь Захиалагчид үл маргах журмаар төлнө.
- Чанарын баталгаа
- 4.10. Бараа, дагалдах үйлчилгээний баталгаат хугацааг ГТН-д заана.
- 4.11. ГТН-д заасан бол чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно.
- 4.12. Нийлүүлэгч Чанарын баталгааг хуулийн 43.7-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.
- 4.13. ГЕН-ийн 4.12-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.
- 4.14. Баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд Бараанд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.
- 4.15. ГЕН-ийн 4.7-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Нийлүүлэгчид олгоно.
- 4.16. ГЕН-ийн 4.7-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат эсхүл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.
- Алданги
- 4.17. Нийлүүлэгч нь барааг хуваарийн дагуу буюу гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.
- 4.18. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Нийлүүлэгчид төлнө.
- Оюуны өмчийн эрх зөрчих
- 4.19. Барааг өмчлөх, эзэмших, ашиглах явцад гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.

Гэнэтийн буюу
давагдашгүй хүчний
шинжтэй онцгой нөхцөл
байдал

4.20. Барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Нийлүүлэгч нь энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 6.10-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.

4.21. Нийлүүлэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.

4.22. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.

4.23. Гэрээг хэрэгжүүлэх Захиалагчийн зааварчилгаа, Нийлүүлэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.7-д заасан хүсэлт гаргаж болно.

Үүрэг гүйцэтгүүлэх
нэмэлт хугацаа

4.24. Гэрээний нэг тал нь үүргийн зөрчил гаргасан тохиолдолд нөгөө талд үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоож, мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.

4.25. Иргэний хуулийн 226 дугаар зүйлд заасан үндэслэл бий болсон тохиолдолд эсхүл Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 2.13-т заасныг зөрчсөн бол нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

ТАВ. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

Гэрээнээс татгалзах,
гэрээг цуцлах үндэслэл

5.1. Захиалагч дараах үндэслэлийн аль нэг нь хангагдсан тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эсхүл гэрээг цуцлах эрхтэй:

5.1.1. Нийлүүлэгч гэрээнд заасан хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл зохих ёсоор гүйцэтгээгүйн улмаас Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоосон боловч нэмэлт хугацаанд гүйцэтгээгүй;

5.1.2. Бараа нийлүүлэх хугацаанд Нийлүүлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон;

5.1.3. Нийлүүлэгч ГЕН-ийн 6.5-д заасан үүргээ зөрчсөн нь тогтоогдсон.

5.1.4. Нийлүүлэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй.

5.2. Нийлүүлэгч тендерт оролцох буюу бараа нийлүүлэх явцдаа авлига өгсөн, залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүх болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон.

5.3. Захиалагч нь төлбөр хийх хугацаа хэтэрсэн тухай мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш тогтоосон хугацаанд төлбөрийг төлөөгүй тохиолдолд Нийлүүлэгч гэрээг цуцалж болно.

Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэл	<p>5.4. Нийлүүлэгч ямар ч тохиолдолд гэрээнээс татгалзах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй.</p> <p>5.5. Гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах мэдэгдэлд гэрээнээс татгалзах, гэрээг цуцлах болсон үндэслэл, цаашид гэрээг дуусгавар болсонтой холбоотой авах арга хэмжээний тухай тусгасан байна.</p>
Төлөөлөгч	<p style="text-align: center;">ЗУРГАА. БУСАД ЗҮЙЛ</p> <p>6.1. Талууд өөрийн төлөөлөгчийг томилж, томилсон төлөөлөгчийн мэдээллийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.</p> <p>6.2. Төлөөлөгчийн мэдээлэлд түүний эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаяг тэмдэглэгдсэн байна.</p> <p>6.3. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад төлөөлөгч солигдсон бол Төлөөлөгч солигдсон тухай болон түүний мэдээллийг агуулсан мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр хүргүүлнэ.</p> <p>6.4. Төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.</p>
Туслан гүйцэтгэгч	<p>6.5. Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлж байгаа тохиолдолд Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерт зааснаас илүү хувийг туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.</p> <p>6.6. Туслан гүйцэтгэгчийн аливаа зөрчлийг (хугацаа хэтрүүлэх, ажлын доголдол гэх мэт) Нийлүүлэгч хариуцах бөгөөд Туслан гүйцэтгэгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ГЕН-ийн 2.3-д заасан журмыг баримтална.</p>
Нууцлал	<p>6.7. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.</p> <p>6.8. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийг хамт өгнө.</p>
Мэдэгдэл	<p>6.9. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.</p> <p>6.10. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүссэн тухай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 6.9 -д зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.</p> <p>6.11. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан Төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.</p> <p>6.12. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:</p>

- 6.12.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр, төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;
 - 6.12.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.
 - 6.13. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.
 - 6.14. ГЕН-ийн 6.13-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.
 - 6.15. Дараах тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна:
 - 6.15.1. ГЕН-ийн 2.8-т заасны дагуу хугацаа сунгагдсан;
 - 6.15.2. үнийн тохируулга хийсэн.
 - 6.16. Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлтөд талуудын эрх бүхий төлөөлөгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
 - 6.17. ГЕН-ийн 6.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахгүй.
 - 6.18. Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.
 - 6.19. Талууд зөвшилцөн, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
- Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
- Маргаан шийдвэрлэх

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

ГЕН 2.5.	Бараа нийлүүлэх газар: DDP – “Эрдэнэт медикал эмнэлэг” ХХК-ын эмнэлгийн агуулах
ГЕН 2.6.	Бараа нийлүүлэх хугацаа: Бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн дагуу тогтоосон хугацаанд нийлүүлнэ.
ГЕН 2.10.	<p>Бараа хүлээлгэн өгөх нөхцөл:</p> <p>Барааг захиалагчийн холбогдох гишүүд нийлүүлэгчтэй хамтран хадгалах хугацаа, тоо хэмжээ, техникийн тодорхойлолт, хадгалалт болон тээвэрлэлтийн стандартыг хангасан эсэхийг шалган хүлээн авч баримт үйлдэнэ.</p> <p>Хүйтэн хэлхээний хадгалах тээвэрлэх орчны стандарт шаардагдах эмийн бэлдмэлд холбогдох баримт бичиг: Тээвэрлэлтийн үеийн хүйтэн хэлхээний хадгалах тээвэрлэх орчны зохих хэмийн нотолгоо.</p> <p>Угсралт, суурилуулах: <i>[ямар барааг юунд, хэрхэн угсарч, суурилуулах гэх мэт.]</i></p>
ГЕН 2.14.	<p>Баглаа, боодол:</p> <p>- Хадгалалт болон тээвэрлэлтийн онцгой нөхцөл шаарддаг эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэгчийн заалтын дагуух нөхцөлийг хангасан сав баглаатай байх</p> <p>-Хагарсан, асгарсан, баглаа боодол болон хадгалалтын горим алдагдсан барааг хүлээн авахгүй.</p> <p>Баглаа, боодлын шаардлага:</p> <p>Баглаа боодол нь тээвэрлэлтийн үеийн нөхцөл, тээвэрлэлт болон ил хадгалалтын үеийн халуун, хүйтэн, хур тунадас болон бусад бүх нөхцөлийг хангалттай тэсвэрлэхээр байна. Баглаа, боодлын хэмжээ, жинг сонгохдоо барааг хүргэх эцсийн цэгийн алслагдсан байдал, тээвэрлэлтийн цэг бүрд ачих, буулгах хангалттай төхөөрөмж байгаа эсэх зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзсан байна.</p>
ГЕН 2.17.	Худалдааны нөхцөл: Incoterms 2020, DDP– “Эрдэнэт медикал эмнэлэг” ХХК-ын эмнэлгийн агуулах
ГЕН 3.8.	Үнийн тохируулга хийх аргачлал: Үнэ тохируулахгүй тогтмол байна.
ГЕН 3.9.	<p>Төлбөр төлөх хугацаа:</p> <p>Төлбөрийг хэсэгчлэн төлөх тохиолдолд төлбөр төлөх үе шатны хугацаа: Барааг үе шатны хуваарийн дагуу бүрэн хүлээж авч барааг хүлээлцсэн акт үйлдэж, нэхэмжлэлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 30 хоногийн дотор нэхэмжлэхийн дагуу төлнө.</p>
ГЕН 4.2.	<p>Даатгал:</p> <p><i>[Даатгалын нөхцөлийг тухайн бараа нийлүүлэлтийн онцлог болон худалдааны нөхцөлүүдийг харгалзан тодорхойлно. Даатгалын төрөл заах]</i></p>
ГЕН 4.10.	Баталгаат хугацаа: Бараа нийлүүлэгдэх үед үйлдвэрлэгчээс заасан хүчинтэй хугацааны 5/6-тай дүйцэхүйц хүчинтэй хугацаатай байна.

ГЕН 4.11	<p>Чанарын баталгаа:</p> <p>Чанарын баталгаа шаардах эсэх: <i>шаардахгүй</i></p> <p>Чанарын баталгааны дүн:<i>[Гэрээний үнийн дүнгийн 5-10 хувь байхаар бичих]</i></p>
ГЕН 4.17.	<p>Нийлүүлэгчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “Тийм”</p> <p>Алдангийн хувь: Хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг Захиалагчид төлөх ба алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй байна</p>
ГЕН 4.18.	<p>Захиалагчийн төлөх алданги:</p> <p>Алданги тооцох эсэх: “Тийм”</p> <p>Алдангийн хувь: Хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг Нийлүүлэгчид төлөх ба алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй байна</p>

ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ.
Дугаар № *[Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]*

1. Гэрээний зүйл

1.1 Худалдагч нь биет байдлын доголдолгүй, эрхийн зөрчилгүй барааг /хавсралт №1 -д/ энэхүү гэрээнд заасан үнэ, тоо ширхгийн дагуу худалдаж, Худалдан авагч нь худалдан авна.

1.2 Нийлүүлэгдэх бараа болон дагалдах хэрэгслүүд нь-д заасан техникийн үзүүлэлтийн шаардлага хангасан байна.

2. Гэрээний үнэ

2.1 Гэрээний нийт үнийн дүн НӨАТ-тай..... төгрөг. Энэ үнэд баглаа боодол, ачилтын зардал, хүрэх цэг хүртэлх тээвэрлэлт, гааль, татвар, болон барааг угсарч, суурилуулах, шалгаж, туршиж хүлээлгэн өгөх, сургалт зохион байгуулахтай холбоотой бүхий л зардал багтсан болно.

3. Нийлүүлэх нөхцөл, хугацаа

3.1. Худалдагч нь барааг энэхүү гэрээнд заасан DDP (Инкотермс 2020) худалдан авагчийн агуулах нөхцөлөөр нийлүүлнэ. Нийлүүлсэн барааг хүлээн авах комисс шалгаж авна. Тоног төхөөрөмж угсарч, суурилуулж, тохируулга, сургалтыг хийж хүлээлгэн өгч талууд баримт үйлдсэнээр нийлүүлсэнд тооцно.

3.2. Барааг шалгаж туршиж хүлээлгэн өгөх хугацаа нь Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийнхоногийн дотор байна.

3.3. Талууд урьдчилан тохиролцсон тохиолдолд барааг гэрээнд заасан хугацаанаас өмнө нийлүүлж болно.

4. Төлбөр хийх нөхцөл

4.1 Барааны төлбөрийг Худалдагч тал барааг хүлээн авч барааг хүлээлцсэн акт үйлдэж, нэхэмжлэлийг хүлээн авснаас хойшхоногийн дотор нэхэмжлэлийн дагуу төлнө.

5. Худалдагчийн эрх, үүрэг

5.1. Худалдагчийн эрх:

5.1.1. Худалдан авагчийг гэрээнд заасан нөхцөл, хуваарийн дагуу барааны төлбөр шилжүүлэхийг шаардах;

5.1.2. Худалдан авагчийг гэрээнд заасан хугацаанд барааг хүлээн авахыг шаардах.

5.2. Худалдагчийн үүрэг:

5.2.1. Гэрээнд заасан чанар, стандартын шаардлагад нийцсэн, тоо хэмжээ, иж бүрдэл бүхий биет байдлын доголдолгүй, эрхийн зөрчилгүй барааг дагалдах баримт бичгийн хамт заасан хугацаанд нийлүүлэх, мөн шинэ байх ба тоног төхөөрөмж ашиглагдсанаас хойш баталгаат хугацаа сараас багагүй байна.

5.2.2. Бараанд аливаа доголдол, дутагдал илэрвэл шаардлагад нийцсэн бараагаар солих, худалдан авагчийн тогтоосон хугацаанд сэлбэгээр хангаж үл маргах журмаар шийдвэрлэн хохиролгүй болгоно.

5.2.3. Бараанд илэрсэн доголдлыг арилгахтай холбогдсон /ачих, тээвэрлэх, гүйцэтгэсэн ажлын хөлс, зарцуулсан материалын үнэ гэх мэт/ зардлыг хариуцах;

5.2.4. Барааг нийлүүлэхдээ дараах баримт бичгийг ирүүлнэ. Үүнд:

- Чанарын гэрчилгээ 1хувь;

- Барааны техникийн үзүүлэлтүүдийг тусгасан техникийн баримт бичиг 1хувь;

- Нэхэмжлэх 1хувь,

- Бусад/ТББ-г заасан бол чанарын гэрчилгээ, үйлдвэрлэгчийн сертификат зэрэг/

Дээрх баримт бичигт нь монгол хэлээр байна. Өөр хэлээр үйлдсэн баримт бичиг мэдээлэл заавал баталгаат орчуулгын хамт Монгол хэлээр байна. Үүнтэй холбоотой зардлыг худалдагч хариуцна.

5.2.5. Гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу барааг ачих, тээвэрлэх, буулгах болон бусад зардлыг хариуцна.

6. Худалдан авагчийн эрх, үүрэг

6.1. Худалдан авагчийн эрх:

6.1.1. Худалдагчийг гэрээнд заасан нөхцөл, хуваарийн дагуу барааг нийлүүлэхийг шаардах;

6.1.2. Бараанд илэрсэн доголдлыг арилгуулах буюу доголдолгүй бараагаар солиулах, доголдлыг арилгахад гаргасан зардлаа төлүүлэх, эсхүл гэрээг цуцлах тухай шаардлага гаргах;

6.1.3. Гэрээнд заасан чанар, стандартын шаардлагад нийцээгүй, тоо хэмжээ, иж бүрдэл, дагалдах баримт бичгийн бүрдэл дутуу тохиолдолд барааг хүлээн авахаас татгалзах.

6.2. Худалдан авагчийн үүрэг:

6.2.1. Барааг гэрээний 5.2.4-д заасан баримт бичгийн хамт гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу хүлээн авах;

6.2.2. Барааг бүрэн хүлээн авч акт үйлдэх, худалдагч талд төлбөрийг шилжүүлэх.

7. Барааны чанар, баглаа боодол

7.1. Барааны чанар нь худалдан авагчийн тавьж буй техникийн тодорхойлолт, стандартын шаардлагад нийцсэн, тоног төхөөрөмжийн эдийн дугаарт тохирсон чанарын гэрчилгээгээр баталгаажсан байна.

7.2. Барааны баглаа боодол, тэмдэглэгээ нь ISO стандарт, техникийн шаардлагад бүрэн нийцэж байх бөгөөд тээвэрлэлтийн явцад бүрэн бүтэн байдал нь хангагдсан байна.

8. Барааг хүлээн авах, гомдол гаргах

8.1. Худалдагч тал барааг илгээснээс хойш 3 хоногийн дотор барааны ачилтын тухай Худалдан авагч талд бичгэн хэлбэрээр /факс, цахим шуудан гэх мэт/ мэдэгдэнэ.

8.2. Барааг үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээнд заагдсан чанар, зохих стандарт, тоо хэмжээ, иж бүрдлийг үндэслэн Талууд баримт үйлдэн хүлээн авна. Шаардлагатай тохиолдолд талууд барааг хүлээн авсан тухай акт үйлдэнэ.

8.3. Хэрэв нийлүүлэгдэж буй бараа нь чанар болон зохих стандартын шаардлага хангахгүй, тоо хэмжээ дутсан, нэр төрөл өөрчлөгдсөн зэрэг байдал илэрвэл Худалдагчид /факс, цахим шуудан гэх мэт/ хуанлийн 30 хоногийн дотор мэдэгдлээр шаардлага хүргүүлнэ.

8.4. Худалдагч нь мэдэгдлийг хүлээн авч хуанлийн 7 хоногийн дотор хариу өгөх ба заасан хугацаанд хариу ирүүлээгүй бол хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

8.5. Талууд 8.3-д заасан зөрчлийг дагуу гаргасан шаардлагыг хамтран шалгаж шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг буруутай тал хариуцна.

8.6. Худалдагч нь худалдан авагчаас ирүүлсэн гомдлын шаардлагыг хүлээн авсан өдрөөс хойш хуанлийн 7 хоног дотор дараах арга хэмжээг авах үүрэгтэй. Үүнд:

-Бараа, түүний бүрдэл хэсэгт илэрсэн доголдлыг өөрийн зардлаар арилгах,

- Шинэ, чанарын шаардлага хангасан бараагаар заавал солих,

- Солих боломжгүй тохиолдолд гэрээний үнийн дүнг бууруулах эсхүл барааны үнийг буцааж төлөх;

8.7. Хэрэв худалдагч гомдлын шаардлагыг хүлээн авснаас хойш 7 хоног дотор гэмтэл, согогийг арилгаагүй тохиолдолд худалдан авагч уг барааны доголдлыг өөрийн зардлаар арилгаж болох бөгөөд гарсан бодит зардлыг худалдагчаас нэхэмжлэх эрхтэй.

9. Талуудын хариуцлага

9.1. Худалдагч нь гэрээнд заасан бараа нийлүүлэх хугацааг хэтрүүлсэн тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутам гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг Худалдан авагчид төлөх ба алдангийн нийт дүн нийт гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн хувиас хэтрэхгүй байна.

9.2. Худалдан авагч нь гэрээнд заагдсан барааны төлбөрийг шилжүүлэх хугацааг хэтрүүлсэн тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутам гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний алдангийг Худалдагчид төлөх ба алдангийн нийт дүн нийт гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн..... хувиас хэтрэхгүй байна.

9.3. Алданги тооцох гомдлын шаардлагыг хүлээн авсан тал хуанлийн 7 хоногийн дотор албан бичгээр хариу өгөх ба заасан хугацаанд хариу ирүүлээгүй тохиолдолд гомдлын шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

9.4. Алданги тооцсон нь талуудыг гэрээний үүргээ биелүүлээгүйгээс нөгөө талд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.

9.5. Талууд нөгөө талын бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.

10. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйл

10.1. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйл (гал түймэр, үер, газар хөдлөлт, дайн, ажил хаялт зэрэг)-ийн улмаас гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд шууд нөлөөлсөн бол талууд энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйн хариуцлагаас бүрэн болон хэсэгчлэн чөлөөлөгдөнө. Энэ үед гэрээний үүрэг биелүүлэх хугацаа нь давагдашгүй хүчин зүйлийн үргэлжлэх хугацаагаар хойшлогдоно.

10.2. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гэрээний үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тал энэ тухайгаа гэрээний хугацаа дуусахаас 10 хоногийн өмнө нөгөө талд бичгээр мэдэгдэнэ. Уг мэдэгдэл нь талуудын Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим болон эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан байна.

10.3. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн талаар тухайн цаг үед нь нөгөө талдаа мэдэгдээгүй бол цаашид уг нөхцөл байдлыг үндэслэл болгох эрхгүй.

10.4. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйл нь 6 сараас дээш хугацаагаар үргэлжлэхээр байвал талууд энэхүү гэрээг бүрэн болон хэсэгчлэн цуцлах эрхтэй. Энэ тохиолдолд аль нэг тал нь нөгөө талаасаа хохирол нэхэмжлэх эрхгүй.

11. Гэрээ цуцлах үндэслэл

11.1. Энэхүү гэрээний 8.4, 9.4, 9.5, 10.4 дахь заалтууд болон дор дурдсан нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд гэрээг цуцална.

11.2. Талууд гэрээний үүргээ биелүүлэх боломжгүй бодит нөхцөл байдал үүссэнээс хойш хуанлийн 30 хоногийн дотор гэрээ цуцлах мэдэгдлийг нөгөө талд бичгээр мэдэгдэнэ.

11.3. Энэхүү мэдэгдлийг хүлээн авсан тал хуанлийн 30 хоногийн дотор хариуг албан бичгээр өгөх ба хариу ирүүлээгүй тохиолдолд зөвшөөрсөнд тооцон гэрээг цуцална.

11.4. Талууд гэрээ цуцлах хүртэл биелүүлсэн үүргийн үнийн дүнгээр харилцан тооцоо хийнэ.

11.5. Худалдагч тал барааг гэрээнд заасан хугацаанд нийлүүлээгүй тохиолдолд Худалдан авагч гэрээг нэг талын санаачлагчаар цуцална.

11.6. Хэрэв аль нэг талын буруутай үйлдлээр гэрээ цуцлагдсан тохиолдолд нөгөө талд учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.

11.7. Бараа нь стандартын шаардлагад нийцсэн хэдий ч ашиглалтын явцад гологдол илэрч чанарын шаардлага хангахгүй нь тогтоогдвол гэрээг цуцалж, худалдагч тал нийлүүлсэн барааны үлдэгдлийг буцаан авах, гологдол барааг ашигласнаас учирсан худалдан авагч талын хохирлыг барагдуулна.

12. Маргаан шийдвэрлэх

12.1. Энэхүү гэрээтэй холбоотой бүхий л маргаан, зөрчилдөөнийг талууд харилцан тохиролцоо замаар шийдвэрлэнэ.

12.2. Талууд энэхүү гэрээгээр зохицуулагдаагүй бусад асуудлыг Монгол Улсын Иргэний хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг удирдлага болгон шийдвэрлэнэ.

12.3. Хэрэв талууд тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол маргааныг худалдан авагч талын оршин байгаа газрын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

13. Бусад нөхцөл

13.1. Энэхүү гэрээ, түүнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг зөвхөн бичгээр үйлдэж, талуудын эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.

13.2. Энэхүү гэрээний хавсралт болон гэрээнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон дараах баримт бичиг гэрээний салшгүй хэсэг байна.

- Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;
- Гэрээ баталгаажуулах маягт;
- Гэрээний тусгай нөхцөл;
- Гэрээний ерөнхий нөхцөл;
- Техникийн тодорхойлолт;
- Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь
- Баталгаат хугацаан дахь техник үйлчилгээний, засварын хуваарь

13.3. Гэрээг монгол хэл дээр үйлдсэн бөгөөд гэрээний бичвэрийн агуулга зөрүүтэй тохиолдолд эх тамгатай бичвэрийг баримтална.

13.4. Гэрээг гурван хувь үйлдсэн бөгөөд хоёр хувийг Худалдан авагч тал, нэг хувийг Худалдагч тал тус тус хадгална.

13.5 Энэхүү гэрээ нь Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

14. БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

14.1. “Эрдэнэт Үйлдвэр” ТӨҮГ-ын “Эрдэнэт Медикал Эмнэлэг” ХХК

Хаяг: Монгол улс, 61027, Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст баг, Өөрийн байр ш/х-495

утас: 7777-7103

Банк: Төрийн банк- 888888801236

14.2.....

Хаяг:

Утас:

Банк:

Нийлүүлэгчийг төлөөлж:

Албан тушаал

[Гарын үсэг] _____

Захиалагчийн төлөөлж:

Албан тушаал

[Гарын үсэг] _____

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: **2024 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр**

Тендер шалгаруулалтын төрөл: **Бараа**

Тендер шалгаруулалтын нэр: **Эмнэлгийн хэрэгцээний эмнэлгийн хэрэгсэл**

Тендер шалгаруулалтын дугаар: **ЭҮТӨҮГЭМЭ/20240102002**

Нийт төсөвт өртөг: **437,803,365.00 төгрөг**

Тендер шалгаруулалтын арга: **Нээлттэй**

1. “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын “Эрдэнэт медиал эмнэлэг” ХХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: “Тийм”
 - Багц-1 Ангиографийн ажилбарын хэрэгслүүд
 - Багц-2 MRI, CT туслах хэрэглэгдэхүүн, биопсийн зүү
 - Багц-5 Мэс заслын нэг удаагийн хэрэгсэл
 - Багц-7 Урологийн мэс заслын ажилбарт хэрэглэх нэг удаагийн хэрэгсэл
 - Багц-9 Хиймэл болрууд, ажилбарт хэрэглэх хэрэглэгдэхүүн
 - Багц-11 Чих хамар хоолойн үзлэг болон мэс засалд хэрэглэх хэрэгслүүд
 - Багц-14 Шүдний пломбын материал, хэрэгслүүд
 - Багц-17 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн туслах хэрэглэгдэхүүн
 - Багц-18 Эмнэлгийн хийн системийн туслах хэрэгслүүд, тослох тоснууд
 - Багц-21 Дотоодын үйлдвэрийн эмнэлгийн хэрэгсэл
 - Багц-22 Эмнэлгийн нэг удаагийн туслах хэрэглэгдэхүүн

Тендерийг 2024 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 10:00 цаг, минутаас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг 2024 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 10:30 цаг, минутад нээнэ.

3. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх “Зөвшөөрөхгүй”
4. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: “Эрхгүй”
5. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
6. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: “Шаардана”
Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу
7. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
8. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
9. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст баг, “Эрдэнэт Үйлдвэр” ТӨҮГ “Эрдэнэт медиал эмнэлэг” ХХК-ийн өөрийн байр, 709 тоот